

PASIŪLYMAS DĖL FILTRUOJANČIOS TRAUKOS SPINTOS PIRKIMO

2022-12-09

Data

Vilnius

Vieta

Tiekėjo pavadinimas (<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB Mokslinis-techninis susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas(<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Laisvės pr. 117A-37, 06118 Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	120375749
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė
Telefono numeris	+370 5 2737292; +370 611 56384
Fakso numeris	<i>nenaudojamas</i>
El. pašto adresas	info@novatex.lt; algirdas@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis kvietime dalyvauti apklausoje ir teikti pasiūlymą.

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. lentelė. Reikalavimai perkamai įrangai

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Perkamas kiekis	Mat. vnt.	Nuoroda į spec.
1.	Naujos filtruojančios traukos spintos su darbui būtiniais priedais	1	Vnt.	1.1.
2	Filtrai traukos spintoms, komplektai (skaičiuojant po du komplektus vienai spintai)	1	Vnt.	1.2.
3.	Paslaugos susijusios su pirkimu			1.3.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Siūlomo įrenginio gamintojas	Air Science
Siūlomo įrenginio modelis	PURAIR BASIC DUCTLESS FUME HOOD, p/n P5-48XT-G

1.1. Nauja filtruojanti traukos spinta su darbui reikalingais priedais

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys <i>prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant "taip" ar "atitinka"</i>
1.	Funkciniai prietaiso	1.1. Traukos spintos konstrukcija -ant stalo pastatoma traukos	1.1. Traukos spintos konstrukcija -ant stalo pastatoma traukos spinta;

reikalavimai	spinta; 1.2. Paruoštos naudojimui traukos spintos išoriniai matmenys neturi viršyti šių parametrų: aukštis – 900 mm; plotis 1220 mm; gylis 700 mm; 1.3. paruoštos naudojimui traukos spintos vidiniai (kameros) matmenys neturi būti mažesni nei: aukštis- 590 mm; plotis – 1200; gylis – 650 mm; 1.4. paruoštos naudojimui traukos spintos svoris (be filtrų) neturi viršyti 70 kg; 1.5. traukos spintos durys (dangtis) ir šonai turi būti pagaminti iš skaidraus plastiko, stiklo ar kitos skaidrios medžiagos, leidžiančios spintoje esančius daiktus matyti iš trijų pusių; 1.6. traukos spinta turi turėti išimamą polikarbonato (ar lygiavertės medžiagos) dugną juodos arba baltos spalvos; 1.7. traukos spintos durys (dangtis) turi turėti tris fiksuojamas padėtis: pilnai uždaryta, dalinai atidaryta, pilnai atidaryta. Pilnai uždarytos durys (dangtis) turi automatiškai išjungti filtravimo sistemą bei užtikrinti uždarytos spintos sandarumą; 1.8. traukos spinta turi turėti integruotus: vidinį LED apšvietimą, iš kameros ištraukiamo oro filtravimo sistemą (filtrai turi būti keičiami), UV lempą dezinfekavimui su laikmačiu, traukos spintos valdymo jungiklius; 1.9. spinta turi veikti nuo standartinio ~220 V 50 Hz el. tinklo, el. kištukas „F tipas“ (ar jį atitinkantis, tinkamas naudojimui Lietuvos Respublikoje); 1.10. traukos spinta ir ištraukiamo oro filtravimo sistema turi būti tinkama darbui	1.2. Paruoštos naudojimui traukos spintos išoriniai matmenys: aukštis – 889 mm; plotis 1219 mm; gylis 676 mm; 1.3. paruoštos naudojimui traukos spintos vidiniai (kameros) matmenys: aukštis- 600 mm; 1.4. paruoštos naudojimui traukos spintos svoris (be filtrų) - 63 kg; 1.5. traukos spintos durys (dangtis) ir šonai pagaminti iš skaidraus plastiko, leidžiančios spintoje esančius daiktus matyti iš trijų pusių; 1.6. traukos spinta turi išimamą juodos spalvos polikarbonato dugną; 1.7. traukos spintos durys (dangtis) turi tris fiksuojamas padėtis: pilnai uždaryta, dalinai atidaryta, pilnai atidaryta. Pilnai uždarytos durys (dangtis) automatiškai išjungia filtravimo sistemą bei užtikrina uždarytos spintos sandarumą; 1.8. traukos spinta turi integruotus: vidinį LED apšvietimą, iš kameros ištraukiamo oro filtravimo sistemą (filtrai keičiami), UV lempą dezinfekavimui su laikmačiu, traukos spintos valdymo jungiklius; 1.9. spinta veikia nuo standartinio ~230 V 50 Hz el. tinklo, el. kištukas „F tipas“; 1.10. traukos spinta ir ištraukiamo oro filtravimo sistema tinkama darbui su cheminėmis ir biologinėmis medžiagomis; 1.11. traukos spinta turi oro srauto matuoklį oro srauto matavimui spintoje.
--------------	---	--

		su cheminėmis ir biologinėmis medžiagomis; 1.11. traukos spinta turi turėti integruotą arba pastatomą (pakabinamą) oro srauto matuoklį oro srauto matavimui spintoje.	
2.	Atitikimas sertifikatams standartams (pateikti atitikimą pagrindžiančių dokumentų kopijas)	2.1. CE atitikties deklaracija; 2.2. EN 61010-1:2010 (ar jį atitinkantis); 2.3. ISO 14001: 2015 (ar jį atitinkantis).	02_Dec_of_Conformity_Air Science 2019, 06_PurAir_DWS_PCR_Flow_TUV_3rdEdition_Certificate_(U80719700014) 04_Air-Science-USA-LLC-7372169-14001-Final-Cert
3.	Aplinkosaugos reikalavimai	3.1. Atitikti ISO 14001: 2015	04_Air-Science-USA-LLC-7372169-14001-Final-Cert

1.2. Filtrų traukos spintoms komplektas

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys <i>prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant "taip" ar "atitinka"</i>
1.	Funkciniai reikalavimai filtrams	1.1. Filtravimo sistemą turi sudaryti: elektrostatinis priešfiltris, HEPA filtras ir aktyvios anglies filtras. Filtravimo sistema turi užtikrinti apsaugą nuo dulkių ir dalelių (išvalymo efektyvumas ne mažiau nei 99,995% 0,3 mikrono dydžio dalelėms), biologinių medžiagų, organinių cheminių medžiagų ir alkoholio garų.	Filtravimo sistemą sudaro: elektrostatinis priešfiltris, HEPA filtras ir aktyvios anglies filtras. Filtravimo sistema užtikrina apsaugą nuo dulkių ir dalelių (išvalymo efektyvumas ne mažiau nei 99,995% 0,3 mikrono dydžio dalelėms), biologinių medžiagų, organinių cheminių medžiagų ir alkoholio garų.

1.3. Paslaugos susijusios su pirkimu

Eil. Nr.	Parametras	Kiekis	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys <i>prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant "taip" ar "atitinka"</i>
1.	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba	1	Kartu su parduodamu prietaisu privaloma pateikti išsamią naudojimo ir priežiūros instrukciją PDF formatu	Kartu su parduodamu prietaisu bus pateikta išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija PDF formatu
2.	Išsami, gamintojo parengta naudojimo ir	1	Kartu su parduodamu prietaisu privaloma pateikti išsamią naudojimo ir priežiūros instrukciją PDF	Kartu su parduodamu prietaisu bus pateikta išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija PDF formatu

	priežiūros instrukcija anglų kalba		formatu	
3.	Garantinis aptarnavimas		Tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 12 mėn. garantinį laikotarpį nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos ir tiekėjas turi įsipareigoti per šį laikotarpį operatyviai (per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą) šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais.	Garantija suteikiama 12 mėn. Įsipareigojame per šį laikotarpį operatyviai (per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą) šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais.
4.	Pristatymas		Prekės turi būti pardavėjo lėšomis pristatytos pirkėjui Tarnybos nurodytu adresu	Atitinka

Prekių (įskaitant sudedamąsias jų dalis) kilmė negali būti iš VPĮ 92 str. 15 d. numatytoje sąrašė nurodytų valstybių ir teritorijų. Šiam atitikimui vertinti perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti tiekėjo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl jo siūlomų prekių kilmės (kilmės sertifikatus, gamintojo dokumentus ar pan).

PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Perkamas kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR	Kaina EUR iš viso
1.	2.	3.	4.	5.	6. (3*5)
1.	Naujos filtruojančios traukos spintos su darbui būtiniais priedais	1	Vnt.	4,261.00	4,261.00
2	Filtrai traukos spintoms, komplektai (skaičiuojant po du komplektus vienai spintai)	1	Vnt.	1,107.00	1,107.00
3.	Paslaugos susijusios su pirkimu				0.00
	Suma viso (be PVM):				5,368.00
	PVM*:				1,127.28
	Suma viso (su PVM) :				6,495.28

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už:

Penki tūkst. trys šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 00 cnt. be PVM.

(žodžiais)

Šeši tūkst. keturi šimtai devyniasdešimt penki Eur 28 cnt. su PVM.

(žodžiais)

PASTABA: į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos sutarties įvykdymui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

*** gamintojo siūlomos prekės gamintojo aprašymą arba nuorodą į oficialiai prieinamą informaciją internete (pvz. gamintojo pateikta informacija).**

*** prašomus sertifikatus nurodytus 1.1. lentelės 2 ir 3 punktuose.**

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame Algirdą Jankūną, karinių produktų skyriaus vadovą, 8 611 56384.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	02_Dec_of_Conformity_Air Science 2019	1
2.	03_Dec_of_Conformity_Air Science 2019 VERTIMAS	1
3.	04_Air-Science-USA-LLC-7372169-14001-Final-Cert	2
4.	05_Air-Science-USA-LLC-7372169-14001-Final-Cert VERTIMAS	2
5.	06_PurAir_DWS_PCR_Flow_TUV_3rdEdition_Certificate_(U80719700014)	3
6.	07_PurAir_DWS_PCR_Flow_TUV_3rdEdition_Certificate_(U80719700014) VERTIMAS	3
7.	08_Purair_Basic_Brochure_vf1	9

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*).

1. 02_Dec_of_Conformity_Air Science 2019
2. 03_Dec_of_Conformity_Air Science 2019 VERTIMAS
3. 04_Air-Science-USA-LLC-7372169-14001-Final-Cert
4. 05_Air-Science-USA-LLC-7372169-14001-Final-Cert VERTIMAS
5. 06_PurAir_DWS_PCR_Flow_TUV_3rdEdition_Certificate_(U80719700014)
6. 07_PurAir_DWS_PCR_Flow_TUV_3rdEdition_Certificate_(U80719700014) VERTIMAS
7. 08_Purair_Basic_Brochure_vf1

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

generalinė direktorė
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigos


parašas

Zinaida Tamaševičienė
Vardas Pavardė

