

LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas  
A. Mickevičiaus g. 9  
LT-44307 Kaunas

2022-11-14 Nr. DOC28182  
| 2022-11-11 Nr. VPT2-958

### **Pirkimas 634510 - Laboratorinės įrangos pirkimas**

Atsakydami į jūsų prašymą patvirtiname, kad mūsų siūlomos Gilson sistemos Pipetmax maksimalus pipetavimo intervalas yra nuo 1 iki 1200 µl taip kaip ir paminėta Jūsų rašte ir kaip nurodyta pateiktoje Pipetmax gamintojo techninėje informacijoje. Tai galioja ir vieno kanalo ir 8 kanalų pipetėms.

Paaškiname, kad šiame pasiūlyme siūloma Pipetmax sistemos komplektacija (įtraukti tam reikalingi pipetavimo dispenceriai) apima pipetavimo diapazoną nuo 1 iki 200 µl, kai naudojamas 1 kanalas ir 1-200 µl, kai naudojami 8 kanalai, kas tenkina ir viršija reikalaujamus diapazonus. Sistemą galima papildyti, kas leidžia bendrą pipetavimo diapazoną praplėsti ir iki maksimalaus -1200 µl, nepriklausomai nuo naudojamų kanalų skaičiaus.

Žydrūnas Stanius

Direktorius