

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

Nr. VS-63/2022

2022-12-01

Kaunas

UAB B. Braun Medical (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus [redacted] veikiančio pagal įmonės įstatus ir

Viešojo įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktorės [redacted] veikiančios pagal įstaigos įstatus,

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį parduoti ir pristatyti Sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes (toliau – prekės) objektas – **Infuzinė tūrinė pompa – parenteninei mitybai ir parenteninei mitybai skirtos sistemos** (toliau Sutartyje vadinama – Prekės).

1.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti prie Sutarties pridėtame Pardavėjo pasiūlyme nurodytą prekę (toliau – prekę), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir už ją sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą.

1.3. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją priedas Nr. 2.

2. PREKIŲ TEIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1. punkte įvykdo per 5 (penkias) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo – priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA

3.1. Prekių pristatymo vieta:

Panemunės skyrius - Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379, Kaunas.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Sutarties vertė yra **1 024,00 Eur be PVM** (vienas tūkstantis dvidešimt keturi Eur 84 ct), **Bendra Sutarties vertė yra 1 231,84 Eur su PVM** (vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt vienas Eur 84 ct).

4.2. Į Sutarties kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.3. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.4. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos - faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo – priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje – faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.5. Sąskaitos - faktūros teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (gali būti papildomai pateikta popieriniame variante).

4.6. Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5.3. Prekėms suteikiama gamintojo garantija 24 (dvidešimt keturi) mėn.

5.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo – priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento pasirašymo dienos.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jeigu adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jeigu siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jeigu yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą ir patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju, siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.4. punkte nurodyta tvarka, įsipareigoja, Pardavėjui pareikalavus mokėti 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs, pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais moka Pirkėjui 0,02% nuo nepristatytų/nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja, kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių numatytą kiekį, tačiau ne ilgiau kaip 5 (penkias) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Esant nuo pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jeigu prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. Vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu, prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 1 d. nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra direktoriaus pavaduotoja slaugai [redacted] paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas yra viešųjų pirkimų specialistė [redacted]

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra Pardavėjo pasiūlymas Nr. 1

14.2. Techninė specifikacija priedas Nr. 2

15. JURIDINIŲ ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo
Gydymo ligoninė
Kruonio g. 21, LT-45370, Kaunas
Kodas: 135134113
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr.: LT477300010002246021, AB Swedbank
Tel. 8 37 346185
El.p.: info@kgriniausligonine.lt

Direktorė



A.V.

PARDAVĖJAS

UAB B. Braun Medical
Kodas: 111551739
PVM kodas: LT115517314
Viršuliškių skg. 34-1, LT-5132, Vilnius
A.s. Nr.: LT617044060001097040, AB SEB bankas
Tel. 237 43 33
El. p. office@bbraun.lt

Direktorius



A.V.

UAB B.BRAUN MEDICAL

Kodas 111551739, PVM mok.k LT115517314, Viršuliškių skg.34-1, LT-5132 Vilnius,
Tel. 237 43 33, faksas 237 43 44, el. paštas: office@bbraun.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB SEB bankas, kodas 70440

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

2022 11 28

**KOMERCINIS PASIŪLYMAS
MEDICININEI ĮRANGAI BEI VIENKARTINĖMS MED.PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

Siūlome Jums įsigyti **Compact plus** automatines infuzines tūrines pompas tinkančias parenterinei mitybai (gamintojas B.Braun Melsungen AG, Vokietija). Siūloma įranga turi CE kokybės sertifikatą.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt, EUR be PVM	Kaina viso, EUR su PVM
1	<i>Infusomat *Compact plus</i> ref k. 8717050. Automatinė infuzinė tūrinė pompa tinkanti parenterinei mitybai (komplektuojama kartu su laikikliu). Lietuviškas meniu.	Vnt.	1	979,00	1184,59
2	<i>Parenterinei mitybai skirtos sistemos</i>	Vnt.	30	1,50	47,25

1.Pristatymo sąlygos: Pristatymas per 2-4 savaites.

2.Apmokėjimo sąlygos: 60d.

3.Garantinio remonto sąlygos: pompoms suteikiama dvidešimt keturių mėnesių garantija nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo datos. Nepavykus pašalinti gedimo, įsipareigojame vieno mėnesio laikotarpyje pakeisti sugedusią prekę nauja.

4. Pasiūlymo galiojimas: pasiūlymas galioja iki 2023.03.30.

Pardavimų vadybininkas

Incas Vaitiekūnas

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės
1.	Infuzinės tūrinės pompas darbo režimai:	1.1. Nuolatinės infuzijos; 1.2. Nuolatinės transfuzijos.
2.	Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,1 ml/val. iki 1500 ml/val.
3.	Infuzijos greičio paklaida	Ne daugiau $\pm 5\%$ nuo infuzuojamo tūrio per 96 val.
4.	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos	Ne siauresnės kaip nuo 50 mmHg iki 750 mmHg.
5.	Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,1 ml iki 9999 ml.
6.	Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 1 min. iki 168 val.
7.	Infuzinės tūrinės pompas ekranas	Ekrano įstrižainė ≥ 7 cm.
8.	Infuzinės tūrinės pompas veikimo režimai	8.1. Tūrio + infuzijos greičio, automatiškai apskaičiuojant infuzijos trukmę; 8.2. Tūrio + infuzijos trukmės, automatiškai apskaičiuojant infuzijos greitį; 8.3. Infuzijos greičio + infuzijos trukmės automatiškai apskaičiuojant suleidžiamą tūrį; 8.4. Infuzijos režimas leidžiantis nustatyti tris skirtingas infuzijos fazes: infuzijos greičio didėjimo iki numatytos infuzijos greičio vertės, pastovaus numatyto infuzijos greičio ir infuzijos greičio mažėjimo iki nulio; 8.5. Intervalinis infuzijos režimas, leidžiantis pasirinkti infuzijos greitį bei tūrį, ir sustabdyti infuziją nurodytai trukmei tarp infuzijos intervalų.
9.	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:	9.1. Tiesioginis boliusas kol nuspaustas mygtukas; 9.2. Boliusas su tūrio arba dozės ir laiko nustatymu; 9.3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml/val. iki 1500 ml/val.; 9.4. Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 1000 ml.
10.	Antiboliuso sistema	Stipriai sumažina boliusą po okliuzijos pašalinimo
11.	Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas	Būtina.
12.	Galimybė automatiškai ar rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą (sumažinamas ekrano ir kitų indikatorių ryškumas)	Būtina.
13.	Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės	Būtina.
14.	Atviros venos palaikymo režimas	Galimybė nustatyti nuo 1-20 ml/h.

15.	Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu:	15.1. Infuzijos greitis; 15.2. Numatytas infuzijos tūris/likęs infuzijos tūris; 15.3. Suleistas tūris; 15.4. Infuzijos trukmė; 15.5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumulatorius); 15.6. „Vyksta infuzija“ indikacija; 15.7. Vaisto pavadinimas.
16.	Infuzinės tūrinės pumpos įspėjamieji signalai	16.1. Išankstinis okliuzijos signalas; 16.2. Slėgio infuzinėje linijoje padidėjimas; 16.3. Slėgio infuzinėje linijoje sumažėjimas; 16.4. Išankstinis baterijos signalas; 16.5. Infuzija beveik baigta.
17.	Infuzinės tūrinės pumpos signalai su automatine stop funkcija	Būtina. Kontroliuojami šie parametrai: 17.1. Oras infuzinėje sistemoje; 17.2. Infuzijos pabaiga; 17.3. Okliuzija; 17.4. Baterijos signalas; 17.5. Techninis signalas.
18.	Infuzinės tūrinės pumpos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)	Būtina, ne mažiau 3 lygių: 18.1. Normali būseną (vyksta infuzija); 18.2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 18.3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
19.	Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija	Būtina.
20.	Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija	Būtina.
21.	Klaviatūros užrakinimo funkcija	Būtina.
22.	Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį	Būtina.
23.	Infuzinės tūrinės pumpos darbo laikas, maitinant iš naujo, pilnai pakrauto, akumuliatoriaus	Ne mažiau kaip 8 val.
24.	Infuzinės tūrinės pumpos svoris	≤ 2,1 kg.
25.	Infuzinės tūrinės pumpos jungtis personalo iškvietimui	Būtina.
26.	Kompiuterinė sąsaja	Būtina.
27.	Infuzinę tūrinę pompą tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo	Būtina.
28.	Galimybė sujungti kelias infuzines tūrinės pumpas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena	Būtina.

29.	Infuzinės tūrinės pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai	29.1. 50/60Hz 200-240 V elektros tinklas; 29.2. Vidinis akumuliatorius.
30.	Infuzinės tūrinės pompos klasifikacija	30.1. Atspari defibriliacijai; 30.2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 30.3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP22 klasės (arba lygiavertė).
31.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 36 mėn.
32.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
33.	Kartu su infuzine tūrine pompa pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.