

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL KARDIOLOGIJOS INTERVENČINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIES Nr. S-2021-766
PAKEITIMAS

Klaipėda

2022 m. gruodžio 20 d.

Viešojo įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė, juridinio asmens kodas 191340469, kurios registruota buveinė yra Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo medicinai Algirdo Liutkaus, veikiančio pagal VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus Jono Šalygos 2014 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2-458 (toliau – **Pirkėjas**), ir

UAB „Sorimpeksas“, juridinio asmens kodas 135733248, kurios registruota buveinė yra Šiaulių g. 16A, LT-44353 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Žalnerausko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – **Pardavėjas**),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, įvertinusios Pardavėjo 2022-11-23 rašte „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S-2021-766 papildymo“ nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis 2021-11-15 dienos „Kardiologijos intervencinės radiologijos priemonės“ viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S-2021-766“ (toliau Sutartis) 1.7., 5.6., 10.1. ir 10.4. punktais, nepažeisdamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, sudaro šį Papildomą susitarimą Nr. 1 dėl Sutarties papildymo (toliau-Susitarimas) ir susitaria:

1. Papildyti Sutarties 1 priedo, 6 pirkimo dalies 4 ir 5 grafoje nurodytą informaciją ir 6 pirkimo dalies 1,2,4,5 stulpelius išdėsti sekančiai:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge
1	2	4	5
6.	Vaistus išskiriantys koronariniai stentai su įvedimo sistema: • Išskiriantys vaistą Zotarolimus • Padengti biosuderinamu polimeru, galinčiu užtikrinti vaisto išskirimą iki 180 dienų. • Sinusoidinė tęstinė atviros celės konstrukcija, kobalto-chromo lydinys su platinos-iridžio šerdimi, naudojami su 0,014" PTA vielomis • Maksimalus lankstumas, žemas trombogeniškumas, metalo-arterijos santykis ne > 11-17%; • Sieneles storis nedidesnis 0,0032" (81 mkm), stento akutės plotas ne >3,0 mm², baliono išplėtos akutės diametras ne< 3,0 mm • Sistema turi būti žemo profilio: praėjimo (crossing) 0,037", įėjimo profilis 0,019". Diametras: nuo 2,00mm iki 5,00mm., ilgis 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30mm, o diametrans nuo 2,25mm iki 38mm. Tinka ir stambioms ir smulkioms koronarinėms arterijoms, stentavimui be predilatacijos. Nominalus slėgis 12atm, baliono sprogoimo slėgis (RBP) 18 atm; • Du rentgeno kontrastiniai markeriai ant baliono visiems ilgiams, geras rentgeno kontrastavimas. Sutrumpėjimas- 1,7% prie RBP. Radialinė jėga > 150 kPa; • Galimybė išplėsti stentą papildomai 1.5 mm nuo nominalaus diametro. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas. Sistema turi būti saugi: nesėkmės atveju stentas turi būti lengvai ištraukiamas ant to paties balioninio kateterio. Sistema turi leisti priėjimą	Resolute Onyx RONYX20XXXX – RONYX50XXXX Onyx TruCor TRCR225XXX – TRCR40XXXX Onyx TruStar TSTAR20XXXX – TSTAR50XXXX Vaistus išskiriantys koronariniai stentai su įvedimo sistema: • Išskiriantys vaistą Zotarolimus • Padengti biosuderinamu polimeru, galinčiu užtikrinti vaisto išskirimą iki 180 dienų. • Sinusoidinė tęstinė atviros celės konstrukcija, kobalto-chromo lydinys su platinos-iridžio šerdimi, naudojami su 0,014" PTA vielomis • Maksimalus lankstumas, žemas trombogeniškumas, metalo-arterijos santykis ne > 11-17%; • Sieneles storis nedidesnis 0,0032" (81 mkm), stento akutės plotas 1,5 mm², baliono išplėtos akutės diametras 3,7 – 3,8 mm • Sistema žemo profilio: praėjimo (crossing) 0,037", įėjimo profilis 0,019". Diametras: nuo 2,00mm iki 5,00 mm., ilgis 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30mm, o diametrans nuo 2,25mm iki 38mm. Tinka ir stambioms ir smulkioms koronarinėms arterijoms, stentavimui be predilatacijos. Nominalus slėgis 12atm, baliono sprogoimo slėgis (RBP) 18 atm; • Du rentgeno kontrastiniai markeriai ant baliono visiems ilgiams, geras rentgeno kontrastavimas. Sutrumpėjimas- 1,7% prie	Medtronic, RONYX20XXXX – RONYX50XXXX Medtronic, TRCR225XXX – TRCR40XXXX Medtronic, TSTAR20XXXX – TSTAR50XXXX

	prie šoninių šakų iki 3,7-3,8mm diametro (stento vietoje); - turi praeiti per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantį kateterį; - Visoms rutininėms ir daugumai subtotalinių stenozių sistema turi būti pritaikyta naudoti tiesioginiam stentavimui - be predilatacijos. - mažinti restenozių dažnį ir kardiovaskulinius įvykius.	RBP. Radialinė jėga > 150 kPa; - Galimybė išplėsti stentą papildomai 1.5 mm nuo nominalaus diametro. Balioninio kateterio išsitempimas tiksliai kontroliuojamas. Sistema yra saugi: nesėkmės atveju stentas lengvai ištraukiamas ant to paties balioninio kateterio. Sistema leidžia priėjimą prie šoninių šakų iki 3,7-3,8mm diametro (stento vietoje); - praeina per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantį kateterį; - Visoms rutininėms ir daugumai subtotalinių stenozių sistema yra pritaikyta naudoti tiesioginiam stentavimui - be predilatacijos. - mažinti restenozių dažnį ir kardiovaskulinius įvykius. https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/stents/resolute-onyx-des.html 6 p. Konfidencialu.D. Brošiūra resolute Onyx – 5, 22, 23, 25, 45 p.	
--	---	--	--

- Pardavėjas patvirtina, kad šio Papildomo susitarimo 1 straipsnyje nurodytos prekės atitiks visus techninės specifikacijos ir Sutarties keliamus reikalavimus.
- Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
- Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, įsigalioja Šalims pasirašius, nuo 2022-12-20 dienos, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
- Prie Susitarimo pridedama – Pardavėjo rašto (reg. 2022-11-23 Nr. 11-1837) kopija – 1 (vienas) lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas:

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
 Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda
 Tel. 8 46 491002, el. paštas: jurlig@jurlig.lt
 Įmonės kodas 191340469

Direktoriaus pavaduotojas medicinai
 _____ Algirdas Liutkus



Pardavėjas:

UAB „Sorimpeksas“
 Šiaulių 16a, LT-44353, Kaunas
 Tel. 8 37 361766,
 el. paštas: sorimpeksas@takas.lt
 Įmonės kodas 135733248

Direktorius
 _____ Ramūnas Žalnerauskas
 A.V.

šė ir viešųjų pirkimų sk.
 Pirkėjas-teisėininkas
 _____ Inas Kiaušas

Direktorius
savaduotojas medicinos
Algirdas Luitkus