

UAB „Skirgesa“

(tiekėjo pavadinimas)

Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461 Įm. kodas 234449420, PVM kodas LT344494219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

**GINEKOLOGINIŲ KANIULIŲ IR CHIRURGINIO ATSIURBĖJO KOMPLEKTO BEI
PODIATRINĖS KĖDĖS PIRKIMAS**

Viešajai įstaigai Klaipėdos miesto poliklinikai

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „SKIRGESA“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai), atsiskaitomosios sąskaitos numeris. Įmonės atstovo telefono numeris, elektroninio pašto adresas	234449420 Energetikų g. 8, Kaunas A/s. LT41 7300 0100 7979 6368, AB „Swedbank“, banko kodas 73000 Klaipėdos padalinio vadovas Sigitas Uselis Mob.telefonas: +37069839744 klaipeda@skirgesa.lt
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	–

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
-	-	-

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma žemiau kiekvienai pirkimo daliai. Nurodyta kaina yra fiksuota. Įsigyjami kiekiai fiksuoti.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina be PVM	PVM (EUR)	Pasiūlymo kaina su PVM
1	Ginekologinių kaniulių ir chirurginio atsiurbėjo komplektas	vnt	1	1199.00	251.79	1450.79

Pasiūlymo kaina eurais be PVM: vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt devyni EUR 00 ct (suma žodžiu);

PVM 21% sudaro: du šimtai penkiasdešimt vienas EUR 79 ct, (suma žodžiu);

Bendra kaina su PVM: vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt EUR 79 ct. (suma žodžiu);

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina be PVM	PVM (EUR)	Pasiūlymo kaina su PVM
1.	Podiatrinė kėdė	vnt.	1	2100,00	441,00	2541,00

Pasiūlymo kaina eurais be PVM: du tūkstančiai vienas šimtas EUR 00 ct (suma žodžiu);

PVM 21 % sudaro: keturis šimtus keturiasdešimt vieną EUR 00 ct (suma žodžiu);

Bendra kaina su PVM: du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas EUR 00 ct (suma žodžiu).

Bendra kaina skaičiais ir žodžiais: 3991.79 EUR (trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas Eur 79 ct)

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).

Viešųjų pirkimų specialistė Dovilė Andrijauskaitė

Tiekėjo įgaliojoto asmens parašas, vardas, pavardė

2 priedas. Techninė specifikacija.

1 pirkimo dalis. Ginekologinių kaniulių ir chirurginio atsiurbėjo komplektas

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės, pridedant katalogo/bukleto kopiją ir pažymint konkretaus siūlomo parametro atitikimą
Reikalavimai chirurginiam atsiurbėjui			
1.	Paskirtis	Profesionalus atsiurbėjas, skirtas įvairių organizmo skysčių, audinių atsiurbimui.	Profesionalus atsiurbėjas, skirtas įvairių organizmo skysčių, audinių atsiurbimui. <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
2.	Maksimalus siurbimo greitis	≥ 60 l/min	60 l/min <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
3.	Maksimalus vakuumas	Ne blogiau kaip -0,9 bar. Su manometru slėgio matavimui.	-0,9 bar. Su manometru slėgio matavimui. <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
4.	Veikimo tipas	Nepertraukiamas veikimas	Nepertraukiamas veikimas <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
5.	Siurblio savybės	Betepalinis, nereikalaujantis techninio aptarnavimo	Betepalinis, nereikalaujantis techninio aptarnavimo <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
6.	Surinkimo indų skalės gradacija	Sugraduota ne didesniu nei 200ml žingsniu	Sugraduota 200ml žingsniu <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
7.	Triukšmo lygis	≤ 52 dBa	51,7 dBa <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
8.	Siurblio svoris be priedų	≤ 20 kg	20 kg <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
9.	Maitinimas	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
10.	Ratukai	Ne mažiau kaip 4 antistatiniai ratukai su stabdžiais	4 antistatiniai ratukai su stabdžiais <i>Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl.</i>
11.	Komplektacija	Komplektuojamas kartu su: • kojinis pedalas -1 vnt. • sterilizuojami 2 l talpos surinkimo indai – 2 vnt. • priedai indų tvirtinimui – 2 vnt. • papildomos apsaugos buteliukas – 1 vnt. • hidrofobinis antibakterinis filtras – 1 vnt. • sterilizuojama silikoninė atsiurbimo žarnelė – 1 vnt. • maitinimo kabelis – 1 vnt.	Komplektuojamas kartu su: • kojinis pedalas -1 vnt. • sterilizuojami 2 l talpos surinkimo indai – 2 vnt. • priedai indų tvirtinimui – 2 vnt. • papildomos apsaugos buteliukas – 1 vnt. • hidrofobinis antibakterinis filtras – 1 vnt. • sterilizuojama silikoninė atsiurbimo žarnelė – 1 vnt. • maitinimo kabelis – 1 vnt.

		ginekologinės kaniulės (pasirinkto dydžio) – 10 vnt.	ginekologinės kaniulės (pasirinkto dydžio) – 10 vnt. Žr. „Katalogas“.pdf, 1psl. Žr. „Patvirtinimas“.pdf
Reikalavimai kartu komplektuojamoms ginekologinėms kaniulėms			
12.	Ginekologinė atsiurbimo kaniulė	Lygaus paviršiaus su pajungimo antgaliu.	Lygaus paviršiaus su pajungimo antgaliu. Žr. „Katalogas“.pdf, 3psl.
13.	Turi tikti pajungti prie siūlomo atsiurbėjo	Būtina	Tinka pajungti prie siūlomo atsiurbėjo Žr. „Katalogas“.pdf, 3psl.
14.	Atspari gniuždymui, išlaikanti savo formą.	Būtina	Atspari gniuždymui, išlaikanti savo formą. Žr. „Katalogas“.pdf, 3psl.
15.	Sterili	Būtina	Sterili Žr. „Katalogas“.pdf, 5psl.
16.	Graduota ne toliau nei 6 cm nuo distalinio galo	Būtina	Graduota 6 cm nuo distalinio galo Žr. „Katalogas“.pdf, 4psl.
17.	Ilgis	23 ± 2 cm	23 cm Žr. „Katalogas“.pdf, 4psl.
18.	Kaniulių vidinis ir išorinis išmatavimai:	- N 4: 4 mm ± 0,5 mm - N 5: 5 mm. ± 0,5 mm - N 6: 7 mm. ± 0,5 mm - N 7: 8 mm ± 0,5 mm	- N 4: 4 mm - N 5: 5 mm - N 6: 7 mm - N 7: 8 mm Žr. „Katalogas“.pdf, 4psl.
19.	Atraumatinis galas	Būtina	Atraumatinis galas Žr. „Katalogas“.pdf, 3psl.
20.	Dvi atsiurbimo skylutės skirtingose pusėse.	Būtina	Dvi atsiurbimo skylutės skirtingose pusėse. Žr. „Katalogas“.pdf, 3psl.
21.	Atsiurbimo skylutės	2 (dvi) skirtingose pusėse	2 (dvi) skirtingose pusėse Žr. „Katalogas“.pdf, 3psl.
22.	CE atitikties sertifikatai ar atitikties deklaracijos	Būtina prie pasiūlymo pridėti kopiją	Žr. „Gamintojų sertifikatai“.pdf 1-20 psl.
23.	Garantija prietaisui	≥24 mėn.	24 mėn. Žr. „Patvirtinimas“.pdf

2 pirkimo dalis. Podiatrinė kėdė.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės, pridedant katalogo/bukleto kopiją ir pažymint konkretaus siūlomo parametro atitikimą
Reikalavimai podiatrinei kėdei			

1.	Paskirtis	Profesionaliam darbui podiatrijos medicinos kabinete	Profesionaliam darbui podiatrijos medicinos kabinete <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 6.</i>
2.	Sėdimo/gulimo paviršiau ilgio ribos	170 – 210 cm	182cm <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 7, 8.</i>
3.	Plotis su ranktūriais	75 ±5 cm	70cm <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 6.</i>
4.	Galvos atrama	Reguliuojamo aukščio	Reguliuojamo aukščio pagalvėlė <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 6.</i>
5.	Kojų dalies prailginimas	Mechaninis 35-40 cm ribose	Mechaninis 32-45 cm ribose <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 7.</i>
6.	Kojų atramos pasvirimo kampas	(0°-80°) laipsnių ar lygiavertis	(0°-90°) laipsnių <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 7.</i>
7.	Kėdės sukimosi kampas	į abi puses po 90°	Nėra
8.	Valdymas	Pedalo pagalba	Pedalo pagalba <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 9.</i>
9.	Variklio tipas	Elektrinis	Elektrinis <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 8, 9.</i>
10.	Pagrindas	Uždengtas visiškai ABS tipo ar lygiavėriu dangčiu	Neuždengtas <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl.</i>
11.	Čiužinys	• Nedegaus audinio, pasižyminčio antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis • Lengvai valomas • Su plokščiais porankiais ir galvos atrama	• Nedegaus audinio, pasižyminčio antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis • Lengvai valomas • Su plokščiais porankiais ir galvos atrama <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 6.</i>
12.	Maksimali apkrova	150-200 kg	180kg <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 8, 9.</i>
13.	CE atitikties sertifikatai ar atitikties deklaracijos	Būtina prie pasiūlymo pridėti kopiją	Kopija pridedama <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 8, 9.</i> <i>Žr. „Gamintojo sertifikatas“.pdf, psl. 21, 22.</i>
14.	Garantija prietaisui	≥24 mėn.	36 mėn <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 6.</i>
15.	Komplektuojami priedai	1)Popieriaus rulono laikiklis 2) 45-55 mm ratukai (4 vnt).	1)Popieriaus rulono laikiklis 2) ratukai (4 vnt). <i>Žr. „Katalogas“.pdf, psl. 9.</i>