

UAB "Expertus Vilnensis"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2729374, faks.: +370 5 2729396, el. paštas info@exvil.lt, juridinio asmens kodas 121386360, PVM kodas: LT213863610. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centro registre)

VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL PUSIAU AUTOMATINIO MIKROTOMO PIRKIMO**

2022-11-29 Nr. 1-80657771

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas	UAB "Expertus Vilnensis", į.k. 121386360, PVM kodas LT213863610
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo (įmonės) kodas	121386360
PVM mokėtojo kodas	LT213863610
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arvidas Neniškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produktų specialistė Neringa Viščiulytė-Žostautė
Telefono numeris	+370 5 2729374
El. pašto adresas	info@exvil.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki 2023-02-27.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis	Gamintojas, modelis	1 vnt. kaina be PVM	1 vnt. kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1	Pusiau automatinis mikrotomas	1 vnt.	Epredia, HM340E	9.600,00	11.616,00	9.600,00	11.616,00

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) 11.616,00 € Vienuolika tūstančių šeši šimtai šešiolika € 00 ct (kaina skaičiais ir žodžiais)

PVM (21 proc.) suma Eur 2.016,00 € Du tūkstančiai šešiolika € 00 ct (suma skaičiais ir žodžiais).

**** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.**

Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1.	Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą	Igaliojimas_Neringai_Viščiulytei_Zostaut_ei_konfidencialu.pdf, 1
2.	UAB „Expertus Vilnensis“ ISO 9001 sertifikatas	Expertus_Vilnensis_ISO_9001_LT.pdf, 1
3.	UAB „Expertus Vilnensis“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	Expertus_Vilnensis_EBVPD, 14
4.	UAB „Expertus Vilnensis“ deklaracija dėl atsakingų asmenų	Expertus_Vilnensis_Deklaracija_dėl_atrasingu_asmenu-s0602, 1
5.	UAB „Expertus Vilnensis“ deklaracija dėl nustatytų sąlygų nebuvimo	Deklaracija_dėl_nustatytų_sąlygų_nebuvimo.pdf, 1
6.	Gamintojo techniniai dokumentai, CE deklaracija	Technine_informacija.zip, 1

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1.	Įgaliojimas Neringai Viščiulytei-Zostautei	„Prisegti dokumentai“

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali** nurodyti, kad konfidenciali **informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis), gamintojas** arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Produktų specialistė	(pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu)	Neringa Viščiulytė-Zostautė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūloma parametro reikšmė, su nuoroda į pasiūlymo puslapį
1.	Pusiau automatinis mikrotomas	1vnt.	<i>HM340E, Epredia</i>
2.	Mikrotomas	Pusiau automatinis mikrotomas	Pusiau automatinis mikrotomas
3.	Tikslaus pjovimo pasirinkimo ribos	Ne siauresnės nei nuo 0,5 iki 100 µm	Nuo 0,5 iki 100 µm <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
4.	Skiriamoji geba	Ne daugiau nei 0,5 µm ribose nuo 0,5 iki 5 µm Ne daugiau nei 1 µm ribose nuo 5 iki 20 µm Ne daugiau nei 2 µm ribose nuo 20 iki 30 µm Ne daugiau nei 5 µm ribose nuo 30 iki 60 µm Ne daugiau nei 10 µm ribose nuo 60 iki 100 µm	0,5 µm ribose nuo 0,5 iki 5 µm 1 µm ribose nuo 5 iki 20 µm 2 µm ribose nuo 20 iki 30 µm 5 µm ribose nuo 30 iki 60 µm 10 µm ribose nuo 60 iki 100 µm <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
5.	Grubaus pjovimo pasirinkimo ribos	Ne siauresnės nei nuo 5 iki 500 µm	Nuo 5 iki 500 µm <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
6.	Skiriamoji geba	Ne daugiau nei 5 µm ribose nuo 5 iki 30 µm Ne daugiau nei 10 µm ribose nuo 30 iki 100 µm Ne daugiau nei 20 µm ribose nuo 100 iki 200 µm Ne daugiau nei 50 µm ribose nuo 200 iki 500 µm	5 µm ribose nuo 5 iki 30 µm 10 µm ribose nuo 30 iki 100 µm 20 µm ribose nuo 100 iki 200 µm 50 µm ribose nuo 200 iki 500 µm <u>Operator Guide - HM340E - 387863-</u>

			EP - English.pdf, 10 psl.
7.	Retrakcija	Ne mažiau nei 40 µm. Privalo būti galimybė atjungti.	40 µm. Yra galimybė atjungti. <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
8.	Horizontalaus padavimo ribos	Ne mažiau nei 26 mm	28 mm <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
9.	Vertikalaus padavimo ribos	Ne mažiau nei 72 mm	72 mm <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
10.	Pjūvių skaičiavimas	Ne mažiau nei penki skaitmenys.	Penki skaitmenys. <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
11.	Pjūvių storių skaičiavimas	Ne mažiau nei penki skaitmenys.	Penki skaitmenys. <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
12.	Likusių pjūvių storis	Ne mažiau nei penki skaitmenys.	Penki skaitmenys. <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
13.	Mėginio matmenys	Tinkamas pjauti mėginius su standartinėmis kasetėmis (55 x 50 mm) ir mega kasetėmis (68 x 50 mm).	Tinkamas pjauti mėginius su standartinėmis kasetėmis (55 x 50 mm) ir mega kasetėmis (68 x 50 mm). <u>Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.</u>
14.	Mėginio orientavimas	Privalomas 8° visapusiškai X-Y ašimis	8° visapusiškai X-Y ašimis <u>Operator Guide - HM340E - 387863-</u>

			EP - English.pdf, 10 psl.
15.	Mėginio rotavimas	Ne mažiau 360°	360° Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.
16.	Pjovimo pavara	Rankinė	Rankinė Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 10 psl.
17.	Mėginio padavimo būdai	Ne mažiau nei trys: motorizuotas, laipsninis ir nepertraukiamas.	Motorizuotas, laipsninis ir nepertraukiamas. HM340E spec sheet.pdf, 2 psl.
18.	Mėginio padavimo greitis	Ne mažiau nei 400, 800 ir 1200 µm/s	Motorizuotas, laipsninis ir nepertraukiamas. HM340E spec sheet.pdf, 2 psl.
19.	Triukšmo lygis	Ne daugiau nei 45 dB	42 dB Operator Guide - HM340E - 387863-EP - English.pdf, 11 psl.
20.	Priedai	universalus ašmenų laikiklis tinkantis žemo ir aukšto profilio vienkartiniams ašmenims, universalus mėginio laikiklis, vienkartiniai ašmenys (ne mažiau nei 100vnt.).	Universalus ašmenų laikiklis tinkantis žemo ir aukšto profilio vienkartiniams ašmenims, universalus mėginio laikiklis, vienkartiniai ašmenys (100vnt.).
21.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpiau kaip 36 mėn.	36 mėn.
22.	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos (originalo ir lietuvių kalba)). Pristatant prekes turės būti pateiktas CE sertifikatas.	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas (su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos

			(originalo ir lietuvių kalba)). Pristatant prekes turės būti pateiktas CE sertifikatas.
--	--	--	---

Pastaba: grafoje "Siūloma parametro reikšmė" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti "Atitinka" arba "Taip" neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.