

Pasiūlymas 635564

Kainos pasiūlymą pateikė:

Biomedikos centras

Juridinio asmens kodas

304943503

Antakalnio g. 36

LT-10305

Vilnius

Lietuva

Pirkimo pavadinimas:

**Spintelė prie lovos su ištraukiamu/atlenkiamu ir
reguliuojamu staliuku (20 vnt.)**

Projektas:

ATVIRI KONKURSAI 2022

Pasiūlymų pateikimo terminas (EET):

2022-12-12 09:00

Kontaktinė informacija:

Guoda Černiauskaitė

guoda@biomedikoscentras.lt

Pasiūlymas pateiktas: (EET)

2022-12-10 12:53

Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.



Uždaroji akcinė bendrovė „Biomedikos centras“
 Adresas: Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius
 Įmonės kodas: 304943503, PVM mokėtojo kodas: LT100011966710.
 Banko rekvizitai: A/s LT747300010155959883 Kodas 73000 AB bankas „Swedbank“

VšĮ Utenos ligoninė
 (Adresatas (įgaliotoji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL SPINTELĖS PRIE LOVOS SU IŠTRAUKIAMU/ATLENKIAMU IR REGULIUOJAMU STALIUKU (20 VNT.) PIRKIMO

2022-12-1- Nr.83

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Biomedikos centras“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	304943503, LT-100011966710
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s LT747300010155959883 Kodas 73000 AB bankas „Swedbank“
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Liegus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Guoda Černiauskaitė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Padalinio vadovė Guoda Černiauskaitė
Telefono numeris	865790875
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	guoda@biomedikoscentras.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

	stalčius/durelės turi būti atidaromi iš abiejų spintelės pusių		Apatinis stalčius ir viršutinis stalčius yra atidaromi iš abiejų spintelės pusių
6.	Stalčių konstrukcija	Su plastikiniais įdėklais	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 9 Su plastikiniais išimamais įdėklais.
7.	Lentyna po spintelės apačia (tarp ratukų), skirta batams arba higieniniams indams	Būtina	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 7; 11 Yra
8.	Rankšluosčio laikiklis	Būtina	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 7; 11 Yra
9.	Su ištraukiamu ir atlenkiamu virš lovos valgymo staliuku, pagamintu iš aukšto slėgio laminato plokštės.	Būtina	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 10; 7 Su ištraukiamu ir atlenkiamu virš lovos valgymo staliuku, pagamintu iš aukšto slėgio laminato plokštės
10.	Ištraukto ir atlenkto staliuko valgymo lentos posvyrio kampas horizontalios ašies atžvilgiu reguliuojasi	Būtina	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 10; 11 Ištraukto (atlenkto) staliuko valgymo lentos posvyrio kampas horizontalios ašies atžvilgiu reguliuojasi
11.	Spintelės stalviršis su ne mažiau nei dviem rankenomis	Būtina	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 7 Spintelės stalviršis su dviem stūmimo rankenomis
12.	Valgymo staliuko aukštis reguliuojamas. Staliuko aukščio reguliavimo ribos	Ne siauriau nei 750 – 1100 mm	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 4 730 – 1100 mm
13.	Valgymo staliuko apkrova:		
13.1.	Centre	≥ 7 kg	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 4 9 kg
13.2.	Prie krašto	≥ 5 kg	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 4 5 kg
14.	Valgymo staliuko išmatavimai	Ne mažiau 590 x 310 mm	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 4 590 x 337 mm
15.	Valymas ir dezinfekcija	Lengvai valomas ir dezinfekuojamas	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 12 Lengvai valoma ir dezinfekuojama.
16.	Galimybė pasirinkti spalvą	Turi būti	Dokumentas: “Spalva” 12 spalvų
17.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	Dokumentas: “Spintelė MANO” Puslapis: 15 Garantija suteikiama 24 mėn.
18.	CE ženklavimas	Turi būti	Dokumentas: “CE Mano EN” Yra
19.	Pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus	Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus	Dokumentas: “Eleganza Mano serviso vadovas” Pateikiamas eksploatavimo vadovas