

UAB „Slaugivita“
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

2022 m. lapkričio 28 d., Nr. S00306

(data)

Šiauliai

(vieta)

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368, Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Čekienė, 8 614 41922, daiva@slaugivita.com

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant:

- 4.2.1. transportavimo išlaidas;
- 4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, paruošimo eksploatavimui ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
- 4.2.3. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo (jei taikoma);
- 4.2.4. apsirūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui, išlaidas;
- 4.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 4.2.6. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
- 4.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

I PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Funkcinė slaugos lova (Movita T09, Wissner-bosserhoff GmbH)	vnt.	40	1.327,00	53.080,00
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)				53.080,00
	PVM				2.654,00
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				55.734,00

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 00 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

III PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Spintelė su atlenkiamu šoniniu maitinimo staliuku (Vivo 3, Wissner-bosserhoff GmbH)	vnt.	41	486,68	19.953,88
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					19.953,88
PVM					4.190,31
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					24.144,19

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai, 19 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

IV PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Mobili vonia (Marina basic, Lopital Nedreland B.V.)	vnt.	2	3.900,00	7.800,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					7.800,00
PVM					1.638,00
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					9.438,00

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 00 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

VI PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Konteineris panaudotoms sauskelnėms (Odocare, Sanalife B.V.)	vnt.	4	380,00	1.520,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					1.520,00
PVM					319,20
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					1.839,20

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai, 20 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

VII PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Medicininis vežimėlis (Trolley with 2 shelves, Francehopital S.A.S.)	vnt.	2	607,00	1.214,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					1.214,00
PVM					254,94
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					1.468,94

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 94 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir techniniai pranašumai yra tokie (pildoma tai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas):

I pirkimo dalis

Nr.	Techninis pranašumas	Tiekėjo nurodoma kriterijaus reikšmė (yra/nėra)
T1 (2.1).	Čiužinio platformos aukščio reguliavimas Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 38 cm, aukščiausia riba ne mažiau 80 cm.	Yra
T2 (8.1)	Lovos valdymo pultas Pultelio funkcijų išrinkimo ir vykdymo mygtukai turi būti atskiri. ≥ 3 funkcijų pasirinkimo mygtukai, 2 vykdymo mygtukai. Su visų funkcijų užrakinimu.	Yra
T3 (14)	Pultelio apsaugos klasė Ne blogesnė kaip IPX4	Yra
T4 (18.1)	Garantinis laikotarpis ne mažiau 4 metai	Yra

III pirkimo dalis

Nr.	Techninis pranašumas	Tiekėjo nurodoma kriterijaus reikšmė (yra/nėra)
T1 (2.1.)	Spintelės atlenkiamo šoninio maitinimo staliuko valdymas. Spintelės staliuko aukštis turi būti lengvai valdomas viena ranka.	Yra
T2 (3.1)	Atlenkiamo, šoninio maitinimo staliuko pagrindo ratukas Papildomas ratukas atlenkiamo šoninio maitinimo staliuko pagrindo papildomam stabilumui ir didesnei staliuko apkrovos galimybei.	Yra
T3 (6.1)	Garantinis laikotarpis ne mažiau 4 metai	Yra

IV - VII pirkimo dalims techniniai pranašumai netaikomi, vertinama pagal mažiausią kainą

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Ei l. N r.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)			

2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1	Taip	pasiūlyme (bei su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose) neskelbtina informacija laikomi duomenys susiję su asmens duomenų apsauga laikantis Reglamento (ES) 2016/679
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD (Error! Reference source not found. *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (išskyrus kvazisubtiektus (asmenis, kuriuos planuojama įdarbinti), kurie nepildo).	18	Taip	pasiūlyme (bei su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose) neskelbtina informacija laikomi duomenys susiję su asmens duomenų apsauga laikantis Reglamento (ES) 2016/679
5.	Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Error! Reference source not found. Užpildyta techninė specifikacija ir reikalavimus techninei specifikacijai įrodantys dokumentai: gamintojų siūlomų prekių instrukcijos/aprašymai ar kita techninė dokumentacija.	145	Taip	Gamintojo konfidenciali informacija, kuri nėra viešai prieinama. Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.13-87 Gamintojo dokumentai 3 p.d. psl.7-9. Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.5-19.

6.	Teikiant pasiūlymą V pirkimo daliai, pateikti įgaliojimo arba susitarimo, įrodančio teisę tiekti prekes (montuoti), kopiją.			
7.	Pagal Error! Reference source not found. 6 priedą „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ papildomą garantinį laikotarpį patvirtinantys dokumentai: tiekėjo (gamintojo) pasirašytos Pažymos dėl garantinio termino prekėms suteikimo, kopija. Pažymoje turi būti nurodyta, kuriai pirkimo daliai, kokioms prekėms ir kiek mėnesių suteikiamas papildomas garantinis laikotarpis.	<i>I</i>	<i>Ne</i>	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų **Error! Reference source not found.** skyriuje „**Error! Reference source not found.**“ 2.1.8. punkte nurodytą terminą.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, sertifikatas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, ***kartu su pasiūlymu***, pateikiama gamintojų siūlomų prekių instrukcijos/aprašymai, arba techninė dokumentacija, arba katalogai, arba nuoroda į interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Originaliame gamintojo dokumente ***privalo būti atžyma*** (pabraukta ir numeris), kuri patvirtina techninės specifikacijos atitinkamą parametą, o techninės specifikacijos lentelės skytyje „Siūlomi parametrai“ turi būti nurodytas pasiūlymo puslapis, kuriame yra atžyma.

3. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų prekes.

4. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir paruoštos eksploatacijai per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo pirkimo sutarties abiejų šalių pasirašymo dienos, adresu Tarpučių g. 61C, Marijampolėje.

5. I ir III pirkimo dalies medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos (lakštinės medžiagos, kurioje naudojamas pjuvenų ir rišiklių mišinys, pasižymintis dideliu stiprumu ir geru atsparumu vandeniui) turi būti tokios pačios struktūros, pasirašius pirkimo sutartį turi būti galimybė pasirinkti iš kelių spalvų ir atspalvių.

6. Tam tikros prekės (neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės) **I, II, IV, V** pirkimo dalims, nurodytos sąrašuose, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bus naudojamos tik neįgaliųjų asmenų negaliai palengvinti ir/arba gydyti.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

I PIRKIMO DALIS

FUNKCINĖ SLAUGOS LOVA (BVPŽ kodas 33192100-3)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Funkcinė slaugos lova	40 vnt. Elektra valdoma funkcinė slaugos lova, skirta sukurti namų aplinkai, naudojama ilgalaikės globos ir slaugos įstaigose ir namuose.	Movita T09, Wissner-bosserhoff GmbH
1.	Čiužinio platforma	Turi būti sudaryta iš 4 funkcinų dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros, b) sėdmenų,	Sudaryta iš 4 funkcinų dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros, b) sėdmenų,

		c) šlaunų, d) blauzdų. Platformos paviršius turi būti pagamintas iš metalo tinklo arba metalo juostų, kurios būtų lengvai išimamos esant reikalui. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, turi būti ne mažesni kaip 200 x 85 cm. Gulimo paviršiaus rėmas turi būti vientisas, neišardomas.	c) šlaunų, d) blauzdų. Platformos paviršius pagamintas iš metalo tinklo, kurios būtų lengvai išimamos esant reikalui. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, 200 x 90 cm. Gulimo paviršiaus rėmas vientisas, neišardomas. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.8,14,64</i>
2.	Čiužinio platformos aukščio reguliavimas	Turi būti valdoma elektrine pavana; Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm.	Valdoma elektrine pavana; Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 38 cm, aukščiausia riba 80 cm <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl. 17,61,62, 4,12</i>
2.1.	<i>(T1) Čiužinio platformos aukščio reguliavimas Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas</i>	<i>Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 38 cm, aukščiausia riba ne mažiau 80 cm.</i>	<i>Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 38 cm, aukščiausia riba 80 cm Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.4,12</i>
3.	Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	Turi būti valdomas elektra, pultelio pagalba, nemažiau kaip 60° kampu. Turi būti galimybė, nuleisti šią atramą dingus elektrai ar esant variklio gedimui.	Valdomas elektra, pultelio pagalba, 65,5° kampu. Galima, nuleisti šią atramą dingus elektrai ar esant variklio gedimui. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.17,61,62,14,60, 18, 62</i>
4.	Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	Turi būti valdomas elektra, pultelio pagalba, nemažiau kaip 30° kampu.	Valdomas elektra, pultelio pagalba, 32° kampu. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.17,61,62, 14,60</i>
5.	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	Turi būti valdomas mechaniškai arba elektra, su galimybe fiksuoti keliose padėtyse. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°.	Valdomas mechaniškai, su galimybe fiksuoti keliose padėtyse. Maksimalus pakėlimo kampas 20°. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.25,66</i>
6.	Sekcijų automatinio regreso funkcija	Gulimo paviršiaus dubens sritis su praplatėjimo funkcija, padidinančia sėdimo pagrindo plotį. Praplatėjimas turi būti ne mažesnis 15 cm.	Gulimo paviršiaus dubens sritis su praplatėjimo funkcija, padidinančia

			sėdimo pagrindo plotį. Praplatėjimas 17 cm. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.8</i>
7.	Lovos valdymo pultas	Pultelio pagalba turi būti galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampą, galvos atramos ir kojų atramos kėlimą vienu metu.	Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampą, galvos atramos ir kojų atramos kėlimą vienu metu. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.9</i>
8.	Šoniniai apsauginiai rėmai	Turi būti vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio.	Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.26,67,47,48,12</i>
8.1.	<i>(T2) Lovos valdymo pultas Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas</i>	<i>Pultelio funkcijų išrinkimo ir vykdymo mygtukai turi būti atskiri. ≥3 funkcijų pasirinkimo mygtukai, 2 vykdymo mygtukai. Su visų funkcijų užrakinimu.</i>	<i>Pultelio funkcijų išrinkimo ir vykdymo mygtukai atskiri. 3 funkcijų pasirinkimo mygtukai, 2 vykdymo mygtukai. Su visų funkcijų užrakinimu. Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.17,9</i>
9.	Lovos galai	Turi būti medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos (lakštinės medžiagos, kurioje naudojamas pjuvenų ir rišiklių mišinys, pasižymintis dideliu stiprumu ir geru atsparumu vandeniui), arba mediniai, pasirašius pirkimo sutartį turi būti galimybė pasirinkti iš kelių spalvų ir atspalvių.	Medžio drožlių plokštės, pasirašius pirkimo sutartį bus galima pasirinkti iš kelių spalvų ir atspalvių. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.48,49,11</i>
10.	Lovos ratukai	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 100 mm; 2. Su kojinių valdymo centrine stabdžių sistema.	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo 125 mm; 2. Su kojinių valdymo centrine stabdžių sistema. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.4</i>
11.	Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas	Ne didesni kaip 208 (±3) x 105 (±3) cm	208 x 103 cm <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.12</i>
12.	Lovos svoris (be priedų)	Ne daugiau kaip 140 kg	120 kg <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.14</i>

13.	Apkrovimas	Maksimali lovos apkrova: pacientas ir čiužinys ne mažiau kaip 200 kg.	Maksimali lovos apkrova: pacientas ir čiužinys 205 kg. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.14</i>
14.	<i>(T3) Pultelio apsaugos klasė Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas</i>	<i>Ne blogesnė kaip IPX4</i>	<i>IPX4 Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.14</i>
15.	Lovos priedai: pasikėlimo kartis su rankena	Tinkama siūlomo modelio lovai.	Tinkama siūlomo modelio lovai. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.28</i>
16.	Sertifikatai	Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams. Žymėjimas CE ženklu arba lygiaverčiu. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2009. Žymėjimas CE ženklu. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes. <i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.45,46,43,44</i>
17.	Lovos paviršių dengiamųjų mišinių reikalavimai (apribojimai)	Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms medinėms ar metalinėms lovos dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip: • 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai; • ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos); • 1 kategorijos, turintys specifinę toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.*	Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms medinėms ar metalinėms lovos dalims padengti, nėra klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip: • 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai; • ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos); • 1 kategorijos, turintys specifinę toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose nėra jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.*

			<i>Gamintojo dokumentai 1 p.d. psl.72-87</i>
18.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 2 metai	4 metai <i>Pažyma dėl garantinio termino prekėms suteikimo, psl.88</i>
18.1	<i>(T4) Garantinis laikotarpis Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas</i>	<i>Ne mažiau 4 metai</i>	4 metai <i>Pažyma dėl garantinio termino prekėms suteikimo, psl.88</i>
19.	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos	Galimybė įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.**	Galima įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir 5 metus po garantinio laikotarpio.** <i>Patvirtinimas psl. 89</i>
20.	Naudojimo instrukcija	Privaloma lietuvių kalba, pateikiama sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	lietuvių kalba, pateikiama sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
21.	Serviso dokumentacija	Privaloma, pateikiama sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	pateikiama sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.

*, **Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.3. papunktis*, 4.4.4. papunktis.

III PIRKIMO DALIS

SPINTELĖ SU ATLENKIAMU ŠONINIU MAITINIMO STALIUKU (BVPŽ kodas 33192300-5)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Spintelė su atlenkiamu šoniniu maitinimo staliuku	41 vnt.	<i>Vivo 3, Wissner-bosserhoff GmbH</i>
1.	Sandara	1. Spintelė turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos (lakštinės medžiagos, kurioje	1. Spintelė pagaminta iš medžio drožlių plokštės, su pritvirtintu reguliuojamo aukščio ir kampo staliuku.

		naudojamas pjuvenų ir rišiklių mišinys, pasižymintis dideliu stiprumu ir geru atsparumu vandeniui), su pritvirtintu reguliuojamo aukščio ir kampo staliuku. 2. Spintelės ir stalviršio kampai turi būti suapvalinti. 3. Spintelė ne mažiau kaip trijų dalių: stalčius, atvira lentyna, apatinis (didelis) stalčius arba spintelė su drelėmis. Stalčių rankenėlės turi būti chromuotos	2. Spintelės ir stalviršio kampai suapvalinti. 3. Spintelė trijų dalių: stalčius, atvira lentyna, apatinis (didelis) stalčius. Stalčių rankenėlės chromuotos <i>Gamintojo dokumentai 3 p.d. psl.8,4,7,5,9</i>
2.	Spintelės atlenkiamas šoninis maitinimo staliukas	1. Šoninio maitinimo staliuko aukščio reguliavimas atliekamas dujinės spyruoklės arba jam lygiaverčio mechanizmo pagalba. 2. Staliukas turi būti su dvejais aliuminio krašteliais. 3. Staliuko aukščio reguliavimas ne mažiau kaip 85-110 cm ($\pm$ 10 cm), ribose	1. Šoninio maitinimo staliuko aukščio reguliavimas atliekamas dujinės spyruoklės pagalba. 2. Staliukas su dvejais aliuminio krašteliais. 3. Staliuko aukščio reguliavimas 78-114 cm, ribose <i>Gamintojo dokumentai 3 p.d. psl.9,7</i>
2.1	<i>(T1) Spintelės atlenkiamo šoninio maitinimo staliuko valdymas Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas</i>	<i>Spintelės staliuko aukštis turi būti lengvai valdomas viena ranka.</i>	<i>Spintelės staliuko aukštis lengvai valdomas viena ranka. Gamintojo dokumentai 3 p.d. psl.3</i>
3.	Spintelės ratukai	Spintelė turi turėti ne mažiau kaip 4 ratukus, ne mažiau kaip 50 mm diametro, ne mažiau kaip 2 ratukai turi būti su stabdžiais.	Spintelė turi 5 ratukus 50 mm diametro, 2 ratukai turi stabdžius. <i>Gamintojo dokumentai 3 p.d. psl.7</i>
3.1	<i>(T2) Atlenkiamo, šoninio maitinimo staliuko pagrindo ratukas Techninis parametras pasiūlymo vertinimui.</i>	<i>Papildomas ratukas atlenkiamo šoninio maitinimo staliuko pagrindo papildomam stabilumui ir didesnei staliuko apkrovos galimybei.</i>	<i>Papildomas ratukas atlenkiamo šoninio maitinimo staliuko pagrindo papildomam stabilumui ir didesnei staliuko apkrovos galimybei. Gamintojo dokumentai 3 p.d. psl.3</i>

	<i>Neprivalomas, privalumas</i>		
4.	Spalva	Šviesiai pilka, turi būti galimybė pasirinkti iš kelių pilkos spalvos atspalvių.	Šviesiai pilka, galima pasirinkti iš kelių pilkos spalvos atspalvių. <i>Gamintojo dokumentai 3 p.d. psl.6</i>
5.	Išmatavimai	Spintelės išmatavimai ribose: aukštis 75(±3) cm x plotis 66 (±3) cm x gylis 45 (±3) cm. Spintelės staliuko išmatavimai ribose: plotis 37 (±3) cm x ilgis 57 (±3) cm.	Spintelės išmatavimai ribose: aukštis 78 cm x plotis 68 cm x gylis 47 cm. Spintelės staliuko išmatavimai ribose: plotis 37 cm x ilgis 57 cm. <i>Gamintojo dokumentai 3 p.d. psl.7</i>
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 2 metai.	4 metai. <i>Pažyma dėl garantinio termino prekėms suteikimo, psl.10</i>
6.1.	<i>(T3) Garantinis laikotarpis Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas</i>	<i>Ne mažiau kaip 4 metai.</i>	<i>4 metai. Pažyma dėl garantinio termino prekėms suteikimo, psl.10</i>

IV PIRKIMO DALIS
MOBILI VONIA (BVPŽ kodas 33196200-2)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Mobili vonia	2 vnt.	<i>Marina basic, Lopital Nedreland B.V.</i>
1.	Paskirtis	Mobili vonia skirta pervežti ir maudyti pacientus, pripildant vonia vandeniu. Turi būti tinkama naudoti, kartu su mobiliu keltuvu, kuris gali pavažiuoti po mobilios vonios apatine dalimi	Mobili vonia skirta pervežti ir maudyti pacientus, pripildant vonia vandeniu. Tinkama naudoti, kartu su mobiliu keltuvu, kuris gali pavažiuoti po mobilios vonios apatine dalimi <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.1,5,19</i>
2.	Kėlimo konstrukcija	Kryžminė arba analogiška	Kryžminė <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.2</i>
3.	Svoris	Ne daugiau kaip 85 kg	76 kg <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.4</i>

4.	Ratai	Ratų diametras ne mažesnis kaip 150 mm.	Ratų diametras 150 mm. <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.2</i>
5.	Reguliavimas	Reguliuojamo aukščio, hidrauliniu būdu, pedalų pagalba. Pedalai sumontuoti iš abiejų pusių.	Reguliuojamo aukščio, hidrauliniu būdu, pedalų pagalba. Pedalai sumontuoti iš abiejų pusių. <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.2,5,9,12</i>
6.	Reguliavimas	Aukštis reguliuojamas ribose nuo 45 (±5) iki 90 (±5) cm. Turi būti galima pakreipti nedideliu kampu, kad greičiau išbėgtų vanduo. Turi būti anti Trendelenburgo funkcija.	Aukštis reguliuojamas ribose nuo 45 iki 90 cm. Galima pakreipti nedideliu kampu, kad greičiau išbėgtų vanduo. Yra anti Trendelenburgo funkcija. <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.4,2,3</i>
7.	Apsaugos	Turi būti šoninės apsaugos su užraktu. Šoninių apsaugų aukštis ne mažesnis kaip 18 cm. Turi būti pagamintos iš aliuminio ir plastiko arba lygiavertės nerūdijančios medžiagos.	Šoninės apsaugos su užraktu. Šoninių apsaugų aukštis 20 cm. Pagamintos iš aliuminio ir plastiko. <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.9,15,14</i>
8.	Komplektacija	Komplektacijoje turi būti pagalvė ir lanksti nuotekų žarna, kurios ilgis ne mažesnis kaip 2 metrai.	Komplektacijoje pagalvė ir lanksti nuotekų žarna, kurios ilgis 2 metrai. <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.3,14,15</i>
9.	Išoriniai išmatavimai	Ilgis ne mažiau 206 (±10) cm, plotis ne daugiau 81 (±10) cm	Ilgis 206 cm, plotis 81 cm <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.4</i>
10.	Vidiniai išmatavimai	Ilgis ne mažiau 190 (±10) cm, plotis 70 (±10) cm	Ilgis 190 cm, plotis 70 cm <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.</i>
11.	Išmatavimai	Pagrindo aukštis nuo grindų ne didesnis nei 25 cm	Pagrindo aukštis nuo grindų 19 cm <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.4</i>
12.	Apkrova	Maksimali apkrova ne mažiau 200 kg	Maksimali apkrova 227 kg <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.2</i>
13.	Įdėklas	Turi būti paminkštintas įdėklas, pagamintas iš švelnios, lengvai dezinfekuojamos PVC arba lygiavertės medžiagos.	Paminkštintas įdėklas, pagamintas iš švelnios, lengvai dezinfekuojamos PVC. <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.2,14</i>

14.	Sertifikatai	Žymėjimas CE ženklu arba lygiaverčiu. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Žymėjimas CE ženklu. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes. <i>Gamintojo dokumentai 4 p.d. psl.20</i>
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

VI PIRKIMO DALIS
KONTEINERIS PANAUDOTOMS SAUSKELNĖMS (BVPŽ kodas 44619000-2)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Konteineris panaudotoms sauskelnėms	4 vnt.	<i>Odocare, Sanalife B.V.</i>
1.	Paskirtis	Turi būti skirtas išmesti panaudotas suaugusių asmenų sauskelnės. Pagrindinė paskirtis yra nepraleisti blogo kvapo tol, kol sauskelnės guli šio konteinerio maiše.	Skirtas išmesti panaudotas suaugusių asmenų sauskelnės. Pagrindinė paskirtis yra nepraleisti blogo kvapo tol, kol sauskelnės guli šio konteinerio maiše. <i>Gamintojo dokumentai 6 p.d. psl.1,2</i>
2.	Medžiagiškumas	Konteineris turi būti pagamintas iš plastiko arba jam lygiavertės medžiagos.	Konteineris pagamintas iš plastiko. <i>Gamintojo dokumentai 6 p.d. psl.2</i>
3.	Talpa	Ne mažiau kaip 45 l, ne daugiau kaip 50 l.	45 l <i>Gamintojo dokumentai 6 p.d. psl.3,5</i>
4.	Dangtis	Turi būti specialus dangtis, leidžiantis įdėti sauskelnės ir tuo pačiu nepraleisti jau esamų sauskelnių kvapo.	Specialus dangtis, leidžiantis įdėti sauskelnės ir tuo pačiu nepraleisti jau esamų sauskelnių kvapo. <i>Gamintojo dokumentai 6 p.d. psl.2</i>
5.	Dangčio vidiniai maišeliai	Komplektacijoje turi būti bent vienas maišelis, kurį būtų galima keisti susipurvinus arba suplyšus	Komplektacijoje yra vienas maišelis, kurį galima keisti susipurvinus arba suplyšus <i>Gamintojo dokumentai 6 p.d. psl.3,4</i>
6.	Ratukai	Turi būti ne mažiau kaip 4 ratukai.	4 ratukai. <i>Gamintojo dokumentai 6 p.d. psl.4,5</i>
7.	Ratukų diametras	75 mm (± 5 mm)	75 mm

			<i>Gamintojo dokumentai 6 p.d. psl.5</i>
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

VII PIRKIMO DALIS
MEDICININIS VEŽIMĖLIS (BVPŽ kodas 33192300-5)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Medicininis vežimėlis	2 vnt.	<i>Trolley with 2 shelves, Francehopital S.A.S.</i>
1.	Paskirtis	Turi būti mobilus, naudojamas transportuoti sterilias medžiagas, vaistus ir kitą įrangą trumpais atstumais	Mobilus, naudojamas transportuoti sterilias medžiagas, vaistus ir kitą įrangą trumpais atstumais <i>Gamintojo dokumentai 7 p.d. psl.1</i>
2.	Medžiagiškumas	Rėmas ir lentynėlės iš plieno arba aliuminio lydinio, konstrukcija ir paviršius turi būti plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui.	Rėmas ir lentynėlės iš plieno, konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui. <i>Gamintojo dokumentai 7 p.d. psl.1</i>
3.	Išmatavimai	Ilgis 600 mm (±50mm), plotis 400 mm (±50mm), aukštis 800 mm (±50mm)	Ilgis 620 mm, plotis 420 mm, aukštis 820 mm <i>Gamintojo dokumentai 7 p.d. psl.1</i>
4.	Lentynos	Turi būti ne mažiau kaip 2 lentynos	2 lentynos <i>Gamintojo dokumentai 7 p.d. psl.1</i>
5.	Rankena	Turi būti su patogia stūmimui rankena iš galo	su patogia stūmimui rankena iš galo <i>Gamintojo dokumentai 7 p.d. psl.1</i>
6.	Ratukai	su ne mažiau kaip 4 ratukais	su 4 ratukais <i>Gamintojo dokumentai 7 p.d. psl.1</i>
7.	Ratukų diametras	120 mm (±10 mm)	125 mm <i>Gamintojo dokumentai 7 p.d. psl.1</i>
8.	Garantinis terminas	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.