

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Antakalnio g. 57,
Vilnius, LT-10207
Lietuva

UAB Roche Lietuva

Diagnostikos padalinys
J. Jasinskio g. 16B,
Vilnius, LT-03163
Lietuva

PAAIŠKINIMAS

Mes, UAB Roche Lietuva, Diagnostikos padalinys, įsikūręs J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, Lietuva, esame įgalioti atstovai Lietuvoje, kuriuos oficialiai paskelbė F. Hoffmann-La Roche AG įmonė, prekiauti Roche šlapimo analizatoriais, reagentais bei papildomomis priemonėmis (Produktais) patvirtiname, jog mažiausias mėginio tūris, reikalingas atlikti tyrimui priklauso nuo šlapimo analizatoriaus moduly:

	cobas u601 šlapimo analizatorius	cobas 6500 pilnas šlapimo analizatorius
Mėginio tūris, reikalingas atlikti tyrimui	Normalus: 0.80 mL Sumažintas*: 0.20 mL	u601 normalus ir u701: ~1.6 mL u601 sumažintas* ir u701: ~1.0 mL

*Sumažintas: Mėginiai yra tiriami visais tyrimo juostelės analizės parametrais, išskyrus, kuriems naudojama matavimo celė (santykinis tankis bei skaidrumas).

Atliekant kontrolinius matavimus kiekvieną dieną, per metus reikalinga:

	cobas u601 šlapimo analizatorius	cobas 6500 pilnas šlapimo analizatorius
Kontrolinės medžiagos, vieno lygio kiekis, reikalingas 1 metams	$365 * 0.80\text{mL} = 292\text{mL}$	$365 * 1.6\text{mL} = 584\text{mL}$

Pagal pateiktus skaičiavimus, penkeriems metams reikalinga:

	cobas u601 šlapimo analizatorius	cobas 6500 pilnas šlapimo analizatorius	Bendras kiekis
Kontrolinės medžiagos, vieno lygio kiekis, reikalingas 5 metams	$292\text{mL} * 5 = 1460\text{mL}$ $1460\text{mL} / 12\text{mL} = 122 \text{ buteliukai}$	$584\text{mL} * 5 = 2920 \text{ mL}$ $2920\text{mL} / 12\text{mL} = 244 \text{ buteliukai}$	$122 + 244 = 366 \text{ buteliukai}$

Kontrolinės medžiagos, vieno lygio kiekis, reikalingas 5 metams yra 366 buteliukai.

Pasiūlyme pateikta $160 + 210 = 370$ buteliukai (4 buteliukai papildomai pridėti dėl pasitaikančių kontrolės mėginių pakartojimų).

Jonė Makauskaitė
Produkto vadovė Baltijos šalyse
UAB Roche Lietuva