Pirkimas: Kardiotokografas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sutarties Nr._____
Priedas Nr. 1

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas	Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis
1.1.	Kardiotokografas	1	vnt.	Kardiotokografas, Corometrics 171, gamintojas GE Healthcare	TA_konfidencialu psl. 1, 3
1.1.1.	Skirtas vaisiaus gyvybinių parametrų monitoravimui, su integruotu spausdintuvu				Skirtas vaisiaus gyvybinių parametrų monitoravimui, su integruotu spausdintuvu TA_konfidencialu psl. 1, 3
1.1.2.	Galimybė matuoti vaisiaus širdies susitraukimų dažnį bei gimdos susitraukimus				Galimybė matuoti vaisiaus širdies susitraukimų dažnį bei gimdos susitraukimus. TA_konfidencialu psl. 1, 3
1.1.3.	Ultragarsinis (dirbantis pulsinio doplerio principu) multikristalinis daviklis, daviklio dažnis 1,2 ±0,3 MHz, ultragarsinio daviklio vidutinis erdvinis spinduliavimo intensyvumas ≤ 6 mW/cm2, vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos 50 - 200 k/min. (ne siauresnės už nurodytas), vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo skiriamoji geba - ne daugiau 1 k/min.				Ultragarsinis (dirbantis pulsinio doplerio principu) multikristalinis (9 kristalai) daviklis, daviklio dažnis 1,151 MHz, ultragarsinio daviklio vidutinis erdvinis spinduliavimo intensyvumas < 5 mW/cm2, vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos 50 - 210 k/min., vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo skiriamoji geba - 1 k/min. TA_konfidencialu psl. 1, 3
1.1.4.	Tokogramos matavimo ribos 0 – 100% santykinių vienetų (ne siauresnės už nurodytas), tokogramos skiriamoji geba - ne daugiau 1 % santykinių vienetų				Tokogramos matavimo ribos 0 – 100% santykinių vienetų, tokogramos skiriamoji geba - 1 % santykinių vienetų TA_konfidencialu psl. 1, 3
1.2.	Ultragarsinis daviklis	1	vnt.	5700HAX, Nautilus ultragarsinis daviklis	TA_konfidencialu psl. 7
1.3.	Tokodaviklis	1	vnt.	2264HAX Nautilus Tokodaviklis	TA_konfidencialu psl. 7
1.4.	Diržai daviklių tvirtinimui	1	kompl.	Diržai daviklių tvirtinimui	TA_konfidencialu psl. 7
1.5.	Gelis ultragarsiniam davikliui (100 ml)	1	vnt.	Gelis ultragarsiniam davikliui (250 ml)	TA_konfidencialu psl. 7
1.6.	Spausdinimo popierius	3	kompl.	Spausdinimo popierius	TA_konfidencialu psl. 7

Generalinis direktorius
Albinas Naudžiūnas

_____

(parašas)
A. V.

Sutarties pasirašymo data:_____

Direktorius
Tomas Mickūnaitis

_____

(parašas)
A. V.

Sutarties pasirašymo data:_____