

PANAUDOS SUTARTIS

2023 m. vasario 1 d. Nr. STP-3-3.25-6/2023
Vilnius

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika, juridinio asmens kodas 124244035, kurios registruota buveinė yra adresu Vilnius, Antakalnio g. 59, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Evaldo Navicko (toliau – panaudos GAVĖJAS), ir

UAB „DIAMEDICA“, juridinio asmens kodas 111768155, kurio (-s) registruota buveinė yra Vanaginės g. 37A, LT-14261, Didžioji Riešė, Vilniaus r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Stasio Križanausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – panaudos DAVĖJAS),

toliau kartu šioje panaudos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi panaudos DAVĖJAS perduoda panaudos GAVĖJUI šios sutarties galiojimo laikotarpiu neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos DAVĖJUI nuosavybės teise priklausančiu turtu – *biocheminiu automatinu Konelab PRIME 60 ISE, Thermo Scientific analizatoriumi (1 vnt.), kartu su priedais (kompiuteris, monitorius, spausdintuvas, nepertraukiamos srovės šaltinis, vandens gryninimo sistema)* (toliau – analizatorius), o panaudos GAVĖJAS įsipareigoja naudoti analizatorių pagal paskirtį ir grąžinti jį tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

1.2. Analizatorius perduodami su tikslu jį naudoti – laboratoriniams tyrimams atlikti.

1.3. Panaudos DAVĖJAS patvirtina, kad analizatorius jam priklauso nuosavybės teise, jis nėra niekam parduotas, išnuomotas ar kitaip perleistas, neįkeistas, jam areštas ar draudimas neuždėtas, teisme dėl jo ginčų nėra.

1.4. Panaudos DAVĖJAS patvirtina, kad analizatorius yra tinkamas naudoti Sutarties 1.2 punkte nurodytam tikslui.

1.5. Šalys susitarė, kad ši Sutartis kartu laikoma analizatoriaus perdavimo – priėmimo aktu. Analizatoriaus laikymo vieta - Antakalnio g. 59, Vilnius; analizatoriaus su priedais rinkos vertė – 47.000,00 (Eur).

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Panaudos DAVĖJAS įsipareigoja:

2.1.1. užtikrinti, kad perduodamas analizatorius yra sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėtas CE ženklu;

2.1.2. užtikrinti, kad perduodamas analizatorius turi programinę įrangą, užtikrinančią tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainus tarp laboratorijos naudojamos informacinės sistemos Med.I.S ir pateikiamos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos;

2.1.3. supažindinti panaudos GAVĖJĄ su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus vartotojo instrukcijas (lietuvių kalba), panaudos GAVĖJO prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti panaudos GAVĖJO personalą naudotis perduodamu analizatoriumi, valdyti analizatorių, tame tarpe ir vykdyti duomenų mainus su laboratorijos informacine sistema. Privalės pateikti analizatoriaus instrukciją (vadovas), kurioje detalai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai;

2.1.4. pateikti analizatoriui reikalingą diagnostikos reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų ar 3 lygių (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) ir kalibratorių kieki, numatomą **2023 m. vasario 1 d. prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. SP-3-3.23-34/2023** nurodytam tyrimų kiekiui atlikti;

2.1.5. savo sąskaitą užtikrinti, kad analizatorius bus pristatyti, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti panaudos GAVĖJO adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošti darbui ir suderinti/išbandyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2.1.6. savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą Sutarties galiojimo terminą;

2.1.7. savo sąskaita užtikrinti, kad analizatoriaus techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal analizatoriaus gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas;

2.1.8. panaudos DAVĖJAS galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus detalę (-es), komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) panaudos GAVĖJO patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) **ne vėliau kaip per 5 val. (įskaitant atvykimo laiką)** nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento (panaudos GAVĖJO Laboratorijos darbo metu pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 20.00 val.). Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti panaudos GAVĖJO patalpose, panaudos DAVĖJAS privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti panaudos DAVĖJO transportu. Sutašytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) panaudos GAVĖJUI panaudos DAVĖJO sąskaita ir panaudos DAVĖJO transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti panaudos GAVĖJO patalpose (vietoje) negalima, panaudos DAVĖJAS defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti panaudos GAVĖJUI ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka paslaugos DAVĖJAS.

2.1.9. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui priimti analizatorių iš panaudos GAVĖJO pagal Šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą (surašomas laisva forma);

2.1.10. savo sąskaita vykdyti techninę priežiūrą (aptarnavimą) vandens sistemos WATEK, Demina 10 rasa įrenginio arba įrengti lygiavertį vandens demineralizavimo įrenginį ir vykdyti jo techninę priežiūrą (aptarnavimą) – **per 4 mėn.**;

2.1.11. nedelsiant informuoti panaudos GAVĖJĄ apie savo rekvizitų pasikeitimus.

2.2. Panaudos GAVĖJAS įsipareigoja:

2.2.1. naudoti analizatorių tik pagal jo tiesioginę paskirtį;

2.2.2. neperduoti analizatoriaus atlygintinai ir/ar neatlygintinai naudotis trečiajam asmeniui;

2.2.3. nedelsiant informuoti panaudos DAVĖJĄ apie bet kokius analizatoriaus apgadinimus, taip pat apie bet kokius įvykius, turinčius įtakos analizatoriaus būklei;

2.2.4. be panaudos DAVĖJO raštiško sutikimo nedaryti jokių analizatoriaus pakeitimų ar pagerinimų, nekeisti analizatoriaus išvaizdos, išskyrus, kai tai yra būtina analizatoriaus išsaugojimui nuo sugadinimo ar sunaikinimo;

2.2.5. pasibaigus Sutarčiai grąžinti panaudos DAVĖJUI analizatorių tokios būklės, kokios jie panaudos GAVĖJUI buvo perduotas atsižvelgiant į normalų tokio analizatoriaus susidėvėjimą pagal Šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą (surašomas laisva forma);

2.2.6. nedelsiant informuoti panaudos DAVĖJĄ apie savo rekvizitų pasikeitimus.

3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Jei panaudos DAVĖJO perduodamas analizatorius neturės programinės įrangos, užtikrinančios tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainų tarp laboratorijos naudojamos informacinės sistemos Med.I.S ir pateikiamos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos ir dėl šios priežasties panaudos GAVĖJAS bus priverstas nutraukti šią Sutartį, panaudos DAVĖJAS turės sumokėti panaudos GAVĖJUI 3000,00 Eur (tris tūkstančiai eurų 0 ct) dydžio baudą.

4. NENUGALIMA JĖGA

4.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840), kurios nepriklauso nuo sutarties Šalių valios, Šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei Šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir Šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai Šaliai.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja **iki 2023 m. gegužės 31 d.** arba kol galioja **2023 m. vasario 1 d. prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. SP-3-3.23-34/2023.**

5.2. Kiekviena iš Šalių turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį, įspėjusi apie tai raštu kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

5.3. Sutartį galima keisti arba papildyti tik Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Už Sutarties vykdymą iš panaudos GAVĖJO pusės atsakinga skiriama Laboratorijos vedėja, medicinos biologė Renata Voverienė, tel. (8 5) 234 7356, el. p. renata.voveriene@antakpol.lt.

6.2. Už Sutarties vykdymą iš panaudos DAVĖJO pusės atsakinga (-s) skiriama (-s) vadybininkė Kristina Gaidelionienė, tel. 8 614 46622, el. p. kristina@diamedica.lt.

6.3. Ginčai tarp Šalių dėl Sutarties (jos aiškinimo, vykdymo ir kt.) sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Visi nesutarimai dėl šios Sutarties galiausiai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Sutartis su priedais sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

6.5. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.6. Sutarties priedai:

6.6.1. 1 priedas – „Biocheminio automatinio analizatoriaus techninė specifikacija“, 3 lapai.

6.6.2. 2 priedas – Pardavimo – priėmimo naudoti aktas (forma), 1 lapas.

Panaudos GAVĖJAS:

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika
Antakalnio 59, 10207 Vilnius
Kodas 124244035
PVM kodas LT242440314
Tel. 8 52344518
a. s. LT53 7044 0600 0031 0223
AB SEB banke, banko kodas 70440
el. p. info@antakpol.lt

Direktorius Evaldas Navickas

A. V.

Panaudos DAVĖJAS:

UAB „DIAMEDICA“
Vanaginės g. 37A, LT-14261 Didžioji Riešė,
Vilniaus r.
Juridinio asmens kodas 111768155
PVM kodas LT117681515
Tel. 8 614 46622, faksas 8 5 2107286
a. s. LT49 2140 0300 0213 1892
Luminor Bank, banko kodas 21400
el. p. info@diamedica.lt

Generalinis direktorius Stasys Križanauskas

A.V.

2023 m. vasario 1 d.
panaudos sutarties Nr. STP-3-3.25-6/2023
1 priedas

BIOCHEMINIO AUTOMATINIO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomo analizatoriaus techniniai parametrai
1.	Biocheminis automatinis analizatorius <i>Konelab PRIME 60 ISE, Thermo Scientific</i> (toliau – analizatorius)	Biocheminis automatinis analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2015 metų gamybos.	Automatinis biocheminis analizatorius Konelab PRIME 60 ISE, Thermo Scientific, 2015.07.24
2.	Analizatoriaus paskirtis	Atlikti 2023 m. vasario 1 d. prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. SP-3-3.23-34/2023 nurodytus tyrimus	Automatinis biocheminis analizatorius, skirtas įprastų klinikinių cheminių tyrimų, elektrolitų bei specialių cheminių tyrimų atlikimui.
3.	Darbas su mėginiu		
3.1.	Analizatoriuje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius	Būtina	Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius
3.2.	Analizatorius turi aptikti krešulius, mechaninės kliūtis aptikimas	Būtina	Analizatorius aptinka krešulius, mechanines kliūtis
3.3.	Našumas	Ne mažiau kaip 300 mėginių su ISE per valandą	600 mėginių per valandą
3.4.	Mėginio tipas	Galimybė tirti: serumą, plazmą, šlapimą	Galima tirti: serumą, plazmą, šlapimą, serebrospinalinį skystį
3.5.	Mėgintuvėlių naudojimo tipas	Mėginiai į analizatorių turi būti dedami pirminiuose mėgintuvėliuose, esant mažam mėginio kiekiui – mikromėgintuvėlis	Mėginiai į analizatorių dedami pirminiuose mėgintuvėliuose, esant mažam mėginio kiekiui – mikromėgintuvėlis
3.6.	Automatinis mėginių praskiedimas	Būtina	Automatinis mėginių praskiedimas
3.7.	Cito (skubi) pozicija	Būtina	6 vietos cito (skubi) pozicijoms
3.8.	Temperatūrinis reagentų užtikrinimas analizatoriuje	Būtina	Temperatūrinis reagentų užtikrinimas analizatoriuje
3.9.	Mėginių kiekis analizatoriuje	Ne mažiau 60 mėginių	6 segmentai po 14 mėginių – 84 mėginiai
3.10.	Galimybė nustatyti ne mažiau kaip 25 analičių vienu metu vienam pacientui	Būtina	Gali nustatyti iki 200 analičių vienam pacientui

3.11.	Nepertraukiamas mėginių talpinimas	Būtina	Nepertraukiamas mėginių talpinimas
3.12.	Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas ar pagal poreikį prijungti išorinį kodų skaitytuvą	Būtina Turi būti galimybė nuskaityti bandinių žymėjimo etikečių brūkšninius kodus. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128. Pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39; Interleaved 2 of 5.	Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas
3.13.	Išorinis spausdintuvas ir/ar integruotas spausdintuvas	Būtina	Išorinis spausdintuvas
3.14.	Naudojamų reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių galiojimo laikas nuo pristatymo datos	Ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn.	Ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn.
3.15.	Automatinis kiuvečių keitimas, jei yra naudojamos vienkartinės kiuvetės	Būtina	Automatinis kiuvečių keitimas
3.16.	Analizatoriuje turi būti ne mažiau 36 pozicijų reagentams	Būtina	45 pozicijos reagentams
3.17.	Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui	Būtina	Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui
3.18.	Automatinis reagentų kiekio ir tipo valdymas bei galiojimo kontrolė	Būtina	Automatinis reagentų kiekio ir tipo valdymas bei galiojimo kontrolė
3.19.	Reagentų papildymas, darbiname režime (nereikalingas analizatoriaus stabdymas)	Būtina	Reagentų papildymas, darbiname režime (nereikalingas analizatoriaus stabdymas)
3.20.	Autonominis analizatorius, nejungiamas prie vandentiekio sistemos, arba galimybė prijungti prie vandens sistemos, ž. r. Bendrųjų reikalavimų 8 p.	Būtina	Autonominis analizatorius, nejungiamas prie vandentiekio sistemos. Vandens sąnaudos iki 2 litrų per valandą
4.	Kalibracija ir kokybės kontrolė		
4.1.	Kalibracijos stabilumas	Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus	Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus – keičianti reagento LOT bei kasdieninei kontrolei nepatekus į ribas
4.2.	Kokybės kontrolės tirpalai	Naudojami 2 ar 3 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo)	Naudojami 2 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo kiekvieno reagento metodikoje)
5.	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas		

5.1.	Saugomi duomenys	Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys	Saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
5.2.	Analizatorius turi užtikrinti galimybę perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą Med.IS.	Būtina. Analizatorius turi turėti programinę įrangą, kuri turi užtikrinti tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainus tarp laboratorijos naudojamos informacinės sistemos ir pateikiamos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos. Analizatoriaus programinė įrangą turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.	Analizatorius užtikrina galimybę perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą Med.IS.
5.3.	Galimybė tyrimų rezultatus perkelti į <u>išorines duomenų laikmenas</u> (USB atmintine ar SD) arba automatinis duomenų išsaugojimas kompiuterinių tinklų serveryje	Būtina	Galimybė tyrimų rezultatus perkelti į <u>išorines duomenų laikmenas</u> (USB atmintine ar SD) arba automatinis duomenų išsaugojimas kompiuterinių tinklų serveryje
5.4.	Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę	Būtina	Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę
5.5.	Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai	Būtina	Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai
6.	Nuotolinis analizatoriaus valdymas	Būtina	Nuotolinis analizatoriaus valdymas naudojant TiemViewer programą
7.	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas

Panaudos GAVĖJAS:

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika
Direktorius Evaldas Navickas

A. V.

Panaudos DAVĖJAS:

UAB „DIAMEDICA“
Generalinis direktorius Stasys Križanauskas

A. V.

2023 m. vasario 1 d.
panaudos sutarties Nr. STP-3-3.25-6/2023
2 priedas

**PERDAVIMO – PRIĖMIMO NAUDOTI AKTAS
(FORMA)**

2023 m. vasario mėn. ____ d.
Vilnius

UAB „DIAMEDICA“, atstovaujama _____ perduoda, o Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika, atstovaujama _____, priima, vadovaudamiesi 2023 m. vasario 1 d. panaudos sutarties Nr. STP-3-3.25-6/2023 nuostatomis šiame perdavimo – priėmimo naudoti akte nurodytą automatinį biocheminį analizatorių su priedais (toliau – analizatorius):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Serijinis numeris	Rinkos vertė Eur be PVM
1.	Biocheminis automatinis Konelab PRIME 60 ISE su priedais	1	23157	47.000,00 EUR
2.	Sistemos priklausančios komplektuojančios dalys ir priedai:			(keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų, 00 ct)
2.1	Kompiuteris Dell Optiplex 9020	1	H840952	
2.2	Liečiamasis monitorius ELO	1	C15C004722	
2.3	Spausdintuvas Cannon I-sensys LBP6020B	1	NCYA215542	
2.4	Nepertraukiamas srovės šaltinis Smart UPS SC420	1	5S1431T10412	
2.5	Vandens gryninimo sistema (Išorinė vandens talpykla)	1	04780	

Analizatoriaus būklė perdavimo metu – _____.

Šalys viena kitai pretenzijų neturi.

Šis aktas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Panaudos GAVĖJAS:

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

A. V.

Panaudos DAVĖJAS:

UAB „DIAMEDICA“

A.V.