

UAB „Slaugivita“
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

2023 m. sausio 26 d., Nr.S04604
(data)

Šiauliai
(vieta)

Marijampolės specialieji socialinės globos namai
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368, Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Čekienė, 841 522439, info@slaugivita.com

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPI 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant:

- 4.2.1. transportavimo išlaidas;
- 4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, paruošimo eksploatavimui ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
- 4.2.3. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo (jei taikoma);
- 4.2.4. apsirūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui, išlaidas;
- 4.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 4.2.6. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
- 4.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

I PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui (<i>Optimal 5zon, Care of Sweden AB</i>)	vnt.	40	367,00	14.680,00
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)				14.680,00
	PVM 5%				734,00
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				15.414,00

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: penkiolika tūkstančių keturi šimtai keturiolika eurų, 00 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

II PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lubinis keltuvas su kėlimo diržu (GH3 200 kg , V. Guldmann A/S)	vnt.	2	4.950,00	9.900,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					9.900,00
PVM 5 %					495,00
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					10.395,00

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: dešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir techniniai pranašumai yra tokie (pildoma tai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas):

I pirkimo dalis

Nr.	Techninis pranašumas	Tiekėjo nurodoma kriterijaus reikšmė (yra/nėra)
T1 (1.1)	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui Dviejų atskirų, tarpusavyje nesuklijuotų dalių. Dalys laisvai juda keliant lovos nugaros atramą ir sumažina trintį ir šlytį po pacientu.	yra
T2 (1.2)	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui su specialiu kietu intarpu sėdmenų dalyje, kuris suteikia papildomą komfortą pacientui, pakėlus lovos nugaros atramą	yra
T3 (2.1)	Vertinama tiekėjo suteikiama garantija. Kuo ilgesnė garantija tuo daugiau balų skiriama. 4 metų garantiją skiriama 10 balų.	yra

II pirkimo daliai techniniai pranašumai netaikomi, vertinama pagal mažiausią kainą

Nr.	Techninis pranašumas	Tiekėjo nurodoma kriterijaus reikšmė (yra/nėra)
T1	<i>Vertinama tiekėjo Lubinių keltuvų su kėlimų diržu pristatymo ir sumontavimo terminas dienomis. Kuo trumpesnis terminas, tuo daugiau balų suteikiama. 30 kalendorinių dienų skiriama 20 balų.</i>	yra
T2 (21.1)	<i>Vertinama tiekėjo suteikiama garantija. Kuo ilgesnė garantija tuo daugiau balų skiriama. 4 metų garantiją skiriama 10 balų.</i>	yra

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)			UAB "Slaugivita" pasiūlyme bei su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose neskelbtina informacija laikomi duomenys susiję su asmens duomenų apsauga laikantis Reglamento (ES) 2016/679, kuris taikomas tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui.
2.	Igaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1	Ne	
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekčiai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu). *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (išskyrus kvazisubtiektėjus (asmenis, kuriuos planuojama įdarbinti), kurie nepildo).	17	Ne	
5.	Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“. Užpildyta techninė specifikacija ir reikalavimus techninei specifikacijai įrodantys dokumentai: gamintojų siūlomų prekių instrukcijos/aprašymai ar kita techninė dokumentacija.	27	Ne	
6.	Teikiant pasiūlymą II pirkimo daliai, pateikti igaliojimo arba susitarimo, įrodančio teisę tiekti prekes (montuoti), kopiją.	2	Taip	
7.	Teikiant pasiūlymą II pirkimo daliai, pateikti dokumentą (-us), kuris (-ie) patvirtintų galimybę įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per	1	Ne	

	garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.			
8.	Pagal Pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ papildomą garantinį laikotarpį patvirtinantys dokumentai: tiekėjo (gamintojo) pasirašytos Pažymos dėl garantinio termino prekėms suteikimo, kopija. Pažymoje turi būti nurodyta, pirkimo dalis, prekės pavadinimas ir kiek mėnesių suteikiamas papildomas garantinis laikotarpis.	2	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų **Error! Reference source not found.** skyriuje „**Error! Reference source not found.**“ 2.1.8. punkte nurodytą terminą.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, sertifikatas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, *kartu su pasiūlymu*, pateikiama gamintojų siūlomų prekių instrukcijos/aprašymai, arba techninė dokumentacija, arba katalogai, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę, techniniai parametrai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Originaliame gamintojo dokumente ir lietuvių kalba išverstame dokumente privalo būti atžyma (pabraukta ir numeris), kuri patvirtina techninės specifikacijos atitinkamą parametą, o techninės specifikacijos lentelės skiltyje „Siūlomi parametrai“ turi būti nurodytas dokumento puslapis, kuriame yra atžyma.

3. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametų prekes.

4. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir paruoštos eksploatacijai per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo pirkimo sutarties abiejų šalių pasirašymo dienos, adresu Tarpučių g. 61C, Marijampolėje.

5. I ir II pirkimo dalių prekės (neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės), nurodytos sąrašuose, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bus naudojamos tik neįgaliųjų asmenų negaliai palengvinti ir/arba gydyti, todėl turi būti taikomas lengvatinis 5 procentų PVM.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI**I PIRKIMO DALIS****ČIUŽINYS PRAGULŲ PROFILAKTIKAI IR GYDYMUI (BVPŽ kodas 39143112-4)**

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui	40 vnt.	<i>Optimal 5zon, Care of Sweden AB</i>
1.	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui turi būti:	1. Skirtas žemos ir vidutinės pragulų atsiradimo rizikos grupių pacientams bei turintiems I-II kategorijos pragulas. 2. Dviejų sluoksnių porolono arba jam lygiavertės medžiagos čiužinys. 3. Viršutinis sluoksnis: HR putų poliuretanais arba jam lygiavertė medžiaga, ne mažiau 65 kg/m ³ tankio, profiliuotas, su ne mažiau 5 skirtingų zonų kvadrato formos iškarpymais, kad oras laisvai	1. Skirtas žemos ir vidutinės pragulų atsiradimo rizikos grupių pacientams bei turintiems I-II kategorijos pragulas. <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.1,2</i> 2. Dviejų sluoksnių porolono čiužinys. <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.1,3</i> 3. Viršutinis sluoksnis: HR putų poliuretanais, 65 kg/m ³ tankio,

		cirkuliuotų čiužinio paviršiuje. 4. Apatinis sluoksnis: HR putų poliuretaną arba jam lygiavertę medžiagą, ne mažiau 50 kg/m³ tankio. 5. Čiužinio užvalkalas audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga). Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiavertčius. Atsparus dezinfekcijai. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes. 6. Čiužinio ilgis ir plotis turi būti 200 (±3) x 85 (±3) cm (turi atitikti lovos gulimo paviršiaus matmenis), aukštis ne mažiau 14 cm; 7. Maksimalus naudotojo svoris ne mažiau 180 kg.	profiluotas, su 5 skirtingų zonų kvadrato formos iškarpymais, kad oras laisvai cirkuliuotų čiužinio paviršiuje. <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.1,4,7</i> 4. Apatinis sluoksnis: HR putų poliuretaną, 50 kg/m³ tankio. <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.1</i> 5. Čiužinio užvalkalas audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. Tinkamas plauti skalbimo mašinose 95 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus. Atsparus dezinfekcijai. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes. <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.1,2,5,6</i> 6. Čiužinio ilgis ir plotis 200 x 85 cm (atitinkta lovos gulimo paviršiaus matmenis), aukštis 14 cm; <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.1</i> 7. Maksimalus naudotojo svoris 180 kg. <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.1</i>
1.1	<i>(T1) Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui</i> <i>Techninis parametras pasiūlymo vertinimui.</i> <i>Neprivalomas, privalumas</i>	<i>Dviejų atskirų, tarpusavyje nesuklijuotų dalių. Dalys laisvai juda keliant lovos nugaros atramą ir sumažina trintį ir šlytį po pacientu.</i>	<i>Dviejų atskirų, tarpusavyje nesuklijuotų dalių. Dalys laisvai juda keliant lovos nugaros atramą ir sumažina trintį ir šlytį po pacientu.</i> <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.7</i>
1.2	<i>(T2) Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui</i> <i>Techninis parametras pasiūlymo vertinimui.</i> <i>Neprivalomas, privalumas</i>	<i>Su specialiu kietu intarpu sėdmenų dalyje, kuris suteikia papildomą komfortą pacientui, pakėlus lovos nugaros atramą</i>	<i>Su specialiu kietu intarpu sėdmenų dalyje, kuris suteikia papildomą komfortą pacientui, pakėlus lovos nugaros atramą</i> <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.2,3</i>
2.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 2 metai.	4 metai. <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.8</i>

2.1	(T3) Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 4 metai	4 metai <i>Gamintojo dokumentai 1p.d. psl.8</i>
3.	Sertifikatai	Žymėjimas CE ženklu arba lygiaverčiu. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Žymėjimas CE ženklu. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
3.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba, tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lietuvių kalba, tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
4.	Serviso dokumentacija	Lietuvių ir anglų kalba, tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lietuvių ir anglų kalba, tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.

II PIRKIMO DALIS

LUBINIS KELTUVAS SU KĖLIMO DIRŽU (BVPŽ kodas 33196200-2)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Lubinis keltuvas su kėlimo diržu	2 vnt.	GH3 200 kg , V. Guldmann A/S
1.	Paskirtis	Kėlimo sistema, skirta kelti paslaugų gavėjus iš (i) lovų, neįgaliųjų vežimėlių, nuo grindų, naudoti tualete, vonioje, įkelti į mobiliąją vonią (higienos patalpoje).	Kėlimo sistema, skirta kelti paslaugų gavėjus iš (i) lovų, neįgaliųjų vežimėlių, nuo grindų, naudoti tualete, vonioje, įkelti į mobiliąją vonią (higienos patalpoje). <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.1,9</i>
2.	Komplektacija	Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu, kėlimo diržas.	Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu, kėlimo diržas. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.5, 3,16, 9,10</i>
3.	Bėginės sistemos bėgiai	Bėgių ilgis nuo 4 iki 5 m. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Tikslas yra vieno keltuvų aptarnauti ir galėti iškelti paslaugų gavėjus iš lovų, neįgaliųjų vežimėlių ir įkelti į mobiliąją vonią ir kitur.	Bėgių ilgis nuo 4 iki 5 m. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Tikslas yra vieno keltuvų aptarnauti ir galėti iškelti paslaugų gavėjus iš lovų, neįgaliųjų vežimėlių ir įkelti į mobiliąją vonią ir kitur. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.1,2,9</i>
4.	Keltuvo keliamoji galia	Ne mažiau kaip 200 kg.	200 kg. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.3</i>
5.	Kėlimo greitis	Su svoriu iki 200 kg, ne lėčiau kaip 3 cm/s.	Su svoriu iki 200 kg, 4 cm/s. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.12</i>
6.	Keltuvo diržo ilgis	Ne trumpesnis kaip 230 cm.	250 cm. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.13</i>
7.	Keltuvo valdymas	Pultelio pagalba.	Pultelio pagalba. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.12</i>
8.	Avarinis stabdymas ir nuleidimas	Būtinai, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas.	Yra, mechaninis ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.13</i>
9.	Bendras keltuvo svoris	Ne daugiau kaip 13 kg	9,6 kg <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.</i>

10.	Avarinis stabdymas ir nuleidimas	Būtinai, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas.	Yra, mechaninis ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.13</i>
11.	Krovimas	Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius.	Keltuvas kraunamas automatiškai per bėgius. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.2</i>
12.	Įspėjamieji signalai	Būtinai, įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą.	Yra, įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.14,15</i>
13.	Pultelis	Laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ Pultelis su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio būtų privalumas.	Laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ Pultelis su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.16,17,3</i>
14.	Diržų skersinis	Skersinis iš plastiko ir nerūdijančio metalo.	Skersinis iš plastiko ir nerūdijančio metalo. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.10,18</i>
15.	Baterija	Ne mažiau kaip 24V, 2 Ah arba lygiavertė, baterijos įkrovimo trukmė ne ilgesnė nei 2 valandos. Mažiausias baterijos veikimo laikas – ne mažiau 20 kėlimų iki išsikrovimo.	24V, 2 Ah, baterijos įkrovimo trukmė 2 valandos. Mažiausias baterijos veikimo laikas – 21 kėlimų iki išsikrovimo. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.14</i>
16.	Apsaugos klasė	Keltuvui ne žemesnė nei IP 20, valdymo pulteliui – ne žemesnė nei IP 44.	Keltuvui IP 20, valdymo pulteliui – IP 44. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.14</i>
17.	Triukšmas	Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 65 dB	Keltuvo keliamas darbinis triukšmas 52 dB <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.12</i>
18.	Sertifikatai	Žymėjimas CE ženklų arba lygiavertiu. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Žymėjimas CE ženklų. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
19.	Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara 1vnt	Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Dydis: nugaros atramos aukštis 77 – 90 cm (±5 cm). Maksimalus keliamo paciento svoris ne mažesnis nei 200 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi	Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš poliesterio. Dydis: nugaros atramos aukštis 80 – 92 cm. Maksimalus keliamo paciento svoris 255 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.9,6,7,8</i>
20.	Gamintojo įgaliojimas tiekti ir montuoti prekes	Tiekėjas ar ūkio subjektas turi būti įgaliotas gamintojo tiekti prekes (jas montuoti) arba tiekėjas turi būti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais. Pateikti įgaliojimo arba susitarimo, įrodančio teisę	Tiekėjas yra įgaliotas gamintojo tiekti prekes (jas montuoti). Pateikiamas įgaliojimas, įrodantis teisę tiekti prekes, kopiją. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.19</i>

		tiekti prekes, kopiją.	
21.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 2 metai.	4 metai. <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.20</i>
22.	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos	Galimybė įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.*	Galima įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir 5 metus po garantinio laikotarpio.* <i>Gamintojo dokumentai 2 p.d. psl.21</i>
23.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba, tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lietuvių kalba, tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
24.	Serviso dokumentacija	Lietuvių ir anglų kalba, tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lietuvių ir anglų kalba, tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.

*Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4. papunktis.