

2023-03-13 Nr. VPS-2023-137

MEDICININĖS ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, juridinio asmens kodas 306207585, (toliau - Užsakovas), atstovaujama Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės Birutės Paulikienės, veikiančios pagal VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės l. e. generalinio direktoriaus pareigas Jono Salygos 2023 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 2 - 8,

ir

UAB „Osteca“, adresas: Danės g. 47, Klaipėda, kodas 300871049, el. paštas or@osteca.lt, (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas direktoriaus Arvydo Klovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudaro šią viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

“Pardavėjas” įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (644805) laimėtą artroskopinės įrangos komplektą Smith & Npew (JAV), kurio kaina yra 144.550,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 00 cnt.) ir pateikti “Pirkėjui” pagal šią specifikaciją:

Artroskopinės įrangos komplektas

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Bendrieji reikalavimai			
1.	Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms	Būtina	Įrangos paviršius yra atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms Katalogo psl. 35.
2.	CE ženklavimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams	Būtina	CE ženklavimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams
3.	Garantinis aptarnavimas.	≥ 12 mėn.	12 mėn.
Specialieji reikalavimai			
1.	Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama (1 vnt.) Ref. Nr. 72205058; 72200315 LENS4K	1. Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), ≥ 3 lustų;	1. Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), 3 lustų; Katalogo psl. 1,8,9,10,11, 12, 13,14, 17,29, 50, 51, 52,
		2. Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų;	2. Raiška: (3840 x 2160) vaizdo elementų; Katalogo psl.2.
		3. Progresyvus skenavimas;	3. Progresyvus skenavimas; Katalogo psl.2, 51,
		4. Skaitmeninis priartinimas;	4. Skaitmeninis priartinimas; Katalogo psl. 3. 14
		5. ≥ 3 programuojami valdymo mygtukai;	5. 3 programuojami valdymo mygtukai; Katalogo psl.2, 3, 15, 36, 52,
		5. kameros galvutės svoris ≤0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis ≥350 cm	5. kameros galvutės svoris 0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis 366 cm. Katalogo psl.22, 29

2.	Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu (1 vnt.) Ref. Nr. 72205059. LENS4K	1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui;	1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; Katalogo psl.1,4,8,12,13,16, 17, 21, 50
		2. Video įrašų kokybė: 4K $\geq$ (3840x2160) arba Full HD $\geq$ (1920x1080p);	2. Video įrašų kokybė: 4K (3840x2160) arba Full HD (1920x1080p); Katalogo psl.5.
		3. Signalų išvestys: 3.1. $\geq$ 1 vnt. HD-SDI arba lygiavertė; 3.2. $\geq$ 3 vnt. 3G HD - SDI (4K) arba lygiavertė; 3.3. $\geq$ 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; 3.4. $\geq$ 2 vnt. USB tipo jungtis;	3. Signalų išvestys: 3.1. 1 vnt. HD-SDI; Katalogo psl.6, 3.2. 4 vnt. 3G HD - SDI (4K); Katalogo psl.6, 19, 3.3. 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; Katalogo psl.6 3.4. 2 vnt. USB tipo jungtis; Katalogo psl.6,7, 18
		4. Vaizdų įrašymas/perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB; 4.2 Į planšetę.	4. Vaizdų įrašymas/perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB; Katalogo psl.53, 4.2 Į planšetę. Katalogo psl.53
		5. Vaizdų įrašymas valdomas planšete, kameros galvos mygtukais;	5. Vaizdų įrašymas valdomas planšete, kameros galvos mygtukais; Katalogo psl.23,28.
		6. Bevielis interneto ryšys;	6. Bevielis interneto ryšys; Katalogo psl.20, 53.
		7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1. Ekranas įstrižainė $\geq$ 10"; 7.2. Raiška $\geq$ 1920x1080 vaizdo elementų; 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus.	7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui Katalogo psl.4,7, 13,16, 24, 25, 53; 7.1. Ekranas įstrižainė 10,2"; Katalogo psl.25. 7.2. Raiška 2160 x 1620 vaizdo elementų; Katalogo psl.25. 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). Katalogo psl.21,22,23, 24, 26, 27, 28, 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. Katalogo psl.12, 30,31,
		9. Integuotas LED tipo šviesos šaltinis; 9.1. Lempos darbo laikas $\geq$ 30000 valandų; 9.2. Maksimalus šviesos srauto intensyvumas $\geq$ 2500 lumenų; 9.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis $\geq$ 7500° K 9.4. Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais.	9. Integuotas LED tipo šviesos šaltinis; Katalogo psl.32,33, 34, 9.1. Lempos darbo laikas minimum 30000 valandų; Katalogo psl.32, 35, 38, 9.2. Maksimalus šviesos srauto intensyvumas 2500 lumenų; Katalogo psl.38, 9.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis 7500° K 9.4. Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos

		9.5. Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris	mygtukais. Katalogo psl.35, 39, 40, 41, 42, 43, 9.5. Šviesolaidžių jungtys 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, Katalogo psl.32, 35, 37.
3.	Plokščiaekranis monitorius (1 vnt.) Ref. Nr.FM-E3203D	1. Ekranų įstrižainė: ≥ 32 coliai; 2. Vaizdo formatas: 16:9; 3. Raiška: 4K, $\geq (3840 \times 2160)$ vaizdo elementų; 4. Ryškumas : ≥ 700 cd/m ² ; 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 6. Spalvų skaičius $\geq 1,05$ mlrd.; 7. Pikselių tankis 0,1845 x 0,1845 mm; 8. Monitoriaus svoris ≤ 12 kg.; 9. Medicininės paskirties; 10. Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo.	1. Ekranų įstrižainė: 32 coliai; Katalogo psl.44, 45, 2. Vaizdo formatas: 16:9; Katalogo psl.45, 3. Raiška: 4K, (3840x2160) vaizdo elementų; Katalogo psl.45, 46, 4. Ryškumas : 700 cd/m ² ; Katalogo psl.45, 46. 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; Katalogo psl.47,48,49. 6. Spalvų skaičius 1,07 mlrd.; Katalogo psl.45, 7. Pikselių tankis 0,1845 x 0,1845 mm; Katalogo psl.45. 8. Monitoriaus svoris 11,58 kg.; Katalogo psl.45. 9. Medicininės paskirties; Katalogo psl.44, 10. Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo. Katalogo psl.45.
4.	Artroskopinė optika, perduodanti 4K (3 vnt.) Ref. Nr.72205154	1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 4 $\pm 0,2$ mm; 3. Ilgis 160 ± 10 mm; 4. Autoklavuojama.	1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 4 mm; 3. Ilgis 160 mm; 4. Autoklavuojama. Katalogo psl.54.
5.	Artroskopo įmova (3 vnt.) Ref. Nr.72200829; 4356	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 $\pm 0,2$ mm diametro siūlomai optikai	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm diametro siūlomai optikai Katalogo psl.55.
6.	Šviesolaidis (5 vnt.) Ref. Nr.72204921	1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 2. Ilgis ≥ 300 cm. 3. Išorinis diametras 4,0 mm 3. Fibrooptinis.	1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 2. Ilgis 304 cm. 3. Išorinis diametras 4,0 mm 3. Fibrooptinis. Katalogo psl.56,57, 58.
7.	Artroskopinė optika smulkių sąnarių artroskopijoms (2 vnt.) Ref. Nr.7205682; 80.7503.	1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 2,7 $\pm 0,2$ mm; 3. Ilgis 70 ± 3 mm; 4. Autoklavuojama. 5. Komplekte dėklas sterilizavimui bei laikymui.	1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 2,7 mm; 3. Ilgis 67 mm; 4. Autoklavuojama. 5. Komplekte dėklas sterilizavimui bei laikymui. Katalogo psl.59, 60.
8.	Artroskopo įmova artroskopinei optikai smulkių sąnarių artroskopijoms (2 vnt.) Ref. Nr.6900853, 3807.	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 2,7 $\pm 0,2$ mm diametro siūlomai optikai	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 2,7 mm diametro siūlomai optikai Katalogo psl.61.
9.	Sterilizavimo konteineris šviesolaidžiui, optikai, kaniulei ir obturatoriumui (5 vnt.) Ref. Nr.80.6013	Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm $\pm 0,2$ mm	Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm Katalogo psl.62,63.

10.	Šeiverio konsolė Ref. Nr.72200873 DYONICS POWERII	1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; 2.2. Kojiniu jungikliu; 2.3. Darbinio instrumento rankena; 3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos į priekį/atgal: ≥ 10000 aps./min.; b) osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 4. ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su artroskopine pompa;	1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; 2.2. Kojiniu jungikliu; 2.3. Darbinio instrumento rankena; 3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos į priekį/atgal: 10000 aps./min.; b) osciliacijos: 3000 ciklų/min.; 4. 2 jungtys instrumentų pajungimui; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su artroskopine pompa; Katalogo psl.64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.
11.	Šeiverio rankena (3 vnt.) Ref. Nr.72200616 DYONICS POWERMAX ELITE	1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas ≥ 3 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Galimybė prijungti antgalius su koaguliacijos funkcija (skutimo ir koaguliacijos funkcija integruota viename antgalyje), kampiniais antgaliais 5. Autoklavuojama; 6. Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole.	1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas 3 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Galimybė prijungti antgalius su koaguliacijos funkcija (skutimo ir koaguliacijos funkcija integruota viename antgalyje), kampiniais antgaliais 5. Autoklavuojama; 6. Rankena yra techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. Katalogo psl.86, 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, 99.
12.	Šeiverio rankena smulkių sąnarių artroskopijoms (1 vnt.) POWERMINI. Ref. Nr.72201500	1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas ≥ 2 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Autoklavuojama; 5. Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole.	1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas 2 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Autoklavuojama; 5. Rankena yra techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. Katalogo psl.98,99,100,101,102,103.
13.	Pompa irigacijai (1 vnt.) Ref. Nr. 1028511; 1002053; 1002059; 1402008; 1407201. DOUBLE PUMP	1. Ratukinio tipo; 2. Su ekranu parametrų reikšmių atvaizdavimui; 3. Su pritaikytais darbo režimais: klubo sąnario, kelio sąnario, peties sąnario, mažųjų sąnarių; 4. Savitestavimo sistema (angl. self test) kiekvieną kartą įjungus;	1. Ratukinio tipo; 2. Su ekranu parametrų reikšmių atvaizdavimui; 3. Su pritaikytais darbo režimais: klubo sąnario, kelio sąnario, peties sąnario, mažųjų sąnarių; 4. Savitestavimo sistema (angl. self test) kiekvieną kartą įjungus; 5. Komplekte vienkartinį žarnelių rinkinį irigacijai 50 vnt.; 6. Kojinis jungiklis valdymui.

		5. Komplekte vienkartinį žarnelių rinkinį irigacijai ≥ 50 vnt.; 6. Kojinis jungiklis valdymui.; 7. Komunikacija su šeiveriu ir artroskopinės elektrokaustikos generatoriumi	7. Komunikacija su šeiveriu ir artroskopinės elektrokaustikos generatoriumi Katalogo psl. 104-114.
14.	Artroskopinis koblacijos įrenginys su integruotu skysčių kontrolės moduliu (1 vnt.) WEREWOLF.Ref. Nr.RF20000	1.1. Darbinis dažnis 50/60 Hz; 1.2. Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C; 1.3. Lietimui jautrus valdymo ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinį skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. Galima valdyti planšetės pagalba. 1.4. Galimi režimai: rezekcija, koblacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. 1.5. Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; 1.6. Galimybė pajungti elektrodus su ambient technologija, kurie matuoja sąnario skysčių temperatūrą darbo metu; 1.7. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 40 tipo elektrodų 1.8. Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. 1.9. Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2.	1.1. Darbinis dažnis 50/60 Hz; 1.2. Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C; 1.3. Lietimui jautrus valdymo ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinį skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. Galima valdyti planšetės pagalba. 1.4. Galimi režimai: rezekcija, koblacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. 1.5. Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; 1.6. Galimybė pajungti elektrodus su ambient technologija, kurie matuoja sąnario skysčių temperatūrą darbo metu; 1.7. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti iš 40 tipo elektrodų 1.8. Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. 1.9. Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2. Katalogo psl.115-143.
15.	Vežimėlis įrangai (1 vnt.) REF. NR.101315	1. ≥ 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; 2. ≥ 3 lentynos; 3. Videokameros galvutės laikiklis; 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 5. Centrinis el. jungiklis; 6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); 7. ≥ 2 vnt. artikuluojami laikikliai monitoriams	1. 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; 2. 4 lentynos (su apatine platforma); 3. Videokameros galvutės laikiklis; 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 5. Centrinis el. jungiklis; 6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); 7. 2 vnt. artikuluojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui). 8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. Katalogo psl.144-153.

		(plokščiakraniam ir valdymo įrenginio monitoriui). 8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių.	
16.	Automatinis dvigubas turniketas, su baterija ir stovu. Komplekte 3 skirtingų dydžių autoklavuojamos manžetės. (1 kompl.) REF. NR. G10903; A10701; MANŽETĖS: GBDM103; GCDM104; GCDM107.	1. Jutiminio valdymo ekranas. 2. Integruota PB arba lygiavertė tipo baterija. 3. Automatinis gidas displėjuje. 4. Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė. 5. Audio ir vizualiniai signalai išpėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą. 6. Slėgio reguliavimas nuo 0 iki 600 mmHg kas 5 mmHg. Garsumas 52dB. 7. Manžetės komplekte: 7.1. Ilgis 61 ±0,5cm, plotis 6 ±0,5 cm; 7.2. Ilgis 76 ±0,5cm, plotis 10 ±0,5 cm; 7.3. Ilgis 122 ±0,5 cm, plotis 10 ±0,5 cm.	1. Jutiminio valdymo ekranas. 2. Integruota PB arba lygiavertė tipo baterija. 3. Automatinis gidas displėjuje. 4. Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė. 5. Audio ir vizualiniai signalai išpėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą. 6. Slėgio reguliavimas nuo 0 iki 600 mmHg kas 5 mmHg. Garsumas 52dB. 7. Manžetės komplekte: 7.1. Ilgis 61 cm, plotis 6 cm; 7.2. Ilgis 76 cm, plotis 10 cm; 7.3. Ilgis 122 cm, plotis 10 cm. Katalogo psl.154-171.
17.	Kandiklis artroskopinėms operacijoms, lenktas į viršų (2 vnt.) REF. NR.012020	Darbinė dalis be skersinės ašies, su prailginta apatine dalimi; darbinė dalis 3,88 mm ±0,01 mm pločio, 2,28 mm±0,01 mm aukščio, 15° į viršų	Darbinė dalis be skersinės ašies, su prailginta apatine dalimi; darbinė dalis 3,88 mm pločio, 2,28 mm aukščio, 15° į viršų Katalogo psl.172-175, 176, 177.
18.	Artroskopinis kandiklis, su ergonomiška rankena mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais, ovalo formos, lenktas į viršų (2 vnt.) REF. NR. 7207083	Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, lenkta 15° į viršų, 6,57mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm±0,05 mm, profilio aukštis 1,65 mm±0,03 mm.	Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, lenkta 15° į viršų, 6,57mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm, profilio aukštis 1,65 mm. Katalogo psl.172-175,178, 179.
19.	Artroskopinis kandiklis, su ergonomiška rankena mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais, ovalo formos, tiesus (2 vnt.) REF. NR.7207181	Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, tiesi, 6,57mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm±0,05 mm, profilio aukštis 1,65 mm±0,03 mm.	Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, tiesi, 6,57mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm, profilio aukštis 1,65 mm. Katalogo psl.172-175,178, 179.
20.	Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, lenktas į viršų (2 vnt.) REF. NR. 012014	Žemo profilio, stačiakampio formos, lenktas 15° į viršų, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, darbinė dalis be skersinės ašies.	Žemo profilio, stačiakampio formos, lenktas 15° į viršų, darbinė dalis 5,05 pločio, aukštis 2,52mm, kirpimo plotis 3,17 mm, darbinė dalis be skersinės ašies. Katalogo psl.172-175, 180, 181.
21.	Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, lenktas į kairę (2 vnt.) REF. NR. 012015	Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, lenkta į	Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 mm pločio, aukštis 2,52mm, kirpimo plotis 3,17 mm, lenkta į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies. Katalogo psl.172-175,180, 181.

		kairę, darbinė dalis be skersinės ašies.	
22.	Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, lenktas į dešinę (2 vnt.) REF. NR.012016	Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, lenktas į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies.	Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 mm pločio, aukštis 2,52mm, kirpimo plotis 3,17 mm, lenktas į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies. Katalogo psl.172-175,180, 181.
23.	Artroskopinis čiupiklis, šaukšto formos (2 vnt.) REF. NR.011012	Šaukšto formos, darbinė dalis 2,7 mm ±0,05 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, rankena su užrakinimo mechanizmu, darbinė dalis be skersinės ašies.	Šaukšto formos, darbinė dalis 2,7 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, rankena su užrakinimo mechanizmu, darbinė dalis be skersinės ašies. Katalogo psl.172-175,182, 183.
24.	Artroskopinis čiupiklis, Aligator tipo arba lygiavertis (2 vnt.) REF. NR.011020	Darbinė dalis be skersinės ašies, 2,7 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 2,66 mm ±0,05 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, kurie pakreipti į rankenos pusę, rankena su užrakinimo mechanizmu.	Darbinė dalis be skersinės ašies, 2,7 mm, profilio aukštis 2,66 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, kurie pakreipti į rankenos pusę, rankena su užrakinimo mechanizmu, Katalogo psl.172-175,184, 185.
25.	Artroskopinis kandiklis priekiniam menisko ragui kirpti, su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais (1 vnt.) REF. NR.7207055	Lenktas į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo, 5,58mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 2,38 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 3,93 mm±0,05 mm.	Lenktas į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo, 5,58mm pločio, kirpimo plotis 2,38 mm, profilio aukštis 3,93 mm. Katalogo psl.172-175, 186, 187.
26.	Artroskopinis kandiklis priekiniam menisko ragui kirpti, su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais (1 vnt.) REF. NR.7207054	Lenktas į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo, 5,58mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 2,38 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 3,93 mm±0,05 mm.	Lenktas į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo, 5,58mm pločio, kirpimo plotis 2,38 mm, profilio aukštis 3,93 mm. Katalogo psl.172-175, 186, 187.
	Instrumentų rinkinys menisko šaknies rekonstrukcijai		Katalogo psl.188. 193.
27.	Nukreipėjo rankena (1 vnt.) REF. NR.71935073	Su atviru kanalu fiksatoriui	Su atviru kanalu fiksatoriui. Katalogo psl.188, 189, 193.
28.	Fiksatorius, tinkantis nukreipėjo rankenai (1 vnt.) REF. NR.71935072	Kaniuliuotas Ø 2,8 mm, išorinė pusė rantyta, su lazerinėmis atžymomis, distalinis galas su aštriais dantukais	Kaniuliuotas Ø 2,8 mm, išorinė pusė rantyta, su lazerinėmis atžymomis, distalinis galas su aštriais dantukais. Katalogo psl.188, 189, 193
29.	Menisko šaknies rekonstrukcijos ofsetinis nukreipėjas (1 vnt.) REF. NR.71935073	Su 6 nukreipimo kanalais, 5 mm į 7 mm, su lazerinėmis atžymomis	Su 6 nukreipimo kanalais, 5 mm į 7 mm, su lazerinėmis atžymomis. Katalogo psl.188, 190, 193
30.	Kairinis nukreipėjas menisko šaknies rekonstrukcijai, montuojamas prie nukreipėjo rankenos (1 vnt.) REF. NR.71935074	Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas	Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas. Katalogo psl.188, 191, 193
31.	Dešininis nukreipėjas menisko šaknies rekonstrukcijai	Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas	Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir

	montuojamas prie nukreipėjo rankenos (1 vnt.) REF. NR.71935075		pažymėtas Katalogo psl.188, 191, 193
32.	Sterilizavimo dėklas (1 vnt.) REF. NR.72202428	Sistemos	Sistemos, Katalogo psl.192, 193
33.	Artroskopinė dildė (1 vnt.) REF. NR.014550	Daugkartinio naudojimo, deimantine galvute, lenkta 90°	Daugkartinio naudojimo, deimantine galvute, lenkta 90°, Katalogo psl.194-195.
34.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Gamintojas Smith&Nephew (JAV), LENS 4K, DYONICS POWER II, DYONICS POWERMAX ELITE, POWERMINI: WEREWOLF, ACUFEX, DOUBLE PUMP RF; PRO-MED (Vokietija), FORESEESON (FSN) (Vokietija); DDM DESSILLONS&DUTRILAUX (Prancūzija) DD Pump.

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties vertė – 144.550,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 00 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, išpėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

9.9 Už sutarties vykdymą atsakingas gydytojas ortopedas traumatologas A. Siaurys.

9.10 „Pardavėjo“ už sutarties vykdymą atsakingas asmuo projektų vadovė Odetė Raklevičienė, tel. +370 65211038, el. paštas or@osteca.lt.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

Klaipėdos universiteto ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB “Šiaulių bankas”
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71804
Įmonės kodas 306207585

„Pardavėjas”

UAB „Osteca“
Danės g. 47,
LT – 92108 Klaipėda
A/s LT397300010121261479
Lietuvos filialas
Bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 300871049



UAB „OSTECA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda, Tel.: 8 46 400002, Faks.: 8 46 314094, VŠĮ Registrų centro
Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė

PASIŪLYMAS

DĖL ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO PIRKIMO

2023.02.03

Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Osteca“
Tiekėjo adresas	Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda
Tiekėjo (įmonės) kodas	I/k 300871049
PVM mokėtojo kodas	PVM mokėtojo kodas LT100003238211
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Arvydas Klovas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Projektų vadovė Odeta Raklevičienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Projektų vadovė Odeta Raklevičienė
Telefono numeris	8-46-400002, mob. tel.: 8-652-11038
Fakso numeris	8-46-314094
El. pašto adresas	or@osteca.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	Banko sąskaita LT39 7300 0101 2126 1479, Bankas „Swedbank“, AB, Banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
 - tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Katalogas psl. 1-50	50
2	Katalogas psl. 51-100	50
3	Katalogas psl. 101-150	50
4	Katalogas psl. 1950-195	45
5	Igaliojimas	1
6	Jungtinė pažyma	2
7	EBVPD	14
8	Gamintojų dokumentai	47
9	Bendrieji reikalavimai. 1. Įrangos valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patarimai	30
10	Tiekėjo deklaracija	1

--	--	--

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS	144550,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Katalogas psl. 1-50	Katalogas psl. 1-50
2.	Katalogas psl. 51-100	Katalogas psl. 51-100
3.	Katalogas psl. 101-150	Katalogas psl. 101-150
4.	Katalogas psl. 1950-195	Katalogas psl. 1950-195

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Odeta Raklevičienė

(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Bendrieji reikalavimai			
1.	Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms	Būtina	Įrangos paviršius yra atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms Katalogo psl. 35,
2.	CE ženklavimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams	Būtina	CE ženklavimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams
3.	Garantinis aptarnavimas.	≥ 12 mėn.	12 mėn.
Specialieji reikalavimai			
1.	Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama (1 vnt.) Ref. Nr. 72205058; 72200315 LENS4K	1. Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), ≥ 3 lustų;	1. Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), 3 lustų; Katalogo psl. 1,8,9,10,11, 12, 13,14, 17,29, 50, 51, 52,
		2. Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų;	2. Raiška: (3840 x 2160) vaizdo elementų; Katalogo psl.2,
		3. Progresyvus skenavimas;	3. Progresyvus skenavimas; Katalogo psl.2, 51,
		4. Skaitmeninis priartinimas;	4. Skaitmeninis priartinimas; Katalogo psl. 3, 14
		5. ≥ 3 programuojami valdymo mygtukai;	5. 3 programuojami valdymo mygtukai; Katalogo psl.2, 3, 15, 36, 52,
		5. kameros galvutės svoris ≤0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis ≥350 cm	5. kameros galvutės svoris 0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis 366 cm. Katalogo psl.22, 29
2.	Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu (1 vnt.) Ref. Nr. 72205059. LENS4K	1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui;	1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; Katalogo psl.1,4,8,12,13,16, 17, 21, 50
		2. Video įrašų kokybė: 4K ≥ (3840x2160) arba Full HD ≥ (1920x1080p);	2. Video įrašų kokybė: 4K (3840x2160) arba Full HD (1920x1080p); Katalogo psl.5.
		3. Signalų išvestys: 3.1. ≥ 1 vnt. HD-SDI arba lygiavertė; 3.2. ≥ 3 vnt. 3G HD - SDI (4K) arba lygiavertė; 3.3. ≥ 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; 3.4. ≥ 2 vnt. USB tipo jungtis;	3. Signalų išvestys: 3.1. 1 vnt. HD-SDI; Katalogo psl.6, 3.2. 4 vnt. 3G HD - SDI (4K); Katalogo psl.6, 19, 3.3. 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; Katalogo psl.6 3.4. 2 vnt. USB tipo jungtis; Katalogo psl.6,7, 18
		4. Vaizdų įrašymas/perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB;	4. Vaizdų įrašymas/perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB;

		4.2 Į planšetę.	Katalogo psl.53, 4.2 Į planšetę. Katalogo psl.53
		5. Vaizdų įrašymas valdomas planšete, kameros galvos mygtukais;	5. Vaizdų įrašymas valdomas planšete, kameros galvos mygtukais; Katalogo psl.23,28.
		6. Bevielis interneto ryšys;	6. Bevielis interneto ryšys; Katalogo psl.20, 53.
		7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1. Ekrano įstrižainė $\geq 10''$; 7.2. Raiška $\geq 1920 \times 1080$ vaizdo elementų; 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus.	7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui Katalogo psl.4,7, 13,16, 24, 25, 53: 7.1. Ekrano įstrižainė $10,2''$; Katalogo psl.25. 7.2. Raiška 2160×1620 vaizdo elementų; Katalogo psl.25. 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). Katalogo psl.21,22,23, 24, 26, 27, 28, 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. Katalogo psl.12, 30,31,
		9. Integuotas LED tipo šviesos šaltinis; 9.1. Lempos darbo laikas ≥ 30000 valandų; 9.2. Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ≥ 2500 lumenų; 9.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis $\geq 7500^\circ$ K 9.4. Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais. 9.5. Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris	9. Integuotas LED tipo šviesos šaltinis; Katalogo psl.32,33, 34, 9.1. Lempos darbo laikas minimum 30000 valandų; Katalogo psl.32, 35, 38, 9.2. Maksimalus šviesos srauto intensyvumas 2500 lumenų; Katalogo psl.38, 9.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis 7500° K 9.4. Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais. Katalogo psl.35, 39, 40, 41, 42, 43, 9.5. Šviesolaidžių jungtys 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, Katalogo psl.32, 35, 37.
3.	Plokščiakranis monitorius (1 vnt.) Ref. Nr.FM-E3203D	1. Ekrano įstrižainė: ≥ 32 coliai; 2. Vaizdo formatas: 16:9; 3. Raiška: 4K, $\geq (3840 \times 2160)$ vaizdo elementų; 4. Ryškumas : ≥ 700 cd/m ² ; 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 6. Spalvų skaičius $\geq 1,05$ mlrd.; 7. Pikselių tankis $0,1845 \times 0,1845$ mm; 8. Monitoriaus svoris ≤ 12 kg.; 9. Medicininės paskirties; 10. Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo.	1. Ekrano įstrižainė: 32 coliai; Katalogo psl.44, 45, 2. Vaizdo formatas: 16:9; Katalogo psl.45, 3. Raiška: 4K, (3840×2160) vaizdo elementų; Katalogo psl.45, 46, 4. Ryškumas : 700 cd/m ² ; Katalogo psl.45, 46. 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; Katalogo psl.47,48,49. 6. Spalvų skaičius 1,07 mlrd.; Katalogo psl.45, 7. Pikselių tankis $0,1845 \times 0,1845$ mm; Katalogo psl.45. 8. Monitoriaus svoris 11,58 kg.; Katalogo psl.45. 9. Medicininės paskirties; Katalogo psl.44,

			10. Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo. Katalogo psl.45.
4.	Artroskopinė optika, perduodanti 4K (3 vnt.) Ref. Nr.72205154	1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 4 ±0,2 mm; 3. Ilgis 160 ±10 mm; 4. Autoklavuojama.	1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 4 mm; 3. Ilgis 160 mm; 4. Autoklavuojama. Katalogo psl.54.
5.	Artroskopo įmova (3 vnt.) Ref. Nr.72200829; 4356	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm diametro siūlomai optikai Katalogo psl.55.
6.	Šviesolaidis (5 vnt.) Ref. Nr.72204921	1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 2. Ilgis ≥ 300 cm. 3. Išorinis diametras 4,0 mm 3. Fibrooptinis.	1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 2. Ilgis 304 cm. 3. Išorinis diametras 4,0 mm 3. Fibrooptinis. Katalogo psl.56,57, 58.
7.	Artroskopinė optika smulkių sąnarių artroskopijoms (2 vnt.) Ref. Nr.7205682; 80.7503.	1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 2,7 ±0,2 mm; 3. Ilgis 70 ±3 mm; 4. Autoklavuojama. 5. Komplekte dėklas sterilizavimui bei laikymui.	1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 2,7 mm; 3. Ilgis 67 mm; 4. Autoklavuojama. 5. Komplekte dėklas sterilizavimui bei laikymui. Katalogo psl.59, 60.
8.	Artroskopo įmova artroskopinei optikai smulkių sąnarių artroskopijoms (2 vnt.) Ref. Nr.6900853, 3807.	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 2,7 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 2,7 mm diametro siūlomai optikai Katalogo psl.61.
9.	Sterilizavimo konteineris šviesolaidžiui, optikai, kaniulei ir obturatoriumui (5 vnt.) Ref. Nr.80.6013	Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm ±0,2 mm	Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm Katalogo psl.62,63.
10.	Šeiverio konsolė Ref. Nr.72200873 DYONICS POWERII	1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; 2.2. Kojiniu jungikliu; 2.3. Darbinio instrumento rankena; 3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos į priekį/atgal: ≥ 10000 aps./min.; b) osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 4. ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su artroskopine pompa;	1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; 2.2. Kojiniu jungikliu; 2.3. Darbinio instrumento rankena; 3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos į priekį/atgal: 10000 aps./min.; b) osciliacijos: 3000 ciklų/min.; 4. 2 jungtys instrumentų pajungimui; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su artroskopine pompa; Katalogo psl.64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.
11.	Šeiverio rankena (3 vnt.) Ref. Nr.72200616 DYONICS POWERMAX ELITE	1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas ≥3 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Galimybė prijungti antgalius su koaguliacijos funkcija (skutimo ir koaguliavimo funkcija integruota viename antgalyje), kampiniais antgaliais 5. Autoklavuojama;	1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas 3 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Galimybė prijungti antgalius su koaguliacijos funkcija (skutimo ir koaguliavimo funkcija integruota

		6. Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole.	viename antgalyje), kampiniais antgaliais 5. Autoklavuojama; 6. Rankena yra techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. Katalogo psl.86, 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, 99.
12.	Šeiverio rankena smulkių sąnarių artroskopijoms (1 vnt.) POWERMINI. Ref. Nr.72201500	1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas ≥ 2 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Autoklavuojama; 5. Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole.	1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas 2 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Autoklavuojama; 5. Rankena yra techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. Katalogo psl.98,99,100,101,102,103.
13.	Pompa irigacijai (1 vnt.) Ref. Nr. 1028511; 1002053; 1002059; 1402008; 1407201. DOUBLE PUMP	1. Ratukinio tipo; 2. Su ekranu parametrų reikšmių atvaizdavimui; 3. Su pritaikytais darbo režimais: klubo sąnario, kelio sąnario, peties sąnario, mažųjų sąnarių; 4. Savitestavimo sistema (angl. self test) kiekvieną kartą įjungus; 5. Komplekte vienkartinį žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 50 vnt.; 6. Kojinis jungiklis valdymui; 7. Komunikacija su šeiveriu ir artroskopinės elektrokaustikos generatoriumi	1. Ratukinio tipo; 2. Su ekranu parametrų reikšmių atvaizdavimui; 3. Su pritaikytais darbo režimais: klubo sąnario, kelio sąnario, peties sąnario, mažųjų sąnarių; 4. Savitestavimo sistema (angl. self test) kiekvieną kartą įjungus; 5. Komplekte vienkartinį žarnelių rinkinys irigacijai 50 vnt.; 6. Kojinis jungiklis valdymui; 7. Komunikacija su šeiveriu ir artroskopinės elektrokaustikos generatoriumi Katalogo psl. 104-114.
14.	Artroskopinis kobliacijos įrenginys su integruotu skysčių kontrolės moduliu (1 vnt.) WEREWOLF.Ref. Nr.RF20000	1.1. Darbinis dažnis 50/60 Hz; 1.2. Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C; 1.3. Lietimui jautrus valdymo ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnariinių skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. Galima valdyti planšetės pagalba. 1.4. Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. 1.5. Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; 1.6. Galimybė pajungti elektrodus su ambient technologija, kurie matuoja sąnario skysčių temperatūrą darbo metu; 1.7. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 40 tipo elektrodų 1.8. Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. 1.9. Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2.	1.1. Darbinis dažnis 50/60 Hz; 1.2. Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C; 1.3. Lietimui jautrus valdymo ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnariinių skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. Galima valdyti planšetės pagalba. 1.4. Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. 1.5. Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; 1.6. Galimybė pajungti elektrodus su ambient technologija, kurie matuoja sąnario skysčių temperatūrą darbo metu; 1.7. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti iš 40 tipo elektrodų 1.8. Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. 1.9. Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2.

			Katalogo psl.115-143.
15.	Vežimėlis įrangai (1 vnt.) REF. NR.101315	1. ≥ 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; 2. ≥ 3 lentynos; 3. Videokameros galvutės laikiklis; 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 5. Centrinis el. jungiklis; 6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); 7. ≥ 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiamekraniui ir valdymo įrenginio monitoriui). 8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių.	1. 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; 2. 4 lentynos (su apatine platforma); 3. Videokameros galvutės laikiklis; 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 5. Centrinis el. jungiklis; 6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); 7. 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiamekraniui ir valdymo įrenginio monitoriui). 8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. Katalogo psl.144-153.
16.	Automatinis dvigubas turniketas, su baterija ir stovu. Komplekte 3 skirtingų dydžių autoklavuojamos manžetės. (1 kompl.) REF. NR. G10903; A10701; MANŽETĖS: GBDM103; GCDM104; GCDM107.	1. Jutiminio valdymo ekranas. 2. Integruota PB arba lygiavertė tipo baterija. 3. Automatinis gidas displėjuje. 4. Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė. 5. Audio ir vizualiniai signalai įspėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą. 6. Slėgio reguliavimas nuo 0 iki 600 mmHg kas 5 mmHg. Garsumas 52dB. 7. Manžetės komplekte: 7.1. Ilgis $61 \pm 0,5$ cm, plotis $6 \pm 0,5$ cm; 7.2. Ilgis $76 \pm 0,5$ cm, plotis $10 \pm 0,5$ cm; 7.3. Ilgis $122 \pm 0,5$ cm, plotis $10 \pm 0,5$ cm.	1. Jutiminio valdymo ekranas. 2. Integruota PB arba lygiavertė tipo baterija. 3. Automatinis gidas displėjuje. 4. Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė. 5. Audio ir vizualiniai signalai įspėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą. 6. Slėgio reguliavimas nuo 0 iki 600 mmHg kas 5 mmHg. Garsumas 52dB. 7. Manžetės komplekte: 7.1. Ilgis 61 cm, plotis 6 cm; 7.2. Ilgis 76 cm, plotis 10 cm; 7.3. Ilgis 122 cm, plotis 10 cm. Katalogo psl.154-171.
17.	Kandiklis artroskopinėms operacijoms, lenktas į viršų (2 vnt.) REF. NR.012020	Darbinė dalis be skersinės ašies, su prailginta apatine dalimi; darbinė dalis 3,88 mm $\pm 0,01$ mm pločio, 2,28 mm $\pm 0,01$ mm aukščio, 15° į viršų	Darbinė dalis be skersinės ašies, su prailginta apatine dalimi; darbinė dalis 3,88 mm pločio, 2,28 mm aukščio, 15° į viršų Katalogo psl.172-175, 176, 177.
18.	Artroskopinis kandiklis, su ergonomiška rankena mobilioji dalis su kilpa dviems pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviems strypais, ovalo formos, lenktas į viršų (2 vnt.) REF. NR. 7207083	Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, lenkta 15° į viršų, 6,57mm $\pm 0,05$ mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm $\pm 0,05$ mm, profilio aukštis 1,65 mm $\pm 0,03$ mm.	Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, lenkta 15° į viršų, 6,57mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm, profilio aukštis 1,65 mm. Katalogo psl.172-175,178, 179.
19.	Artroskopinis kandiklis, su ergonomiška rankena mobilioji dalis su kilpa dviems pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviems strypais, ovalo formos, tiesus (2 vnt.) REF. NR.7207181	Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, tiesi, 6,57mm $\pm 0,05$ mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm $\pm 0,05$ mm, profilio aukštis 1,65 mm $\pm 0,03$ mm.	Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, tiesi, 6,57mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm, profilio aukštis 1,65 mm. Katalogo psl.172-175,178, 179.
20.	Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, lenktas į viršų (2 vnt.) REF. NR. 012014	Žemo profilio, stačiakampio formos, lenktas 15° į viršų, darbinė dalis 5,05 $\pm 0,01$ mm pločio, aukštis 2,52mm $\pm 0,01$ mm, kirpimo plotis 3,17 $\pm 0,01$ mm, darbinė dalis be skersinės ašies.	Žemo profilio, stačiakampio formos, lenktas 15° į viršų, darbinė dalis 5,05 pločio, aukštis 2,52mm, kirpimo plotis 3,17 mm, darbinė dalis be skersinės ašies. Katalogo psl.172-175, 180, 181.
21.	Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, lenktas į kairę (2 vnt.)	Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 $\pm 0,01$ mm pločio, aukštis 2,52mm $\pm 0,01$ mm, kirpimo plotis 3,17 $\pm 0,01$ mm,	Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 mm pločio, aukštis 2,52mm, kirpimo plotis 3,17 mm,

	REF. NR. 012015	lenkta į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies.	lenkta į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies. Katalogo psl.172-175,180, 181.
22.	Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, lenktas į dešinę (2 vnt.) REF. NR.012016	Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, lenkta į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies.	Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 mm pločio, aukštis 2,52mm, kirpimo plotis 3,17 mm, lenkta į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies. Katalogo psl.172-175,180, 181.
23.	Artroskopinis čiupiklis, šaukšto formos (2 vnt.) REF. NR.011012	Šaukšto formos, darbinė dalis 2,7 mm ±0,05 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, rankena su užrakinimo mechanizmu, darbinė dalis be skersinės ašies.	Šaukšto formos, darbinė dalis 2,7 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, rankena su užrakinimo mechanizmu, darbinė dalis be skersinės ašies. Katalogo psl.172-175,182, 183.
24.	Artroskopinis čiupiklis, Aligator tipo arba lygiavertis (2 vnt.) REF. NR.011020	Darbinė dalis be skersinės ašies, 2,7 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 2,66 mm ±0,05 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, kurie pakreipti į rankenos pusę, rankena su užrakinimo mechanizmu,	Darbinė dalis be skersinės ašies, 2,7 mm, profilio aukštis 2,66 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, kurie pakreipti į rankenos pusę, rankena su užrakinimo mechanizmu, Katalogo psl.172-175,184, 185.
25.	Artroskopinis kandiklis priekiniam menisko ragui kirpti, su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais (1 vnt.) REF. NR.7207055	Lenktas į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo, 5,58mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 2,38 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 3,93 mm±0,05 mm.	Lenktas į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo, 5,58mm pločio, kirpimo plotis 2,38 mm, profilio aukštis 3,93 mm. Katalogo psl.172-175, 186, 187.
26.	Artroskopinis kandiklis priekiniam menisko ragui kirpti, su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais (1 vnt.) REF. NR.7207054	Lenktas į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo, 5,58mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 2,38 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 3,93 mm±0,05 mm.	Lenktas į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo, 5,58mm pločio, kirpimo plotis 2,38 mm, profilio aukštis 3,93 mm. Katalogo psl.172-175, 186, 187.
	Instrumentų rinkinys menisko šaknies rekonstrukcijai		Katalogo psl.188. 193.
27.	Nukreipėjo rankena (1 vnt.) REF. NR.71935073	Su atviru kanalu fiksatoriui	Su atviru kanalu fiksatoriui. Katalogo psl.188, 189, 193.
28.	Fiksatorius, tinkantis nukreipėjo rankenai (1 vnt.) REF. NR.71935072	Kaniuliuotas Ø 2,8 mm, išorinė pusė rantiyta, su lazerinėmis atžymomis, distalinis galas su aštriais dantukais	Kaniuliuotas Ø 2,8 mm, išorinė pusė rantiyta, su lazerinėmis atžymomis, distalinis galas su aštriais dantukais, Katalogo psl.188, 189, 193
29.	Menisko šaknies rekonstrukcijos ofsetinis nukreipėjas (1 vnt.) REF. NR.71935073	Su 6 nukreipimo kanalais, 5 mm į 7 mm, su lazerinėmis atžymomis	Su 6 nukreipimo kanalais, 5 mm į 7 mm, su lazerinėmis atžymomis, Katalogo psl.188, 190, 193
30.	Kairinis nukreipėjas menisko šaknies rekonstrukcijai, montuojamas prie nukreipėjo rankenos (1 vnt.) REF. NR.71935074	Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas	Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas. Katalogo psl.188, 191, 193
31.	Dešininis nukreipėjas menisko šaknies rekonstrukcijai, montuojamas prie nukreipėjo rankenos (1 vnt.) REF. NR.71935075	Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas	Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, lenktas į kairę ir pažymėtas Katalogo psl.188, 191, 193
32.	Sterilizavimo dėklas (1 vnt.) REF. NR.72202428	Sistamai	Sistamai, Katalogo psl.192, 193
33.	Artroskopinė dildė (1 vnt.)	Daugkartinio naudojimo, deimantine	Daugkartinio naudojimo, deimantine

	REF. NR.014550	galvute, lenkta 90°	galvute, lenkta 90°, Katalogo psl.194-195.
34.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba užsienio kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Pateikiami: Katalogas 1-195 psl.
35.	Perkamas kiekis	1 kompl.	1 kompl.
36.	PVM tarifas procentais		21%
37.	Viso kaina Eur su PVM		144550,00
38.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Gamintojas Smith&Npew (JAV), LENS 4K, DYONICS POWER II, DYONICS POWERMAX ELITE, POWERMINI; WEREWOLF, ACUFEX, DOUBLE PUMP RF; PRO-MED (Vokietija), FORESEESON (FSN) (Vokietija) ; DDM DESSILLONS&DUTRILAUX (Prancūzija) DD Pump.