



L. R. Tamulio firma „Meditalika“

PVM LT345657415, kodas 134565744, Radvilų Dvaro g. 4, LT- 48320 Kaunas Tel. (8-37) 324501,206132 faksas 424363

El. paštas: info@meditalika.lt

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „PRIEMONĖS STERILIZACIJAI“
2023-01-16
KAUNAS**

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	L.R.Tamulio firma “Meditalika”
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Radvilų Dvaro g.4, LT-48320 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai)	134565744
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	[redacted]
Įmonės vadovo vardas, pavardė	[redacted]
Telefono numeris	(8 37) 22 22 23/ 8 610 17000
El. pašto adresas	info@meditalika.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	-

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	-
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	-
Ūkio subjekto(-ų), kurio pajėgumais remiasi pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	-
Ūkio subjekto(-ų), kurio pajėgumais remiasi adresas (-ai)	-
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti ūkio subjekto(-ų), kurio pajėgumais remiasi ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	-
Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	-
Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	-

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą);
 - šiuose pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1 -

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	EBVPD anketa	“Kvalifikaciniai klausimai”
2.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	“Kvalifikaciniai klausimai”

2. Mes siūlome pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas prekes.

3. **Kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninės specifikacija“, nurodant siūlomų prekių įkainius ir kita reikalaujama informacija.**

4. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne mažiau kaip 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos): 2023-05-17d.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	“Techninė specifikacija-priemonės sterilizacijai” lentelė	13
2.	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo	1
3.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	1
4.	Registravimo pažymėjimas/ nuostatų kopija	3
5.	Bowie-Dick prietaiso ir indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracijos/ bukletai	12
6.	Krovinio kontrolės prietaiso ir indikatoriaus (garų/ EO) instrukcija/ atitikties deklaracijos/ bukletai	10
7.	Išorinių indikatorių (garų/ EO) instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletas	9
8.	Cheminio EO paketo indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletas	5
9.	Popieriaus-plastiko juostų instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletai	20
10.	SealTest instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletas	4
11.	Rotacinio užlydymo aparato instrukcija	8

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil.Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija
1.	EBVPD anketa	4
2.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	17

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - PRIEMONĖS STERILIZACIJAI

1 pirkimo dalis. Sterilizacijos proceso kontrolė garo sterilizatoriams.

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas	Prelimi narius kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1		3	4	5	6	7
			Atitikimas reikalavimams			

62

1.1	Bowie ir Dick indikatorius, (specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai (antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas Bowie ir Dick bandymui) garo sterilizatoriams.	Indikatoriai skirti Bowie - Dick bandymui didiesiems garo sterilizatoriams, oro pašalinimo iš sterilizatoriaus ir garų prasiskverbimo į sterilizuojamus gaminius, kontrolei. Indikatorius aiškiai identifikuojamas: ant indikatoriaus arba indikatoriaus lapelio rėmo nurodytas testo pavadinimas (Bowie-Dick), sterilizacijos būdas garais (STEAM). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir kelių segmentų indikatorinio agento. Indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą. Rezultatai vertinami iš karto. Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatoriaus juostelė – lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukarpyti individualiai. Indikatoriai turi būti supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinatą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio. Imitacinis prietaisas turi būti daugkartinio naudojimo, pagamintais iš patvarios medžiagos, atsparus garų sterilizacijai 121-134C temperatūrai, atlaikyti ne mažiau kaip 500 sterilizacijos ciklų. Imitacinis prietaisas Bowie-Dick testui atlikti turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso ar jo pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr.). Indikatorius ir imitacinis prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Imitacinio prietaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogiai dirbti. Imitaciniai prietaisai suteikiami nemokamai (kiekvienam sterilizatoriui). Būna pateikti atitikties dokumentai: turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus(antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas Bowie ir Dick bandymui).	Gke – GmbH, Vokietija C-S-BDS-SV1 chem. indikatorius 211-115 Indikatoriai skirti Bowie - Dick bandymui didiesiems garo sterilizatoriams, oro pašalinimo iš sterilizatoriaus ir garų prasiskverbimo į sterilizuojamus gaminius, kontrolei. Indikatorius aiškiai identifikuojamas: ant indikatoriaus lapelio rėmo nurodytas testo pavadinimas (Bowie-Dick), sterilizacijos būdas garais (STEAM). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir kelių segmentų indikatorinio agento. Indikatorius rodo oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą. Rezultatai vertinami iš karto. Indikatorinė juostelė padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva išlieka stabili ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatoriaus juostelė – lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukarpyti individualiai.Indikatoriai supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinatą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio. Imitacinis prietaisas daugkartinio naudojimo, pagamintais iš patvarios medžiagos, atsparus garų sterilizacijai 121-134C temperatūrai, atlaikyti 10000 sterilizacijos ciklų. Imitacinis prietaisas Bowie-Dick testui atlikti yra aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr.). Indikatorius ir imitacinis prietaisas sudaro vieningą sistemą. Imitacinio prietaiso konstrukcija saugi personalui, patogiai dirbti. Imitaciniai prietaisai suteikiami nemokamai (kiekvienam garo sterilizatoriui). Pateikti atitikties dokumentai: atitinka LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus (antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas Bowie ir Dick bandymui).	6600 vnt. 1,00 Eur/vnt. 6600,00 Eur	
1.2	Krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizacijai socialiais vandens garais (antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei).	Krovinio partijos kontrolės indikatorius pritaikytas įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių, porėtų, ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių medicinose prie/aisų)) kontrolei garų sterilizatoriuose. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus. Rezultatai įvertinami iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui. Indikatorinė juostelė turi būti skirta sterilizacijai vandens garais 121-134C temperatūrai. Ant indikatorinės juostelės arba indikatoriaus lapelių rėmo, nuoroda į gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą), gamybinės partijos Nr., indikatorinė	Gke – GmbH, Vokietija BMS indikat. (garais, C-S-PM-SV1) 211-255 Krovinio partijos kontrolės indikatorius pritaikytas specifiniams įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių, porėtų, ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių medicinose prietaisų)) kontrolei garų sterilizatoriuose.Indikatorius reaguoja į visus kritinius sterilizacijos parametrus. Rezultatai įvertinami iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui. Indikatorinė juostelė skirta sterilizacijai vandens garais 121-134C temperatūrai.	27000 vnt. 0,70 Eur/vnt. 18 900,00 Eur	

	juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatorinė juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukarpyti individualiai. Indikatoriai turi būti supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinimą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio. Krovinio imitacinis prietaisas turi būti daugartinio naudojimo, pagamintais iš patvarios medžiagos, atsparus garų 121-134C temperatūrai, atlaikyti ne mažiau kaip 500 sterilizacijos ciklų, aiškiai identifikuojamas – ant prietaiso pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą). Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą, imituojančią blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje, imitacinio prietaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogi dirbti. Imitaciniai prietaisai suteikiami nemokamai (kiekvienam garo sterilizatoriui). Būna pateikti atitikties dokumentai: turi atitikti LST EN ISO 11140-1, LST EN 867-5 (antrojo tipo cheminis specialųjų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei) reikalavimus.	Ant indikatoriaus lapelių rėmo, yra gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą), gamybinės partijos Nr., indikatorinė juostelė padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva išlieka stabili ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatorinė juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukarpyti individualiai. Indikatoriai supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinimą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio. Krovinio imitacinis prietaisas daugartinio naudojimo, pagamintais iš patvarios medžiagos, atsparus garų sterilizacijos 121-134C temperatūrai, atlaiko 10000 sterilizacijos ciklų, aiškiai identifikuojamas – ant prietaiso yra įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą). Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo prietaisas sudaro vieningą sistemą, imituojančią blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje, imitacinio prietaiso konstrukcija saugi personalui, patogi dirbti. Imitaciniai prietaisai suteikiami nemokamai (kiekvienam garo sterilizatoriui). Pateikti atitikties dokumentai: atitinka LST EN ISO 11140-1, LST EN 867-5 (antrojo tipo cheminis specialųjų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei) reikalavimus.			
Bendra 1 pirkimo dalies kainą be PVM, Eur:					25 500,00
					Eur
PVM, Eur:					5355,00
					Eur
Bendra 1 pirkimo dalies kainą su PVM, Eur					30 855,00
					Eur

2 pirkimo dalis. Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizatoriams

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gaminiojas	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PV/M, Eur	Viso kaina be PV/M (5X6 stipelėi)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizatoriams	Ant cheminio indikatorius turi būti nurodytas: turi būti skirta sterilizacijai vandens garais 121-134C temperatūrai (STEAM), aiškus indikatorius spalvų pasikeitimas po sterilizacijos. Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus (paciento ir kt. dokumentus). Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių. Indikatoriai skirti Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau nei 750 vnt., indikatorius paviršius turi greitai ir patikimai sugerti spausdintuvo rašalą, kad spausdintas tekstas būtų aiškiai įskaitomas, neišsitrintų, neišblukytų, neišsilietų prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu, bei išliktų stabilus po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatorių ritiniai turi būti supakuoti į tvirtą, sandarią, tinkamą sandėliavimui, aiškiai paženklinimą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio. Ant cheminio indikatorius yra vieta reikiamai informacijai įrašyti: sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo datą – ne mažiau kaip trys eilės (kiekvienoje eilutėje ne mažiau 12 ženklų). Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos. Indikatoriai komplektuojami su rašalo kasėtimis (žymėti numatytą kiekį indikatorių), spausdintuvui tinkamam su etiketėmis, su specialiu rašalu kad indikatorius paviršius greitai ir patikimai sugertu spausdintuvo rašalą, neišsilietų, skirtu sterilizacijai. Būtina pateikti atitikties dokumentus: indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius). Pateikti panaudai rankinius spausdintuvus indikatoriams klijuoti ant paketų ir žymėti reikiamai informacijai ant cheminio indikatorius (sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo laiką). - 4 vnt.		2400 ritinėlių (ritinėlyje ne mažiau 750 vnt.)		

[illegible]

3 pirkimo dalis. Krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizatoriams etileno oksido dujomis (EO) (antrojo tipo cheminis specialiujų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei)

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizatoriams etileno oksido dujomis (EO) (antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei)	Krovinio partijos kontrolės indikatorius(antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei) pritaikytas specifiniams įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių, porėtų, ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių medicinos prietaisų)) sterilizacijai etileno oksido dujomis sterilizatoriuose. Indikatorinė juostelė turi būti skirta sterilizacijai etileno oksido (EO) dujomis; ant indikatorinės juostelės arba indikatoriaus lapelio rėmo, turi būti gamintojo ženklinimas (pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą.), indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus, rezultatai įvertinami iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus; indikatorinė juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatoriai sukurpyti individualiai. Indikatoriai turi būti supakuoti į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklinimą pakuotė (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio. Krovinio imitacinis prietaisas turi būti daugkartinio naudojimo, pagamintas iš patvarios medžiagos, aiškiai identifikuojamas – ant prietaiso ar jo pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą.), atsparus sterilizacijai etileno oksido (EO) dujomis, išlaikyti ne mažiau kaip 500 sterilizacijos ciklų. Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą, imituojančią blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje. Imitacinio prietaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogiai dirbti. Imitaciniai prietaisai suteikiami nemokamai. Būtina pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11140-1, LST EN 867-5 (antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei) reikalavimus.		1200 vnt.		

8 -

4 pirkimo dalis. Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai etileno oksido dujų (EO) sterilizatoriams

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai etileno oksido dujų (EO) sterilizatoriams	Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas etileno oksido dujos (EO), aiškus indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos. Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus (paciento ir kt. dokumentus). Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau nei 750 vnt., indikatoriaus paviršius turi greitai ir patikimai sugerti spausdintuvo rašalą, kad spausdintas tekstas būtų aiškiai įskaitomas, neišsitrinę, neišblukę, neišsilyti prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu, bei išliktų stabilūs po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus. Indikatorių riiniai turi būti supakuoti į tvirtą, sandarią, tinkamą sandėliavimui, aiškiai paženkliną pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorių nuo išorinio poveikio. Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti: sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo datą – ne mažiau kaip trys eilės (kiekvienoje eilutėje ne mažiau 12 ženklų). Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos. Indikatoriai komplektuojami su rašalo kasetėmis (žymėti numatytą kiekį indikatorių), spausdintuvui tinkamam su etiketėmis, su specialiu rašalu kad indikatoriaus paviršius greitai ir patikimai sugertu spausdintuvo rašalą, neišsilyti, skirtą sterilizacijai. Būtina pateikti atitikties dokumentus: indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius). <i>Pateikti panašiai rankinius spausdintuvus indikatoriams klijuoti ant paketų ir žymėti reikiamą informaciją ant cheminio indikatoriaus (sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo laiką). - 2 vnt.</i>				
				300 ritinėlių (ritinėlyje ne mažiau 750 vnt.)		

[illegible]

5 pirkimo dalis. Vidinis cheminis daugelio kintamųjų indikatorius paketo sterilizacijos kontrolei etileno oksido (EO) dujomis

Eil. Nr.	Priemonės	Reikalavimai	Gamintojas Atitikimas reikalavimams	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM (5X6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Vidinis cheminis daugelio kintamųjų indikatorius paketo sterilizacijos kontrolei etileno oksido (EO) dujomis	Vidinis cheminis daugelio kintamųjų indikatorius paketo sterilizacijos kontrolei etileno oksido dujomis (EO). Popieriaus juostelė, ant kurios užrašas cheminis dažas, kad būtų galima įvertinti indikatorius spalvos pasikeitimą. Indikatorius turi kontroline spalvą ant juostelės. Ant cheminio indikatorius turi būti nurodytas sterilizacijos būdas etileno oksido dujomis (EO) Indikatorius turi turėti lipnų paviršių, pritaikytą įklijuoti į dokumentaciją. Būtina pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (4 tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius).		3300 vnt.		
Bendra 5 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur:						

2 -

[illegible]

