

## PANAUDOS SUTARTIS Nr. SR-40

**Viešoji įstaiga Joniškio PSPC**, atstovaujama direktorės Linos Martinaitienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (**toliau - Panaudos gavėjas**), ir **uždaroji akcinė bendrovė „Medita“**, atstovaujama direktoriaus Aivaro Pliauckio, veikiančio pagal įmonės įstatus (**toliau - Panaudos davėjas**), vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau - Sutartis)/ Panaudos davėjas ir Panaudos gavėjas kiekvienas atskirai toliau Sutartyje gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu - „Šalimis“.

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui šios Sutarties galiojimo laikotarpiu neatlygintinai valdyti ir naudotis Panaudos davėjui nuosavybės teise priklausančiu turtu – analizatoriumi i-Chroma II (Gamintojas: Boditech Med Incorporated, Korėjos Respublika) (**5 vnt.**), (toliau – Įranga), o Panaudos gavėjas įsipareigoja naudoti Įrangą pagal paskirtį ir grąžinti ją tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

1.2. Įranga perduodami su tikslu ją naudoti – laboratoriniams tyrimams atlikti.

1.3. Panaudos davėjas patvirtina, kad Įranga jam priklauso nuosavybės teise, ji nėra niekam parduota, išnuomota ar kitaip perleista, neįkeista, jai areštas ar draudimas neuždėtas, teisme dėl jos ginčų nėra.

1.4. Panaudos davėjas patvirtina, kad Įranga yra tinkama naudoti Sutarties 1.2 punkte nurodytam tikslui.

1.5. Perduodamo Turto duomenys:

| Pavadinimas               | Kiekis, vnt. | Balansinė vertė perduodant, Eur su PVM |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Analizatorius i-Chroma II | 5            | 6050,00                                |

### 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja:

2.1.1. užtikrinti, kad Įranga bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta Panaudos gavėjo nurodytu adresu: VšĮ Joniškio PSPC, Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos;

2.1.2. užtikrinti, kad perduodami analizatoriai yra sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėtas CE-IVD ženklų arba lygiaverčiu;

2.1.3. supažindinti Panaudos davėją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

2.1.4. užtikrinti perduotos Įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Panaudos davėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas;

2.1.5. galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) Panaudos gavėjo patalpose ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti Panaudos gavėjo patalpose, Panaudos davėjas privalo Įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti Panaudos davėjo transportu. Sutaistytą ir veikiančią Įrangą pristatoma Panaudos gavėjui Panaudos davėjo sąskaita ir Panaudos davėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti Panaudos gavėjo patalpose (vietoje) negalima, Panaudos davėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti Panaudos gavėjui ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią Įrangą.

- 2.1.6. įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir Įrangos kokybišku darbu;
- 2.1.7. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui priimti įrangą iš Panaudos gavėjo pagal Šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą (surašomas laisva forma);
- 2.1.8. nedelsiant informuoti Panaudos gavėją apie savo rekvizitų pasikeitimus.
- 2.2. Panaudos gavėjas įsipareigoja:
- 2.2.1. naudoti Įrangą tik pagal jo tiesioginę paskirtį;
- 2.2.2. neperduoti Įrangos atlygintinai ir/ar neatlygintinai naudotis trečiajam asmeniui;
- 2.2.3. nedelsiant informuoti Panaudos davėją apie bet kokius Įrangos apgadinimus, taip pat apie bet kokius įvykius, turinčius įtakos Įrangos būklei;
- 2.2.4. be Panaudos davėjo raštiško sutikimo nedaryti jokių Įrangos pakeitimų ar pagerinimų, nekeisti Įrangos išvaizdos, išskyrus, kai tai yra būtina Įrangos išsaugojimui nuo sugadinimo ar sunaikinimo;
- 2.2.5. pasibaigus Sutarčiai grąžinti Panaudos davėjui Įrangą tokios būklės, kokios ji Panaudos gavėjui buvo perduota atsižvelgiant į normalų tokios įrangos susidėvėjimą pagal Šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą (surašomas laisva forma);
- 2.2.6. nedelsiant informuoti panaudos davėją apie savo rekvizitų pasikeitimus.

### 3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

### 4. NENUGALIMA JĖGA

4.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840), kurios nepriklauso nuo sutarties Šalių valios, Šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei Šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir Šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai Šaliai.

### 5. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja kol galioja **Prekių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. SR-39**.
- 5.2. Kiekviena iš Šalių turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį, įspėjusi apie tai raštu kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
- 5.3. Sutartį galima keisti arba papildyti tik Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

### 6. KITOS SĄLYGOS

- 6.1. Už Sutarties vykdymą iš Panaudos gavėjo pusės atsakingas – slaugos administratorė Vida Danilevičienė tel. +370 68211730, el. p. [v.danileviciene@joniskiopoliklinika.lt](mailto:v.danileviciene@joniskiopoliklinika.lt).
- 6.2. Už Sutarties vykdymą iš Panaudos davėjo pusės atsakingas Šeimos medicinos produktų grupės vadovas Rokas Arlauskas, 8 656 76498, [rokas.arlauskas@medita.lt](mailto:rokas.arlauskas@medita.lt).
- 6.3. Ginčai tarp Šalių dėl Sutarties (jos aiškinimo, vykdymo ir kt.) sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Visi nesutarimai dėl šios Sutarties galiausiai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 6.4. Visus klausimus, susijusius su informacijos apie Panaudos gavėją pateikimu, Panaudos davėjas privalo iš anksto suderinti su Panaudos gavėjo atstovu.

- 6.5. Jeigu keičiasi Šalių buveinės ar Sutartyje nurodytų Šalių banko sąskaitų rekvizitai, tai ši Šalis privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo duomens pasikeitimo informuoti apie tai kitą Šalį.
- 6.6. Sutartis su priedais sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.
- 6.7. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
- 6.7. Sutarties priedai:
- 6.7.1. 1 priedas Įrangos specifikacija“, 2 lapai.
- 6.7.2. 2 priedas – Perdavimo – priėmimo naudoti aktas (forma), 1 lapas.

**PANAUDOS DAVĖJAS**

**UAB "Medita"**

P. Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius  
Įmonės kodas: 110323729  
PVM kodas: LT103237219  
A/s: LT06 7044 0600 0091 4603  
Banko kodas: 70440  
Bankas: AB SEB bankas  
Tel. 8 (5) 272 03 72, 8 (5) 272 03 60;  
Faks. 8 (5) 272 01 01  
El. paštas.: [medita@medita.lt](mailto:medita@medita.lt)

Direktorius  
Aivaras Pliauckys

A.V.

**PANAUDOS GAVĖJAS**

**VšĮ Joniškio PSPC**

Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis  
Tel.(8 426) 61258  
El. p. [info@joniskiopoliklinika.lt](mailto:info@joniskiopoliklinika.lt)  
Įstaigos kodas: 157653395  
Ne PVmokėtoja

Direktorė  
Lina Martinaitienė

A.V.

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai                                                                                           | Parametrų techniniai reikalavimai                                                                                                                   | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Analizatoriaus apibūdinimas                                                                          | Sausos chemijos, pusiau automatinis, fluorescencinio skanavimo ar lygiavertis analizatorius.                                                        | Sausos chemijos, pusiau automatinis, fluorescencinis metodas.                                                                                        |
| 2.       | Ekranas                                                                                              | Liečiamasis spalvotas LCD                                                                                                                           | LCD ekranas.                                                                                                                                         |
| 3.       | Testai                                                                                               | Imunotyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos ar lygiaverte technologija                                          | Taip, atitinka.                                                                                                                                      |
| 4.       | Prietaiso paskirtis                                                                                  | Kiekybiniam CRB (C reaktyvus baltymas) tyrimui.                                                                                                     | Kiekybinis CRB tyrimas.                                                                                                                              |
| 5.       | Mėginys tyrimui                                                                                      | Kapiliarinis kraujas, veninis kraujas                                                                                                               | Kapiliarinis kraujas, veninis, serumas, plazma.                                                                                                      |
| 6.       | Matavimo ribos                                                                                       | CRB kapiliariniame kraujyje, veniniame kraujyje ne mažesnės nei nuo 5 iki 200 mg/l                                                                  | 2,5-300 mg/l.                                                                                                                                        |
| 7.       | Prietaiso sudėtinės dalys                                                                            | 1. Analizatorius<br>2. Brūkšinių kodų skanavimo įrenginys<br>3. AC adapteris ir maitinimo laidas<br>4. Vartotojo vadovas lietuvių kalba<br>5. Pasas | 1. Analizatorius<br>2. Brūkšinių kodų skanavimo įrenginys<br>3. AC adapteris ir maitinimo laidas<br>4. Vartotojo vadovas lietuvių kalba<br>5. Pasas. |
| 8.       | Analizatoriuje įmontuotas laikmatis, tyrimo trukmės sekimui ar lygiavertė priemonė                   | Būtina                                                                                                                                              | Įmontuotas laikmatis.                                                                                                                                |
| 9.       | Spausdintuvas. (Gali būti įmontuotas į analizatorių)                                                 | Būtina                                                                                                                                              | Vidinis terminis spausdintuvas.                                                                                                                      |
| 10.      | Testo rezultatų išsaugojimas                                                                         | Paciento testai – ne mažiau nei 100 rezultatų<br>Sistemos tikrinimo, kontrolės medžiagų testų rezultatai ne mažiau nei 100 rezultatų                | Pacientų rezultatai 1000 vnt,<br>Kontrolės rezultatų 1000 vnt.                                                                                       |
| 11.      | Temperatūros jutiklis                                                                                | Būtina                                                                                                                                              | Taip yra.                                                                                                                                            |
| 12.      | Analizatoriaus miego (energijos taupymo) režimas                                                     | Pageidautina                                                                                                                                        | Taip, yra.                                                                                                                                           |
| 13.      | Automatinė analizatoriaus savitakra kaskart įjungiant prietaisą                                      | Būtina                                                                                                                                              | Automatinė savitakra įjungiant aparatą.                                                                                                              |
| 14.      | Kokybės kontrolės rezultatų grafinis atvaizdavimas arba kita ne prastesnė kokybės kontrolės funkcija | Būtina                                                                                                                                              | Kokybės kontrolės rezultatų grafinis atvaizdavimas.                                                                                                  |

|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Komunikacijos jungtys                                                                 | USB ne mažiau 2 jungtys, LAN jungtis arba RS232 jungtis, skirta duomenų perdavimui į išorinę sistemą, sąsaja su LIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 usb jungtys, Lan jungtis, RS232 jungtis, sąsaja su LIS.                            |
| 16. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dokumentai pridėsime.                                                                |
| 17. | CE sertifikatas                                                                       | Būtina. Turi atitikti in vitro diagnostinių medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EB reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CE sertifikatas.                                                                     |
| 18. | Techninis analizatoriaus aptarnavimas                                                 | Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas tiekėjo lėšomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2016 m. vasario 17d. Nr. V-271.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip, atitinka.                                                                      |
| 19. | Garantiniai įsipareigojimai, remontas                                                 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti tyrimus. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusių nesklandumų. Analizatorius turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. | Taip, atitinkame, panaudos davėjas užtriktini garantini remontą, techninę priežiūrą. |

#### PANAUDOS DAVĖJAS

##### UAB "Medita"

P. Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius  
 Įmonės kodas: 110323729  
 PVM kodas: LT103237219  
 A/s: LT06 7044 0600 0091 4603  
 Banko kodas: 70440  
 Bankas: AB SEB bankas  
 Tel. 8 (5) 272 03 72, 8 (5) 272 03 60;  
 Faks. 8 (5) 272 01 01  
 El. paštas.: [medita@medita.lt](mailto:medita@medita.lt)

Direktorius  
 Aivaras Pliauckys

A.V.

#### PANAUDOS GAVĖJAS

##### VšĮ Joniškio PSPC

Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis  
 Tel.(8 426) 61258  
 El. p. [info@joniskiopoliklinika.lt](mailto:info@joniskiopoliklinika.lt)  
 Įstaigos kodas: 157653395  
 Ne PVmokėtoja

Direktorė  
 Lina Martinaitienė

A.V.

2023 m. \_\_\_\_\_ d.  
Panaudos sutarties Nr.  
2 priedas

**ĮRANGOS PERDAVIMO – PRIĖMIMO NAUDOTI AKTAS  
(FORMA)**

2023 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.  
Joniškis

Panaudos davėjas UAB Medita, atstovaujama direktoriaus Aivaro Pliauckio *perduoda*, o Panaudos gavėjas Viešoji įstaiga Joniškio PSPC, atstovaujama \_\_\_\_\_ *priima* :

| Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas                                                                           | Kiekis | Įsigijimo vertė Eur su PVM |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1.       |       | Analizatorius i-Chroma II (Gamintojas: Boditech Med Incorporated, Korėjos Respublika) | 5      | 6050,00                    |
| 2.       |       |                                                                                       |        |                            |
| ...      |       |                                                                                       |        |                            |

Įrangos būklė perdavimo metu – \_\_\_\_\_.

Šalys viena kitai pretenzijų neturi.

Šis aktas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

**Panaudos davėjas**

UAB Medita

**Panaudos gavėjas**

Viešoji įstaiga Joniškio PSPC

\_\_\_\_\_  
A.V.

\_\_\_\_\_  
A.V.