

VšĮ Karoliniškių poliklinikai

OFTALMOLOGINĖ ĮRANGA (NR. 2706) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2023-03-01 Nr.230301_01

Mažeikiai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kavita“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai /	166725580
Tiekėjo PVM kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių PVM kodai /	PVM kodas LT667255811
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas	LT077044060000017238 AB SEB, B.K 70440
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jurgita Kontenienė
Telefono numeris	+370 685 33969
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Jurgita.Konteniene@kavita.com

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)

Subteikėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kvazisubteikėjo ¹ , trečiojo asmens ² , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kvazisubteikėjo ¹ , trečiojo asmens ² , kurių pajėgumais remiamasi, adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	
Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. Pagal konkurso sąlygų 3.4 punktą)	
Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ³	

1.Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubteikėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

2. Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

3. Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą Konkurso sąlygų 3.11. p.), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

1.2. konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaikškinimuose, papildymuose, patikslinimuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.

3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

3 pirkimo dalis. Bekontaktinis tonometras su pachimetru

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Prekės kaina (mato vieneto kaina), Eur be PVM	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (4x5)	21% PVM suma, Eur *	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (6+7)
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8
3.	Bekontaktinis tonometras su pachimetru (CT-1P, gamintojas; TopCon, Japonija)	vnt.	2	9298,00	18596,00	3905,16	22501,16
3 pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:							18596,00
PVM suma, EUR:							3905,16
3 pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:							22501,16

***Pastaba.** Tais atvejais, kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) žodžiais: Dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai vienas Eur ir 16 ct.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: Trys tūkstančiai devyni šimtai penki Eur ir 16 ct.

3 pirkimo dalis. Bekontaktinis tonometras su pachimetru

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomos parametrai su nuoroda į katalogo / bukletą / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) <i>(pildo tiekėjas*)</i>		
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	dokumento lapo numeris
1.	Tipas	Bekontaktis	Bekontaktis	Bukletas.pdf	2
2.	Akispūdžio matavimo ribos	Dviejų diapazonų: 1) iki ne daugiau 40,0 mmH 2) iki 60,0 mmHg, pasirinktinai.	Dviejų diapazonų: 1) iki 30,0 mmH 2) iki 60,0 mmHg, pasirinktinai.	Bukletas.pdf	10
3.	Akispūdžio matavimo žingsnis	≤1,0 mmHg	1,0 mmHg	Bukletas.pdf	10
4.	Ragenos storio matavimas	Bekontaktis, matuojamas kartu su akispūdžiu.	Bekontaktis, matuojamas kartu su akispūdžiu.	Bukletas.pdf	2, 11
5.	Ragenos storio matavimo diapazonas, ne siauresnis nei nurodyta	0,4÷0,75 mm	0,4÷0,75 mm	Bukletas.pdf	10
6.	Ragenos storio matavimo žingsnis	≤0,001 mm.	0,001 mm.	Bukletas.pdf	10
7.	Pagal ragenos storį kompensuoto akispūdžio paskaičiavimas	Būtinai	Pagal ragenos storį kompensuoto akispūdžio paskaičiavimas	Bukletas.pdf	9
8.	Matavimų ir valdymo monitorius	Liečiamas, ≥7,0 colių įstrižainės, ne blogesnės nei WVGA raiškos, spalvotas monitorius	Liečiamas, 8,5 colių įstrižainės, WVGA raiškos, spalvotas monitorius	Bukletas.pdf	10
9.	Monitoriaus padėties reguliavimas	Reguliuojamas monitoriaus pasvirimo ir pasukimo kampas apie vertikalią ir horizontalią ašis,	Reguliuojamas monitoriaus pasvirimo ir pasukimo kampas apie vertikalią ir horizontalią	Bukletas.pdf	6

		kad galima būtų prietaisą valdyti iš bet kokios pusės.	ašis, kad galima būtų prietaisą valdyti iš bet kokios pusės.		
10.	Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas	Būtinas	Yra Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas	Bukletas.pdf	5
11.	Matavimo būdas	Automatinis / rankinis	Automatinis / rankinis	Bukletas.pdf	5
12.	Automatinis matavimas	Aktyvuojamas vienu mygtuko paspaudimu: surandantis dešinę/kairę akį, fokusuojantis, išmatuojantis akispūdį ir ragenos storį tiek kartų kiek yra nustatyta, atspausdinantis rezultatus.	Aktyvuojamas vienu mygtuko paspaudimu: surandantis dešinę/kairę akį, fokusuojantis, išmatuojantis akispūdį ir ragenos storį tiek kartų kiek yra nustatyta, atspausdinantis rezultatus.	Bukletas.pdf	4, 5
13.	Komfortiško akispūdžio matavimo užtikrinimas	Matavimui atlikti būtinas oro kiekis turi būti kontroliuojamas ir valdomas kiekvieno matavimo metu.	Matavimui atlikti būtinas oro kiekis yra kontroliuojamas ir valdomas kiekvieno matavimo metu.	Bukletas.pdf	8
14.	Saugumo sistema	Būtina, informuojanti apie pernelyg mažą atstumą tarp prietaiso ir ragenos, su galimybe nustatyti norimą saugos atstumą.	informuojanti apie pernelyg mažą atstumą tarp prietaiso ir ragenos, su galimybe nustatyti norimą saugos atstumą.	Bukletas.pdf	7
15.	Prietaiso ergonomika	Prietaisas turi būti valdomas iš bet kurios pusės, įskaitant ir valdymą iš šono ar paciento pusės.	Prietaisas valdomas iš bet kurios pusės, įskaitant ir valdymą iš šono ar paciento pusės.	Bukletas.pdf	6
16.	Pasmakrio laikiklis	Būtinas	Pasmakrio laikiklis	Bukletas.pdf	4
17.	Sujungimas su išoriniais įrenginiais	RS-232C jungtis, USB, LAN	RS-232C jungtis, USB, LAN	Bukletas.pdf	10
18.	Automatinis išsijungimo režimas	Pageidautina	Yra automatinis išsijungimo režimas	Bukletas.pdf	5

19.	Integruotas spausdintuvas	Būtina	Yra integruotas spausdintuvas	Bukletas.pdf	7
20.	Galimybė įvesti ir atspausdinti paciento inicialus čekyje	Pageidautina	Galima įvesti ir atspausdinti paciento inicialus čekyje	Bukletas.pdf	7
21.	Komplekte su staliuku	Reguliuojamo aukščio elektrinis staliukas tonometru pastatyti	Reguliuojamo aukščio elektrinis staliukas tonometru pastatyti	Bukletas.pdf	12
22.	Maitinimas	iš ~220V 50Hz elektros tinklo	iš ~220V 50Hz elektros tinklo	Bukletas.pdf	10
23.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)	Yra	Atitikties deklaracija CT-1P	1-3
24.	Garantija	≥12 mėn.	12 mėn.		

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Bukletas.pdf	12
2	Atitikties deklaracija CT-1P.pdf	3
3	Naudojimo instrukcija_Konfidencialu.pdf	16
4	4 priedas_Tiekėjo deklaracija.pdf	1
5	Espd-response pdf ir xml	14
6	Vadovo įgaliojimas.pdf	1

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai)*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	Naudojimo instrukcija_Konfidencialu.pdf	16	Komercinė (gamybinė) paslaptis

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., **laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina.***

Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

<u>Pardavimų vadovė</u>		<u>Jurgita Kontenienė</u>
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)*	(Vardas ir pavardė)

**Pastaba. Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*