

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2023-03-21

Pirkimo pavadinimas: Odontologinių antgalių priedai (2472)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB DAB DENTAL
Tiekėjo kodas:	Įm.kodas 300115774
Tiekėjo adresas:	Laisvės pr.78B, LT-05263 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:	PVM mokėt.k. LT100001709713
A/s numeris:	A/s LT807044060004887943
Bankas, banko kodas:	AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Asmens, atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Liudvikas Bučelis
Asmens, atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	37068682576
Asmens, atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	liudvikas.bucelis@dabdental.lt
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:	Agnė Bagdžiūnaitė

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1. Nurodyti gaminiai turi būti atitinkti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Su pasiūlymu pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
- 1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedašu „arba lygiavertis“.
- 1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo techninės charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo techninės charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos ir neužpildžius pasiūlymo grafos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
- 1.4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
- 1.5. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
- 1.6. Visi instrumentai turi būti tinkami sterilizavimui frakcionuotu vakuumu 134°C temperatūroje 5 min arba 121°C temperatūroje 25 min.
- 1.7. Instrumentai turi būti pagaminti iš specialaus medicininės paskirties nerūdijančio plieno, arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje.
- 1.9. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:

PD. Nr.	Prekės / pirkimo dalies pavadinimas	Reikalaujama parametrų reikšmė	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM	Siūlomos prekės parametrai	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.
1	1 pirkimo dalis						
1.1	Rotorius turbininiam antgaliui	Rotorius tinkantis turbininiam antgaliui su LED pašvietimu MK – dent HC20KL ar lygiaverčio tipo antgaliui. Ne mažiau 12 mėn. garantija.	vnt.	20			
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:							
PVM suma, EUR:							
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:							
2	2 pirkimo dalis						
2.1	Rotorius turbininiam antgaliui	Rotorius tinkantis turbininiam antgaliui KaVo MASTER torque LUX M9000L ar lygiaverčio tipo antgaliui. Nemažiau 12 mėn. garantija.	vnt.	50	235,54	Rotorius tinka turbininiam antgaliui KaVo MASTER torque LUX M9000L, užsakymo kodas 2.000.2266. 12 mėn. garantija.	Katalogų psl. 1
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:			11777,00				
PVM suma, EUR:			2473,17				
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:			14250,17				
3	3 pirkimo dalis						
3.1	Rotorius kampiniam antgaliui	Rotorius tinkantis kampiniam KaVo EXPERT Matic LUX E20L antgaliui ar lygiaverčio tipo antgaliui. Ne mažiau 12 mėn. garantija.	vnt.	10	89,26	Rotorius tinka kampiniam KaVo EXPERT Matic LUX E20L antgaliui, užsakymo kodas 0.540.3661. 12 mėn. garantija.	Katalogų psl. 1
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:			892,60				
PVM suma, EUR:			187,45				
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:			1080,05				
4	4 pirkimo dalis						
4.1	Greitos jungties lemputė	Greitos jungties lemputė tinkanti greitojo jungties turbininiam antgaliui su LED pašvietimu MK-dent QC60K ar lygiaverčio tipo antgaliui. Ne mažiau 12 mėn. garantija.	vnt	15			
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:							
PVM suma, EUR:							
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:							
5	5 pirkimo dalis						
5.1	Rotorius kampiniam antgaliui	Rotorius tinkantis kampiniam MK-dent ECO LINE antgaliui ar lygiaverčio tipo antgaliui. Ne mažiau 12 mėn. garantija.	vnt	5			
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:							
PVM suma, EUR:							
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:							

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.	
---	--

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
----------	-----------------------	---------------	--

1.	Techninę specifikaciją atitinkantys dokumentai	6	Ne
2.	CE sertifikatas	2	Ne
3.	Igaliojimas	1	Ne

Numatomi pasitekti subtiektėjai (jei numatoma, įrašomi duomenys, jei nenumatoma, įrašoma "nenumatoma"):

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas	Subtiektėjo kodas	Perduodama veikla
1.			
2.			
3.			

Pardavimų vadovė



Rūta Čereškevičienė