

**Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“**

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,  
A.s. LT587181500044467652, AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, Banko kodas 71815, Tel.845 57 06 05  
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL AUTOMATINIO IŠORINIO DEFIBRILIATORIAUS PIRKIMO**

**Pirkimo Nr. 639770**

2023-01-06 Nr. KD23-2

Panevėžys

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „GRAINA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	147736647, LT477366410
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	a.s. LT587181500044467652, AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, b.k. 71815
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arūnas Padvariškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų vadovas Juozas Baltrušaitis, Mob. 8 645 52604, el.p. <a href="mailto:juozas.baltrusaitis@graina.lt">juozas.baltrusaitis@graina.lt</a>
Telefono numeris	8-45 507798
Fakso numeris	8-45 433540
El. pašto adresas	<a href="mailto:v.gudoniene@graina.lt">v.gudoniene@graina.lt</a>

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
-	NEPASITELKIAMI

\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekieją (-us)

## PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina viso Eur be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1	Automatinis išorinis defibriliatorius	BeneHeart D3, Mindray	Vnt.	1	3.885,95	3.885,95	4.702,00
<b>Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:</b>							<b>4.702,00</b>

## SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

VPP-5251, TSD-979

## Automatinio išorinio defibriliatoriaus techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu.	Defibriliatorius Mindray BeneHeart D3 Paskirtis defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu. <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 9.</a>
2.	Reikalavimai defibriliatoriui:		
2.1.	Defibriliatoriaus impulso forma	Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos	Defibriliatoriaus impulso forma bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos. <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 10</a>
2.2.	Bifazinio impulso energijos nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1. Nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J.	Bifazinio impulso energijos nustatymas: 1. 1 – 360 J <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</a> 2. Keitimo žingsnis 1 – 200 J diapazone ne didesnis kaip 50J. <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 2</a>
2.3.	Defibriliatoriaus darbo režimai:	1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinės išorinės defibriliacijos (angl. trump. - AED) režimas.	Defibriliatoriaus darbo režimai: 1. Nesinchronizuota defibriliacija; <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</a> 2. Sinchronizuota kardioversija; <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</a> 3. Automatinės išorinės defibriliacijos (angl. Trump. – AED) režimas. <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</a>
2.4.	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė	Ne daugiau 7 s įsikrovimui iki 200 J	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė 3s įsikrovimui iki 200 J. <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</a>
2.5.	Automatinės funkcijos	1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime.	Automatinės funkcijos: 1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; <a href="#">Prekių aprašymo psl. Nr. 4.</a> 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių

			tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 5, 6.</i></a>
3.	Reikalavimai EKG monitoravimo kanalui:		
3.1.	EKG derivacijų skaičius	Ne mažiau 3	EKG derivacijų skaičius 3 <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</i></a>
3.2.	Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 20 iki 300 kartų/min	Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos 15 – 350 k/min. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</i></a>
3.3.	EKG amplitudės nustatymas	40 (arba 30), 20, 10, 5 mm/mV ( ne blogiau)	EKG amplitudės nustatymas 40, 20, 10, 5, 2,5 mm/mV. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</i></a>
4.	Reikalavimai ekranui:	1. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau 14 cm; 4. Ne mažiau 2 kreivių atvaizduojama vienu metu.	Reikalavimai ekranui: 1. Skystųjų kristalų LCD. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</i></a> 2. Spalvotas <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</i></a> 3. Įstrižainė 17.78 cm; <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</i></a> 4. 3 kreivės atvaizduojama vienu metu. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</i></a>
5.	Spausdintuvas	Ne mažiau dviejų kanalų	Spausdintuvas 3 kanalų. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 2.</i></a>
6.	Maitinimo šaltiniai:	1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina ne mažiau kaip 100 iškrovų, naudojant maksimalią energiją.	Maitinimo šaltiniai: 1. Elektros tinklas nuo 100 iki 240 V (Reikalavimuose esantis 230 V reikalavimas patenka į mūsų siūlomo prietaiso techniniuose dokumentuose nurodyto parametro ribas), 50 Hz elektros tinklas; <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 1.</i></a> 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas, pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina 200 iškrovų, naudojant maksimalią energiją. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 2.</i></a>
7.	Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija	Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją	Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 7, 8.</i></a>
8.	Defibriliatoriaus vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį	Defibriliatoriaus vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį. Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 9.</i></a>
9.	Testinė įranga defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą	Testinė įranga defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui. Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 11</i></a>

10.	Komplektacija	Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: a) daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems – 1 kompl., b) vienkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems – 5 kompl. <i>(tiekęjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus)</i>	Komplektacija: Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: a) daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems - 1 kompl., <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 12.</i></a> b) vienkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems - 5 kompl. <a href="#"><i>Prekių aprašymo psl. Nr. 11, 19</i></a>
11.	Įrangos pristatymas, išskrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)	Įrangos pristatymo, išskrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Įrangos pristatymo, išskrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
12.	Medicininio personalo apmokymas	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
13.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Techninio personalo apmokymas. LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicinos technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
14.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos <i>(taikoma, jei šios</i>	Kartu su pristatoma įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos

		<i>procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);</i> j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatiniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti ( <i>taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i> ).	j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatiniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti.
15.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai. Akumuliatoriui suteikiama garantija gali būti kitokios trukmės, tačiau ne trumpesnė kaip 24 mėn.	Garantinis laikotarpis 36 mėnesiai. Akumuliatoriui suteikiama garantija 24 mėn.

### Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

Pastabos:

1. Lentelė užpildyta pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai, taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

### PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas ir Techninė specifikacija	5
2.	Prekių aprašymas KONF	19
3.	Deklaracija dėl Tarybos reglamento reikalavimų	1
4.	Vartotojo vadovas BeneHeart D3 KONF	208
5.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1
6.	EBVPD	14

**Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.**

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: \_\_\_\_\_

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė

(Vardas ir pavardė)