

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. S1- 287 /23

2023 m. balandžio mėn. 24 d., Vilnius

VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės Aušros Bilotienės Motiejūnienės, veikiančios pagal ligoninės įstatus,
ir AmberCell Solutions, UAB (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Evaldo Gražio, veikiančio pagal įstaigos įstatus,
laimėjęs 2022 m. gruodžio mėn. 25 d. CVP IS (pirkimo Nr. 642771) skelbtą **priemonių, skirtų intervencinei radiologijai** viešojo pirkimo konkursą, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

- 1.1. Sutarties dalykas yra: **priemonės, skirtos intervencinei radiologijai** (toliau - **Prekės**), kurių specifikacija ir įkainiai nurodyti sutarties priede Nr.1.
- 1.2. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam priklausančias šioje Sutartyje nurodytas Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus terminus.

2. Prekių kokybė

- 2.1. Tiekiamos Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
- 2.2. Tiekiamos Prekės turi būti paženklintos CE ženklu.
- 2.3. Tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 2.4. Prekės pateikimo momentu Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei vieneri kalendoriniai metai.
- 2.5. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir sąnaudomis 7 kalendorinių dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų prekių kokybiškomis, Pardavėjas turi vadovautis sutarties 8.6. punktu.
- 2.6. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar transportavimo.
- 2.7. Prekių kokybė ir pavadinimas turi atitikti konkursui pasiūlytų prekių kokybę ir pavadinimą.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

- 3.1. Sutarties kainos skaičiuojamos fiksuoto įkainio būdu.
- 3.2. Šalys susitarė, kad maksimali sutarties vertė yra **156492,00 Eur su PVM (149040,00 Eur be PVM)**.
- 3.3. Prekių įkainiai nustatomi ir atsiskaitymai vykdomi eurais.
- 3.4. Prekių įkainiai PVM sąskaitose faktūrose nurodomi be PVM ir bendra suma su PVM.
- 3.5. Prekių įkainiai nurodyti pasiūlyme ir šioje sutartyje sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 8.1 - 8.3 punkte nurodytoms sąlygoms.
- 3.6. Už kokybiškas Prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų po to, kai Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš Teritorinių ligonių kasų bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 3.7. Pardavėjas įsipareigoja PVM sąskaitą faktūrą išrašyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.
- 3.8. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui PVM sąskaitas faktūras pateikti tik elektroniniu būdu, o Pirkėjas įsipareigoja elektronines sąskaitas faktūras priimti ir apdoroti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
- 3.8.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, o Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros turi būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
- 3.9. Į Prekių įkainius įeina PVM, „E. sąskaita“ teikimas, transportavimo, įpakavimo ir kitos pridėtinės išlaidos, jei tokios yra.

4. Prekių perdavimas ir priėmimas

- 4.1. Pardavėjas garantuoja numatytą Prekių tiekimą dalimis pagal el. paštu pateiktą Pirkėjo užsakymą.
- 4.2. Užsakytas Prekes Pardavėjas savo transportu ir išlaidomis pristato Pirkėjui, nuo užsakymo pateikimo dienos per 7 darbo dienas, į Ligoninės Vaistinę, adresu Antakalnio g. 57.
- 4.2.1. Bendru šalių rašytiniu susitarimu prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų, kol tęsis sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės (pvz.: kai apriboti skydžiai, uždarytos sienos). Šalis norėdama pratęsti prekių pristatymo terminą, pateikia tai pagrindžiančius įrodymus/ dokumentus.
- 4.3. Sutarties 1.1. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte.

4.4. Priimant prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir 7 kalendorinių dienų laikotarpyje pateikia Pardavėjui raštišką pretenziją.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.2. Pardavėjui neperdavus Pirkėjui Prekių per Sutarties 4.2 punkte nurodytą terminą, Pirkėjo rašytiniu reikalavimu Pardavėjas įsipareigoja mokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Pirkėjui pateikus Prekių užsakymus pagal šios Sutarties 4.2 punktą, o Pardavėjui nekokybiškai ar ne pagal visos Sutarties ir (ar) jos priedų reikalavimus vykdant prievoles pagal Sutartį arba jų nevykdant, Pirkėjo rašytiniu reikalavimu, Pardavėjas privalo sumokėti 10 (dešimties) procentų dydžio baudą nuo ne pagal Sutartį ir (ar) jos priedų reikalavimus pristatytų, Pirkėjo užsakytų Prekių vertės ir per 2 darbo dienas turi ištaisyti prievolių vykdymą pagal Sutartį.

5.4. Pirkimo – pardavimo sutartį nutraukus dėl Pardavėjo sutartinių įsipareigojimo nevykdymo, Pirkėjo rašytiniu reikalavimu Pardavėjas įsipareigoja sumokėti 20 (dvidešimties) procentų dydžio baudą nuo kiekvienos Prekės sutartinės vertės.

5.5. Pirkėjas turi teisę priskaičiuotą netesybų suma mažinti savi piniginę prievolę Pardavėjui.

5.6. Pirkėjui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Pardavėjo prašymu Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui delspinigius po 0,02 procentų nuo neapmokėtos Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840, kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

7. Subtiekejai (jeigu pasitelkiami)

7.1. Pardavėjas gali pasitelkti subtiekėjus (nėra) (išvardinti subtiekėjus) tam tikrai pirkimo daliai įvykdyti (nėra) (įvardinti numatomą atlikti pirkimo dalį). Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

7.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekėjus, tačiau pakeisti subtiekejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekejai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subtiekejai, draudžiama.

7.3. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas informuoja apie informacijos apie subtiekėjus pasikeitimą, apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

7.4. Pardavėjo pasitelktiems subtiekejams pageidaujant ir nesant Pardavėjo prieštaravimo nepagrįstiems mokėjimams, Pirkėjas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekejais sutartyje nustatyta tvarka ir terminais už subtiekejo suteiktas paslaugas vykdant sutartį. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 7.1. punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Jei subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Subtiekejo ir jo Pardavėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Šios nuostatos taikymas nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl sutarties įvykdymo joje nustatyta tvarka ir terminais.

8. Kitos sutarties sąlygos

8.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Paslaugų teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytiems į kainiams, Sutartyje nurodyti Paslaugų į kainiai perskaičiuojami jų didinant arba mažinant. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina/į kainiai taikomi už tą Paslaugų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu Paslaugų kainos/į kainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Paslaugų teikėjas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos Paslaugų į kainiams. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti į kainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.

8.1.1. Tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Paslaugoms ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Užsakovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

8.2. Sutarties vykdymo metu, Pardavėjas gali pasiūlyti ir mažesnius į kainius, nei Sutartyje numatyta, tačiau ne didesnius. Tokiu atveju Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytus mažesnius į kainius.

8.3. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytą įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (*jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos*), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 8.3.3 punkte, viršija 7 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

8.3.1. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę.

8.3.2. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

8.3.3. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą (*pasirenkamas „06 SVEIKATA“ indeksas*) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (*pasirenkamas „06 SVEIKATA“ indeksas*).

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (*pasirenkamas „06 SVEIKATA“ indeksas*). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

8.3.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** (*Lietuvos Statistikos Departamentas pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens po kablelio*) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dvių** skaitmenų po kablelio.

8.3.5. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

8.4. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų Prekių kiekį už Sutartyje numatytą sumą per Sutarties galiojimo laiką.

8.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie išpirktą Sutarties sumą ir esant tokiai situacijai Pardavėjas įsipareigoja nebeteikti Sutarties sumą viršijančių užsakymų.

8.7. Sutartyje/ pirkimo dokumentuose nurodytos Prekės, nekeičiant bendros Sutarties įkainių, pirkimo vykdytojo sutikimu gali būti pakeistos kitomis analogiškomis/ ar geresnės kokybės, specifikacijos Prekėmis, tik tokiu atveju, kai Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas pirkimo vykdytojui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama)/ arba Pardavėjas dėl objektyvių priežasčių negali pakeisti nekokybiškų Prekių kokybiškėmis, tokiu atveju, Pardavėjas savo sąskaita ir sąnaudomis, iš anksto suderinęs su Pirkėju, pakeičia Prekes analogiškėmis tuos pačius kokybės reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis ar geresnės kokybės, specifikacijos Prekėmis. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų Prekių kokybiškėmis, ar pristatyti analogiškų/ ar geresnės kokybės, specifikacijos Prekių, jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.

8.7.1. Pardavėjas keisdamas Prekes kitomis analogiškėmis/ geresnės kokybės, specifikacijos Prekėmis, privalo pirkimo vykdytojui pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės atitinka pirkimo dokumentuose/ sutartyje nustatytą techninę specifikaciją.

8.7.2. Remiantis sutarties 8.7. punktu sutarties keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie sutarties.

8.8. Sutarties galiojimo metu Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutartyje numatytą, tačiau pirkimo vykdytojui nebereikalingų Prekių, jeigu jos dar neužsakytos ir nepradėtos vykdyti.

8.9. Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkosauginio principo - Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, t. y. Pardavėjas įsipareigoja, kad tiekiamų Prekių pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos arba pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

8.10. VPI 45 str. 2¹ taikymo metu Pirkėjas turi teisę pareikalauti Pardavėjo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl jo teikiamų Prekių atitikties VPI 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatomis.

8.11. Išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą Pardavėjas privalo joje nurodyti šios sutarties numerį.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Šios Sutarties Prekių užsakymų, tiekimo ir pristatymo laikotarpis yra nuo 2023 m. kovo 23 d. iki 2024 m. kovo 22 d. (jeigu Sutartis bus pasirašyta po 2023 m. kovo 23 d., tai šia Sutartimi Pirkėjas prekių užsakymus vykdys nuo Sutarties pasirašymo dienos 12 mėnesių).

9.3. Neišpirkus sutartyje nurodytos maksimalios sutarties sumos, sutartis, raštišku šalių susitarimu, gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis. Bendra sutarties trukmė negali viršyti 36 mėnesių. Tokiu atveju kai maksimali sutarties suma išpirkta – sutartis nustoja galioti automatiškai be atskiro šalių susitarimo dėl sutarties nutraukimo.

9.4. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

9.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.5.1. Parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.5.2. Pardavėjas nurodytu terminu Prekių nepristatė.

9.5.3. Pardavėjas nesilaiko kitų sutarties nuostatų.

9.6. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bendru rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bendru rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, kai jos tęsiasi ilgiau nei 2 mėnesius ir Pardavėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus/ dokumentus.

9.8. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 kalendorinių dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9.9. Bendru šalių rašytiniu susitarimu atskiros pirkimo dalys gali būti nutrauktos nuo datos nurodytos susitarime, tokiais atvejais kai: Pirkėjui nebelieka poreikio atitinkamoms prekėms, ar Pardavėjas pateikia pagrindžiančius dokumentus/ įrodymus, kad Pardavėjas neturi galimybės pagal Sutarties 8.6. punktą pakeisti/ pristatyti prekes analogiškoms.

9.9.1. Nutraukus pirkimo dalį/ dalis sutarties vertė sumažėja atitinkamai pagal pasirašytą susitarimą.

9.10. Bendru šalių rašytiniu susitarimu visa pirkimo-pardavimo sutartis ar atskiros pirkimo dalys gali būti sustabdytos, kol tęsis sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės (pvz.: nesant Pirkėjui poreikio atitinkamoms prekėms ar tokiais atvejais, kai apriboti skydžiai, uždarytos sienos). Šalis norėdama sustabdyti pirkimo-pardavimo sutartį, pateikia tai pagrindžiančius įrodymus/ dokumentus.

9.11. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

10. Asmens duomenų tvarkymas

10.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

10.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

10.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

10.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

10.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir priežiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai ir draudimo bendrovės; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

10.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

10.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekių darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys,

kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

10.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

11.3. Pirkėjas paskiria **kontaktinius asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą:**

11.3.1. adresu

naštas: s.scerbinskas@vmk.lt.

11.4. Atsakingas už Sutarties

informacinėje sistemoje Užsakovas

tel.: (8 5) 210 4011

11.5. Pardavėjas

Venslovaitė-Giedrė, tel.: +370 6 211 0070, el. pašto

Šalių parašai ir rekvizitai:

PIRKĖJAS

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
Įmonės kodas 302692454
PVM kodas LT100006560213
A/s LT86 7044 0600 0799 0186
AB SEB bankas, banko k. 70440
Tel.: (8 5) 234 4487, faks.: (8 5) 234 6966

D:

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

A.V.

PARDAVĖJAS

AmberCell Solutions, UAB
Liepų g. 83, Klaipėda
Įmonės kodas 302591590
PVM kodas LT100006146717
A/s LT90 7044 0600 0768 4079
AB SEB bankas, banko k. 70440
Tel.: +370 6 405 2910

Evaldas Gražys

A.V.

Priemonių, skirtų intervencinei radiologijai, pirkimas
Prekių techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis poreikis metams	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM	Orientacinio metinio poreikio suma Eur be PVM	Orientacinio metinio poreikio suma Eur su PVM	Reikalavimai	Kataloginis prekės Nr.	Gamintojas
34.	Dvigubo tinklelio karotidinį stentas	vnt.	1	1100,00	1155,00	1100,00	1155,00	1. Nitinolinis savaime išsiplečiantis, tiksliai dislokuojamas stentas; RX segmento ilgis ne mažiau 30 cm. 2. Stento sienelės dizainas - dvigubo tinklelio, užtikrinančio apsaugą nuo trombu; 3. Pravedėjas -0,014" 4. Introduiseris 5F 5. Neišskleisto stento ilgis nuo 25 mm iki 43 mm 6. Neišskleisto dvigubo tinklelio ilgis nuo 18 mm iki 40 mm 7. Išskleisto stento ilgis -34 mm-60 mm 8. Išskleisto dvigubo tinklelio ilgis - 22 mm-60 mm 9. Diametras: 5 mm-10 mm 10. Kateterio ilgis: 135 cm (± 2 cm).	Roadsaver CAS, RDS-xxxx-143RX	Terumo
41.	Specialus pravedėjas	vnt.	10	150,00	157,50	1500,00	1575,00	1. Diametras 0,014", 0,018", 0,035". 2. Ilgis 180, 300 cm (± 1 cm). 3. Kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei padengtas specialia PTFE danga (dangos ilgis 155, 235, 275 cm.) 4. 25 cm. distalinė dalis, padengta hidrofiline danga. 5. Viršūnės smailėjimo ilgis - 5 cm. 6. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampas.	Glidewire Advantage, RA-xxxxxxCM, FA-xxxxxxCM	Terumo
43.	Balioninis dilatacinis kateteris	vnt.	10	190,00	199,50	1900,00	1995,00	1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 40, 80, 120, 150, 200 mm. 3. Kateterio ilgis 100, 148 cm (± 5 cm). 4. Introduiseris: 4 F. 5. Turi atlaikyti slėgį nuo 6 iki 20 atmosferų. 6. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm.). 7. Pravedėjas įvedamas OTW metodu. 8. Balionas padengtas specialia hidrofiline danga ar lygiaverte danga, ne mažiau 420 mm ilgyje.	Teracross, BD-Txxxxxxx	Terumo

45.	Diagnostiniai kateteriai	vnt.	700	16,50	17,33	11550,00	12127,50	1. Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; 2. Galiukas atraumatinis, minkštas, rentgenokontrastinis; 4. Išorinis diametras 4F, 5F, 6F; 5. Ilgis (65, 80, 90, 100, 110, 120 cm); 6. Slėgis iki 1000 psi; 7. Tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"; 8. kateterio išoriniai diametrai: 4F/140 mm; 5F/170 mm; 6F/2.00 mm; 9. kateterio vidiniai diametrai : 0.041"/1.03 mm; 0.047/1.20 mm; 0.051 "/1.30 mm; 10. Anatominės modifikacijos: AL- 1,2,3; AR- 1, 2, 3; AR JR; ModNTR; Judkins left - 3.5, 4.0, 5.0, 6.0; Judkins right- 3.5, 4.0, 5.0; Straight pigtail; Angled pigtail 145°, 155°, PIG-Round 155°;; Multipurpose - Curve 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass - left, right; Radial - Tiger I; Tiger II- 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; BLK 4.0; El gamal2. Renal; Straight 8 cm tapered; Cobra Small/Middle/Large; Shepherd Hook 0.8 cm; Shepherd Hook 1.0 cm; J Curve Small/Middle/Large; Renal Right/Left; Sidewinder1; Simmons 1/2/3/4; Headhunter1/2/3/4; Bentson-Hanefee-Wilson 1; Bentson-Hanefee-Wilson 2; MANI; Vertebral; Hineck 1; Newton Technique 1/2/3/4;	Radiocus Angiographic c catheter Optitorque, RH- xxxxxxx M, RF- xxxx Terumo
53.	Nukreipiančios hidrohilinės nitinolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui	vnt.	650	21,00	22,05	13650,00	14332,50	1. Diametras 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" . 2. Ilgis 50, 80, 120, 180 cm (± 1 cm). 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 postūčio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampas, „J“ 1,5 mm, „J“ 3 mm, „Bolia“; 8. Viršūnės smailejimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm.	Radiocus Guide wire M Standard type, RF- GxxxxxM Terumo

Direktorius
G. Razys

54.	Praileintos nukreipiančios hidrofilinės nitinolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui	vnt.	350	43,00	45,15	15050,00	15802,50	1. Diametras 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". 2. Ilgis 220, 260, 300 cm (± 1 cm). 3. Vėlos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampas. 8. Viršūnės smailejimo ilgis: 1 cm, 3 cm.	Radifocus Guide wire M Long type, RF- GxxxxxxM	Terumo
55.	Padidinto stangrumo vielos-pravedėjos angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui	vnt.	300	26,00	27,30	7800,00	8190,00	1. Ilgis 150, 180, 260 cm (± 1 cm). 2. Diametras: 0,018", 0,025", 0,035", 0,038". 3. Vėlos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: kampas, „J“, 1,5 mm, tiesus. 8. Viršūnės smailejimo ilgis 1 cm, 3 cm.	Radifocus Guide wire M Stiff type, RF- PxxxxxxM	Terumo
61.	Stentas su balioniniu kateteriu	vnt.	20	335,00	351,75	6700,00	7035,00	1. Diametras 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Ilgis 80 mm (± 2 mm). 3. Kateteris 5F. 4. Kateterio ilgis 80, 120 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) ($\pm 0,003$ " (0,076 mm)). 6. Introduiseris: ne daugiau 6F. 7. Turi atlaikyti slėgį: iki 15 atmosferų.	Zeus CC, ZCxxxx	Rontis Medical
74.	Sistema periferinei embolizacijai	vnt	10	156,00	163,80	1560,00	1638,00	1. Pagaminta iš platinos vielos dengtos hidrogelio polimeru; 2. Embolizacinės spiralės nustumiamos, užtikrinančios ilgalaikę mechaninę okliuziją; 3. Geras mechaninis stabilumas; 4. Spiralės dydis – 0,018"; 0,035"; 5. Kilpelės diametras – 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 6. Spiralės ilgis – 2 cm; 4 cm; 6 cm; 10 cm; 14 cm; 7. Tinkančios vielos pravedėjos dydis atitinkamai 0,016"/0,018"; 0,035"/0,038"; 8. Tinkamo kateterio dydis atitinkamai 2,4 Fr; 2,7 Fr; 2,8 Fr.	Azur Pushable, 45-xxxxxx	Terumo

vektorius
Eva Gražys

76.	Mikrosferos embolizacijai	vnt	8	205,00	215,25	1640,00	1722,00	1. Apvalios, kamuolio formos; 2. Sintetinės, pagamintos ir polietileno glikolio; 3. Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje; 4. Kalibruotos pagal dydį; 5. Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 75 µm ± 15 µm; 200 µm ± 50 µm; 400 µm ± 50 µm; 600 µm ± 50 µm; 800 µm ± 50 µm; 1100 µm ± 50 µm. 6. Tūris 2 ml ir 4 ml; 7. Pateikiamos 20 cc švirkštuose.	HydroPearl, 8HPxxxx	Terumo
77.	Hemostazinis vožtuvas kateteriui 4-9 F	vnt	10	7,50	7,8750	75,00	78,75		Haemostatic valve, RF- VA713M	Terumo
79.	Kraujagyslės diliatorius	vnt	700	7,50	7,8750	5250,00	5512,50	1. Ilgis 155 mm (± 1 mm). 2. Diametras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F. 3. Visi diametrai pažymėti skirtingomis spalvomis. 4. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm).	Vessel dilator, RF- VDxxxxxx	Terumo
84.	Introduiseriai su atšaka ir sklende, diliatoriumi	vnt	250	14,60	15,33	3650,00	3832,50	1. Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale, pagerinantis diliatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 3. 3 padėčių sklendė; 4. Tinkančios mini vielos 0,025", 0,035", 0,038"; 5. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 6. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 7. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 8. Ilgis 10 cm; 9. Ilgis: 25 cm.	Standard introducer Kit C, RS- Cxxxxxx	Terumo

85.	Introduisieriai su atšaka ir sklende, dilatatoriumi, mini viela	vnt	250	17,80	18,69	4450,00	4672,50	1. Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 3. Mini viela – pravedėja pagaminta iš Nitinolio (Nikelio – titano), galiukas tiesus ir J formos; 4. 3 padėčių sklendė; 5. Vielos ilgiai 45 cm, 80 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; 6. Hemostatinis vožtuvas su „Cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku. 7. Ilgis 10 cm; 8. Ilgis 25 cm.	Standard Introducer Kit B, RS- Bxxxxxx	Terumo
86.	Introduisieriai su atšaka ir sklende, dilatatoriumi, mini viela ir adata	vnt	250	18,80	19,74	4700,00	4935,00	1. Įmovos galas suplonintas distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Mini viela – pravedėjas dengtas plastikų; 3. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 4. Vielos ilgis 45 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 5. 3 padėčių sklendė; 6. Hemostatinis vožtuvas su „Cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 7. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 8. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 9. Prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas, dydis 5F; 10. Ilgis: 10 cm; 11. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją; 12. Adatos dydis 18 Gx2 ½“.	Standard Introducer Kit A, RS- Axxxxxx	Terumo

Darius Evalsas UAB

87.	Introdueriai su rentgenokontrastiniais markeriais	vnt.	250	30,00	31,50	7500,00	7875,00	1. Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu, dydis 6F, 7F, 8F; 2. Introduiseryje inkorporuotas platinos/iridžio mišinys; 3. 3 padėčių sklendė; 4. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 5. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 6. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės aišakos; 7. Prisegamas dilatatoriaus galo užrakimimas; 8. Tinkančios mini vielos 0,035" (0,89 mm) ($\pm 0,003$" (0,076 mm)) 9. Ilgis: 6, 10 cm; 10. Ilgis: 25 cm.	Introducer Kit II with Radiopaque marker, RB-BXXXXXX	Terumo
91.	A.Renalis ir A. Carotis introdueriai- nukreipėjai	vnt.	100	152,00	159,60	15200,00	15960,00	1. Švelni, smallejanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūnėlė (2,0, 2,5, 5,0 cm. Atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų). 2. Distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų) padengta spec. Hidrofiline danga. 3. Integruotas rentgenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo. 4. PTFE vidinė sistemos danga. 5. Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga. 6. Išorinė nailono danga. 7. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio prapjovimo) silikoniniu disku. 8. Tinkamas naudoti su 0,035" (0,89 mm) pravedėju. 9. Diametrai: 6Fr, 7Fr. 10. Sistemos ilgis: 45, 65, 90 cm. (± 1 cm); 11. Distalinio galo formos: tiesus, „hockey stick“, „multipurpose“, RDC, LIMA.	Destination, RSXXXX, GSxxxx,54 xxxx	Terumo
96.	Introdueriai skirti radialinėms arterijoms	vnt.	300	16,70	17,54	5010,00	5260,50	1. Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F (koduota pagal spalvą); 3. Įmovos ilgis: 7, 10 cm; 4. Tinkančios vielos gides: 0,018" ir 0,025"; 5. Mini vielos: ilgis 45 cm (± 1 cm), galas tiesus; 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,7 x 38 mm ir 0,9 x 38 mm.	Radial access introducer Kit, RT-RXXXXXX	Terumo

97.	Introduiserial skirti radialinėms arterijoms su hidrofiline danga	vnt.	250	26,00	27,30	6500,00	6825,00	1. Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Įmova padengta hidrofiline danga; 3. Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F (koduota pagal spalvą); 4. Tinkančios vielos gūdės: 0,021" ir 0,025"; 5. Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm ($\pm$ 1 cm) galas tiesus; 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,9 x 32 mm; 7. Komplektuojama su švirkštu. 8. Įmovos ilgis 7, 10 cm.	Hydrophilic Radial Access introducer Kit/ RM-AFXXXX XXX/ RM-BFXXXX XXX	Terumo
98.	PTKA vielos rutininėms procedūroms, totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms atidaryti	vnt.	50	63,00	66,15	3150,00	3307,50	1. Ilgis 180 cm ($\pm$ 2 cm); 2. Diametro 0,014" (0,36 mm); 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitalio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; 4. Vienos dalies konstrukcija; 5. Hidrofilinė danga visame ilgyje; 6. 3 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas; 7. Viela lanksti ir gero praeinamumo; 8. Tiesios formos; 9. Geras sukimo perdavimas.	Ruthrough, TW-XXXXXX	Terumo

Dir. t. ir
Evald. : razys

100.	Kobalto chromo koronarinis stentas su įvedimo sistema dengtas erdvine/gradientine vaistais išskiriančia danga	vnt.	10	290,00	304,50	2900,00	3045,00	1. Stento ilgis (9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 33 mm, 38 mm) 2. Stento diametras (2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm, 3,5 mm, 4 mm); 3. Stento dizainas - atviros gardelės tipo; 4. Sistemos ilgis-144 cm. (± 2 cm); 5. Vaisto padengimo kiekis -3,9μg/mm stento ilgyje; 6. Polimero skilimo ir vaisto išskyrimo laikas 3-4 mėnesiai; 7. Vaistus išskiriančio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujotaką pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai arterijose; 8. Stentas pagamintas iš L-605 kobalto chromo lydinio; 9. Stentas dengtas bioapsorbuojančių PDLLA-PCL polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį; 10. Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinių spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; 11. Baliono nominalus slėgis 9 atm, darbinis slėgis 14-16 atm (priklausomai nuo dydžio). 12. Introduuseris: ne daugiau 5 F.	Ultimaster, DE-RDxxxxxx	Terumo
101.	Mikrokaterteriai be vielos pravedėjos	vnt.	5	315,00	330,75	1575,00	1653,75	1. Ilgiai: 130 cm, 150 cm (± 1 cm); 2. Išorinis diametras 2,4 Fr/0,80 mm; 3. Vidinis diametras 0,023"/0,57"; 4. Distalinė galas – tiesus; 5. 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga; 6. Pritaikytas naudoti su 0,018" ir 0,016" vielomis pravedėjomis; 7. Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5, 171 kPa	Progreat microcather, MCxxxxx, xCxxxxx	Terumo

Dir
Evald
Plus
Gražys

102.	Mikrovielos pravedėjos	vnt.	20	210,00	220,50	4200,00	4410,00	1. Ilgis 180 cm (± 1 cm); 2. Išorinis diametras: 0,012", 0,016"; 3. Vėlos šerdis pagaminta iš nitalio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; 4. Vienos dalies konstrukcija; 5. Distalinis, ne mažiau 2 cm ilgio, rentgenokontrastinis markeris; 6. Padengta išorine hidrofiline danga; 7. Viršūnės modifikacijos: 45° kampu, 90° kampu x 4 mm, 90° kampu x 6 mm, 1,5 cm „J“ formos, dvigubas lenkimas: 90°+ 150°; 8. Lankstus galas: 25 cm ir 35 cm.	Radifocus Guidewire GT, RG*GXX XXXXXX	Terumo
103.	Hidrofiliniai angiografiniai kateteriai	vnt.	80	38,00	39,90	3040,00	3192,00	1. Skirti periferinei ir cerebralinei angiografijai, atraumatiniai; 2. Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga; 3. Viduje esantis dvigubas metalinis tinkelis užtikrina puiką sukimosi kontrolę; 4. Minkštas galiukas; 5. Rentgenokontrastinis; 6. Kateterio dydis 4 FR; 5 FR; 7. Slėgis -750 psi (4 Fr); 1000 psi (5 Fr); 8. Kateterio ilgis – 100 cm; 110 cm; 120 cm (± 1 cm); 9. Modifikacijos – Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hineck Headhunter 1; Bentson-Hanabee – Wilson 1; Bentson-Hanabee – Wilson 2; Bentson –Hanabee Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Nontapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip.	Glidecath. RF- XXXXXXX	Terumo

104.	Dviejų dalių konstrukcijos PTKA vielos totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms	vnt.	150	63,00	66,15	9450,00	9922,50	1. Ilgis 180 cm (± 2 cm); 2. 0.014" (0,36 mm) diametro; 3. Dviejų dalių konstrukcija. Šios dalys turi būti sujungtos tiesiogine jungtimi, virš jungties – silikonine danga; 4. Distalinės vielos dalies šerdis, ne mažiau 400 mm turi būti pagaminta iš nitalio (nikelis + titanas); 5. Proksimalinės vielos dalies šerdis turi būti pagaminta iš standaus, nerūdijančio plieno; 6. 25 cm distalinio vielos galo šerdis turi būti padengta nerūdijančio plieno vijomis ir distalinė jo dalis vijomis, pagamintos iš platinos; 7. 25 cm ilgio distalinė vielos dalis turi būti padengta hidrofiline danga; 8. Visa viela, išskyrus galiuką, turi būti padengta specialia, gera sliduma garantuojančia, PTFE danga; 9. „Floppy“ tipas.	Ruthrough, TW- xxxxxx	Terumo
------	--	------	-----	-------	-------	---------	---------	--	-----------------------------	--------

Diagnozė
Evald. 11.11.2011

114.	A. Radialinio introduuserio ir A. Radialis užspaudėjo rinkinys	vnt.	10	49,00	51,45	490,00	514,50	Radialinis introduuseris: - Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale. - Įmova padengta specialia „m“ hidrofiline danga. - Įmovos vidaus diametras: 5F; 6F; 7F; (koduota pagal spalvą). - Pravedėjas: 0,018", 0,021", 0,025". - Pravedėjo ilgis: 45 cm., 80 cm., galas tiesus. - Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flash Back“ technologiją: 20 G (0,9 mm) x 32 mm; 20 G (0,9 mm) x 35 mm; 20 G (0,9 mm) x 51 mm; 21 G (0,8 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 25 mm. - Introduuseris ypač didelio vidinio diametro: deka ypatingai plonos introduuserio sienelės, vidinis introduuserio diametras yra 1F didesnis už standartą. - Ilgis: 10 cm; 16 cm. a. radialis užspaudėjas: - Pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos-kraujavimo kontrolei stebėti - Selektyviai užspaudžiama a. Radialis prileidžiant oro į du specialius balionus; - Užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu lipnių segtuvu; - Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos pažymėta specialiu žymeniu. - Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai; - Užspaudėjas turi užtikrinti gerą a. ulnaris veninę kraujotaką bei leisti išvengti nervų užspaudimo. - Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: normalus tūris - 12 ml, maksimalus - 18 ml. - Oras prileidžiamas švirkštu (švirkštas pridedamas komplekte); - Užspaudėjas sterilus;	Slender/TR Band, RM-xxxxxx; TRBxxxxx; XX*RF*XX	Terumo
120.	Kraujagyslės uždarymo priemonės	vnt.	40	122,00	128,10	4880,00	5124,00	- Punkcijos anga uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų: kolageno, PGA. - Visi sistemos komponentai pilnai absorbuojasi per 60-90 dienų. - Komplektuojama su : 70 cm pravedėju su „J“ formos galu (6F-0,035" diametras. 8F-0,038" diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. - V-Twist kolageno įvedimo technologija. - Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti. - Tinka 0,035", 0,038" pravedėjui. - Dydis: 6F, 8F.	AngioSeal, 61013X	Terumo

130.	Kraujagyslės uždarymo priemonės	vnt.	10	122,00	128,10	1220,00	1281,00	1. Puncijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezoruojančių polimerinių diskų bei siūlo; 2. Visi sistemos komponentai pilnai absorbuojasi per 60-90 dienų. 3. Komplektuojama su 70 cm pravedėju su J formos galu (0,038", 4. Femoseal, C110202 Terumo
134.	Balioninis dilatacinis kateteris	vnt.	20	130,00	136,50	2600,00	2730,00	1. Baliono diametras 3,0, 4,0, 5,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm. 3. Kateterio ilgis 90 cm, 135 cm. (± 3 cm) 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 5. Turi atlaikyti slėgį: iki 20 atmosferų. 6. Introduseris: 6F. 7. Pravedėjas įvedamas SOE metodu. Terumo
137.	Specialus hibridinis pravedėjas su PTFE ir hidrofiline danga	vnt.	5	150,00	157,50	750,00	787,50	Glidewire Advantage, RA-xxxxxxC M, FA-xxxxxxC M Terumo

Šalių parašai.:

PIRKĖJAS

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė


A. V. Motiejūnienė
Aušra Bilotienė Motiejūnienė

PARDAVĖJAS

AmberCell Solutions, UAB


E. Valdas
E. Valdas Gražys

Dirk
us
Evaldas
ažys