

3 priedas. Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametų reikšmės	Siūlomos įrangos parametų reikšmės (parametų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Kolposkopo stovas	Mobilus; Dvigubi ratukai; Kiekvienas ratukas su stabdžiais; Bazės dydis ne daugiau kaip 550mm.	Mobilus; Dvigubi ratukai; Kiekvienas ratukas su stabdžiais; Bazės dydis ne daugiau kaip 550mm. Prekių aprašymas psl. nr.1,6,7
2.	Kolposkopo alkūnės ilgis	Ne mažiau 870 mm	870 mm Prekių aprašymas psl. nr.7,8
3.	Pasukama alkūnė su balansavimu	Rankenėlė balansavimui; Alkūnė gali būti sukama 360° aplink stovą.	Rankenėlė balansavimui; Alkūnė gali būti sukama 360° aplink stovą. Prekių aprašymas psl. nr.8,9,10
4.	Kolposkopo galvos pakreipimas	Diapazonas ne mažiau kaip 60°	Diapazonas 60° Prekių aprašymas psl. nr.8
5.	Kolposkopo galvos aukščio reguliavimas	Ne mažesnis kaip nuo 900 iki 1300 mm	Nuo 900 iki 1300 mm Prekių aprašymas psl. nr.8
6.	Monitorius	Tvirtinamas ant stovo	Tvirtinamas ant stovo Prekių aprašymas psl. nr.2
7.	Išvestys	HDMI, USB	HDMI, USB Prekių aprašymas psl. nr.9
8.	Kolposkopo optika	Apochromatinė; Plataus lauko okuliarai su padidinimu ne mažesniu kaip 12,5x;	Apochromatinė; Plataus lauko okuliarai su 12,5x padidinimu Prekių aprašymas psl. nr.4
9.	Atstumas tarp vyzdžių	Reguliuojamas nuo 50 iki 75 mm +/-2 mm	Reguliuojamas nuo 50 iki 75 mm Prekių aprašymas psl. nr.4
10.	Bendras padidinimas	Ne mažiau kaip nuo 2.6x iki 16.1x; Reguliuojamas, ne mažiau kaip 5 kartų: 0.4, 0.6, 1, 1.6, 2.5; Padidinimą galima nustatyti naudojant ratuką, esantį iš abiejų kolposkopo galvos pusių.	Nuo 2.6x iki 16.1x; Reguliuojamas, 5 kartus: 0.4, 0.6, 1, 1.6, 2.5; Padidinimą galima nustatyti naudojant ratuką, esantį iš abiejų kolposkopo galvos pusių. Prekių aprašymas psl. nr.4, 11, 12, 13
11.	Objektyvo lęšis	Su reguliuojamu fokusavimo atstumu ne mažesniu nei 250 – 430 mm; Ratukas skirtas fokusavimui ir darbinio atstumo nustatymui;	Su reguliuojamu fokusavimo atstumu 250 – 430 mm; Ratukas skirtas fokusavimui ir darbinio atstumo nustatymui; Prekių aprašymas psl. nr.4, 12
12.	Dioptrijų reguliavimas	Ne mažiau kaip nuo -7 iki +7	Nuo -7 iki +7 Prekių aprašymas psl. nr.4,11
13.	Matymo laukas	Ne mažiau kaip nuo 16 iki 128 mm	Nuo 13.6 iki 128.2 mm Prekių aprašymas psl. nr.11
14.	Filtrai	Mėlynas; Žalias; Atspindžius mažinantis;	Mėlynas; Žalias; Atspindžius mažinantis; Prekių aprašymas psl. nr.11
15.	Integruota kamera	Raiška ≥1920 x 1080p	Raiška 1920 x 1080p Prekių aprašymas psl. nr.4
16.	Ant kolposkopo stovo integruota valdymo	Šviesos intensyvumo reguliavimas; Video įrašo (pradžią/sustabdymas);	Šviesos intensyvumo reguliavimas; Video įrašo (pradžią/sustabdymas);

	panelė	Nuotraukų darymas; Vaizdo sustabdymas(Freeze);	Nuotraukų darymas; Vaizdo sustabdymas(Freeze); Prekių aprašymas psl. nr.13, 14
17.	Šviesos šaltinis	Automatinis arba rankinis šviesos reguliavimas; Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 40,000 Lux; Spalvų temperatūra 5,700K (+/- 100K); Tarnavimo laikas ne mažiau kaip 50 000 darbo valandų.	Rankinis šviesos reguliavimas; Šviesos intensyvumas 50,000 Lux; Spalvų temperatūra 5,700K; Tarnavimo laikas 50 000 darbo valandų. Prekių aprašymas psl. nr.13, 14, 4
18.	Programinė įranga	Tiesioginis vaizdo iš kolposkopo stebėjimas; Vaizdo sustabdymas (Freeze); Nuotraukų bei vaizdo įrašų saugojimas; Pacientų duomenų bazė; Įrašų generavimas ir spausdinimas; Video signalo optimizavimas;	Tiesioginis vaizdo iš kolposkopo stebėjimas; Vaizdo sustabdymas (Freeze); Nuotraukų bei vaizdo įrašų saugojimas; Pacientų duomenų bazė; Įrašų generavimas ir spausdinimas; Video signalo optimizavimas; Prekių aprašymas psl. nr.15, 16, 17, 18, 19
19.	Vaizdo perdavimas	Wifi; HDMI;	Wifi; HDMI; Prekių aprašymas psl. nr. 11
20.	Maitinimas	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz Prekių aprašymas psl. nr.4
21.	Komplektacija:	Kolposkopas su tiesiu binokuliariniu tubusu ir integruotu LED šviesos šaltiniu – 1 vnt.; Kolposkopo stovas su monitoriumi – 1 vnt.; Programinė įranga – 1 vnt.; Pelė – 1 vnt.	Alltion AC-5000 kolposkopas su tiesiu binokuliariniu tubusu ir integruotu LED šviesos šaltiniu – 1 vnt.; Kolposkopo stovas su monitoriumi – 1 vnt.; Programinė įranga – 1 vnt.; Pelė – 1 vnt. Prekių aprašymas psl. nr.1, 2, 3, 4, 21, 22
22.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)	Žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu AC-5000 CE, AC-5000 CE 2, Prekių aprašymas psl. nr.23-26
23.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėnesiai	24 mėnesiai