

STERILIZACIJOS, DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ IR ANTISEPTIKOS, DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi būti pateikti prekės CE sertifikata arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiavertčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamente (ES) 2017/745 nustatytus reikalavimus taikomus atitinkamai prekei.

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1 dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir/ar lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurj techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka; biocido autorizacijos liudijimą (su priedais), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus.

2.2 siūlomų prekių tinkamumą naudoti su nurodyta medicinos priemone (endoskopų plovimo mašina Soluscope S1 (PA versija)) patvirtinančius dokumentus (19 p.o.d).

Atitikimui aukščiau nurodytiems reikalavimams pagrįsti turi būti *pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos*.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Būtinios charakteristikos ir parametrai	Mato vienetas	Maksimalus numatomas pirkti matavnt. kiekis	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams		
					Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai	Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
						dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
22.	Dezinfekcijos priemonė odontologijos atsiurbimo įrangai	Koncentruotas preparatas skirtas uždaro odontologijos įrangos atsiurbimo sistemos plovimui ir dezinfekcijai, pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu poveikiu. Savo sudėtyje turi turėti ploviklių, neturi būti aldehydų, fenolių, chloro. Preparatas nėra toksiškas ir kancerogeninis. Gerai tirpdo	litras	100	Gamintojas: AS Chemi-Pharm ALKADENT 1L Koncentruotas preparatas skirtas uždaro odontologijos įrangos atsiurbimo sistemos plovimui ir dezinfekcijai,	Nr.1 Alkadent aprašymas, saugos duomenų lapai. Nr.2 Alkadent	Pateikiamas atskiras dokumentas Pateikiamas

		<p>organinius teršalus (gleives, skreplius, seiles). Mažai putoja, biologiškai suyra. Paruošto tirpalo koncentracija $\leq 2\%$. Ekspozicijos laikas ne ilgiau 30 min. Pagal poreikį pateikti originalias limpančias etiketes paruoštiems tirpalams žymėti. Pakuotė ≤ 2 litrai.</p>		<p>pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu poveikiu. Savo sudėtyje turi ploviklių; Sudėtyje nėra aldehydų, fenolių, chloro. Preparatas nėra toksiškas ir kancerogeninis. Gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius, seiles). Mažai putoja, biologiškai suyra. Paruošto tirpalo koncentracija 2%. Ekspozicijos laikas ne ilgiau 10 min. Pagal poreikį pateiksime originalias limpančias etiketes paruoštiems tirpalams žymėti. Pakuotė 1 litras.</p>	<p>CE atitikties sertifikatai.</p> <p>Nr.3 Alkadent mikrobiologija.</p>	<p>atskiras dokumentas</p> <p>Pateikiamas atskiras dokumentas</p>
--	--	--	--	---	---	---