

## STERILIZACIJOS, DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ IR ANTISEPTIKOS, DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi būti pateikti prekės CE sertifikata arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiavertčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamente (ES) 2017/745 nustatytus reikalavimus taikomus atitinkamai prekei.

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1 dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir/ar lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka; biocido autorizacijos liudijimą (su priedais), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus.

2.2 siūlomų prekių tinkamumą naudoti su nurodyta medicinos priemone (endoskopų plovimo mašina Soluscope S1 (PA versija)) patvirtinančius dokumentus (19 p.o.d).

Atitikimui aukščiau nurodytiems reikalavimams pagrįsti turi būti *pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos*.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Būtinios charakteristikos ir parametrai	Mato vienetas	Maksimalus numatomas pirkti matav. kiekis	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams		
					Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai	Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
						dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
21.	Priemonė instrumentų valymui	Valymo ir dezinfekavimo priemonė skirta plauti ir dezinfekuoti instrumentus prieš jų sterilizaciją. Sudėtis: nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos; ketvirtiniai amonio junginiai, natrio karbonatas. Nuo instrumentų gerai nuplauna kraują, baltymus, sekretus, riebalus.	litras	360	Gamintojas: AS Chemi-Pharm <b>DESINSURANCE 5L</b> Valymo ir dezinfekavimo priemonė skirta plauti ir dezinfekuoti instrumentus prieš jų sterilizaciją. Sudėtis: nejoninės	Nr.1 Desinsurance aprašymas, saugos duomenų lapai.  Nr.2	Pateikiamas atskiras dokumentas       Pateikiamas

		Preparatas pasižymi baktericidinėmis savybėmis, inaktyvuoja bakterijas, virusus (tame tarpe HBV, HIV, Rota) ir grybelius. Tinka naudoti ultragarso įrenginiuose ir endoskopų apnuošimui. Darbinis tirpalas ne daugiau kaip 2%. Ekspozicijos laikas ne daugiau 30 min; Pakuotė ≤5 litrai.			paviršiaus aktyviosios medžiagos; ketvirtiniai amonio junginiai, natrio karbonatas. Nuo instrumentų gerai nuplauna kraują, baltymus, sekretus, riebalus. Preparatas pasižymi baktericidinėmis savybėmis, inaktyvuoja bakterijas, virusus (tame tarpe HBV, HIV, Rota) ir grybelius. Tinka naudoti ultragarso įrenginiuose ir endoskopų apnuošimui. Naudojamas 1% darbinis tirpalas  Ekspozicijos laikas 10 min; Pakuotė 5 litrai.	Desinsurance CE atitikties sertifikatai  Nr.3 Desinsurance mikrobiologija.	atskiras dokumentas  Pateikiamas atskiras dokumentas
--	--	--	--	--	---	--	--