

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Co-57 kalibracinio jonizuojančios spinduliuotės šaltinio specifikacija, 1 vnt.

TS Lentelė Nr. 1

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametrų reikšmė	Nuoroda į interneto tinklalapį arba Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus techninius dokumentus, aiškiai nurodant vietą, kurioje yra pateikiama atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžianti informacija. Kartu su pasiūlymu pateiktuose techniniuose dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų techninių parametrų reikšmės Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės (reikalavimų atitikimas) Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.*
1.	Co-57 kalibracinio šaltinio paskirtis	Tinkantis gama kamerai Spectrum Dynamics D-SPECT Cardio kasdieniniai sistemos patikrai.	Tinkantis gama kamerai Spectrum Dynamics D-SPECT Cardio kasdieniniai sistemos patikrai. Technical Data.pdf 1 psl.
2.	Co-57 kalibracinio šaltinio aktyvumas	Šaltinio aktyvumas ne mažesnis už 444 MBq/12 mCi (pristatymo metu).	12 mCi. Technical Data.pdf 1 psl.
3.	Šaltinio kalibravimo sertifikatas	Būtina pateikti šaltinio pristatymo metu.	Pateikiamas pristatymo metu.
4.	Šaltinio išmatavimai	Bendras ilgis 295 mm, aktyvios dalies ilgis 260 mm.	Bendras ilgis 295 mm, aktyvios dalies ilgis 260 mm. Technical Data.pdf 1 psl.
5.1	Atstovavimo reikalavimai	Pardavėjui būtina pateikti parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą. Pateikiama kartu su pasiūlymu.	Pateikiamu kartu su pasiūlymu. Gamintojo įgaliojimas.pdf
5.2	Sutarties reikalavimai	Šaltinio pristatymo metu Teikėjas turi turėti Radiacinės saugos centro suteiktą licenciją vykdyti veiklą su tiekiamu jonizuojančios spinduliuotės šaltiniu (parduoti ir aptarnauti parduodamą įrangą).	Radiacinės saugos centro suteikta licencija vykdyti veiklą su tiekiamu jonizuojančios spinduliuotės šaltiniu (parduoti ir aptarnauti parduodamą įrangą) pateikiama pristatymo metu.

6.	Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą	Tiekėjas sumoka valstybinę rinkliavą už vienkartinio leidimo išdavimą už jonizuojančiosios spinduliuotės kalibravimo šaltinio įvežimą Lietuvos Respubliką (pardavimą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms). Iki šaltinio pristatymo pateikti leidimo kopiją.	Valstybinė rinkliava už vienkartinio leidimo išdavimą už jonizuojančiosios spinduliuotės kalibravimo šaltinio įvežimą Lietuvos Respubliką (pardavimą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms) bus sumokėta. Leidimo kopija pateikiama iki šaltinio pristatymo.
7.	Pristatymas	Prekių pristatymo vieta - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).	Prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
8.	Pirkimo objekto kaina	Į kainą įtrauktos visos pristatymo bei kitos su pristatymu ir pardavimu susijusios tiekėjo išlaidos.	Į kainą įtrauktos visos pristatymo bei kitos su pristatymu ir pardavimu susijusios tiekėjo išlaidos.
9.	Garantinis įsipareigojimas	≥ 12 mėn.	12 mėn.

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.