



UAB Neurovita

(Uždaroji akcinė bendrovė, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, tel. (8 5) 27 23 481, el. p. info@neurovita.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. UAB Neurovita, Įmonės kodas 110791756, PVM mok. kodas LT100000926912)

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui

PASIŪLYMAS
SPIROMETRUI SU PROGRAMINE ĮRANGA
2023-05-12
(Data)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Neurovita
Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas	UAB Neurovita
Tiekėjo adresas	110791756
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrej Avin
Telefono numeris, el. paštas	8 5 272 3481

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)/

Subtiekęjo pavadinimas, adresas	
---------------------------------	--

I siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Vnt. kaina su PVM, Eur
1	Spirometras su programine įranga Spirolab MIR Srl (Italija) (Irašyti pavadinimą, gamintoją)	1 vnt.	2309,00	484,89	2793,89

SPIROMETRO SU PROGRAMINE ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis (taikymas)	Diagnostinis spirometrijos prietaisas	Diagnostinis spirometrijos prietaisas
2.	Palaikomi spirometrijos parametrai	FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/VC%, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FET, FEV0.5, FEV3, FEV3/FVC%, PIF, FEV6, FEV1/FEV6%, FEV1/, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PEF, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT	FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/VC%, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FET, FEV0.5, FEV3, FEV3/FVC%, PIF, FEV6, FEV1/FEV6%, FEV1/, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PEF, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT
3.	Plaučių amžiaus matavimo funkcija.	Būtina	Yra
4.	Srauto diapazonas ne mažiau kaip:	±16L/s	16L/s
5.	Srauto tikslumas ne mažiau kaip:	±5% arba 200ml/s	200ml/s
6.	Tūrio diapazonas	Ne mažiau kaip ± 10 L	10 L
7.	Tūrio tikslumas ne mažiau kaip	±2,5% arba 50ml	50ml
8.	Jungiamas prie kompiuterio USB jungtimi arba lygiaverte	Būtina	Yra
9.	Galimybė pajungti išorinį spausdintuvą tiesiogiai	Būtina	Yra
10.	Higieniškas matavimo procesas, naudojami	Būtina	Yra

	vienkartiniai kandikliai su antivirusiniu filtru		
11.	Komplektacija	I komplektą įeina: spirometras, vienkartiniai (suaugusiems) kvėpavimo kandikliai-antivirusiniai filtrai – 100 vnt., nosies spaustukas-5 vnt., programinė įranga 1 vnt., krepšys 1vnt., pakraunama baterija.	I komplektą įeina: spirometras, vienkartiniai (suaugusiems) kvėpavimo kandikliai-antivirusiniai filtrai – 100 vnt., nosies spaustukas-5 vnt., programinė įranga 1 vnt., krepšys 1vnt., pakraunama baterija.
12.	Sertifikavimas	CE atitikties deklaracija	CE atitikties deklaracija
13.	Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai	Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba	Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba
14.	Metrologinė patikra	Būtina galiojanti metrologinė patikra	Yra
15.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėn.	24 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Andrej Avin_____

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)