

2 priedas. Techninė specifikacija. Priemonės skirtos ligoninėje naudojama lazeriui NEO V1470

1. Daugiažiedis šviesolaidinis venų zondas 1.8 mm su 6F įvedimo rinkiniu

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametras</i>	<i>Parametro reikšmė</i>	<i>Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų katalogo, vartotojo vadovo, techninės dokumentacijos puslapį; gamintojo oficialią svetainę ar kitą oficialų šaltinį</i>
1.	Paskirtis: Endoveninė lazerinė abliacija (EVLA)	Būtina	Tinka endoveninei lazerinei abliacijai (EVLA) <i>Katalogai.pdf 1 psl.</i>
2.	Energijos emisija	Būtina ne blogiau nei: 1. Lazerinio šviesolaidžio venų zondo technologija turi užtikrinti 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją daugybe žiedų 3-4 mm atkarpoje. 2. Be šviesos spinduliavimo į priekį.	Šviesolaidžio venų zondo technologija užtikrina 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją daugybe žiedų 4 mm atkarpoje 2. neleidžia šviesos spinduliavimo į priekį <i>žr.Katalogai.pdf 2 psl.</i>
3.	Šviesolaidžio šerdies skersmuo	Būtina: 600µm (0.6mm)±0,02mm	Šviesolaidžio šerdies skersmuo 600 µm <i>žr. Katalogai.pdf 2 psl.</i>
4.	Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmens matmuo	Būtina 1.8 mm±0,2mm	Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8mm <i>žr.Katalogai.pdf 2 psl.</i>
5.	Šviesolaidžio antgalio technologinis išpildymas	Būtina: Šviesolaidžio antgalis sulietas stiklas su stiklu technologija	Šviesolaidžio antgalis sulietas stiklas su stiklu. <i>žr.Katalogai.pdf 2 psl.</i>
6.	Ilgis	Būtina: 2.5 m±0,5 m	Ilgis 2,5 m <i>žr.Katalogai.pdf 2 psl.</i>
7.	Specialus šviesolaidžio žymėjimas	Būtina: Pirmus 100 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėtas kas 1cm, papildomas žymėjimas kas 10 cm, žymos prie šviesolaidžio galiuko ir ties 13-15 cm	Pirmi 100 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėti kas 1cm. Yra papildomas žymėjimas kas 10 cm ir žymos prie šviesolaidžio galiuko bei ties 13-15 cm <i>žr.Katalogai.pdf 1 psl.</i>
8.	Sterilumas	Būtina: Ne mažiau dviguba sterili vienkartinė pakuotė	Dviguba sterili pakuotė <i>žr.Katalogai.pdf 1 psl.</i>
9.	Vienkartinio naudojimo	Būtina	Vienkartinio naudojimo <i>žr.Katalogai.pdf 3 psl.</i>
10	CE ženklavimas	Būtina	Paženklintas CE ženklu <i>žr.Katalogai.pdf 3 psl.</i>
	Komplektuojamas su 6F įvedimo rinkiniu	Būtina	Komplektuojamas su 6F įvedimo rinkiniu
11	Biopsinė adata	18G x 70mm±5mm	Įvedimo rinkinio biopsinė adata 18G x 70 mm <i>žr.Katalogai.pdf 4 psl.</i>
12	Praplėtėjas	6F x 170mm±5mm	Įvedimo rinkinio prapletėjas 6F x 170mm <i>žr.Katalogai.pdf 4 psl.</i>
13	Pravedėjas su Luer-Lock jungtimi	6F x 110mm±5mm	Įvedimo rinkinio pravedėjas su Luer-Lock jungtimi 6F x 110mm <i>žr.Katalogai.pdf 4 psl.</i>
14	Vielinio zondo nukreipėjo skersmuo	0.038“ (0.95mm)±0,05mm	Vielinio zondo nukreipėjo skersmuo 038“ (0.97mm) <i>žr.Katalogai.pdf 4 psl.</i>
15	Supakuota sterilioje pakuotėje	Būtina	Supakuotas sterilioje pakuotėje <i>žr.Katalogai.pdf 4 psl.</i>
16	Vienkartinio naudojimo	Būtina	Vienkartinio naudojimo. <i>žr.Katalogai.pdf 4 psl.</i>

17	CE ženklimas	Būtina	Paženklintas CE žr. <i>Katalogai.pdf</i> 4 psl.
18	Perkamas kiekis 12 mėn.	30 Vnt.	
Vieneto kaina su PVM			220,50 Eur
Bendra kaina be PVM			6300,00 Eur
PVM			315,00 Eur
Bendra kaina su PVM			6615,00 Eur

2. Šviesolaidinis daugiažiedis zondas hemorojaus operacijai su vienkartinio anoskopu ir proktologiniu pravedėju

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametras</i>	<i>Parametro reikšmė</i>	<i>Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų katalogo, vartotojo vadovo, techninės dokumentacijos puslapį; gamintojo oficialią svetainę ar kitą oficialų šaltinį</i>
1.	Paskirtis: Lazerinė hemoroidoplastika (LHP)	Būtina	Tinka lazerinei hemoroidoplastikai (LHP) žr. <i>Katalogai.pdf</i> 5 psl.
2.	Energijos emisija	Lazerinė šviesolaidinio zondo technologija užtikrinti 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją daugybe žiedų 3-4 mm atkarpoje ir spinduliavimą į priekį.	Šviesolaidžio zondo technologija užtikrina 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją daugybe žiedų 3-4 mm atkarpoje ir su spinduliavimu į priekį žr. <i>Katalogai.pdf</i> 5 psl. ir <i>Deklaracija.pdf</i>
3.	Šviesolaidžio šerdies skersmuo	Būtina: 600 μm (0.6mm)±0,01mm	Šviesolaidžio šerdies skersmuo 600 μm žr. <i>Katalogai.pdf</i> 6 psl.
4.	Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmens matmuo	Būtina: 1.8 mm±0,2mm	Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmuo 1.8 mm žr. <i>Katalogai.pdf</i> 6 psl.
5.	Šviesolaidžio antgalis kūgio formos	Būtina	Šviesolaidžio antgalis kūgio formos žr. <i>Katalogai.pdf</i> 5 psl.
6.	Ilgis	2,5-3,0 m	Ilgis 2,5 m žr. <i>Katalogai.pdf</i> 6 psl.
7.	Luer Lock tipo jungtis ant šviesolaidžio	Būtina	Luer Lock jungtis ant šviesolaidžio žr. <i>Katalogai.pdf</i> 5 psl.
8.	Sterilumas	Būtina: Ne mažiau dviguba sterili vienkartinė pakuotė	Supakuotas dviguboje sterilioje pakuotėje žr. <i>Katalogai.pdf</i> 5 psl.
9.	Vienkartinio naudojimo	Būtina	Vienkartinio naudojimo. žr. <i>Katalogai.pdf</i> psl. 7
10.	CE ženklimas	Būtina	Paženklintas CE žr. <i>Katalogai.pdf</i> 7 psl.
	Komplektuojamas su proktologiniu pravedėju 14G	Būtina	Komplektuojamas su proktologiniu pravedėju 14G
11.	14 G x 6 cm	Būtina	Dydis 14 G x 6 cm žr. <i>Katalogai.pdf</i> 8 psl.
12.	Specialus žymėjimas kas 1 cm	Būtina	Žymėjimas kas 1 cm žr. <i>Katalogai.pdf</i> 8 psl.
13.	Luer Lock jungtis	Būtina	Luer lock jungtis ant proktologinio pravedėjo žr. <i>Katalogai.pdf</i> 8 psl.
14.	Supakuota sterilioje pakuotėje	Būtina	Supakuotas sterilioje pakuotėje žr. <i>Katalogai.pdf</i> 9 psl.
15.	Vienkartinio naudojimo	Būtina	Vienkartinio naudojimo. žr. <i>Katalogai.pdf</i> 9 psl.

	Komplektuojamas su anoskopu	Būtina	Komplektuojamas su anoskopu
16.	Ilgis	90 mm±5mm	Ilgis 93 mm. <i>žr.Katalogai.pdf 10 psl.</i>
17.	Skersmuo	30 mm±4mm	Skersmuo 31 mm <i>žr.Katalogai.pdf 10 psl.</i>
18.	Supakuota sterilioje pakuotėje	Būtina	Supakuotas sterilioje pakuotėje <i>žr.Katalogai.pdf 11 psl.</i>
19.	Vienkartinio naudojimo	Būtina	Vienkartinio naudojimo. <i>žr.Katalogai.pdf 11 psl.</i>
20.	Perkamas kiekis 12 mėn.	100 vnt.	
Vieneto kaina su PVM			241,50 Eur
Bendra kaina be PVM			23000,00 Eur
PVM			1150,00 Eur
Bendra kaina su PVM			24150,00 Eur

3. Daugiažiedis šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų katalogo, vartotojo vadovo, techninės dokumentacijos puslapį; gamintojo oficialią svetainę ar kitą oficialų šaltinį
1.	Paskirtis: 1. Lazerinė analinės fistulės kanalo abliacija (LAFT) 2. Pilonidinių cistų lazerinė ekstirpacija	Būtina	Tinka lazerinei analinės fistulės kanalo abliacijai (LAFT) ir pilonidinių cistų lazerinei ekstirpacijai <i>žr.Katalogai.pdf 12 psl.</i>
2.	Energijos emisija	1. Lazerinė šviesolaidinio zondo technologija užtikrinantis 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją emisiją daugybe žiedų 3-4 mm atkarpoje 2. Be šviesos spinduliavimo į priekį.	Šviesolaidžio zondo technologija užtikrina 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją daugybe žiedų 4 mm atkarpoje ir (2) neleidžia šviesos spinduliavimui į priekį <i>Katalogai.pdf 13 psl.</i>
3.	Šviesolaidžio šerdies skersmuo	Būtina: 600µm (0.6mm)±0,1mm	Šviesolaidžio šerdies skersmuo 600 µm <i>žr.Katalogai.pdf 13 psl.</i>
4.	Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmens matmuo	Būtina: 1.8mm±0,2 mm	Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8 mm <i>žr.Katalogai.pdf 13 psl.</i>
5.	Šviesolaidžio antgalio išpildymo technologija	Būtina: šviesolaidžio antgalis sulietas stiklas su stiklu technologija	Šviesolaidžio antgalis sulietas stiklas su stiklu <i>žr.Katalogai.pdf 12 psl.</i>
6.	Ilgis	≥ 2.5 m	Ilgis 2,5 m <i>žr.Katalogai.pdf 13 psl.</i>
7.	Specialus šviesolaidžio žymėjimas	Būtina: Pirmus 20 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėtas kas 1cm,	Specialus šviesolaidžio žymėjimas pirmus 20 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėtas kas 1cm, <i>žr.Katalogai.pdf 12 psl.</i>
8.	Sterilumas	Būtina: Ne mažiau dviguba sterili vienkartinė pakuotė	Supakuotas dviguboje sterilioje pakuotėje <i>žr.Katalogai.pdf 12 psl.</i>
9.	Vienkartinio naudojimo	Būtina	Vienkartinio naudojimo. <i>žr.Katalogai.pdf 14 psl.</i>
10.	CE ženklavimas	Būtina	Paženklintas CE <i>žr.Katalogai.pdf 14 psl.</i>
11.	Perkamas kiekis 12 mėn.	10 vnt	

Vieneto kaina su PVM	204,75 Eur
Bendra kaina be PVM	1950,00 Eur
PVM	97,50 Eur
Bendra kaina su PVM	2047,50 Eur

4. Vienkartinė sistema dozavimo pompai

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametras</i>	<i>Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų katalogo, vartotojo vadovo, techninės dokumentacijos puslapį; gamintojo oficialią svetainę ar kitą oficialų šaltinį</i>
1	Tėkmės greičio reguliatorius	Būtina	Tėkmės greičio reguliatorius <i>žr.Katalogai.pdf 15 psl.</i>
2.	Luer Lock jungtis	Būtina	Luer Lock jungtis <i>žr.Katalogai.pdf 15 psl.</i>
3.	Supakuota sterilioje pakuotėje	Būtina	Supakuota sterilioje pakuotėje <i>žr.Katalogai.pdf 16 psl.</i>
4.	Vienkartinio naudojimo	Būtina	Vienkartinio naudojimo <i>žr.Katalogai 16 psl.</i>
5.	CE ženklavimas	Būtina	Paženklintas CE <i>žr.Katalogai.pdf 16 psl.</i>
6	Perkamų prekių kiekis 12 mėn.	300 vnt.	
Vieneto kaina su PVM			
Bendra kaina be PVM			3000,00 Eur
PVM			150,00 Eur
Bendra kaina su PVM			3150,00 Eur

5. Daugiažiedis šviesolaidinis venų zondas 1.3 mm

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametras</i>	<i>Parametro reikšmė</i>	<i>Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų katalogo, vartotojo vadovo, techninės dokumentacijos puslapį; gamintojo oficialią svetainę ar kitą oficialų šaltinį</i>
1	Paskirtis: Endoveninė lazerinė abliacija (EVLA)	Būtina	Tinka endoveninei lazerinei abliacijai (EVLA) <i>žr.Katalogai.pdf 1 psl.</i>
2	Energijos emisija	Būtina ne blogiau nei: 1. Lazerinis šviesolaidis venų zondo technologija turi užtikrinti 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją daugybe žiedų 3-4 mm atkarpoje. 2. Be šviesos spinduliavimo į priekį.	1. Šviesolaidžio venų zondo technologija užtikrina 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos emisiją daugybe žiedų 3-4 mm atkarpoje ir 2. Be šviesos spinduliavimo į priekį <i>žr.Katalogai.pdf 2 psl.</i>
3	Šviesolaidžio šerdies skersmuo	Būtina: 400µm (0.4mm)±0,1mm	Šviesolaidžio šerdies skersmuo 400 µm <i>žr. Katalogai.pdf 2 psl.</i>
4	Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmens matmuo	Būtina 1.3 mm±0,1mm	Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,3 mm <i>žr.Katalogai.pdf 2 psl.</i>
5	Šviesolaidžio antgalio technologinis išpildymas	Būtina: Šviesolaidžio antgalis sulietas stiklu su stiklu technologija	Šviesolaidžio antgalis sulietas stiklu su stiklu. <i>žr.Katalogai.pdf 2 psl.</i>

6	Ilgis	Būtina: 2.5-3 m	Ilgis 2,5m žr.Katalogai.pdf 2 psl.
7	Specialus šviesolaidžio žymėjimas	Būtina: Pirmus 100 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėtas kas 1cm, papildomas žymėjimas kas 10 cm, žymos prie šviesolaidžio galiuko ir ties 13-15 cm	Pirmi 100 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėti kas 1cm. Yra papildomas žymėjimas kas 10 cm ir žymos prie šviesolaidžio galiuko bei ties 13-15 cm žr.Katalogai.pdf 1 psl.
8	Sterilumas	Būtina: Ne mažiau dviguba sterili vienkartinė pakuotė	Supakuotas dviguboje sterilioje pakuotėje žr.Katalogai.pdf 1 psl.
9	Vienkartinio naudojimo	Būtina	Vienkartinio naudojimo žr.Katalogai.pdf 17 psl.
10	CE ženklavimas	Būtina	Paženklintas CE ženklų žr.Katalogai.pdf 17 psl.
11	Perkamų prekių kiekis 12 mėn.	270 vnt.	
Vieneto kaina su PVM			204,75 Eur
Bendra kaina be PVM			52650,00 Eur
PVM			2632,50 Eur
Bendra kaina su PVM			55282,50 Eur