

UAB „VIJUS“

Juridinis asmuo, Nevėžio g. 29, Panevėžiukas, Kauno r. LT-54287, Tel./faks.: (8 37) 562222,
VĮ Registrų centro Kauno filialas, į.k. 159792479, PVM kodas LT597924716

PASIŪLYMAS DĖL RENTGENO JUOSTŲ IR CHEMIKALŲ PIRKIMO 2023-05-31 Panevėžiukas

Tiekėjo pavadinimas	UAB Vijus
Tiekėjo adresas	Nevėžio 29, Panevėžiukas, Kauno r.
Tiekėjo (įmonės) kodas	159792479
PVM mokėtojo kodas	LT597924716
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Juozas Filipavičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktoriaus pavaduotoja Virginija Filipavičienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktoriaus pavaduotoja Virginija Filipavičienė
Telefono numeris	8(37)562222
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@vijus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

• Mes siūlome šias prekes:

visų siūlomų šias prekes.						
Pirkimo dalies Nr.	rekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Pirkimo vnt. Eur (be PVM)	Pirkimo vnt. Eur (su PVM)	Viso kaina, Eur (su PVM)
1	Rentgeno juostos ir chemikalai juostoms ryškinti					
	Rentgeno juosta 18×24 cm (mamografijoms)/100 lapų	dėž.	200	48	50,4	10080,00
	Rentgeno juosta 24×30 cm (mamografijoms)/100 lapų	dėž.	70	64	67,2	4704,00
	Rentgeno juosta 24×30 cm /100 lapų	dėž.	4	19	19,95	79,80
	Rentgeno juosta 30×40 cm /100 lapų	dėž.	5	21	22,05	110,25
	Rentgeno juosta 35×35 cm /100 lapų	dėž.	4	23	24,15	96,60
	Rentgeno juosta 35×43 cm /100 lapų	dėž.	8	24	25,2	201,60
	Ryškintojas automatiniam ryškintojui 2x20 l	pak.	30	58,9	61,85	1855,50
	Fiksažas automatiniam fiksavimui 2x20 l	pak.	40	45	47,25	1890,00
				Bendra 1 dalies kaina:19017,75		
2	Juostos darbui su spausdintuvu Horizon®GS					
	Juostos skaidraus pagrindo 14x17“(35x43 cm)/100 lapų	dėž.	40	270	283,50	11340,00
	Juostos skaidraus pagrindo 8x10“(20x25 cm) /100 lapų	dėž.	10	136,25	143,06	1430,60

	Juostos neskaidraus pagrindo 14x17“(35x43 cm) /80 lapų	dėž.	10	155	162,75	1627,50
	Juostos neskaidraus pagrindo A4/80 lapų	dėž.	5	94	98,70	493,50
				Bendra 2 dalies kaina:		14891,60
3	Juostos darbui su spausdintuvu DRY PRO 832					
	Juostos skaidraus pagrindo 14x17“(35x43 cm) /125 lapai	dėž.	10	228,8	240,24	2402,40
	Juostos skaidraus pagrindo 8x10“(20x25 cm) /125 lapai	dėž.	5	89,90	94,40	472,00
				Bendra 3 dalies kaina:		2874,40

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
-------------	--------------------------------

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis), gamintojas arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Šiame pasiūlyme pateikti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Rentgeno prekių dokumentai	14 failų

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

Juozas Filipavičius

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro charakteristikos (su nuoroda į puslapį pasiūlyme, kur gamintojo originalo techniniame lape nurodytas parametras)
1.	Rentgeno juostos ir cheminiai reagentai		Gamintojas FUJI Medical
1.1.	Mamografinės rentgeno juostos		Žr. FUJI mamografiniai filmai, 1-2 p.
	Optinis tankis (D maks.)	4,30 – 4,40	4,40
	Vidutinis gradientas	3,50 – 3,60	3,50-3,55
	Santykinis jautrumas	1,55 – 1,65	1,60
	Ryškinimo būdas	automatinis	automatinis
	Apdorojimo ciklas	≤ 90 sek.	90 s
	Ryškinimo temperatūra	34 – 35° C	35° C
1.2.	Rentgeno juosta jautri žaliai šviesai		Žr. FUJI žali filmai, 2 p.
	Optinis tankis (D maks.)	3,10 – 3,20	3,1-3,2
	Vidutinis gradientas	2,80 – 2,90	2,9
	Santykinis jautrumas	1,55 – 1,65	1,60
	Ryškinimo būdas	automatinis	automatinis
	Apdorojimo ciklas	≤ 90 sek.	90 s
	Ryškinimo temperatūra	34 – 35° C	35° C
1.3.	Ryškintojas automatiniam apdorojimui		Žr. FUJI chemijos aprašymas, 1 p.
	Ryškintojo reagentų pakuotė 2 x 20 l.	būtina	2 x 20 l
	Apdorojimo ciklas	≤ 90 sek.	90 s
	Minimalus ryškintojo papildymas 1 vnt. 35 x 35cm filmui	≤ 50 ml	50 ml
1.4.	Fiksažas automatiniam apdorojimui		Žr. FUJI chemijos aprašymas, 1 p.
	Fiksažo reagentų pakuotė 2 x 20 l.	būtina	2 x 20 l
	Minimalus fiksažo papildymas 1 vnt. 35 x 35cm filmui	≤ 70 ml	70 ml
	Siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo	būtina	Gamintojas FUJI Medical
2.	Juostos darbui su spausdintuvu HORIZON GS		Gamintojas CODONICS
2.1.	Sauso apdorojimo	būtina	Žr. Horizon GS aprašymas, 2 p.
	Poliestero pagrindo spalva	melsva	melsva
	Optinis tankis (D maks)	≥ 3,00	3,00
	Galimi formatai: 14x17" (35x43cm) 8x10" (20x25cm)	būtina	14 x 17 8 x 10
	Supakuota firminėse kasetėse po 100 lapų	būtina	100 l.
	Kasetės su individualiu BAR kodu	būtina	Kasetė turi atskirą BAR kodą
2.2.	Sauso apdorojimo	būtina	Žr. CODONICS brošiūra, 1 p.

	Pagrindo spalva	balta	balta
	Galimi formatai: 14x17" (35x43cm) A 4	būtina	14 x 17, A4
	Supakuota firminėse kasetėse po 80 lapų	būtina	Pakuotėje 80 l.
	Kasetės su individualiu BAR kodu	būtina	Kasetė turi atskirą BAR kodą
3	Juostos darbui su spausdintuvu DRY PRO 832		Gamintojas Conica Minolta. Žr. DryPro832, 2 p. SD-Q
	Sauso apdorojimo	būtina	Sauso apdorojimo
	Minimalus optinis tankis (D min.)	0,20±1%	0,2
	Maksimalus optinis tankis (D maks.)	≥ 3,00	3,00
	Vidutinis gradientas	≥ 3,30±1%	3,30
	Filmo pagrindo storis	≤ 175 μm	175 μm
	Galimi formatai: 14x17" (35x43cm) 8x10" (20x25cm)	būtina	8 x 10, 10 x12, 11 x 14, 14 x 17
	Supakuotos firminėse kasetėse po 125 lapus	būtina	Supakuota originalioje pakuotėje po 125 l.

Pastaba: privalo būti suteikta galimybė pirkti atskirai, nepriklausomais kiekiais ryškalus ir fiksažą (ne komplekte)