

STATEMENT

TO: Vilnius University Hospital Santaros Clinics

SUBJECT: Confirmation of specifications of technical requirement, purchase no. 665373: "DĖL ŠVIRKŠTINIŲ, TŪRINIŲ, ENTERINIO MAITINIMO POMPU, MONITORIŲ, DEFIBRILIATORIŲ IR ŠVIESTUVŲ PIRKIMO (6402)" PART NO.8

We, Philips Healthcare, hereby confirm that MRI Patient Monitoring System „Expression MR400“, offered by UAB „Arbor Medical Corporation LT“, fulfill all tender requirements, including the below described technical specifications and environmental requirements:

15.3. Hose with cuffs for non-invasive BP measurement (Suitable for neonatal, infant, pediatric, adult patients). The set includes 4 cuffs of different sizes (1 piece each), the length of the cuff connection hose is 5m.

T5 The patient ECG cable and SpO2 (pulse) sensor are compatible with the wireless module used with the installed Ingenia Ambition 1.5T MRI system;

- Product packaging is recyclable
- The offered product does not contain chemicals included in Articles 57 and 67 of the REACH Regulation. Consumables included in Article 57 of the REACH Regulation are not used for the operation of the product.
- The coating compounds used by the manufacturer to coat any metal parts are not classified according to Regulation (EC) No. of the European Parliament and of the Council. 1272/2008 as:
 1. 1 or 2 category carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction,
 2. Acutely toxic through the mouth, skin or respiratory tract (categories 1 or 2) or to the aquatic environment (categories 1);
 3. Category 1 with specific organ toxicity. In addition, they do not contain any additives made using lead, cadmium, chromium (VI), mercury, arsenic or selenium in concentrations exceeding 0.010% by weight.

Eindhoven, The Netherlands, 24 May 2023
Philips Medical Systems Nederland B.V.

Mr. Frank Geerings

Tender Business Support Manager International
Business Team

High Tech Campus 52, Building HTC52.5 5656
AG Eindhoven, the Netherlands

frank.geerings@philips.com

www.healthcare.philips.com



UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Baltų pr. 145, LT-47125 Kaunas, įmonės kodas 301577716.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Philips

XB523-23KC159

Kam: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikos

**Dėl: “DĖL ŠVIRKŠTINIŲ, TŪRINIŲ, ENTERINIO MAITINIMO POMPU,
MONITORIŲ, DEFIBRILIATORIŲ IR ŠVIESTUVŲ PIRKIMO (6402)“ 8 dalis, pirkimo
nr. 665373**

Patvirtinimas

Mes, Philips Healthcare, patvirtiname, kad UAB „Arbor Medical Corporation LT“ siūloma MRT pacientų stebėjimo sistema „Expression MR400“ atitinka visus konkurso reikalavimus, įskaitant žemiau pateiktas technines specifikacijas ir aplinkosaugos reikalavimus:

15.3. Žarnelė su manžete neinvaziniam AKS matavimui (tinka naujagimiams, kūdikiams, vaikams, suaugusiems). Rinkinyje yra 4 skirtingų dydžių manžetės (po 1 vnt.), prijungimo žarnelės ilgis 5m.

T5 Paciento EKG laidas ir SpO2 (impulso) jutiklis yra suderinami su belaidžiu moduliu, naudojamu su įdiegta Ingenia Ambition 1.5T MRT sistema;

- Produktų pakuotė yra perdirbama
- Siūlomame produkte nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 ir 67 straipsnius. Eksploatacinės medžiagos, įtrauktos į REACH reglamento 57 straipsnį, nenaudojamos gaminiui eksploatuoti.

UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Baltų pr. 145
LT-47125 Kaunas

Tel.: +370 37 464460
+370 37 464461
Fax.: +370 37 464463
El.paštas: info@arborlt.lt
<http://www.arborlt.lt>

Įmonės kodas: 301577716
PVM kodas: LT100003878313
A/S Nr. LT317044060007635671
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

UAB „Arbor Medical Corporation LT“

Baltų pr. 145, LT-47125 Kaunas, įmonės kodas 301577716.

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

- Dengiamieji mišiniai, naudojami bet kokioms metalinėms dalims padengti, nėra klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip:
 - 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai;
 - ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos);
 - 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.

Eindhovenas, Olandija, 2023m. gegužės 24d

Philips Medical Systems Nederland B.V.

Frank Geerings

Tarptautinis viešųjų pirkimų verslo palaikymo vadovas


High Tech Campus 52, Building HTC52.5 5656

AG Eindhoven, the Netherlands

frank.geerings@philips.com

www.healthcare.philips.com

Direktorius Mindaugas Daugėl



UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Baltų pr. 145
LT-47125 Kaunas

Tel.: +370 37 464460
+370 37 464461
Fax.: +370 37 464463
El.paštas: info@arborlt.lt
http://www.arborlt.lt

Įmonės kodas: 301577716
PVM kodas: LT100003878313
A/S Nr. LT317044060007635671
AB SEB bankas
Banko kodas 70440