

UAB „Skirgesa“

(tiekėjo pavadinimas)

Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461 Įm. kodas 234449420, PVM kodas LT344494219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos valstybinė kolegija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS MOKYMO PRIEMONIŲ IR PRIETAISŲ PIRKIMO

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Skirgesa“
Tiekėjo įmonės kodas	234449420
Tiekėjo adresas	Energetikų g. 8, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos (jeigu yra)	Viešųjų pirkimų specialistė Dovilė Andrijauskaitė
Telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas	8 37 478242 8 37 458161 info@skirgesa.lt
Banko rekvizitai	A/s. LT41 7300 0100 7979 6368, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Vykdydamas sutartį pasitelksiu šį (-iuos) subtiekęją (-us):

Subtiekęjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)
	-	-

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)¹:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama dokumento pavadinime nurodyti žodį „KONFIDENCIALU“)
-	-

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Pasiūlymo kaina, vieneto kaina (išskyrus kainos sudėtinės dalis, iš kurių susideda vieneto kaina – pirkimo objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt.) negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Jei Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo ir Tiekėjo paprašius įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali, tiekėjas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėjusio dalyvio pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei jų bus), išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, **bus skelbiami CVP IS** vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 9 dalimi.

Siūlome šias prekes:

I PIRKIMO DALIS. Egzoskeletas:

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomi parametrai
	Gamintojas, modelis		<i>įrašyti</i>
1.	Svoris	Nelengvesnis 4,0-4,4 kg	
2.	Numatomas tarnavimo laikas	Netrumpiau negu 3 metai	
3.	Medžiagos	Liemenė: sintetinis audinys Klubų pamikštinimas: sintetinis audinys Kojų apvalkalai: polipropilenas Rėmas: anoduotas aliuminis, milteliniu būdu dengtas plienas, azoto dujos	
4.	Dydis	M	
5.	Dujinės spyruoklės stiprumas	Sukaupta grąžinta energija atsižvelgiant į visą lenkimą nuo 0 iki 120 laipsnių (duomenys naudojant L dydį): Stiprus apie 85-60 J Vidutinis apie 70-49 J Lengvas apie 55-39 J	
6.	Garantija	Ne mažiau nei 24 mėn.	
7.	Kiti reikalavimai	Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti parengtą brošiūrą lietuvių kalba.	

Kainos lentelė:

Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
Egzoskeletas	1 vnt.		

II PIRKIMO DALIS. Geriatriinių pacientų priežiūros simulatorius, moteriškos lyties:

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomi parametrai
	Gamintojas, modelis		<i>įrašyti</i>
1.	Galimybė burnos priežiūrai.	Būtina	
2.	Galimybė prižiūrėti pacientą su maitinimo vamzdeliu.	Būtina	
3.	Kvėpavimo takų siurbimas: burnos, nosies ir tracheotomija. (tik vamzdelio įvedimas)	Būtina	

4.	Maitinimas per zondą: per burną, per nosį ir PEG (tik įvedant vamzdelį)	Būtina	
5.	Pragulų priežiūra: 2 stadijos mentė, 3 stadijos didysis trochanteris, 4 stadijos kryžkaulio kaulas ir kulnas.	Būtina	
6.	Stomos priežiūra	Būtina	
7.	Tarpvietės priežiūra: anatomiškai taisyklingos lytinių organų dalys.	Būtina	
8.	Galimybė keisti kūno padėtį.	Būtina	
9.	Garantija	Ne mažiau nei 24 mėn.	
10.	Kiti reikalavimai	Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti manekeno brošiūrą lietuvių kalba	

Kainos lentelė:

Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
Geriatrinių pacientų priežiūros simulatorius, moteriškos lyties	1 vnt.		

III PIRKIMO DALIS. Geriatrinė mokymo ranka:

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomi parametrai
	Gamintojas, modelis		<i>įrašyti</i>
1.	Specialios funkcijos, skirtos senstančių žmonių flebotomijai ir infuzijai	Būtina	
2.	Venos, kurios nusileidžia arba išnyksta, kai bandoma kateterizuoti kraujagyslę	Būtina	
3.	Specialiai sukurta itin plona oda	Būtina	
4.	Garantija	Ne mažiau nei 24 mėn.	
5.	Kiti reikalavimai	Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti manekeno brošiūrą lietuvių kalba	

Kainos lentelė:

Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
Geriatrinė mokymo ranka	1 vnt.		

IV PIRKIMO DALIS. Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomi parametrai
	Gamintojas, modelis		<i>Famed Zywiec, Nexo Premium</i>
1.	Lovos tipas	Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova skirta slaugai.	Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova skirta slaugai.
2.	Čiužinio platforma	1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba HPL plokščių, atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtinai jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm; 5. Su prailginimo funkcija.	1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): e) galvos-nugaros; f) sėdmenų; g) šlaunų; h) blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų HPL plokščių, atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Yra jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, 200 x 85 cm; 5. Su prailginimo funkcija.
3.	Čiužinio platformos aukščio reguliavimas	1.Valdoma elektrine pavara; 2.Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 80 cm.	1.Valdoma elektrine pavara; 2.Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 39 cm, aukščiausia riba 80 cm.
4.	Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 70°.	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas 70°.
5.	Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 40°.	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas 40°.
6.	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)	1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 25°.	1. Valdoma mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas 25°.
7.	Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 16°/18°.	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne 16,5°/18,5°.

8.	Sekcijų automatinio regreso funkcija	Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm.	Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses 16,5 cm.
9.	Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu	1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.	1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.
10.	Lovos funkcijų valdymo pultai:		
10.1	Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.)	1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą.	1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą.
10.2	Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.)	1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR), apžiūros poziciją, Fowlerio poziciją bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 5 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu.	1. Skirtas medicinos personalui; 2. Pakabinamas ant lovos kojūgalio. 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR), apžiūros poziciją, Fowlerio poziciją bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 5 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu.
10.3.	Valdymo pultas Nr. 3 (1 vnt.)	1. Kojinis valdymo pultas, tvirtinamas prie lovos konstrukcijos; 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, atvirkštinį Trendelenburgą, apžiūros poziciją.	1. Kojinis valdymo pultas, tvirtinamas prie lovos konstrukcijos; 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, atvirkštinį Trendelenburgą, apžiūros poziciją.
10.4.	Valdymo pultas Nr. 4	1. Šoniniuose apsauginiuose rėmuose integruoti valdymo pultai; 2. Abiejose lovos pusėse, iš abiejų šoninio rėmo pusių; 3. Pultų pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgą, atvirkštinį Trendelenburgą, nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą, įjungti	1. Šoniniuose apsauginiuose rėmuose integruoti valdymo pultai; 2. Abiejose lovos pusėse, iš abiejų šoninio rėmo pusių; 3. Pultų pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgą, atvirkštinį Trendelenburgą, nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą, įjungti

		apšvietimą po lova, aktyvuoti garsinį signalą.	apšvietimą po lova, aktyvuoti garsinį signalą.
11.	Šoniniai apsauginiai rėmai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparaus smūgiams, drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Šoninės apsaugos 100 % apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių ir susideda iš 2 dalių, nuleidžiamos ir pakeliamos atskirai; 3. Su nugaros segmento pakėlimo kampo indikatoriais; 4. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba; 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ≥ 40 cm.	1. Pagaminti iš plastiko, atsparaus smūgiams, drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Šoninės apsaugos 100 % apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių ir susideda iš 2 dalių, nuleidžiamos ir pakeliamos atskirai; 3. Su nugaros segmento pakėlimo kampo indikatoriais; 4. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos pagalba; 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 40 cm.
12.	Lovos galai	1. Plastikiniai (arba lygiavėrciai), užapvalintais kampais; 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo. 4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.	1. Plastikiniai, užapvalintais kampais; 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo. 4. Užraktas valdomas rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
13.	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.	Būtina	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.
14.	Lovos važiuoklė	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys).	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Stabdžių sistema trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis).
15.	Lovos elektriniai varikliai	Su apsauga nuo perkrovimo.	Su apsauga nuo perkrovimo.
16.	Lovos išoriniai	Ne didesni kaip 220 x 99 cm	Ne didesni kaip 218 x 98,5 cm

	matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas		
17.	Lovos svoris (be priedų)	≤ 150 kg	135 kg
18.	Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė	≥ 250 kg	280 kg
20.	Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams	Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikatą, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją).	Pateikiama atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto reikalavimų, kopija. Žr. „Gamintojo sertifikatas LST EN 60601.pdf
21.	Komplektuojami priedai		
21.1.	Infuzinis stovas	1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, nuimamas; 2. Reguliuojamo aukščio; 3. Su 2 kabliais ir 2 tvirtinimo vietomis buteliams.	1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, nuimamas; 2. Reguliuojamo aukščio; 3. Su 2 kabliais ir 2 tvirtinimo vietomis buteliams.
21.2.	Pasikėlimo kartis su rankena	Tinkanti siūlomo modelio lovai, nuimama.	Tinkanti siūlomo modelio lovai, nuimama.
21.3.	Penktas ratukas	Tvirtinamas prie lovos konstrukcijos.	Tvirtinamas prie lovos konstrukcijos.
21.4.	Antelės laikiklis	Tvirtinamas prie lovos konstrukcijos.	Tvirtinamas prie lovos konstrukcijos.
21.5.	Tuštinimosi indo laikiklis	Tvirtinamas prie lovos konstrukcijos.	Tvirtinamas prie lovos konstrukcijos.
21.6.	Čiužinys	1. Tinkantis siūlomo modelio lovai; 2. Pagamintas iš elastingo didelio tankio (viršutinio sluoksnio tankis ≥ 40 kg/m ³ , apatinio ≥ 35 kg/m ³) paralono arba lygiavertės medžiagos; 3. Tinkamas ne blogiau kaip iki 3 stadijos praguloms; 4. Tinkamas pacientams iki ≥ 140 kg; 5. Autoklavuojamas; 6. Užvalkalas laidus orui, nelaidus vandeniui, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, skalbiamas ≥ 95°C temperatūroje.	1. Tinkantis siūlomo modelio lovai; 2. Pagamintas iš elastingo didelio tankio (viršutinio sluoksnio tankis 40 kg/m ³ , apatinio 35 kg/m ³) porolono; 3. Tinkamas iki 3 stadijos praguloms; 4. Tinkamas pacientams iki 150 kg; 5. Autoklavuojamas; 6. Užvalkalas laidus orui, nelaidus vandeniui, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, skalbiamas 95°C temperatūroje.
25.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas	Žymėjimas CE ženklu.
26.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.

Kainos lentelė:

Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu	1 vnt.	2395.00	2897.95

V PIRKIMO DALIS. Chirurginė kriauklė su sensoriniu kranu:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomi parametrai
	Gamintojas, modelis		<i>CFS Italia, LV1-080</i>
1.	Paskirtis	Vienvietė operacinė kriauklė, skirta rankoms plauti.	Vienvietė operacinė kriauklė, skirta rankoms plauti.
2.	Medžiagos	Visa kriauklė su užplotu pagaminta iš ne žemesnės nei AISI 304 klasės nerūdijančio plieno, su danga nuo atspindžių.	Visa kriauklė su užplotu pagaminta iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno, su danga nuo atspindžių.
3.	Konstrukcija	1. Su dideliu užplotu (dengiančiu sienos dalį virš kriauklės), kuriame montuojamas kranas ir paslepiami mechanizmai; 2. Kriauklės konstrukcija sauganti nuo taškymosi ir švarių paviršių užteršimo; 3. Padengta garsą izoliuojančia ir antikondensacine medžiaga.	1. Su dideliu užplotu (dengiančiu sienos dalį virš kriauklės), kuriame montuojamas kranas ir paslepiami mechanizmai; 2. Kriauklės konstrukcija sauganti nuo taškymosi ir švarių paviršių užteršimo; 3. Padengta garsą izoliuojančia ir antikondensacine medžiaga.
4.	Kranas	1. Elektroninis sensorinis kranas, aktyvuojamas be lietim; 2. Su temperatūros reguliavimo rankenėle; 3. Visi prijungimo mechanizmai ir elektronika montuojama už užploto (vidinėje, nematomoje kriauklės dalyje).	1. Elektroninis sensorinis kranas, aktyvuojamas be lietim; 2. Su temperatūros reguliavimo rankenėle; 3. Visi prijungimo mechanizmai ir elektronika montuojama už užploto (vidinėje, nematomoje kriauklės dalyje).
5.	Išmatavimai, mm	800 x 550 x 1050 h ± 50 mm	800 x 550 x 1050 h mm
6.	Garantija	Ne trumpesnė nei 24 mėn.	24 mėn.

Kainos lentelė:

Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
Chirurginė kriauklė su sensoriniu kranu	1 vnt.	2950.00	3569.50

VI PIRKIMO DALIS. Nerūdijančio plieno vežimėlis su dviem stalčiais:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomi parametrai
	Gamintojas, modelis		<i>CFS Italia, CFS 02</i>
1.	Korpusas	1. Atviro tipo; 2. Vamzdinės konstrukcijos;	1. Atviro tipo; 2. Vamzdinės konstrukcijos;

		3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės nei AISI 304 klasės; 4. Higieniškai saugus, gali būti plaunamas ir dezinfekuojamas.	3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, AISI 304 klasės; 4. Higieniškai saugus, gali būti plaunamas ir dezinfekuojamas.
2.	Lentynos	1. Dvi nuimamos sutvirtintos lentynos; 2. Pagamintos iš ne žemesnės nei AISI 304 klasės nerūdijančio plieno; 3. Lentynos su paaukštiniais kraštais iš visų pusių.	1. Dvi nuimamos sutvirtintos lentynos; 2. Pagamintos iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno; 3. Lentynos su paaukštiniais kraštais iš visų pusių.
3.	Lentynų išmatavimai	Ne mažesni nei 80x55 cm, plieno storis ne mažiau 0,9 mm.	80x55 cm, plieno storis 0,9 mm.
4.	Stalčiai	1. Po viršutine lentyna įrengti 2 stalčiai; 2. Stalčiai vienas šalia kito per visą vežimėlio plotį; 3. Su rankenomis; 4. Pagaminti iš ne žemesnės nei AISI 304 klasės nerūdijančio plieno.	1. Po viršutine lentyna įrengti 2 stalčiai; 2. Stalčiai vienas šalia kito per visą vežimėlio plotį; 3. Su rankenomis; 4. Pagaminti iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno.
5.	Stūmimo rankenos	1. Dvi stūmimo rankenos; 2. Integruotos virš vežimėlio stalviršio (po vieną iš abiejų vežimėlio pusių); 3. Pagamintos iš ne žemesnės nei AISI 304 klasės nerūdijančio plieno.	1. Dvi stūmimo rankenos; 2. Integruotos virš vežimėlio stalviršio (po vieną iš abiejų vežimėlio pusių); 3. Pagamintos iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno.
6.	Vežimėlio išoriniai išmatavimai	1. Ilgis: 55 – 60 cm; 2. Plotis: 85 – 90 cm; 3. Aukštis: 85 – 90 cm.	1. Ilgis: 56 cm; 2. Plotis: 86 cm; 3. Aukštis: 85 cm.
7.	Ratukai	1. 4 ratukai, bent 2 iš jų su stabdžiais; 2. Ratukų diametras ne mažiau kaip 12 cm; 3. Sumontuoti ant guolių, laisvai sukasi aplink savo ašį.	1. 4 ratukai, 2 iš jų su stabdžiais; 2. Ratukų diametras 12,5 cm; 3. Sumontuoti ant guolių, laisvai sukasi aplink savo ašį.
8.	Apsauginiai bamperiai	1. Apsauginiai bamperiai virš kiekvieno ratuko; 2. Guminiai, nepaliekantys žymių.	1. Apsauginiai bamperiai virš kiekvieno ratuko; 2. Guminiai, nepaliekantys žymių.
9.	Garantija	Ne trumpesnė nei 24 mėn.	24 mėn.

Kainos lentelė:

Prekės pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM	Iš viso, Eur be PVM	Iš viso, Eur su PVM
Nerūdijančio plieno vežimėlis su dviem stalčiais	2 vnt.	815.00	986.15	1630.00	1972.30

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad:

1. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
3. Visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
4. Į Prekių kainą įeina Prekių pristatymas, visos kitos su Prekių pristatymu susijusios išlaidos, visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir tiekėjo mokėjimo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ kaštai. *(Jei Tiekėjas nenurodo PVM, turi nurodyti priežastį, kodėl PVM nemokamas).*
5. Sutinkame su pirkimo sąlygų 2 priede pateiktomis siūlomomis pasirašyti viešojo pirkimo sutarties sąlygomis.
6. Šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirašyti bei jai įsigaliooti.

Viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Dovilė Andrijauskaitė
(Vardas ir pavardė)