



UAB „Meditecha“

I./k. 303411878, PVM m./k. LT100010924113, Barčių g. 35, Vilnius

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninei
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ CHIRURGIJAI
PIRKIMO**

_____ 2023-05-04 _____ Nr. _____ 1____
(Data)
_____ Vilnius _____
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Meditecha“
Tiekėjo adresas	Barčių g. 35, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Andžej Likša
Telefono numeris	860171304
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@meditecha.lt
Tiekėjo (įmonės) kodas	303411878

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	
Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas vienkartinės priemonės chirurgijai ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus (**pateikiame užpildytą 2 priedą „Techninė specifikacija“**).

4. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

5. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija*** (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas CPV IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1	tech. duomenis_konfidencialu	„Prisegti dokumentai“

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD_meditecha	13
2	2 priedas.TS_meditecha	33
3	Techninė dokumentacija.zip	1 zip failas

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

Andžej Likša_____

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**MEDICININĖS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Troakarai								
2.1.	Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio	Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba). Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitempimą, dūmėjimą. Be peilio	Iki 100 vnt.	Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba). Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitempimą, dūmėjimą. Be peilio	Ningbo Verykind Medical Device Co., Ltd., kodas PD12, visi kodai PD...	18,50	1850	5	1942,50

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Katalogo 15-16 psl., IFU troakarai</i>					
2.2	Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Be pravedėjo	Troakaro kaniulė 12 mm skersmens. 100 mm ilgio. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Be peilio. Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitemimą, dūmėjimą	Iki 100 vnt.	Troakaro kaniulė 12 mm skersmens. 100 mm ilgio. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Be peilio. Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitemimą, dūmėjimą <i>Katalogo 17-18 psl., IFU troakarai</i>	Ningbo Verykind Medical Device Co., Ltd., kodas PDQ12, visi kodai PDQ...	12	1200	5	1260
Viso 2 dalis:							3050	5	3202,50

1. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jeigu pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant siūlomų prekių parametrų vertimą į lietuvių kalbą.

3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

4. Perkančiai organizacijai pareikalavus nuo 1 iki 35 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Nepateikus pavyzdžių – pasiūlymai bus atmesti. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.