



MEDICAL DEVICES COMPANIES

„Johnson & Johnson”

Konstitucijos pr. 21C, Vilnius LT- 08130, duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale, įmonės kodas 111778459, PVM mokėtojo kodas LT117784515

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ CHIRURGIJAI PIRKIMO

2023-05-05

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Johnson & Johnson“
Tiekėjo adresas	Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, LT-08130
Įmonės kodas	111778459
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sandra Čaikė, viešųjų pirkimų specialistė
Telefono numeris	(8 5) 2758304
Fakso numeris	(8 5) 2755008
El. pašto adresas	scaike@its.jnj.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s LT092140030003983081 Luminor Bank AB Banko kodas 40100

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas vienkartinės priemonės urologijai ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus (**pateikiame užpildytą 2 priedą „Techninė specifikacija“**).
- Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.
- Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo,

UAB Johnson & Johnson

Konstitucijos Av 21C, LT-08130 Vilnius, Lithuania

T: +370 5 2636162 F: +370 2755008 E: cservlt@its.jnj.com www.jnj.com



bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija*** (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas CPV IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1	POA Sandra Caike	POA Sandra Caike

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Katalogas	ZIP rinkmena
2.	CE sertifikatas	ZIP rinkmena
3.	Įgaliojimas Sandrai	3 psl.
5.	EBVPD	ZIP rinkmena
6.	Chirurginiai siūlai techninė specifikacija	Excel
7.	Ethicon POA	1 psl.

. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų specialistė

Sandra Čaikė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.



**MEDICININĖS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreiti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinim as, 2. Gamintoj as, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Cirkuliarūs organų siuvimo aparatai, priekalai laparoskopinėms stemplės rezekcijoms								
10.1	Cirkuliarus siuvimo aparatas 21mm	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 21 mm. Peilio diametras 12,4 mm	Iki 12 vnt.	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 21 mm. Peilio diametras 12,4 mm. <i>Brošiūra</i>	1. Ethicon Circular Stapler 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.CDH21B	339,25	4071,00	5%	4274,55

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"ILS". "KATALOGAS" psl. 28, „ECS Staplers IFU“.					
10.2	Cirkuliarus siuvimo aparatas 25mm	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 25 mm. Peilio diametras 16,4 mm	Iki 20 vnt.	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 25 mm. Peilio diametras 16,4 mm. <i>Brošiūra "ILS". "KATALOGAS" psl. 28, „ECS Staplers IFU“.</i>	1. Ethicon Circular Stapler 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.CDH25B	339,25	6785,00	5%	7124,25
Viso 10 dalis:							10856,00	5%	11398,80

1. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jeigu pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant siūlomų prekių parametrų vertimą į lietuvių kalbą.

3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

4. Perkančiai organizacijai pareikalavus nuo 1 iki 35 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Nepateikus pavyzdžių – pasiūlymai bus atmesti. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.