

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
VšĮ Kauno klinikos
Eivenių g. 2,
LT-50009 Kaunas

**PASIŪLYMAS
DĖL TERMOCIKLERIŲ PIRKIMO**

2015-11-13 Nr. 18507

Vilnius

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“
Tiekėjo adresas	V. A. Graičiūno g. 8, LT-02241 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. k. 122351387; PVM mokėtojo kodas LT223513811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT702140030001944983, AB Nordea Bank Lietuvos padalinys
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Baltijos regiono viceprezidentas, generalinis direktorius Algimantas Markauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Lina Želvytė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų specialistė Lina Želvytė
Telefono numeris	852394219/865043415
Fakso numeris	852602142
El. pašto adresas	lina.zelvyte@thermofisher.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* bei paskelbtame *Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje*.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO KAINA**I PIRKIMO DALIS. Termocikleris, gradientinis, 2x48 šulinėliai**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Vnt.	Kiekis, orientac.	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina viso Eur be PVM
1.	Termocikleris, gradientinis, 2x48 šulinėliai	Termocikleris, gradientinis, 2x48 šulinėliai. Thermo Fisher Scientific, Arktik™ Thermal Cycler base unit, with gradient, kat. nr. TCA0001, Dual Block (2x48 weels), kat. nr. TCA4848	Vnt.	2	6588,69	13177,38
	Bendra preliminarinė kaina Eur su PVM:	X	X	X	X	15944,63

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų vertės	Siūlomos charakteristikos
1.	Termocikleris, gradientinis, 2 x 48 šulinėliai	Orientacinis kiekis 2 vnt.	
1.1.	Instrumentas	Gradientinis PGR termocikleris	Gradientinis PGR termocikleris (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.2.	Sistemos universalumas	Su dvigubu (2x48) šulinėlių bloku, tinkamu naudoti su standartiniais 0,2 ml PGR mėgintuvėliais.	Su dvigubu (2x48) šulinėlių bloku, tinkamu naudoti su standartiniais 0,2 ml PGR mėgintuvėliais. (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.3.	Keičiami blokai	Gradientinis PGR termocikleris turi būti sukomplektuotas su keičiamu 2x48 šulinėlių bloku, tinkamas darbui taip pat ir su keičiamais 96 šulinėlių ir 384 šulinėlių blokais (būtina galimybė 96 ir 384 šulinėlių blokus įsigyti papildomai).	Sukomplektuotas su keičiamu 2x48 šulinėlių bloku, tinkamas darbui taip pat ir su keičiamais 96 šulinėlių ir 384 šulinėlių blokais. (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.4.	Temperatūrinis gradientas	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	30°C (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.5.	Temperatūros intervalas (ne siauresnis už nurodytą).	4 - 99°C	4 - 99°C (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.6.	Maksimalus šildymo/šaldymo greitis	$\geq 3^{\circ}\text{C/s}$	Iki 3°C/s (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.7.	Temperatūros paklaida	$\leq \pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (esant 90°C temperatūrai)	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (esant 90°C temperatūrai) (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.8.	Temperatūros vienodumas bloke	$\leq \pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (esant 90°C temperatūrai)	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (esant 90°C temperatūrai) (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.9.	Šildomas dangtis	Su galimybe nustatyti norimą temperatūrą; Su apsauga nuo perspaudimo.	Galimybė nustatyti norimą temperatūrą; Su apsauga nuo perspaudimo. (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.10.	Maitinimo šaltinis	230 V $\pm 10\%$, 50 Hz elektros tinklas	230 V $\pm 10\%$, 50 Hz elektros tinklas (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.11.	Grafinis ekranas prietaiso valdymui	Būtinai (valdymui nereikalinga atskira programinė įranga).	Su grafiniu ekranu prietaiso valdymui be atskiros programinės įrangos. (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)

1.12.	Patikra	Kartu su įranga pateikiamas atliktą prietaiso pirminę patikrą liudijantis dokumentas (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas atitinkamas Tiekėjo įsipareigojimas).	Kartu su įranga bus pateikiamas atliktą prietaiso pirminę patikrą liudijantis dokumentas.
1.13.	Instaliavimas, personalo apmokymas	Įskaičiuotas į įrangos kainą	Instaliavimas, personalo apmokymas įskaičiuots į įrangos kainą.
1.14.	Garantinis laikotarpis (įskaitant gamintojo numatytą periodinę techninę priežiūrą)	Ne trumpesnis kaip 36 mėn.	36 mėnesiai (1 p. – 1 pirkimo objekto daliai siūlomo prietaiso aprašymas)
1.15.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Techninis pasas.	Kartu su įranga bus pateikiama: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Techninis pasas.
1.16.	CE sertifikavimas	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklui liudijančių dokumentų kopijas)	Pateikiamas atskiras dokumentas, patvirtinantis CE ženklavinimą.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Kvalifikacijos dokumentai	18	LSMU KK_Kvalifikacijos dokumentai
2.	I pirkimo objekto daliai siūlomo produkto aprašymas	1	LSMU KK_I pirkimo objekto daliai siūlomo produkto aprašymas
3.	Dėl CE ženklavimo	2	LSMU KK_Dėl CE ženklavimo

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pardavimų specialistė



Lina Želvytė