

BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ CENTRO ĮRANGOS, SKIRTOS AUDINIŲ PARENGIMUI IR
SAUGOJIMUI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

V pirkimo dalis. Audinių permanentinio markiravimo modulis (kompl.) – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūloma tiksli parametro reikšmė
1.	Histologinių kasečių markeris 1		Modelis: PrintMate AS 150 Gamintojas: EPREDIA
1.1.	Paskirtis	Histologinių kasečių žymėjimo spausdintuvas, skirtas brūkšninių kodų ir tekstinės informacijos spausdinimui.	Histologinių kasečių žymėjimo spausdintuvas, skirtas brūkšninių kodų ir tekstinės informacijos spausdinimui. PrintMateAS Epredia.pdf, psl. 2 ir 3
1.2.	Žymėjimo metodas	Terminis dažančios medžiagos pernešimas arba rašalas.	Terminis dažančios medžiagos pernešimas. PrintMateAS Epredia.pdf, psl. 4
1.3.	Spausdinami brūkšniniai kodai	1. Dvimačiai (2D); 2. Vienmačiai (1D) (pageidautina, bet nebūtina).	1. Dvimačiai (2D). PrintMateAS Epredia.pdf, psl. 2
1.4.	Histologinių kasečių laikikliai	1. Kasečių laikiklių bendra talpa - ne mažiau nei 150 standartinių kasečių; 2. Vienu metu galima naudoti ne mažiau nei dviejų spalvų histologines kasetes.	1. Kasečių laikiklių bendra talpa - 150 standartinių kasečių; 2. Vienu metu galima naudoti dviejų spalvų histologines kasetes. Operator Guide - PrintMate AS - A83810100 - English.pdf, psl. 28 PrintMateAS Epredia.pdf, psl. 3 ir 4
1.5.	Spausdinimo resursai	Vienos spausdinimo juostos ar rašalo dėžutės pakanka atspausdinti ne mažiau nei 12000 histologinių kasečių.	Vienos spausdinimo juostos pakanka atspausdinti 20000 histologinių kasečių. PrintMateAS Epredia.pdf, psl. 4
1.6.	Komplektacija	Kartu su histologinių kasečių markeriu pateikiama: 1. Kompiuteris su monitoriumi histologinių kasečių markerio valdymui ir sąsajai su patologijos tyrimų informacine sistema. 2. Vienmačių ir dvimačių brūkšninių kodų skaitytuvas. 3. Programinė įranga histologinių kasečių markerio prijungimui prie patologijos tyrimų informacinės sistemos. 4. Atsarginė spausdinimo galvutė (1 vnt.). 5. Spausdinimo medžiagos ne mažiau nei 70000 vnt. kasečių (blokų) žymėjimui. 6. Kasečių surinkimo sistema.	Kartu su histologinių kasečių markeriu pateikiama: 1. Kompiuteris su monitoriumi histologinių kasečių markerio valdymui ir sąsajai su patologijos tyrimų informacine sistema. 2. Vienmačių ir dvimačių brūkšninių kodų skaitytuvas. 3. Programinė įranga histologinių kasečių markerio prijungimui prie patologijos tyrimų informacinės sistemos. 4. Atsarginė spausdinimo galvutė (1 vnt.). 5. Spausdinimo 80000 vnt. kasečių (blokų) žymėjimui.

		7. Dviejų spalvų (pasirenkama iš ne mažiau kaip 9 spalvų) histologinės kasetės, ne mažiau, kaip po 1000 vnt. <i>Atitikimo 1.6 punkte keliamiems reikalavimams pagrindimui pateikti gamintojo dokumentus neprivaloma, pakanka tiekėjo įsipareigojimo.</i>	6. Kasečių surinkimo sistema. 7. Dviejų spalvų (pasirenkama iš ne mažiau kaip 9 spalvų) histologinės kasetės po 1000 vnt. <i>Įsipareigojame, kad bus pateikta reikalaujama komplektacija.</i>
2.	Histologinių kasečių markeris 2		Modelis: PrintMate AS 450 Gamintojas: EPREDIA
2.1.	Paskirtis	Histologinių kasečių žymėjimo spausdintuvas, skirtas brūkšninių kodų ir tekstinės informacijos spausdinimui.	Histologinių kasečių žymėjimo spausdintuvas, skirtas brūkšninių kodų ir tekstinės informacijos spausdinimui PrintMateAS_Epredia.pdf, psl. 2 ir 3
2.2.	Žymėjimo metodas	Terminis dažančios medžiagos užnešimas arba rašalas.	Terminis dažančios medžiagos pernešimas. PrintMateAS_Epredia.pdf, psl. 4
2.3.	Spausdinami brūkšniniai kodai	1. Dvimačiai (2D); 2. Vienmačiai (1D) (<i>pageidautina, bet nebūtina</i>).	1. Dvimačiai (2D). PrintMateAS_Epredia.pdf, psl. 2
2.4.	Kasečių laikikliai	1. Kasečių laikiklių bendra talpa - ne mažiau nei 240 standartinių kasečių; 2. Galima vienu metu naudoti ne mažiau nei šešių spalvų histologines kasetes.	1. Kasečių laikiklių bendra talpa - 450 standartinių kasečių; 2. Galima vienu metu naudoti šešių spalvų histologines kasetes. Operator Guide - PrintMate AS - A83810100 - English.pdf, psl. 28 PrintMateAS_Epredia.pdf, psl. 3 ir 4
2.5.	Spausdinimo resursai	Vienos spausdinimo juostos ar rašalo dėžutės pakanka atspausdinti ne mažiau nei 12000 histologinių kasečių.	Vienos spausdinimo juostos pakanka atspausdinti 20000 histologinių kasečių. PrintMateAS_Epredia.pdf, psl. 4
2.6.	Komplektacija	Kartu su histologinių kasečių markeriu pateikiama: 1. Kompiuteris su monitoriumi histologinių kasečių markerio valdymui ir sąsajai su patologijos tyrimų informacine sistema. 2. Vienmačių ir dvimačių brūkšninių kodų skaitytuvas. 3. Programinė įranga histologinių kasečių markerio prijungimui prie patologijos tyrimų informacinės sistemos. 4. Atsarginė spausdinimo galvutė (1 vnt.). 5. Spausdinimo medžiagos ne mažiau nei 70000 vnt. kasečių (blokų) žymėjimui. 6. Kasečių surinkimo sistema.	Kartu su histologinių kasečių markeriu pateikiama: 1. Kompiuteris su monitoriumi histologinių kasečių markerio valdymui ir sąsajai su patologijos tyrimų informacine sistema. 2. Vienmačių ir dvimačių brūkšninių kodų skaitytuvas. 3. Programinė įranga histologinių kasečių markerio prijungimui prie patologijos tyrimų informacinės sistemos. 4. Atsarginė spausdinimo galvutė (1 vnt.). 5. Spausdinimo medžiagos 80000 vnt. kasečių (blokų) žymėjimui.

		<p>7. Šešių spalvų (pasirenkama iš ne mažiau kaip 9 spalvų) histologinės kasetės, ne mažiau, kaip po 1000 vnt.</p> <p><i>Atitikimo 2.6 punkte keliamiems reikalavimams pagrindimui pateikti gamintojo dokumentus neprivaloma, pakanka tiekėjo įsipareigojimo.</i></p>	<p>6. Kasečių surinkimo sistema.</p> <p>7. Šešių spalvų (pasirenkama iš ne mažiau kaip 9 spalvų) histologinės kasetės po 1000 vnt.</p> <p><i>Įsipareigojame, kad bus pateikta reikalaujama komplektacija.</i></p>
3.	Objektinių stiklelių markeris (2 vnt.)		<p>Modelis: SlideMate AS</p> <p>Gamintojas: EPREDIA</p>
3.1.	Paskirtis	Objektinių stiklelių žymėjimo spausdintuvas, nuskaitantis nuo histologinės kasetės brūkšninį kodą (su galimybe įvesti papildomą informaciją) ir visą informaciją atspausdinantis ant objektinio stiklelio.	<p>Objektinių stiklelių žymėjimo spausdintuvas, nuskaitantis nuo histologinės kasetės brūkšninį kodą (su galimybe įvesti papildomą informaciją) ir visą informaciją atspausdinantis ant objektinio stiklelio.</p> <p>SlideMate AS Brochure.pdf, psl. 2</p>
3.2.	Žymėjimo metodas	Terminis dažančios medžiagos pernešimas arba rašalas.	<p>Terminis dažančios medžiagos pernešimas.</p> <p>SlideMate AS Brochure.pdf, psl. 3</p>
3.3.	Spausdinami brūkšniniai kodai	Dvimačiai, 2D; vienmačiai, 1D (pageidautina, bet nebūtina).	<p>Dvimačiai, 2D; vienmačiai, 1D.</p> <p>SlideMate AS Brochure.pdf, psl. 3</p>
3.4.	Spausdinimo rezoliucija	Ne mažesnė nei 300 dpi.	<p>300 dpi.</p> <p>Operator Guide - SlideMate AS - A83910100 - English.pdf, psl. 12</p>
3.5.	Stiklelių padavimo sistema	Ne mažiau nei 72 stiklelių talpos.	<p>72 stiklelių talpos.</p> <p>Operator Guide - SlideMate AS - A83910100 - English.pdf, psl. 9</p>
3.6.	Barkodų skaitytuvas	Objektinių stiklelių markeris sukomplektuotas su barkodų skaitytuvu	<p>Objektinių stiklelių markeris sukomplektuotas su barkodų skaitytuvu.</p> <p>SlideMate AS Brochure.pdf, psl. 3</p>
3.7.	Komplektacija	<p>Kartu su objektinių stiklelių markeriu pateikiama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompiuteris su monitoriumi histologinių kasečių markerio valdymui ir sąsajai su patologijos tyrimų informacine sistema. 2. Programinė įranga objektinių stiklelių markerio prijungimui prie patologijos tyrimų informacinės sistemos. 3. Atsarginė spausdinimo galvutė (1 vnt.). 4. Spausdinimo medžiagos ne mažiau nei 70000 vnt. objektinių stiklelių žymėjimui. 5. Valymo rinkinys spausdinimo galvutei. 6. Ne mažiau nei 8000 vnt. objektinių stiklelių, tinkamų barkodų žymėjimui. <p><i>Atitikimo 3.7 punkte keliamiems reikalavimams pagrindimui pateikti</i></p>	<p>Kartu su objektinių stiklelių markeriu pateikiama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompiuteris su monitoriumi histologinių kasečių markerio valdymui ir sąsajai su patologijos tyrimų informacine sistema. 2. Programinė įranga objektinių stiklelių markerio prijungimui prie patologijos tyrimų informacinės sistemos. 3. Atsarginė spausdinimo galvutė (1 vnt.). 4. Spausdinimo medžiagos 72000 vnt. objektinių stiklelių žymėjimui. 5. Valymo rinkinys spausdinimo galvutei.

		<i>gamintojo dokumentus neprivaloma, pakanka tiekėjo įsipareigojimo.</i>	6. 10000 vnt. objektinių stiklelių, tinkamų barkodų žymėjimui. <i>Įsipareigojame, kad bus pateikta reikalaujama komplektacija.</i>
4.	Garantija	Ne mažiau nei 36 mėn.	36 mėn.