

AmberCell Solutions, UAB
Liepų g. 83, LT-92195 Klaipėda,
Įmonės kodas 302591590, PVM kodas LT100006146717
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ**

2023-05-29

(data)

Klaipėda

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	AmberCell Solutions, UAB Įm. kodas 302591590 Liepų g. 83, LT-92195 Klaipėda
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Įgaliotas asmuo Lina Rusteikienė tel.nr. +370 640 52910 el.p. info@ambercell.eu

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE
REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys,
kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)**

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

**3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA
VYKDYTI SUTARTIES DALIS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

**4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE
KONFIDENCIALUMĄ**

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Igaliojimas	1	Ne	
2.	EBVPD*	14	Ne	
3.	Poz26_1-katalogas1 LT (Failas „Katalogai“)	2	Ne	
4.	Poz26_1-katalogas1 (Failas „Katalogai“)	2	Ne	
5.	poz26_1-katalogas2 LT (Failas „Katalogai“)	2	Ne	
6.	poz26_1-katalogas2 (Failas „Katalogai“)	3	Ne	
7.	poz26_2-katalogas1 (Failas „Katalogai“)	89	Ne	
8.	poz26_2-katalogas2 LT (Failas „Katalogai“)	3	Ne	
9.	poz26_2-katalogas2 (Failas „Katalogai“)	10	Ne	
10.	Tiekejo deklaracijos. (Failas „CE ir deklaracijos“)	3	Ne	
11.	Biomedical - MDD Annex II (Failas „CE ir deklaracijos“)	2	Ne	
12.	CE - Needles - 178-02-00-DM_ita-eng (Failas „CE ir deklaracijos“)	8	Ne	
13.	CE Biomedical Tato LT (Failas „CE ir deklaracijos“)	3	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visi tos grupės nariai;
- 3) ūkio subjektai, subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą¹).

Įgaliotas asmuo

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Lina Rusteikienė

(Vardas, pavardė)

¹ <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PREKIŲ SĄRAŠAS

PASTABA: pildyti tik tas pirkimo objekto dalis, kurioms teikiamas Pasiūlymas. Tuščias lenteles prašome ištrinti.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis 36 mėn.	Vnt. įkainis Eur be PVM)*	Kaina Eur (be PVM) (4x5)**	PVM tarifas 5% ir suma***	Kaina Eur (su PVM) (6+7)**
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Mikrobangų abliacijos aplikatoriai	vnt.	30	1300,00	39000,00	1950,00	40950,00

Bendra pirkimo objekto dalies kaina su PVM 40950,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct).

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodyti ne daugiau kaip 2 skaičiai.

*** - įrašykite taikomą PVM tarifą. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i> pildo tiekėjas	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukletų/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklininti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima.
26.	Priemonės navikų abliacijai su prietaisu panaudai			
26.1.	Mikrobangų abliacijos aplikatoriai	1. Skirti minimaliai invazinei mikrobangų abliacijai su sistema be aušinimo. 2. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. 3. Dydis pasirinktinai: 11G, 14G, 17G, 18G. 4. Ilgis pasirinktinai: 8, 10, 15, 20, 25 cm ± 1 cm.	1. Skirti minimaliai invazinei mikrobangų abliacijai su sistema be aušinimo. 2. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. 3. Dydis pasirinktinai: 11G, 14G, 17G, 18G. 4. Ilgis pasirinktinai: 8, 10, 15, 20, 25 cm.	1. TATOpro antennas / TTPxxxxCDCM; Terumo/Biomedical, Italija 2. Poz26_1-katalogas1.pdf (1-2psl); Poz26_1-katalogas2.pdf (1, 3 psl)

		5. Spalvinis aplikatoriaus kodavimas pagal dydį. 6. Aplikatorius dengtas teflonu, echogeniškas. 7. Aplikatorius turi turėti jungtį, per kurią galima suleisti skystį, medikamentus ar kontrastą procedūros metu. 8. Skirtas minkštųjų audinių (kepenų, plaučių, inkstų, prostatos (taip pat ir per tiesiąją žarną), skydliaukės, kasos ir krūtų) bei kaulų koaguliacijai, įskaitant neoperuojamų navikų abliacijos procedūras. 9. Galimybė naudoti ne mažiau nei keturis, skirtingo dydžio ir ilgio aplikatorius vienu metu, nustatant skirtingo dydžio galią pagal poreikį. 10. Maksimali abliacinė zona ne mažesnė kaip 6 x 7 cm. 11. Maksimalus darbinis galingumas ne mažesnis nei 120 W. 12. Turi būti galimybė prie aplikatorių prijungti kabelius po to, kai jie įvedami (pozicionuojami), t. y. komplektuojama su prijungiamu / atjungiamu kabeliu. 13. Turi tiktai mikrobangų abliacijos sistemai, nurodytai 26.2 pirkimo objekto dalyje.	5. Spalvinis aplikatoriaus kodavimas pagal dydį. 6. Aplikatorius dengtas teflonu, echogeniškas. 7. Aplikatorius turi jungtį, per kurią galima suleisti skystį, medikamentus ar kontrastą procedūros metu. 8. Skirtas minkštųjų audinių (kepenų, plaučių, inkstų, prostatos (taip pat ir per tiesiąją žarną), skydliaukės, kasos ir krūtų) bei kaulų koaguliacijai, įskaitant neoperuojamų navikų abliacijos procedūras. 9. Galimybė naudoti keturis, skirtingo dydžio ir ilgio aplikatorius vienu metu, nustatant skirtingo dydžio galią pagal poreikį. 10. Maksimali abliacinė zona 6 x 7 cm. 11. Maksimalus darbinis galingumas 120 W. 12. Yra galimybė prie aplikatorių prijungti kabelius po to, kai jie įvedami (pozicionuojami), t. y. komplektuojama su prijungiamu / atjungiamu kabeliu. 13. Tinka mikrobangų abliacijos sistemai, nurodytai 26.2 pirkimo objekto dalyje	Poz26_2-katalogas1.pdf (1-22 psl) Poz26_2-katalogas2.pdf (6psl)
26.2.	<i>Prietaisas, skirtas navikų abliacijai, panaudai:</i>			
1.	Prietaiso veikimo principas	Mikrobangų abliacija	Mikrobangų abliacija	1. TATO2, TTPxxxxCDCM; Terumo/Biomedical, Italija

				2. Poz26_2-katalogas1.pdf (1-84 psl) Poz26_2-katalogas2.pdf (1-9 psl)
2.	Prietaiso paskirtis	Prietaisas naudojamas perkutaniniu, laparoskopiniu ir atviruoju chirurginiu būdu atliekant minkštųjų audinių (kepenų, plaučių, inkstų, prostatos (taip pat ir per tiesiąją žarną), skydliaukės, kasos ir krūtų) bei kaulų koaguliaciją, įskaitant neoperuojamų navikų abliacijos procedūras.	Prietaisas naudojamas perkutaniniu, laparoskopiniu ir atviruoju chirurginiu būdu atliekant minkštųjų audinių (kepenų, plaučių, inkstų, prostatos (taip pat ir per tiesiąją žarną), skydliaukės, kasos ir krūtų) bei kaulų koaguliaciją, įskaitant neoperuojamų navikų abliacijos procedūras.	
3.	Suderinamumas	su ultragarso ir kompiuterio tomografijos kontrole	su ultragarso ir kompiuterio tomografijos kontrole	
4.	Mikrobangų generacija,	dažnis ne prasčiau nei 2,45 GHz	dažnis 2,45 GHz	
5.	Reguliuojamas bendras tiekiamas mikrobangų galios dydis	ne mažiau kaip iki 120 vatų	120 vatų	
6.	Procedūros trukmė	maksimali iki 20 minučių	maksimali iki 20 minučių	
7.	Abliacijos procedūros atliekamos	be sistemos ir aplikatorių aušinimo	be sistemos ir aplikatorių aušinimo	
8.	Prietaiso darbas pajungiant aplikatorius	dydis parenkamas iš ne mažiau kaip 4 ribose: 11 – 18 G	dydis parenkamas iš 4 ribose: 11 – 18 G	
9.	Automatinis saugumo kontrolės sekimo mechanizmas	Realiu laiku, kuris sustabdo mikrobangų energijos skleidimą, kai aptinkamas aplikatoriaus darbo sutrikimas/defektas	Realiu laiku, kuris sustabdo mikrobangų energijos skleidimą, kai aptinkamas aplikatoriaus darbo sutrikimas/defektas	
10.	Vienu metu turi būti galimybė prijungti bei dirbti	10.1. su ne mažiau nei nuo 1 iki 4; 10.2. skirtingų dydžių bei ilgių aplikatorių tiekiant jiems skirtingą, reikiamo dydžio galia;	10.1. nuo 1 iki 4; 10.2. skirtingų dydžių bei ilgių aplikatorių tiekiant jiems skirtingą, reikiamo dydžio galia;	

11.	Aplikatorių perjungimo blokas	tvirtinamas prie reguliuojamos pozicijos judamosios svirties	tvirtinamas prie reguliuojamos pozicijos judamosios svirties	
12.	Prietaiso valdymas:	12.1. skystų kristalų ekranas; 12.2. jautrus lietimui; 12.3. ne mažesnis kaip 15 cm dydžio; 12.4. apšviestas šviesos diodais (LED)	12.1. skystų kristalų ekranas; 12.2. jautrus lietimui; 12.3. 15 cm dydžio; 12.4. apšviestas šviesos diodais (LED)	
13.	Procedūros pauzės funkcija	norint koreguoti parametrų nustatymus ar koreguoti aplikatorių pozicijas	norint koreguoti parametrų nustatymus ar koreguoti aplikatorių pozicijas	
14.	Galimybė įvesti operatoriaus, paciento duomenis ir pastabas	Būtina	Yra	
15.	USB jungtis	skirta duomenų perdavimui	skirta duomenų perdavimui	
16.	Šviesos indikatorius	Turi rodyti normalų sistemos darbą, kai prietaisas veikia, bei kitą spalvą, nustačius sistemos darbo sutrikimą/defektą	Rodo normalų sistemos darbą, kai prietaisas veikia, bei kitą spalvą, nustačius sistemos darbo sutrikimą/defektą	
17.	Bangų generavimo ir valdymo blokas	17.1. ne didesnis nei 35 x 30 x 15 cm (± 2 cm); 17.2. svoris ne didesnis nei 8,2 kg.; 17.3. maitinimas 230 V, 50 – 60 Hz;	17.1. 35 x 30 x 15 cm; 17.2. svoris 8,2 kg.; 17.3. maitinimas 230 V, 50 – 60 Hz;	
18.	Prietaiso komplektacija	18.1. bangų generavimo ir valdymo blokas; 18.2. judamoji svirtis; 18.3. perjungimo blokas; 18.4. stovas su ratukais; 18.5. maitinimo kabelis; 18.6. duomenų perdavimo kabelis.	18.1. bangų generavimo ir valdymo blokas; 18.2. judamoji svirtis; 18.3. perjungimo blokas; 18.4. stovas su ratukais; 18.5. maitinimo kabelis; 18.6. duomenų perdavimo kabelis.	

Igaliotas asmuo

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Lina Rusteikienė

(Vardas, pavardė)