

UAB SVERSA MEDICINA

(Tiekėjo pavadinimas)

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ**

2023-05-17

(data)

Vilnius

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	UAB Sversa medicina 305895602
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	Daiva Sanulaitienė
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Sanulaitienė +37065203602 medicina@sversa.lt

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE
REIKALAVIMAI KELIAMI) *(nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys,
kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)*
*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)***

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.			

2.			
----	--	--	--

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)	-		
2.	Igaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	-		
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)	-		
4.	EBVPD*	14	Ne	
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	-		
6.	6,7 p.d. brošiūra su komentarais	5	Ne	
7.	Saugos duomenų lapas	6	Ne	
8.	Naudojimosi instrukcija	2	Ne	
9.	Deklaracija su komentarais	1	Ne	
10.	Produkto etiketė su komentarais	1	Ne	
11.	Kokybes sertifikatas ISO	2	Ne	
12.	6 -9 priedai (1)	4	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

1) tiekėjas;

2) kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visi tos grupės nariai;

3) ūkio subjektai, subtiekejai kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus-

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;

- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą¹).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

¹ <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienuos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKIŲ SĄRAŠAS

PASTABA: pildyti tik tas pirkimo objekto dalis, kurioms teikiamas Pasiūlymas. Tuščias lenteles prašome ištrinti.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis 36 mėn.	Vnt. įkainis Eur be PVM)*	Kaina Eur (be PVM) (4x5)**	PVM tarifas 5% ir suma***	Kaina Eur (su PVM) (6+7)**
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Bioptato konteineris	vnt.	3000	2,40	7200,00	360,00	7560,00

Bendra pirkimo objekto dalies kaina su PVM Septyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt Eur 00 ct (suma žodžiais).

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodyti ne daugiau kaip 2 skaičiai.

*** - įrašykite taikomą PVM tarifą. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis 36 mėn.	Vnt. įkainis Eur be PVM)*	Kaina Eur (be PVM) (4x5)**	PVM tarifas 5% ir suma***	Kaina Eur (su PVM) (6+7)**
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Bioptato konteineris	vnt.	6000	1,80	10800,00	540,00	11340,00

Bendra pirkimo objekto dalies kaina su PVM Vienuolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt Eur 00 ct (suma žodžiais).

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodyti ne daugiau kaip 2 skaičiai.

*** - įrašykite taikomą PVM tarifą. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i> pildo tiekėjas	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukletų/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima.
6.	Biopsato konteineris	1. Biopsijų išsaugojimui iki medicininės analizės. 2. Pagamintas iš plastiko. 3. 2-jų dalių. 4. Indelis skaidrus. 5. 62±2 ml talpos. 6. Užsukamas dangtelis su viduje užpildyta saugia formalino kapsule. Formalinas išbėga tik tvirtai užsukus dangtelį ir spustelėjus nykščiu.	1. Biopsijų išsaugojimui iki medicininės analizės. 2. Pagamintas iš plastiko. 3. 2-jų dalių.	1. Biopsy Container 60ml/REF 3178-600-03 DK, Danija. 2. 6,7 p.d. brošiūra su komentarais. Deklaracija su komentarais. Produkto etiketė su komentarais. 3. Pažymėta.

		7. Užpildyta 4% formaldehidu vandeniniame tirpale (10% formalino tirpalas) ir <2.5% metanoliu. 8. Produkto klasė A-Annex II + Annex III.	4. Indelis skaidrus. 5. 60 ml talpos. 6. Užsukamas dangtelis su viduje užpildyta saugia formalino kapsule. Formalinas išbėga tik tvirtai užsukus dangtelį ir spustelėjus nykščiu. 7. Užpildyta 4% formaldehidu vandeniniame tirpale (10% formalino tirpalas) ir <2.5% metanoliu. 8. Produkto klasė A-Annex II + Annex III.	
7.	Bioptato konteineris	1. Biopsijų išsaugojimui iki medicininės analizės. 2. Pagamintas iš plastiko. 3. 2-jų dalių. 4. Indelis skaidrus. 5. 22±2 ml talpos.	1. Biopsijų išsaugojimui iki medicininės analizės.	1. Biopsy Container 60ml/REF 3178-600-03 DK, Danija. 2. 6,7 p.d. brošiūra su komentarais. Deklaracija su

		6. Uzsukamas dangtelis su viduje užpildyta saugia formalino kapsule. Formalinas išbėga tik tvirtai užsukus dangtelį ir spustelėjus nykščiu. 7. Užpildyta 4% formaldehidu vandeniniame tirpale (10% formalino tirpalas) ir <2.5% metanoliu. 8. Produkto klasė A-Annex II + Annex III	2. Pagamintas iš plastiko. 3. 2-jų dalių. 4. Indelis skaidrus. 5. 20 ml talpos. 6. Uzsukamas dangtelis su viduje užpildyta saugia formalino kapsule. Formalinas išbėga tik tvirtai užsukus dangtelį ir spustelėjus nykščiu. 7. Užpildyta 4% formaldehidu vandeniniame tirpale (10% formalino tirpalas) ir <2.5% metanoliu. 8. Produkto klasė A-Annex II + Annex III.	komentaris. Produkto etiketė su komentaris. 3. Pažymėta.
--	--	---	--	--

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)