

REF	CONTENT	Analizatorius (-iai), su kuriuo (-iais) galima naudoti <b>cobas c</b> kasetę (-es)
07224656 190	Special Cell Cleaning Solution (79 mL*)	Sistemos-ID 08 6973 8 <b>cobas c 513</b>

\* Prietaiso nustatymuose užkoduota reikšmė, skirta nefunkcionuojančiam buteliukų tūriui, yra 72 mL.

## Lietuvių

## Sistemos informacija

SCCS (D2): ACN 948

## Paskirtis

Reakcijos kamerų plovimo tirpalas, skirtas **cobas c 513** sistemoms.

## Santrauka

Kamerų plovimas būtinas dėl galimo HbA1c reagento pernešimo per kiuvetę.

## Reagentai - darbiniai tirpalai

NaOH 3 mol/L (apytiksliai 12 %); natrio hipochlorido tirpalas (&lt; 2 % aktyvaus chloro); priedai

Reagentas yra pozicijose B ir C.

## Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirta naudoti in vitro diagnostikai.

Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Visos atliekos turi būti tvarkomos laikantis vietos reikalavimų.

Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Skirta JAV: Tik specialiam naudojimui.

Šiame rinkinyje yra komponentų, kurie pagal reglamentą (EB)

Nr. 2008/1272 skirstomi į šias klases:



## Pavojus

H290 Gali esdinti metalus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

## Prevencija:

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

## Veiksmai, kurių reikia imtis:

P303 + P361 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant  
+ P353 nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina  
+ P310 ramybė ir padėtis, leidžianti laisvaikvėpuoti. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.  
+ P338 Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Produktų saugumo žymėjimas parengtas vadovaujantis ES GHS gairėmis.

Kontaktinis telefono numeris: visos šalys: +49-621-7590, JAV:  
1-800-428-2336

## Reagentų paruošimas

Paruoštas naudojimui

## Laikymo sąlygos ir stabilumas

Tinkamumo laikas 2-8 °C temperatūroje:

Žr. galiojimo datą ant **cobas c** pakuotės etiketės.

Naudojamo ir šaldomo analizatoriuje:

7 dienos

## Pateiktos medžiagos

Apie reagentus skaitykite skyriuje „Reagentai - darbiniai tirpalai“.

## Tyrimas

Reakcijos kamerų užteršimo išvengimas yra iš anksto užprogramuotas **cobas c 513** analizatoriuje. Naudotojui nebūtina rankiniu būdu nustatyti ir konfigūruoti plovimo ciklą.Specialus plovimas naudojant Special Cell Cleaning Solution (SCCS) yra automatiškai atliekamas kas penkis kiuvetės naudojimus. Todėl **cobas c** pakuotė SCCS turi būti analizatoriuje. Jeigu ji nėra analizatoriuje, prietaisas parodo "stop alarm" įspėjimą bandant pradėti darbą.

## Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardintų standarte ISO 15223-1.

CONTENT

Rinkinio turinys



Tūris po atskiedimo arba maišymo

GTIN

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris  
(angl. Global Trade Item Number)

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2015, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim  
www.roche.com

JAV platina:

Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-428-2336

