

Staliukas instrumentinis MAYO tipo, tipas 2, 5 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Reikalavimai stalelio funkcionalumui	1. Mobilus (su ratukais); 2. Reguliuojamo aukščio;	1. Mobilus (su ratukais); 2. Reguliuojamo aukščio;
2.	Konstrukcija	Pagamintas iš 1.4301 (AISI304) markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno	Pagamintas iš 1.4301 (AISI304) markės nerūdijančio plieno
3.	Stalelio pagrindas	T formos, su ratukais	T formos, su ratukais
4.	Ratukų diametras	90 mm ±10 mm	100 mm
5.	Ratukai su stabdžiais	Būtina visiems ratukams	Ratukai su stabdžiais
6.	Ratukų guma netepanti grindų dangos	Būtina	Ratukų guma netepanti grindų dangos
7.	Stalviršio išmatavimai	750 mm ±10 mm x 500 mm ±10 mm	750 mm x 500 mm
8.	Stalviršio aukštis reguliuojamas kojiniu pedalu veikiant hidraulinį cilindą	Būtina	Stalviršio aukštis reguliuojamas kojiniu pedalu veikiant hidraulinį cilindą
9.	Stalviršio aukščio reguliavimo ribos:	Nuo ≤ 960 mm iki ≥ 1350 mm	Nuo 960 mm iki 1350 mm
10.	Stalviršis pasukamas apie staliuko kolonos vertikalią ašį	Būtina	Stalviršis pasukamas apie staliuko kolonos vertikalią ašį
11.	Stalviršio pasukimo kampas	≥ 360°	360°
12.	Maksimali saugi darbinė apkrova	≥ 15 kg	15 kg
13.	Visi stalviršio kraštai su borteliais, neleidžiantys nuslysti ant staliuko padėties daiktams. Bortelis suformuotas iš to paties skardos lakšto kaip ir stalviršio darbinė plokštuma.	Būtina	Visi stalviršio kraštai su borteliais, neleidžiantys nuslysti ant staliuko padėties daiktams. Bortelis suformuotas iš to paties skardos lakšto kaip ir stalviršio darbinė plokštuma.
14.	Išoriniai staliuko išmatavimai	1. Ilgis ≤ 760 mm; 2. Plotis ≤ 510 mm; 3. Aukštis ≤ 1400 mm (stalviršiui esant viršutinėje padėtyje).	4. Ilgis 750 mm; 5. Plotis 500 mm; Aukštis 1350 mm (stalviršiui esant viršutinėje padėtyje).
15.	Stalelio paviršių paruošimas bei padengimas	1. Paviršiai turi būti paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių. 2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 3. Paviršiai turi būti lygūs (negruoblėti), lengvai valomi.	4. Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių. 5. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Paviršiai lygūs (negruoblėti), lengvai valomi.
17.	Staleliui suteikiama garantija	≥ 36 mėn.	36 mėn.
18.	CE ženklinimas	Būtinai. Pateikti CE atitikties deklaraciją.	CE atitikties deklaraciją.