

Chirurginis staliukas su elektriniu aukščio reguliavimu, tipas Mayo, 1 vnt.

Nr.	Parametras	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Išmatavimai	Ilgis x plotis 750×500 mm (± 30mm)	Ilgis x plotis 750×500 mm
2.	Pagrindo forma	T-tipo	T-tipo
3.	Aukščio reguliavimas	1.1. Aukštis reguliuojamas elektros pavaros pagalba. Valdymo mygtukai sumontuoti vežimėlio pagrinde. 1.2. Aukščio reguliavimo ribos – ne siauresnėse ribose kaip nuo 800 iki 1200 mm 1.3. Yra akumuliatorius ir pakrovimo įrenginys.	1.4. Aukštis reguliuojamas elektros pavaros pagalba. Valdymo mygtukai sumontuoti vežimėlio pagrinde. 1.5. Aukščio reguliavimo ribos – nuo 910 iki 1310 mm Yra akumuliatorius ir pakrovimo įrenginys.
4.	Mobilumas	Su ratukais, ne mažiau kaip 2 su stabdžiais.	Su ratukais, visi su stabdžiais.
5.	Apkrovimo svoris	Ne mažiau kaip 30 kg	30 kg
6.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.
7.	CE ženklavimas	Būtina, pateikti atitikties deklaracijos kopiją	CE ženklavimas