

**EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)
VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA**

1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį, kur kainos kriterijaus lyginamasis svoris sudaro 60 proc., kokybės kriterijaus lyginamasis svoris – 40 proc.

3. Tiekėjo ekonominio naudingumo kriterijai bus vertinami tik, jei tiekėjo pasiūlymas atitiks pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus privalomus reikalavimus. Pasiūlymai, kurių charakteristikos neatitiks pirkimo dokumentų privalomų reikalavimų bus atmesti.

4. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai:

(1 lentelė)

Eil. Nr.	Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai ir jų parametrai	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime
1.	Pasiūlymo kaina (K)	X=60
2.	Automatinio biocheminio ir imunologinio analizatoriaus (toliau – Analizatorius) techninės charakteristikos (T).	Y=40

5. Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų bendrą pasiūlymo kainą, nurodytą konkurso sąlygų 1 priede „Bendra pasiūlymo kaina Eur“.

6. Kriterijaus (T) parametrai ($B_1 - B_{10}$) bus vertinami pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomo Analizatoriaus (1 vnt.) atitikimo ekonomiškai naudingiems T_1 kokybės kriterijaus parametrams nustatytiems reikalavimams ($B_1 - B_{10}$) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) privalomų ir ekonomiškai naudingų (T_1) kokybės kriterijaus parametrams įvertinti.

T_1 kriterijaus „Automatinio biocheminio ir imunologinio analizatoriaus (1 vnt.) techninės charakteristikos“ parametrų sąrašas ($B_1 - B_{10}$, 2 lentelė). Jei pasiūlymas atitinka parametą, parametru suteikiamas 2 lentelėje nustatytas balas, jei ne, suteikiama 0 balų.

(2 lentelė)

Eil. Nr.	Automatinių hematologinių analizatorių arba Sistemos techninės charakteristikos (T).	Parametrams skiriami balai
1	2	3
1.	Siūloma įranga yra nauja, neeksploatuota, įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos, (B_1)	2 
2.	Įrangos kasdieninės priežiūros, kurią atlieka operatorius, apimantis kalio, natrio, chloro tyrimams naudojamų jonams selektyvių elektrodų (ISE) priežiūrą, atlikimo laikas iki 10 minučių. Pateikiamas, gamintojo patvirtintas, oficialus kasdienės priežiūros planas, (B_2)	2 
3.	Įrangos savaitinės priežiūros, kurią atlieka operatorius, apimantis kalio, natrio, chloro tyrimams naudojamų jonams selektyvių elektrodų (ISE) priežiūrą, atlikimo laikas iki 15 minučių. Pateikiamas, gamintojo patvirtintas, oficialus savaitinės priežiūros planas, (B_3)	2 

4.	Automatinis sistemos paleidimas iš anksto nustatytu laiku. Sistema automatiškai atlieka visus priežiūros veiksmus iš anksto nustatytu laiku ir yra paruošta veikti prasidėjus darbo pamainai, (B ₄)	10	
5.	Imunocheminių tyrimų atlikimui naudojamos vienkartinės reakcijos kiuvetės ir vienkartiniai antgaliai, (B ₅)	2	
6.	Nereikalingas papildomas glikozilinto hemoglobino mėginio paruošimas rankiniu būdu, (B ₆)	5	
7.	Visų imunocheminių tyrimų reakcijos laikas 30 minučių ir mažiau, (B ₇)	5	
8.	90 proc. imunocheminių tyrimų, kalibracijos stabilumas, naudojant tos pačios partijos reagentus, 56 dienos ir ilgiau, (B ₈)	2	
9.	Visų techninėje specifikacijoje įvardintų tyrimų mėginio tūris 60 mikrolitrų ir mažiau, (B ₉)	5	
10.	Visi reagentai, išskyrus kontrolines ir kalibracines medžiagas, yra paruošti naudojimui, t.y. operatoriui nereikia reagentų ruošti, skiesti, laukti kol pasieks tam tikrą temperatūrą, iš anksto atidaryti, (B ₁₀)	5	
Maksimali galima T kriterijaus (B ₁ –B ₁₀) parametrų balų suma:		40	

7. Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulės) yra pateikiama žemiau:

7.1. **Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S)** apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingų kriterijų (T) balus:

$$S = K + T$$

7.2. **Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) balas** yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (K_{min}) ir vertinamo pasiūlymo kainos (K_p) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

$$K = \frac{K_{min}}{K_p} \times X$$

7.3. **Tiekėjo pasiūlymo kriterijaus (T) balas** yra apskaičiuojamas sudėjus atskirų kriterijų (B₁ – B₁₀) įvertinimų balus:

$$T = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8 + B_9 + B_{10}$$
