

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Biopsinių adatų nukreipėjas, tinkantis Ultragarsinio echoskopo Logiq 7 4C davikliui, 1 vnt.**

Nr.	Parametras	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės (dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, prekės katalogo Nr.)
1	Paskirtis	Daugkartinis biopsinių adatų nukreipėjas	Daugkartinis biopsinių adatų nukreipėjas (Brošiūra.pdf, 1 psl)
2	Suderinamas	Turi dirbti su GE Logiq 7, Daviklis 4C.	Suderinamas su GE Logiq 7, Daviklis 4C. (Brošiūra.pdf, 1 psl)
3	Adatos palaikymas	G16, G18	G16, G18 (Brošiūra.pdf, 1 psl)
4	Būklė	Naujas.	Naujas.
5	Garantija	Ne mažiau 24 mėnesių.	24 mėnesiai