

UAB „Dremeda“

Įmonės kodas 134671612 PVM kodas LT346716113 Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas A.Mapu 22-3, LT-44284 Kaunas Tel.865068905 Sąskaita LT66 7300 0100 0227 4488 AB bankas „SWED BANKAS“ Banko kodas 73000

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninei

PASIŪLYMAS

Dėl deguonies srauto reguliatoriaus - drėkintuvo pirkimo

2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr.2/2023/08

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB DREMEDA
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	A.Mapu g. 22-3 ,Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai /	134671612
Tiekėjo PVM kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių PVM kodai /	LT3467113
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas	LT667300010002274488 ,SWED bankas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Romas Gedgaudas
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subtie	
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėja (-us)	

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų kaina yra tokia:

Eil. Nr.	Prekė	Mato vienetas	Kiekis*	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM**	Bendra kaina Eur be PVM (4x5)	Bendra kaina su PVM (4x6)**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Deguonies srauto reguliatorius-drėkintuvas DEPSON TM 2 (Techninė specifikacija pirkimo dokumentų priede Nr. 1)	Vnt.	12 vnt.	250.00	302.50	3000.00	3630.00

Pirkimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu
1.	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.		Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

*Perkančioji organizacija įsigys tikslūs prekių kiekius.

**Jei „PVM“ laukas nepildomas nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

*** Visos kainos/įkainiai pateikiamos du skaičiai po kablelio.

Konkretūs patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas, siūlantis prekę ar procesą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė ar procesas yra lygiavertiškas ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo

Gedgaudas
šas)

UAB „Dremeda“

Įmonės kodas 134671612 PVM kodas LT346716113 Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas A. Mapu g. 22-3, LT-44284 Kaunas Tel./faksas +37065068905 Sąskaita LT66 7300 0100 0227 4488 AB bankas „SWED BANKAS“

2023 m. rugpjūčio 25 d.
Kaunas

DEKLARACIJA

UAB Dremeda patvirtina, kad pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas***)



Romas Gedgaudas

(Vardas ir pavardė)

Deguonies srauto reguliatorius – drėkintuvas/12 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ RODIKLIAI	RODIKLIŲ REIKALAVIMAI	ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS	Konkreči nuoroda į pridedamą katalogą (aprašymą) Nr. ir puslapį, kuriame yra atitikimas reikalavimams
1	2	3	4	5
1.	Deguonies srauto reguliatorius-drėkintuvas	Skirtas deguonies srauto reguliavimui ir drėkinimui.	Skirtas deguonies srauto reguliavimui ir drėkinimui	
2.	Deguonies srauto reguliavimo ribos	0 iki 15 l/min ribose.	0 iki 15 l/min ribose.	Katalogas 1 Psl.4
3.	Darbinis deguonies slėgis	4,5 +/- 0,5 bar ribose	4,5 +/- 0,5 bar ribose	Katalogas 1 Psl.4
4.	Deguonies srauto reguliavimo ypatumai	1. Reguliatorius kompensuoja mažus slėgio pokyčius Speciali skalės gradacija, leidžianti tiksliau nustatyti deguonies srautą 0 – 3 l/min ribose su gradacija kas 0.5 l/min.	2. Reguliatorius kompensuoja mažus slėgio pokyčius Speciali skalės gradacija, leidžianti tiksliau nustatyti deguonies srautą 0 – 3 l/min ribose su gradacija kas 0.5 l/min.	Katalogas 1 Psl.7
5.	Reguliavimo tikslumas	Ne daugiau kaip 10% nuo nustatytos skalėje reikšmės	Ne daugiau kaip 10% nuo nustatytos skalėje reikšmės	Katalogas 1 Psl.4
6.	Maksimalus deguonies srautas už dozavimo skalės ribų	Ne mažiau kaip 40 l/min	50 l/min	Katalogas 1 Psl.7
7.	Vidinis filtras	Būtinai, sulaikomos kietos dalelės, kurių dydis daugiau kaip 40 µm	Sulaikomos kietos dalelės, kurių dydis daugiau kaip 35 µm	Katalogas 1 Psl.11
8.	Reguliatoriaus identifikacija	Būtinai, kiekvienas reguliatorius pažymėtas serijiniu numeriu.	Kiekvienas reguliatorius pažymėtas serijiniu numeriu.	Katalogas 1 Psl.4
9.	Drėkintuvo indas	Plastikinis 250 - 300 cm ³ talpos, skaidrus, autoklavuojamas prie 134°C, nedūžantis, standžia jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus.	Plastikinis 250 cm ³ talpos, skaidrus, autoklavuojamas prie 134°C, nedūžantis, standžia jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus.	Katalogas 2 Psl.2
10.	Garso slopinimas darbo metu	Būtinai, su specialiu smulkiai porėtu difuzoriumi garso slopinimui ir geresniam deguonies drėkinimui	Su specialiu smulkiai porėtu difuzoriumi garso slopinimui ir geresniam deguonies drėkinimui	Katalogas 2 Psl.3
11.	Drėkintuvo srauto reguliatoriaus konstrukcija	Reguliatoriaus medžiagos maksimaliai atsparios korozijai – plastikas, bronzos- žalvaris	Reguliatoriaus medžiagos maksimaliai atsparios korozijai – plastikas, bronzos- žalvaris	Katalogas 1 Psl.11
12.	Srauto matuoklio konstrukcija	Srauto matuoklio skalė skaitmeninė su gradacija: 0;0,5;1,0 ;1,5, 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0; 5,0 - --- 15l/min	Srauto matuoklio skalė skaitmeninė su gradacija: 0;0,5;1,0 ;1,5, 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0; 5,0 ---- 15l/min	Katalogas 1 Psl.7

13.	Deguonies regulatoriaus-drėkintuvo jungimas į centralizuotą tiekimo sistemą	Regulatorius- tvirtinamas prie medicininės konsolės su specialiu laikikliu Deguonies jungtys DIN standarto lizdas. Pritaikyta konsolėi ATLAS ISPANIJA	Regulatorius- tvirtinamas prie medicininės konsolės su specialiu laikikliu Deguonies jungtys DIN standarto lizdas. Pritaikyta konsolėi ATLAS ISPANIJA	Katalogas 1 Psl.10 Katalogas 2 Psl.7
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių	12mėn.	

R. Gedraitis