

Pirkimo sąlygų 1 priedas

Ligoninėje turimo mobilaus C rentgeno lanko Arcadis techninė priežiūra

Techninės priežiūros specifikacija

Pirkimo objekto dalis	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Partijos/serijos numeris	Inventorinis numeris	Pagaminimo data	Techninės priežiūros kiekis per metus	Vienos techninės priežiūros kaina be PVM	Vienos techninės priežiūros kaina su PVM	Bendra paslaugų kaina EUR su PVM 12 mėn.
1.	Mobilus C rentgeno lankas Arcadis techninė priežiūra	22197	120573106	2009	1 kartas	1235,54	1495,00	1495,00

Į paslaugos kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, muito mokesčiai, informacinės sistemos E. sąskaita naudojimo išlaidos, transporto paslaugos (atvykimo, komandiruotės išlaidos) bei medicinos priemonės techninės priežiūros (privalomi profilaktiniai darbai, derinimas, kalibravimas, programavimas, programų atnaujinimas numatyti gamintojo ir Lietuvos Respublikos teisės aktais), visi kiti mokesčiai susiję su paslaugos atlikimu t.y. fiksuojama galutinė kaina.

MOBILAUS C RENTGENO LANKO ARCADIS REGLAMENTINIAI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

Mobiliam C rentgeno lankui **Arcadis** gamintojas numato vieną metinę profilaktiką

Nr.	Darbo pavadinimas
1	Kabelių jungčių patikra
2	Stabdžių patikra
3	Kėlimo sistemos patikra
4	Avarinio išjungimo patikra
5	Išpėjančių indikatorių patikra
6	Fluoroskopijos taimerio patikra
7	Ekspozicijos aktyvavimo sistemos profilaktika
8	Kolimatoriaus profilaktika
9	Kompiuterinės sistemos profilaktika
10	Ižeminimo profilaktika
11	Sistemos ventiliacijos profilaktika
12	Sistemos funkcinė patikra
13	Monitorių profilaktinis tikrinimas
14	Vaizdų kokybės patikra

1. Paslauga atliekama pagal nustatyta tvarka suderintą grafiką, pagal ligoninės poreikius, atskirais užsakymais.

1.2 Tiekėjas įsipareigoja atlikti medicinos prietaisų techninę priežiūrą.

1.3 Paslaugų įvykdymo terminai.

1.3.1 Medicinos priemonių techninė priežiūra. Po sutarties pasirašymo Tiekėjas per 10 darbo dienų elektroniniu paštu privalo pateikti ligoninės įgaliotam asmeniui (skyriaus, kuriame instaliuota medicinos priemonė, vedėjui, radioterapijos skyriaus medicinos fizikos sektoriaus vedėjui) derinimui paslaugų teikimo grafiką ir medicinos priemonės gamintojo techninės priežiūros reglamentus, kuriuose nurodomas privalomas techninės priežiūros periodiškumas ir techninės priežiūros darbai.

Medicinos priemonės techninę priežiūrą vykdyti pagal abiejų šalių suderintą grafiką ir medicinos priemonės gamintojo reglamentą. Atlikus medicinos priemonės techninės priežiūros paslaugą, surašyti darbų atlikimo aktą, apie atliktus darbus bei leidimą/draudimą dirbti įrašyti medicinos priemonės pase, apie rezultatus informuoti skyriaus, kuriame instaliuota medicinos priemonė, vedėją ir radioterapijos skyriaus medicinos fizikos sektoriaus vedėją, kurie priima atliktus darbus ir pasirašo darbų atlikimo akte.