

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	BVPŽ kodas	Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai)	Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
7.	Stalinė šaldanti centrifuga	1	42931100-2	1. Stalinė reguliuojamo greičio laboratorinė centrifuga su fiksuoto ir kintamo kampo rotoriais. 2. Maksimali sunkio jėga fiksuoto kampo rotoriumi ne mažiau kaip 25000 xg, o kintamo kampo rotoriumi ne mažiau 3200 xg. 3. Temperatūros nustatymo ribos ne mažiau kaip nuo 0°C. 4. Fiksuoto kampo rotorius ir/ar rotorius kintamo kampo su adapteriais turi talpinti: 4. 1. ne mažiau 6 x 15 ml Falcon tipo mėgintuvėlių. 4. 2. ne mažiau 6 x 50 ml mėgintuvėlių. 4. 3. ne mažiau 18 x 1,5-2 ml mėgintuvėlių. 4. 4. ne mažiau 8 x 5-9 ml vakuuminių mėgintuvėlių. 5. Valdymas mikroprocesorinis su integruotu skaitmeniniu informaciniu ekranu. 6. Būtinas laikmatis, kurio diapazonas ne siauresnis nei nuo 1 iki 90 min. 7. Apsauga nuo dangčio atidarymo centrifugavimo proceso metu. 8. Turi būti automatinis rotoriaus atpažinimas. 9. Turi būti funkcija nustatyti centrifugos rotoriaus sukimo greičio lietėjimą ir greitėjimą. 10. Automatinis disbalanso aptikimas.	1. Stalinė reguliuojamo greičio laboratorinė centrifuga su fiksuoto ir kintamo kampo rotoriais. <i>Brošiūra 1- 2 psl.</i> 2. Maksimali sunkio jėga fiksuoto kampo rotoriumi 31514 xg <i>Brošiūra 3 psl</i>), o kintamo kampo rotoriumi 18516 xg. <i>Brošiūra 4 psl.</i> 3. Temperatūros nustatymo ribos nuo -20°C iki +40°C <i>Brošiūra 2 psl.</i> 4. Siūlomi rotoriai talpina: 4. 1. 6 x 15 ml Falcon tipo mėgintuvėlių. <i>Brošiūra 5 psl.</i> 4. 2. 6 x 50 ml mėgintuvėlių. <i>Brošiūra 5 psl.</i> 4. 3. 24 x 1,5-2 ml mėgintuvėlių. <i>Brošiūra 3 psl.</i> 4. 4. 12 x 5-9 ml vakuuminių mėgintuvėlių. <i>Brošiūra 6 psl</i> 5. Valdymas mikroprocesorinis su integruotu skaitmeniniu informaciniu ekranu. <i>Brošiūra 1 psl.</i> 6. Laikmatis, kurio diapazonas nuo 1 iki 99 min 59 s. <i>Brošiūra 2 psl.</i> 7. Apsauga nuo dangčio atidarymo centrifugavimo proceso metu. <i>Brošiūra 1 psl.</i> 8. Automatinis rotoriaus atpažinimas. 9. Galima pasirinkti rotoriaus letėjimą ir greitėjimą 10. Automatinis disbalanso aptikimas.