

SUSITARIMAS
Dėl sutarties pakeitimo
2023 m. rugsėjo mėn.
Vilnius

VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 124243848, esanti Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos valdymui
veikiančios pagal 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-288,
ir

UAB „Vakonda“ (toliau - Pardavėjas), juridinio asmens kodas 186162285, Gelažių g. 53-2, Zujūnai, LT-14163, Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus
, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai gali būti vadinama „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. Šalys sudarė Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį (fiksuotų įkainių) Nr. S-6.19-382/2021 „Chirurginiai implantai ir kitos medicininės prekės (Nr. 5987)“ (toliau – Sutartis), kuri įsigaliojo 2021 m. birželio 28 d. ją pasirašius abiem Sutarties Šalimis.
- B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomą Pirkimo dalies Nr. 21 „Sistema įgalinanti atlikti distalinio galo žastikaulio sąnarinį lūžių osteosintezę“ pagal 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.7 pozicijas perkamų prekių kiekį.
- C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:
„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:
1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“
- D. Sutarties 13.5 punktas numato, kad, jeigu sudaroma viena Sutartis dėl kelių pirkimo dalių, Sutartyje nurodytos sąlygos dėl Sutarties galiojimo, Sutarties vertės, Sutarties pratęsimo, Sutartyje nenumatytų prekių pirkimo pagal Sutarties 1.4 punktą, Sutarties nutraukimo, netesybų skaičiavimo taikomos kiekvienai pirkimo daliai atskirai (13.5.1 papunktis).
- E. Maksimali Sutarties vertė (Pirkimo dalies Nr. 21) yra 32 210,50 Eur be PVM.
- F. Papildomai perkamų prekių vertė yra 3220,95 Eur be PVM, tai sudaro 9,99 % nuo Sutarties vertės (Pirkimo dalies Nr. 21) be PVM. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.
- G. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi papildomai perkamos Sutartyje numatytos prekės.

susitarė:

1. Pakeisti Sutarties priedo „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ 2-ą punktą „Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai“ padidinant pirkimo dalies Nr. 21 „Sistema įgalinanti atlikti distalinio galo žastikaulio sąnarinį lūžių osteosintezę“ pagal 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.7 pozicijas perkamų prekių kiekį ir pirkimo dalį Nr. 21 išdėstyti nauja redakcija (Susitarimo priedas - *Techninės specifikacijos ir pasiūlymo kainos punkto „2.*

Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai“ pirkimo dalies Nr. 21 nauja redakcija).

2. Perskaičiuoti ir pakeisti maksimalią Sutarties kainą ir Sutarties 4.1 punktą išdėstyti taip:
„4.1. Maksimali Sutarties kaina yra 120 306,90 Eur su PVM (šimtas dvidešimt tūkstančių trys šimtai šeši Eur 90 ct), iš kurios PVM sudaro 5728,90 Eur. Jeigu Sutartis sudaroma dėl dviejų ir daugiau pirkimo dalių, atskirų pirkimo dalių maksimalios Sutarties vertės nurodomos Sutarties priede Nr. 1.“
3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir nepildomos.
4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Sutarties Šalims ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. Šalys pasirašydamos susitarimą patvirtina jį perskaičiusios bei pasirašančios laisva valia kaip dokumentą, atitinkantį jų interesus bei ketinimus.
7. Susitarimo priedas – Techninės specifikacijos ir pasiūlymo kainos punkto „2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:“ nauja redakcija.

**VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė
ligoninė**

Direktorius pavaduotoja valdymui

UAB „Vakonda“

Direktorius

**Techninės specifikacijos ir pasiūlymo kainos punkto
„2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai“ pirkimo dalies Nr. 21
nauja redakcija**

2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės/pirkimo dalies pavadinimas	Reikalaujama parametrų reikšmė	Maksimalus kiekis 36 mėnesiams, vnt.	Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM	Maksimalaus kiekio kaina be PVM	PVM tarifas (%)	Siūlomos prekės parametrai	Nuoroda į parametro atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.) Dokumentuodė būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra).
21.	Sistema įgalinanti atlikti distalinio galo žastikaulio sąvarinių lūžių osteosintezę.								
21.1	Žastikaulio dorsolateralinė plokštelė kairė pusė.	Anatomiškai išgaubta, atitinkanti žastikaulio distalinės dalies nugarinio-išorinio paviršiaus formą, plokštelė distalinėje dalyje apgaubianti žastikaulio išorinį krūplį su galimybe distalinius sraigtus sriegti dviejose plokštumose. Plokštelėje esančios angos leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Plokštelės kairei rankai. Nuo 3 iki 9 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 3 iki 9 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės ne mažiau dviejų ilgių.	85	43,45	3 693,25	5	Anatomiškai išgaubta, atitinkanti žastikaulio distalinės dalies nugarinio-išorinio paviršiaus formą, plokštelė distalinėje dalyje apgaubianti žastikaulio išorinį krūplį su galimybe distalinius sraigtus sriegti dviejose plokštumose. Plokštelėje esančios angos leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Plokštelės kairei rankai. 6 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 3 iki 9 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės 4 ilgių.	Katalogas: HEMC katalogas, 8 psl. (13 psl. elektroniniame kataloge)	HEMC, Indija. Kodas: nuo 105.03L iki 105.09L.

21.2	Žastikaulio dorsolateralinė plokštelė dešinė pusė.	Anatomiškai išgaubta, atitinkanti žastikaulio distalinės dalies nugarinio-išorinio paviršiaus formą, plokštelė distalinėje dalyje apgaubianti žastikaulio išorinį krumpį su galimybe distalinius sraigtus sriegti dviejose plokštumose. Plokštelėje esančios angos leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Plokštelės dešinei rankai. Nuo 3 iki 9 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 3 iki 9 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės ne mažiau dviejų ilgių.	85	43,45	3 693,25	5	Anatomiškai išgaubta, atitinkanti žastikaulio distalinės dalies nugarinio-išorinio paviršiaus formą, plokštelė distalinėje dalyje apgaubianti žastikaulio išorinį krumpį su galimybe distalinius sraigtus sriegti dviejose plokštumose. Plokštelėje esančios angos leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Plokštelės dešinei rankai. 6 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 3 iki 9 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės 4 ilgių.	Katalogas: HEMC katalogas, 8 psl. (13 psl. elektroniniame kataloge)	HEMC, Indija. Kodas: nuo 105.03R iki 105.09R.
21.3	Žastikaulio medialinė plokštelė.	Anatomiškai išgaubta, atitinkanti žastikaulio distalinės dalies vidinio paviršiaus formą, plokštelė. Plokštelėje esančios angos sraigtams leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Plokštelės kairei rankai. Nuo 3 iki 9 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 3-9 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės ne mažiau dviejų ilgių.	70	43,45	3 041,50	5	Anatomiškai išgaubta, atitinkanti žastikaulio distalinės dalies vidinio paviršiaus formą, plokštelė. Plokštelėje esančios angos sraigtams leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Plokštelės kairei rankai. Nuo 3 iki 9 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 3-9 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės 4 ilgių.	Katalogas: HEMC katalogas, 7 psl. (12 psl. elektroniniame kataloge)	HEMC, Indija. Kodas: nuo 103.03L iki 103.09L.
21.4	Žastikaulio medialinė plokštelė.	Anatomiškai išgaubta, atitinkanti žastikaulio distalinės dalies vidinio paviršiaus formą, plokštelė. Plokštelėje esančios angos sraigtams leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Plokštelės dešinei rankai. Nuo 3 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 3-9 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės ne mažiau dviejų ilgių.	70	43,45	3 041,50	5	Anatomiškai išgaubta, atitinkanti žastikaulio distalinės dalies vidinio paviršiaus formą, plokštelė. Plokštelėje esančios angos sraigtams leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Plokštelės dešinei rankai. Nuo 3 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 3-9 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės 4 ilgių.	Katalogas: HEMC katalogas, 7 psl. (12 psl. elektroniniame kataloge)	HEMC, Indija. Kodas: nuo 103.03R iki 103.09R.
21.5	Sraigtai.	užrakinami savisriegiai kortikaliniai nuo 2,4 iki 3,5 mm skersmens sraigtai nuo 14 iki 60 mm ilgio, ne mažiau 5 skirtingų ilgių (plokštelės distalinei daliai).	2500	4,00	10 000,00	5	užrakinami savisriegiai kortikaliniai nuo 2,7 mm skersmens sraigtai nuo 14 iki 60 mm ilgio, ne mažiau 5 skirtingų ilgių (plokštelės distalinei daliai).	Katalogas: HEMC katalogas, 2-3 psl. (7-8 psl. elektroniniame kataloge)	HEMC, Indija. Kodas: nuo 034.014 iki 034.060.

21.6	Sraigta.	užrakinami savisriegiai kortikaliniai nuo 3,5 iki 4,0 mm skersmens sraigta nuo 12 iki 60 mm ilgio, ne mažiau 5 skirtingų ilgių. (plokštelės proksimalinei daliai).	2300	4,60	10 580,00	5	užrakinami savisriegiai kortikaliniai nuo 3,5 skersmens sraigta nuo 12 iki 60 mm ilgio, ne mažiau 5 skirtingų ilgių. (plokštelės proksimalinei daliai).	Katalogas: HEMC katalogas, 3 psl. (8 psl. elektroniniame kataloge)	HEMC, Indija. Kodas: nuo 035.012 iki 035.060.
21.7	Sraigta.	neužrakinami savisriegiai kortikaliniai nuo 2,5 iki 4,0 mm skersmens sraigta nuo 14 iki 60 mm ilgio, ne mažiau 5 skirtingų ilgių (plokštelės proksimalinei daliai).	747	1,85	1 381,95	5	neužrakinami savisriegiai kortikaliniai nuo 2,5 iki 4,0 mm skersmens sraigta nuo 14 iki 60 mm ilgio, ne mažiau 5 skirtingų ilgių (plokštelės proksimalinei daliai).	Katalogas: HEMC katalogas, 153 psl. (158 psl. elektroniniame kataloge)	HEMC, Indija. Kodas: nuo 032.014 iki 032.060.
Kartu su plokštelėmis turi būti pateikti 2 pilni instrumentų rinkiniai panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant Perduodamos įrangos sąrašą.									
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:			35 431,45						
PVM suma, EUR			1 771,57						
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM			37 203,02						

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Direktoriaus pavaduotoja valdymui

UAB „Vakonda“

Direktorius