

**PASIŪLYMAS
DĖL VIEŠOJO MAŽOS VERTĖS KRAUJO MAIŠELIŲ UŽLYDymo APARATŲ PIRKIMO**

Viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui

2023-04-10

(Data)

Didžioji Riešė

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas	UAB „DIAMEDICA“
Tiekėjo įmonės kodas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Lina Alesienė
Telefono numeris	+
El. pašto adresas	konkursai@diamedica.lt

3. PASIŪLYMO KAINA

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, reikalavimais, pateiktais šiuose pirkimo dokumentuose, jų paaiškinimuose, papildymuose. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą [lentele](#):

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM*	Bendra kaina, EUR be PVM* (3)x(4)
	1	2	3	4	5
1.	Kraujo maišelių užlydimo aparatai Sealmatic M, LMB	vnt.	2	2400,00	4800,00
(Perkančiajai organizacijai nėra taikoma PVM lengvata) **PVM tarifas, proc.:					21 %
**PVM suma, EUR:					1008,00
*Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:					5808,00

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai ir nulis centų.

* Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

** Pastaba. Jei PVM nepridedamas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKIMAS NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

Visi dokumentai, informacija, patvirtinimai ir kt., įrodantys tiekėjo siūlomo objekto atitikimą pirkimo sąlygoms teikiami kartu su pasiūlymu.

Siūlomi prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybes, nurodytas Techninėje specifikacijoje:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikalavimą atitinkanti informacija. Atitinka / Neatitinka (pasirinkti tinkamą variantą) ¹ . Jeigu reikalaujama, nurodomi tikslūs duomenys (pildo tiekėjas)
1.	Visų modulių sujungimas į bendrą pakopinę sistemą, kad būtų galima vienu metu užlydyti ne mažiau kaip 7 segmentus	Visų modulių sujungimas į bendrą pakopinę sistemą, kad būtų galima vienu metu užlydyti 7 segmentus Aprašymai, psl. Nr. 7
2.	Kiekvieną modulį galima naudoti kaip atskirą užlydymo prietaisą	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 7
3.	Galima užlydyti PVC vamzdelius diametru iki 6,5 mm (bet kokio gamintojo ir bet kokio tipo kraujo maišams)	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 1
4.	Reguliuojamas užlydomų segmentų ilgis iki 95 mm	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 16
5.	Nuimamas užlydymo antgalis (lengvam prietaiso valymui)	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 27
6.	Šviesinis informacinis indikatorius, užlydymo monitoravimui	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 24
7.	Šviesinis informacinis indikatorius, informuojantis apie tinkamai arba netinkamai įdėtą vamzdelį	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 24
8.	Optinis sensorius	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 24
9.	Vamzdelių užlydymo laikas iki 5 sek. ± 2 sek.	1-3 s Aprašymai, psl. Nr. 16
10.	Darbinė aplinkos temperatūra nuo +10 °C iki + 30 °C.	+10 °C iki + 40 °C Aprašymai, psl. Nr. 16
11.	Maitinimas išorinis (220-230 V).	100-240 V Aprašymai, psl. Nr. 16
12.	Komplekte turi būti priedai užlydymo modulių sujungimui į bendrą pakopinę sistemą. Maitinimo laidas prietaiso pajungimui į tinklą 220 V.	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 8, 21
13.	Įranga turi būti ženklinta CE ženklu.	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 16
14.	Įrangos kokybė turi atitikti Europos tarybos direktyvos 93/42 „Medicinos prietaisai“ reikalavimus.	Atitinka Aprašymai, psl. Nr. 16
15.	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.	Atitinka
16.	Nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems pirkimų sąlygų reikalavimams.	
17.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su įranga ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.	
18.	Gamintojas arba tiekėjas kvalifikuoja įrangą (IQ, OQ, PQ) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prietaiso pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Kvalifikavimo	

¹ Priva2.2.5.loma pasirinkti atitinkamą variantą, arba nurodyti konkretų parametą kiekvienoje lentelės pozicijoje.

	atlikimo protokolai turi būti pateikti suderinimui po sutarties pasirašymo per 15 kalendorinių dienų. Paslaugos teikėjas turi turėti praktinės patirties kvalifikuojant įrangą (pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją).
19.	Suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija.
20.	Garantiniu laikotarpiu nemokamai atlikti įrangos techninę priežiūrą (pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui ar kitai įmonei, su kuria tiekėjas sudaręs sutartį) *. Gedimo šalinimas per 24 val. nuo raštiško pranešimo gavimo. Gedimo šalinimui įranga pristatoma adresu Žolyno g. 34, Vilnius
21.	Įranga pristatoma per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo adresu Naikupės g. 28, Klaipėda

5. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
2.	Aprašymai	29
3.	CE sertifikatas	2
4.	Gamintojo įgaliojimas	2
5.	Specialisto sertifikatas	1

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 papunktyje nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri;
- 4) pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

UAB „DIAMEDICA“ kvalifikacija: įvykdyta 2018-07-23 su VšĮ Nacionaliniu kraujo centru sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 8-180.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Lina Alesienė

(Vardas ir pavardė)