

„TERMOCIKLERIO – PGR AMPLIFIKATORIAUS PIRKIMO“ SUTARTIS

2023- 10 - 12 Nr. ST-105(V5) / 1-82062640
Vilnius

VšĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras toliau šiame tekste vadinamas Užsakovu, atstovaujamas laikinai einančios direktorės pareigas, direktorės pavaduotojos valdymui

ir

UAB „Linea Libera“ toliau šiame tekste vadinama Tiekėju, atstovaujama direktoriaus veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis,” o kiekviena atskirai – „Šalimi,” sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta vadovaujantis viešojo pirkimo, vykdyto skelbiamos apklausos būdu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo numeris 691080)) (toliau – Pirkimas), rezultatais.

BVPŽ kodas: 38900000-4 Įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1. Įranga – Tiekėjo pagal Sutartį tiekiamą naują **termocikleris-PGR-amplifikatorius (toliau - Įranga)**, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

1.1.2. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Įrangai ir susijusioms paslaugoms taikomi reikalavimai;

1.1.3. Sutarties vertė – Tiekėjo pasiūlyme nurodyta Įrangos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM);

1.1.4. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pilnai sukomplektuotą Įrangą pristatyti, ir suteikti kitas susijusias paslaugas (t.y. Įrangos prijungimo/sumontavimo, Įrangos veikimo patikrinimo paslaugos) ir perduoti Įrangą Termocikleris – PGR amplifikatorius (MiniAmp Plus Thermal cycler, Thermo Fisher) o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytiems reikalavimams atitinkančią Įrangą priimti ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. užtikrinti, kad Įranga būtų nauja, nenaudota, kokybiška ir atitiktų Sutarties priede Nr. 1 nurodytą Techninę specifikaciją.

3.1.2. Techninėje specifikacijoje nustatytais atvejais, tvarka ir terminais iki Įrangos perdavimo –priėmimo akto pasirašymo pristatyti Įrangą surinkti, sumontuoti ir (arba) įdiegti bei instruktuoti ir (arba) apmokyti ne mažiau kaip 4 Užsakovo nurodytus asmenis darbui su Įranga;

3.1.3. sudaryti Užsakovui galimybę pristatyti, sumontuoti ir (arba) įdiegtą Įrangą patikrinti, įsitikinti jos tinkamumu bei atitikimu Techninei specifikacijai;

3.1.4. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet koku atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

3.1.5. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui pristatyti ir (ar) sumontuoti, įdiegti Įrangą Sutartyje nustatytais terminais;

3.1.6. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.7. Tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus Tiekėjo bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose įsipareigojimus;

3.1.8. bendradarbiauti su Užsakovu ir neatlygintinai konsultuoti jį visais su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais;

3.1.9. kartu su Įranga perduoti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją;

3.1.10. suteikti Įrangai (įskaitant jos sudėtinės/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) ne trumpesnę nei 36 mėnesiai garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Garantinių trūkumų šalinimo terminas ne daugiau nei 10 dienų nuo pranešimo apie garantinį gedimą išsiuntimo dienos. Garantinis terminas taikomas nuo Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos;

3.1.11. garantuoti nemokamą nekokybiškos Įrangos ar jos dalių remontą (ar pakeitimą tuo atveju, jei Įrangos remontas negalimas) garantinio laikotarpio metu;

3.1.12. nekeisti Sutartyje nurodyto subtiekiejo be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

3.1.13. nekeisti Tiekėjo pasiūlyme nurodyto Sutarties vykdymui pasitelkto specialisto (darbuotojo) ir ūkio subjekto (ar jo darbuotojo), kurio pajėgumais tiekėjas remiasi ir kuriam, jei taikoma Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

3.1.14. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, įskaitant ir pasitelkiamą (-us) subtiekieją (-us) (jeigu pasitelkiamas) bei ūkio subjektą (-us), kurio (-ių) pajėgumais Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, ar Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokia teisę turintys asmenys.

3.2. Tiekėjas turi teisę:

3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;

3.2.2. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekiejus: *nepasitelkiami* Sutartyje nurodyti subtiekiejai gali būti keičiami ar nauji subtiekiejai pasitelkiami Sutarties 9.2 punkte nustatyta tvarka;

3.2.3. Tiekėjas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Užsakovas įsipareigoja:

3.3.1. sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui pristatyti ir sumontuoti Sutartyje nurodytą Įrangą, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo Užsakovo;

3.3.2. priimdamas Įrangą ją patikrinti ir įsitikinti, kad pristatoma Įranga atitinka Sutarties ir jos priedų reikalavimus ir įforminti patikrinimo rezultatus Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3.3. už tinkamai ir kokybiškai pristatytą Įrangą laiku atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

3.3.4. suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

3.3.5. vykdyti kitus Sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

3.4. Užsakovas turi teisę:

3.4.1. nepriimti Įrangos neatitinkančios Sutarties priede Nr. 1 nurodytos Techninės specifikacijos reikalavimų;

3.4.2. prašyti Tiekėjo pateikti visus Įrangos atitikimą Sutarties priede Nr. 1 nurodytai Techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.

4. ĮRANGOS PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

4.1. Tiekėjas turi pristatyti prekes, jas suinstaliuoti, paruošti darbui ir apmokyti pirkėjo darbuotojus dirbti su įranga per 60 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo dienos. Įrangos pristatymo vieta: VMTI Inovatyvios medicinos centras, V aukštas, Santariškių 5, Vilnius, Lietuva.

4.2. Iki Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

4.3. Tiekėjas pasirūpina, kad Įranga būtų pristatyta ir sumontuota į priėmimo vietą, suderinus su Užsakovu, kad pastarasis galėtų Įrangą patikrinti, įsitikinti jo tinkamumu ir pasirašyti Įrangos perdavimo – priėmimo aktą.

4.4. Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia Tiekėjas, jei Įranga atitinka Sutarties reikalavimus. Tiekėjas perduodamas Įrangą garantuoja, kad ji atitinka Sutarties priede Nr. I nustatytos Techninės specifikacijos reikalavimus.

4.5. Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Įrangos atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui.

5. KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

5.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su perskaičiavimu kainodara.

5.2. Bendra Sutarties kaina – 4990,00 Eur be PVM, PVM – 1047,90 Eur, bendra Sutarties kaina su PVM – 6037,90 Eur.

5.3. Šalys susitaria, kad už pristatytą Įrangą Užsakovas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos

5.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų perskaičiuojama tokia tvarka:

5.4.1. mokesčio tarifas, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

5.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

5.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms prekėms / paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

5.4.4. Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

5.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

5.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

5.6. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.

5.7. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos DPS pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik raudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

6.1. Tiekėjas įsipareigoja Įrangai suteikti Sutarties 3.1.10 punkte nurodytą garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, Sutartyje numatytais terminais.

6.2. Garantinis terminas taikomas nuo Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės, nepristato Įrangos, nepašalina garantinių gedimų Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.3. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Užsakovui nesumokėjus už pristatytą Įrangą, Tiekėjas gali raštu pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.4. Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

7.5. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamas nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

9. SUTARTIES PAKEITIMAI

9.1. Sutarties vykdymo metu, jei Įrangos gamintojas Sutarties priede nurodytos Įrangos nebegamina, Tiekėjas Užsakovui sutikus, gali pristatyti kitą Įrangą, atitinkančią Sutarties priede Įrangai nustatytą Techninę specifikaciją, arba geresnės Techninės specifikacijos Įrangą, kartu pateikiant Įrangos gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytos Įrangos.

9.2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir (ar) pasitelkti naujus subtiekejus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekejo kvalifikacija turi būti pakankama Sutarties užduoties įvykdymui, keičiantysis ir (ar) naujai pasitelkiamas subtiekejas turi neturėti pašalinimo pagrindų, jei buvo taikomi. Apie keičiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekejus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant subtiekejo keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.

9.3. Nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto subtiekejo pašalinimo pagrindus, jei buvo taikomi, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu.

9.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis

9.5. Visi Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties Šalims ir galioja 5 mėnesius.

10.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

10.3. Užsakovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Tiekėjui nepristačius sutartyje nurodytos įrangos, ilgiau kaip 30 dienų yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

10.4. Tiekėjas turi teisę raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

11.1. Papildomos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.

12. SUTARČIAI TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, el. paštu, faksu ar asmeniškai Sutarties Šalių Sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

12.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimt) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

13.3. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: įrangos pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

13.4. Šalys supranta ir patvirtina, kad Sutarties ir Sutarties priedų sąlygos nelaikomos konfidencialia informacija. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

13.5. Už Sutarties tinkamą vykdymą Tiekėjas skiria atsakingu telefono numeris +37052638748, elektroninio pašto adresas info@linealibera.lt

13.6. Už Sutarties tinkamą vykdymą (įskaitant teisę pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą) Užsakovas skiria atsakingu telefono numeris +37061433400, elektroninio pašto adresas @imcentras.lt.

13.7. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Užsakovas skiria atsakingu telefono numeris 852624672, elektroninio pašto adresas @imcentras.lt.

13.8. Tiekėjas turi teisę keisti Sutarties 13.4 punkte nurodytą asmenį be Pirkėjo raštiško sutikimo.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

14.2. Priedas Nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas.

15. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

VšĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Inovatyvios medicinos centras

Santariškių 5, LT-084069, Vilnius

Įmonės kodas 302877556

PVM mokėtojo kodas LT100007301614

Tel. +370

Bankas SEB

Sąskaita


Banko kodas

El. p.

Laikiniai einanti direktorės pareigas,

direktorės pavaduotoja

valdymui



TIEKĖJAS

UAB „Linea Libera“

Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius

122145775

PVM mokėtojo kodas LT221457716

Tel. +370 5 2638748


Bankas

Sąskaita

Banko kodas

El. p.

Direktorius



Vyr. buhalteris

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS		
Termocikleris – PGR amplifikatorius		
2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS		
Kiekis: 1kompl.		
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO VIETA		
Santariškių g. 5, Vilnius,		
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI		
Paskirtis:		
1	Prietaiso paskirtis	PGR amplifikatorius skirtas kontroliuoti temperatūrą ir laiko intervalus atliekant PGR.
2	Reakcijos blokas	96 šulinėlių blokas, optimizuotas 96 šulinėlių plokštelėms ir 0,2 ml mėgintuvėliams
3	Galimas reakcijos tūris	Reakcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 10 µl iki 100 µl
4	Šildymo/šaldymo sistema	Turi būti ne mažiau nei 3 individualiai programuojami Peltier elementai, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros maksimalus skirtumas ne mažiau nei 10°C. Bendras intervalas ne mažesnis kaip 20°C.
5	Reakcijos bloko temperatūros ribos	Bloko temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 0 °C iki +100° C.
6	Maksimalus bloko šildymo/šaldymo greitis	ne mažesnis nei 3,5° C/sek.
7	Maksimalus mėginio šildymo/šaldymo greitis	ne mažesnis nei 2,5° C/sek.
8	Temperatūros vienodumas	Tarp šulinėlių mažiau kaip 0,5° C (ne ilgiau kaip po 30 sec pasiekus 95°C)
9	Temperatūros tikslumas	Paklaida ne didesnė nei ±0,3 °C (temperatūros intervale nuo 35°C iki 95°C)
10	Prietaiso valdymas	Ne mažesniu nei 5 colių lietimui jautriu LCD arba ne prastesniu ekranu.
11	Prietaiso atmintis	Prietaise turi tilpti ne mažiau kaip 1000 protokolų arba turi būti ne mažiau kaip 2000 MB atminties talpa
12	Išorinis prietaiso valdymas	Turi būti galimybė naudoti USB jungtį. Turi būti galimybė mobiliajame įrenginyje sekti prietaiso veikimą nuotoliniu būdu bevielio interneto (WiFi) pagalba. Turi būti galimybė nuotoliniu būdu gamintojo debesų kompiuterijos pagalba prietaise kurti, dalintis protokolais, suplanuoti, pradėti ir stebėti prietaiso veikimą.
5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI		
Prekių/paslaugų tiekimo terminas – Tiekėjas turi pristatyti prekes, jas suinstaliuoti, paruošti darbui ir apmokyti pirkėjo darbuotojus dirbti su PGR amplifikatoriumi (mokymų trukmė ne trumpesnė, kaip 4 val.) ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.		
6. GARANTIJA IR GARANTINIŲ TRŪKUMŲ ŠALINIMO TERMINAI		

Garantija: Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 36 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.

7. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pakuotės reikalavimai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami pristatant Įrangą sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai.

8. KARTU SU TIEKIAMOMIS PREKĖMIS/PASLAUGOMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Tiekėjas turi pateikti vartotojo vadovą anglų ar lietuvių kalbomis

UŽSAKOVAS

VšĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Inovatyvios medicinos centras

Santariškių 5, LT-084069, Vilnius

Įmonės kodas 302877556

PVM mokėtojo kodas LT100007301614

Tel. +370

Bankas SEB

Sąskaita


Banko kodas

El. p.

Laikintai einanti direktorės pareigas,

direktorės pavaduotoja

valdymui



TIEKĖJAS

UAB „Linea Libera“

Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius

122145775

PVM mokėtojo kodas LT221457716

Tel. +370 5 2638748

Bankas

Sąskaita

Banko kodas

El. p.

Direktorius

Vyr. buhalteris

Viešųjų pirkimų specialistas

UAB "Linea libera"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2638748, faks.: +370 5 2638749, el. paštas: info@linealibera.lt, juridinio asmens kodas: 122145775, PVM kodas: LT221457716. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centro registre)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

TERMOCIKLERIO – PGR AMPLIFIKATORIAUS PIRKIMO“ PASIŪLYMAS

2023-10-09 Nr. 1-82062640

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Linea libera"
Tiekėjo adresas	Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Juridinio asmens kodas	122145775
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produktų specialistas
Telefono numeris	+370 5 2638748
El. pašto adresas	info@linealibera.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais, nustatytais „Termociklerio – PGR– amplifikatorius pirkimo“ sąlygose
Mes siūlome šias prekes:

Perkamos prekės pavadinimas, techninis aprašymas	Mato vnt.	Perkamas kiekis	Kaina Eur be PVM už perkamą kiekį
Termocikleris – PGR– amplifikatorius MiniAmp Plus Thermal Cycler	vnt	1	4990,00

PASTABOS:

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pirkimo vykdymo išlaidos, susijusios su prekėmis ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Apklauso sąlygų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. *Prekių kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.*
Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nurodyto laiką.

Produktų specialistas

(pasirašyta saugiu elektroniniu parašu)

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Techninės specifikacijos reikalavimų palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Stilomų prekių techniniai parametrai
	Termocikleris – PGR amplifikatorius	Termocikleris – PGR amplifikatorius (MiniAmp Plus Thermal cycler, Thermo Fisher)
1	1. Prietaiso paskirtis PGR amplifikatorius skirtas kontroliuoti temperatūrą ir laiko intervalus atliekant PGR. 2. Reakcijos blokas 96 šulinėlių blokas, optimizuotas 96 šulinėlių plokštelėms ir 0,2 ml mėgintuvėliams 3. Galimas reakcijos tūris Reakcijos tūrio intervalas ne mažesnis nei nuo 10 µl iki 100 µl 4. Šildymo/šaldymo sistema Turi būti ne mažiau nei 3 individualiai programuojami Peltier elementai, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros skirtumas ne mažiau nei 10°C. Bendras intervalas ne mažesnis kaip 20°C. 5. Reakcijos bloko temperatūros ribos Bloko temperatūros intervalas ne mažesnis nei nuo 0 °C iki +100°C. 6. Maksimalus bloko šildymo/šaldymo greitis ne mažesnis nei 3,5° C/sek. 7. Maksimalus mėginio šildymo/šaldymo greitis ne mažesnis nei 2,5° C/sek. 8. Temperatūros vienodumas Tarp šulinėlių mažiau kaip 0,5° C (ne ilgiau kaip po 30 sek pasiekus 95°C) 9. Temperatūros tikslumas Paklaida ne didesnė nei ±0,3°C (temperatūros intervale nuo 35°C iki 95°C)	1. Prietaiso paskirtis PGR amplifikatorius skirtas kontroliuoti temperatūrą ir laiko intervalus atliekant PGR. 2. Reakcijos blokas 96 šulinėlių blokas, optimizuotas 96 šulinėlių plokštelėms ir 0,2 ml mėgintuvėliams 3. Galimas reakcijos tūris Reakcijos tūrio intervalas nuo 10 µl iki 100 µl 4. Šildymo/šaldymo sistema Yra 3 individualiai programuojami Peltier elementai, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros maksimalus skirtumas 10°C. Bendras intervalas 20°C. 5. Reakcijos bloko temperatūros ribos Bloko temperatūros intervalas nuo 0 °C iki +100° C. 6. Maksimalus bloko šildymo/šaldymo greitis 3,5° C/sek. 7. Maksimalus mėginio šildymo/šaldymo greitis 2,7° C/sek. 8. Temperatūros vienodumas Tarp šulinėlių mažiau 0,5° C (po 30 sek pasiekus 95°C) 9. Temperatūros tikslumas Paklaida ±0,25°C (temperatūros intervale nuo 35°C iki 99,9°C) 10. Prietaiso valdymas 5 colių lietimui jautriu LCD. 11. Prietaiso atmintis

10. Prietaiso valdymas Ne mažesniu nei 5 colių lietimui jautriu LCD arba ne prastesniu ekranu. 11. Prietaiso atmintis Prietaise turi tilpti ne mažiau kaip 1000 protokolų arba turi būti ne mažiau kaip 2000 MB atminties talpa 12. Išorinis prietaiso valdymas Turi būti galimybė naudoti USB jungtį. Turi būti galimybė mobiliajame ir kompiuteriniame prietaise veikimą nuotoliniu būdu bevielio interneto (WiFi) pagalba. Yra galimybė nuotoliniu būdu gamintojo debesų kompiuterijos pagalba prietaise kurti, dalintis protokolais, suplanuoti, pradėti ir stebėti prietaiso veikimą.	Prietaise telpa 1000 protokolų arba 2000 MB atminties talpa 12. Išorinis prietaiso valdymas Yra galimybė naudoti USB jungtį. Yra galimybė mobiliajame ir kompiuteriniame prietaise veikimą nuotoliniu būdu bevielio interneto (WiFi) pagalba. Yra galimybė nuotoliniu būdu gamintojo debesų kompiuterijos pagalba prietaise kurti, dalintis protokolais, suplanuoti, pradėti ir stebėti prietaiso veikimą.
2	Teikiant pasiūlymą įrodančio dokumento nereikalaujama
3	Prekė bus pristatyta, suinstaliuota, paruošta darbui ir apmokėti pirkėjo darbuotojai dirbti su PGR amplifikatoriumi (mokymų trukmė 4 val.) per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
4	Dokumentacija Tiekėjas turi pateikti vartotojo vadovą anglų kalba
5	Garantijos laikotarpis 36 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo). Įrangos garantija apima nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba



SPARNAI ATRADIMAMS

ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.	viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.
---	---

UAB "Linea libera" Akademijos g. 2 LT-08412 Vilnius	Įmonės kodas: 122145775 PVM mokėtojo kodas: LT221457716 A. s. LT277044060001098913 / AB SEB bankas / banko kodas 70440	+370 5 2638748 info@linealibera.lt www.linealibera.lt
---	--	---

ĮGALIOJIMAS NR. 23-42-4124

2023-09-29, Vilnius

UAB „Linea libera“, juridinio asmens kodas 122145775, adresas Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius (toliau - Įmonė), direktorius (a.k. 35010190020), veikiantis pagal Įmonės įstatus, Įgalioju Pardavimų skyriaus vadovą (a.k. 37807060085), eiti Įmonės direktoriaus pareigas, Įmonės vardu pasirašyti sutartis ir kitus dokumentus. Įgaliojimo galiojimo laikotarpiu suteikiama teisė perįgalioti kitą Įmonės darbuotoją.

Įgaliojimas galioja nuo 2023-10-01 iki 2023-10-31 (įmtinai).

Direktorius

/Pasirašyta saugiu elektroniniu parašu/

