

MEDICININĖ ĮRANGA, PRIEMONĖS, SKIRTOS SLAUGAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytąjam.

2. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra laikomi minimaliais, todėl Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų prekes.

4 pirkimo dalis.

BEKONTAKTIS TERMOMETRAS

Perkamas kiekis – 5 vnt.

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Techninių reikalavimų rodikliai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomus parametrus)	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.)
	Bekontaktis termometras [Tiekėjas nurodo modelį ir gamintoją]	5 vnt.	Bekontaktis termometras BK8005, Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd.,	Brosiura 1psl.
1.	Paskirtis	Skirtas žmogaus kūno temperatūros nustatymui, matavimą atliekant per nuotolį	Skirtas žmogaus kūno temperatūros nustatymui, matavimą atliekant per nuotolį	Brosiura 1psl.
2.	Technologija	Infraraudonųjų spindulių	Infraraudonųjų spindulių	Brosiura 1psl.
3.	Atmintis	≥ 3 matavimai	32 matavimai	Brosiura 1psl.
4.	Matavimo laikas	Ne ilgiau kaip 3 sekundės	1 sekundė	Brosiura 1psl.
5.	Automatinio išsijungimo funkcija	Būtina	Automatinio išsijungimo funkcija po 7s.	Brosiura 1psl.
6.	Temperatūros matavimo diapozonas	34 - 41 °C		34 - 42 °C Brosiura 1psl.
7.	Maitinimo šaltinis	Keičiami elementai/baterijos (pateikiamos kartu su prietaisu)	2x AA tipo baterijos (pateikiamos kartu su prietaisu)	Brosiura 1psl.
8.	Galiojanti metrologinė patikra	Būtina	Galiojanti metrologinė patikra kiekvienam termometru	Metologinės patikros sertifikato pvz 1psl.
9.	CE žymėjimas	Būtina	Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją kopiją pagal Europos Parlamento	Patvirtiname, kad kartu su prekėmis pateiksime CE sertifikatą arba gamintojo EB

			ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745.	atitikties deklaraciją kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateiksime įrodymus apie netaikymą. Prekės ženklinamos lietuvių kalba, aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745. Brosiura 1psl.
10.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 36 mėn. Toks reikalavimas garantiniam laikotarpiui taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu „4.4.4.4. <i>prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;[...]</i>“	36 mėn.	Brosiura 1psl.