



UAB VITROLAB

UAB Vitrolab, Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas, tel.: 8 37 333317, faksas: 8 37 333329, e-paštas: biuras@vitrolab.lt, Kauno registrų centras, Įmonės kodas 235279070, PVM kodas LT352790716

PASIŪLYMAS
DĖL DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ

2023-07-24

(data)

Kaunas

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	UAB Vitrolab Įm. kodas 235279070 Baltų pr. 36-11, LT-48196, Kaunas
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Direktorius Vaidas Jankauskis, (8 37) 333 317, biuras@vitrolab.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE
REIKALAVIMAI KELIAMI) *(nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys,
kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)*
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas
----------	--	--	---

		remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)	-	-	-
2.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	-	-	-
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)	-	-	-
4.	EBVPD*	14	-	-
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	-	-	-
6.	Dokumentai	1 aplankas	-	-
7.	Deklaracijos	4	-	-
8.	Sutartis	16	-	-
9.	TS atitikimas	1	-	-

*Atskirą EBVPD pildo:

1) tiekėjas;

- 2) kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visi tos grupės nariai;
- 3) ūkio subjektai, subtiektėjai kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus-

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;

- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą¹).

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaidas Jankauskis

(Vardas, pavardė)

¹ <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKIŲ SĄRAŠAS

PASTABA: pildyti tik tas pirkimo objekto dalis, kurioms teikiamas Pasiūlymas. Tuščias lenteles prašome ištrinti.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis 12 mėn.	Vnt. įkainis Eur be PVM *	Kaina Eur be PVM** (4x5)	PVM tarifas 5% ir suma***	Kaina Eur su PVM** (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Priemonės medicinos prietaisų aukšto lygio cheminei dezinfekcijai rankiniu būdu						
1.1.	Priemonė instrumentų plovimui naudojama prieš aukšto lygio dezinfekciją Sekusept multienzyme 2l, Ecolab	litras	200	15,50	3100,00	155,00	3255,00
1.2.	Medicinos priemonių (endoskopų, kuriais tiriami nesterilūs organai ir ertmės) sporocidinė priemonė aktyvuotos deguonies pagrindu						
1.2.1.	Pakuotė 5-6 kg, su specialiu dozatoriumi granulėms Sekusept aktiv 6 kg, Ecolab	kg	500	29,33	14665,00	733,25	15398,25
1.2.2.	Pakuotė 1-2 kg, su specialiu dozatoriumi granulėms Sekusept aktiv 1,5 kg, Ecolab	kg	300	35,13	10539,00	526,95	11065,95
Bendra pirkimo objekto dalies kaina:					28304,00	1415,20	29719,20

Bendra pirkimo objekto dalies kaina su PVM: **29 719,20 Eur** (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniolika eurų, 20 ct)

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

** po kablelio turi būti nurodyti ne daugiau kaip 2 skaičiai.

*** įrašykite taikomą PVM tarifą. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukletų/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kuri techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima.
1.	Priemonės medicinos prietaisų aukšto lygio cheminei dezinfekcijai rankiniu būdu. <i>Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai:</i>		Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i> pildo tiekėjas	

1.1.	Priemonė instrumentų plovimui naudojama prieš aukšto lygio dezinfekciją Sekusept Multienzyme 2l, Ecolab	1. Instrumentų valymo priemonė, kuri turi būti suderinta su aukšto lygio dezinfekcijos priemonė aprašyta 1.2. punkte. 2. Valymo priemonė turi būti pagaminta enzimų pagrindu. 3. Priemonė turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, neleisti susidaryti bioplėvelei. 4. Priemonės pavidalas – skiedžiamas koncentratas. 5. Darbiniai tirpalai turi būti mažos koncentracijos (0,5-2,0 proc.). 6. Ekspozicijos laikas 5 - 15 min. 7. Tirpalas turi neputoti. 8. Pakuotė su dozatoriumi ne daugiau 5 litrų.	1. Instrumentų valymo priemonė yra suderinta su aukšto lygio dezinfekcijos priemonė aprašyta 1.2. punkte Sekusept Aktiv. 2. Valymo priemonė pagaminta enzimų pagrindu. 3. Priemonė pasižymi geromis plovimo savybėmis, neleidžia susidaryti bioplėvelei. 4. Priemonės pavidalas – skiedžiamas koncentratas. 5. Darbiniai tirpalai yra mažos koncentracijos (0,5-2,0 proc.). 6. Ekspozicijos laikas 5 - 15 min. 7. Tirpalas neputoja. 8. Pakuotė su dozatoriumi 2 litrų.	Sekusept Multienzyme 2l, Ecolab, 3122790 Failas: Produktų suderinamumas LT – 1 psl. Failas: Sekusept Multienzyme naudojimas – 1 psl
1.2.	Medicinos priemonių (endoskopų, kuriais tiriami nesterilūs organai ir ertmės) sporocidinė priemonė aktyvuotos deguonies pagrindu	1. Aukšto lygio (sporocidinio poveikio) dezinfekcijos priemonė. 2. Dezinfekcinė medžiaga turi būti vieno cheminio komponento (veikliosios medžiagos). 3. Darbinio tirpalo gamybai turi tikt vandentiekio vanduo. 4. Priemonės pavidalas – granulės. 5. Paruoštas tirpalas turi galioti ne trumpiau nei 24 val. 6. Priemonė turi lengvai tirpti vandenyje. Turi būti paruošiama naudoti ne ilgiau kaip per 15 min. 6. Veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas. 7. Priemonė turi pasižymėti baktericidiniu veikimu pagal: EN 14561, tuberkulicidiniu veikimu pagal EN 14348 ir EN 14563, fungicidiniu veikimu pagal EN 13624, mielicidiniu veikimu pagal EN 14562 ir EN	1. Aukšto lygio (sporocidinio poveikio) dezinfekcijos priemonė. 2. Dezinfekcinė medžiaga yra vieno cheminio komponento (veikliosios medžiagos). 3. Darbinio tirpalo gamybai tinka vandentiekio vanduo. 4. Priemonės pavidalas – granulės. 5. Paruoštas tirpalas galioja 24 val. 6. Priemonė lengvai tirpsta vandenyje. Yra paruošiama naudoti per 15 min. 6. Veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas. 7. Priemonė pasižymi baktericidiniu veikimu pagal: EN 14561, tuberkulicidiniu veikimu pagal EN 14348 ir EN 14563, fungicidiniu veikimu pagal EN 13624, mielicidiniu veikimu pagal EN 14562 ir EN 13624, pilnu virucidiniu veikimu (prieš Adeno ir Polio	Sekusept Aktiv 6 kg ir 1.5 kg., Ecolab, 3050580 Failas: Sekusept Aktiv _Test strips-27.02.2023 vertimas – 1 psl. Failas: Sekusept Aktiv brošiura-instrukcija LT – 1-2 psl. Failas: Sekusept Aktiv testinės juostelės LT – 2 psl. Failas:
1.2.1.	Pakuotė 5-6 kg, su specialiu dozatoriumi granulėms Sekusept Aktiv 6 kg, Ecolab			
1.2.2.	Pakuotė 1-2 kg, su specialiu dozatoriumi granulėms			

Sekusept Aktiv 1,5 kg, Ecolab	13624, pilnu virucidiniu veikimu (prieš Adeno ir Polio virusus) pagal EN 14476, sporicidiniu veikimu (prieš B. Subtilis ir Cl. Difficile sporas) pagal EN 13704. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitiktą nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus. 8. Sporocidinis efektas pasiekiamas naudojant ne didesnę nei 2 proc. tirpalo koncentraciją. 9. Darbinio tirpalo ekspozicija sporocidiniam efektui ne ilgesnė kaip 15 min. 10. Turi tikti dezinfekuoti instrumentus: lanksčius ir kietus endoskopus, plastmasės, gumos gaminius, kurie yra jautrūs šilumai; negadina endoskopų ir jų sudėtinių dalių, nepalieka nuosėdų, turi tikti lignoninėje naudojamiems gamintojų „OLYMPUS“, „PENTAX“, „KARL STORZ“, „FUJINON“ endoskopams, pateikti endoskopų gamintojų patvirtinimą apie siūlomos priemonės suderinamumą. 11. Su produktu turi būti pateikti to paties gamintojo indikatoriai (testinės juostelės) leidžiantys įvertinti tirpalo efektyvumą. Indikatorijų skaičius turi leisti užtikrinti tirpalo efektyvumo įvertinimą kiekvieną dieną ir turi proporcingai atitikti perkamam produkto kiekiui pakuotėje. Pateikti gamintojo patvirtinimą, kokias veikliajai medžiagai nustatyti yra skirtos testinės juostelės. 12. Priemonė negali būti toksiška, turi nesukelti alerginių reakcijų dirbančiam personalui ir pacientams.	13624, pilnu virucidiniu veikimu (prieš Adeno ir Polio virusus) pagal EN 14476, sporicidiniu veikimu (prieš B. Subtilis ir Cl. Difficile sporas) pagal EN 13704. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitiktą nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus. 8. Sporocidinis efektas pasiekiamas naudojant ne didesnę nei 2 proc. tirpalo koncentraciją. 9. Darbinio tirpalo ekspozicija sporocidiniam efektui - 15 min. 10. Tinka dezinfekuoti instrumentus: lanksčius ir kietus endoskopus, plastmasės, gumos gaminius, kurie yra jautrūs šilumai; negadina endoskopų ir jų sudėtinių dalių, nepalieka nuosėdų, tinka lignoninėje naudojamiems gamintojų „OLYMPUS“, „PENTAX“, „KARL STORZ“, „FUJINON“ endoskopams. 11. Su produktu pateikiami to paties gamintojo indikatoriai (testinės juostelės) leidžiantys įvertinti tirpalo efektyvumą. Indikatorijų skaičius leidžia užtikrinti tirpalo efektyvumo įvertinimą kiekvieną dieną ir proporcingai atitinka perkamam produkto kiekiui pakuotėje. Pateikiamame gamintojo patvirtinimą, kokias veikliajai medžiagai nustatyti yra skirtos testinės juostelės. 12. Priemonė nėra toksiška, nesukelia alerginių reakcijų dirbančiam personalui ir pacientams.	virusus) pagal EN 14476, sporicidiniu veikimu (prieš B. Subtilis ir Cl. Difficile sporas) pagal EN 13704. Kartu su pasiūlymu pateikiame atitiktą nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus. 8. Sporocidinis efektas pasiekiamas naudojant 2 proc. tirpalo koncentraciją. 9. Darbinio tirpalo ekspozicija sporocidiniam efektui - 15 min. 10. Tinka dezinfekuoti instrumentus: lanksčius ir kietus endoskopus, plastmasės, gumos gaminius, kurie yra jautrūs šilumai; negadina endoskopų ir jų sudėtinių dalių, nepalieka nuosėdų, tinka lignoninėje naudojamiems gamintojų „OLYMPUS“, „PENTAX“, „KARL STORZ“, „FUJINON“ endoskopams. 11. Su produktu pateikiami to paties gamintojo indikatoriai (testinės juostelės) leidžiantys įvertinti tirpalo efektyvumą. Indikatorijų skaičius leidžia užtikrinti tirpalo efektyvumo įvertinimą kiekvieną dieną ir proporcingai atitinka perkamam produkto kiekiui pakuotėje. Pateikiamame gamintojo patvirtinimą, kokias veikliajai medžiagai nustatyti yra skirtos testinės juostelės. 12. Priemonė nėra toksiška, nesukelia alerginių reakcijų dirbančiam personalui ir pacientams.	Sekusept aktiv_Mi Bac Subtilis-EN 13704-1000ppm_GB – 1, 3 psl. <u>Failas:</u> Sekusept aktiv_EN14476-Virus_GB – 8 psl. <u>Failai iš aplanko „rekomendacijos“:</u> Ecolab-Pentax.pdf; Sekusept aktiv_Ma-e_Olympus_2006 06 09-LT.pdf Disinfection Karl Storz.pdf; Sekusept aktiv_Ma-e_Fujinon_material compatibility_GB.pdf Sekusept aktiv_Ma-e_Storz_2012.03.05_Material Compatibility_GB.pdf
--	---	--	--	--