

UAB „Medicinos įranga“, tel. +37061424164, el.p.: vsi@medicinosiranga.com, į.k.: 304701254,
PVM kodas: LT100011332818, Žalgirio g. 20 - 1, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., LT-53333

PASIŪLYMAS**DĖL ULTRAGARSINĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

2023-05-14 Nr. 20230514/1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB “Medicinos įranga”
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Žalgirio g. 20-1, Ringaudų k., LT-53331 Kauno r.
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	304701254, LT100011332818
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT807044060008187786, SEB Bankas, Banko kodas 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Valerijus Sidorčuk
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Valerijus Sidorčuk
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Valerijus Sidorčuk
Telefono numeris	+37061424164
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	vsi@medicinosiranga.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
-	-

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina viso Eur be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1	Ultragarsinis aparatas	Samsung HM70 EVO	vnt	1	26224,00	26224,00	31731.04
2	Ultragarsinis aparatas	Samsung HM70 EVO	vnt	1	26386,00	26386,00	31927,06

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	HM70 Evo Duomenu lapas 1 dalis	25	[Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu 1oji dalis.pdf
2.	HM70 Evo Duomenu lapas 2 dalis	25	[Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu 2oji dalis.pdf
3.	Deklaracija Green	1	Deklaracija Green.pdf
4.	Deklaracija Servisas	1	Deklaracija Servisas.pdf
5.	EBVPD	14	espd-response-signed.pdf
6.	Jungtyne pažyma	2	Jungtine_pazyma.pdf
7.	Bukletas	8	HM70 EVO catalog_v1.01.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

[Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu 1oji dalis ir [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu 2oji dalis

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

V. SIDORČUK

(Parašas)

Valerijus Sidorčuk
(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį
1.	Sistemos architektūra	Portatyvus (pritaikytas nešiojimui, sveriantis 5,0-6,0 kg su baterija ultragarsinis diagnostinis aparatas, sukomplektuotas su mobiliu stovu	Portatyvus (pritaikytas nešiojimui, 6,0 kg su baterija ultragarsinis diagnostinis aparatas, sukomplektuotas su mobiliu stovu. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 1 psl.
2.	Daviklių jungtys	1 aktyvi jungtis aparate ir 3 aktyvios jungtis mobiliame aparato stove	1 aktyvi jungtis aparate ir 3 aktyvios jungtis mobiliame aparato stove [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 1 psl.
3.	Monitorius	1. 15 colių ekrano įstrižainės, LCD tipo 2. Rezoliucija: 1024x768	1.15 colių ekrano įstrižainės, LCD tipo [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 1 psl. 2. Rezoliucija: 1024x768 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
4.	Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas	Nuo 1 iki 18 MHz	Nuo 1 iki 18 MHz [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
5.	Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis	Iki 40 cm.	Iki 40 cm. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
6.	Maksimalus kadrų dažnis 2D režime	2000 ± 300 kadrai/s	2422 k/s [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
7.	Maksimalus kadrų dažnis Spalvoto doplerio režime	450 ± 30 kadrai/s	465 k/s [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
8.	Maksimali kadrų atminties talpa (angl. „cine memory“)	42000 ± 5000 kadrai	45000 kadrai [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
9.	Atliekami tyrimai	1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Akušeriniai tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Kraujagysliniai tyrimai; 6. Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; 7. Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos	1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Akušeriniai tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Kraujagysliniai tyrimai; 6. Giliųjų ir periferinių venų tyrimai;

		tyrimai;	7. Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai; [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
10.	Darbo režimai:	1. 2D režimas; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris; 4. Nuolatinės bangos dopleris; 5. Galios dopleris; 6. Trapezoidinis vaizdavimas;	1. 2D režimas; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris; 4. Nuolatinės bangos dopleris; 5. Galios dopleris; 6. Trapezoidinis vaizdavimas; [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 4 psl.
11.	B režimo dinaminis diapazonas	$256 \geq \text{dB}$;	256 dB ; [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
12.	Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės	1. $512 \geq \text{GB}$ talpos vidinis SSD (angl. solid state drive) diskas; 2. USB jungtys.	1. 512GB talpos vidinis SSD (angl. solid state drive) diskas; 2. USB jungtys. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
13.	Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos:	1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento paieška ir duomenų peržiūra; 3. Tyrimo peržiūra.	1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento paieška ir duomenų peržiūra; 3. Tyrimo peržiūra [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 6 psl.
14.	Integruoto DICOM modulio palaikomos funkcijos	DICOM 3.0	DICOM 3.0 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 6 psl.
15.	Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas	Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją	Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
15.1	Klinikinės analizės matavimų ir skaičiavimų paketai su rezultatų saugojimu į tyrimo ataskaitą	1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Akušeriniai tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Kraujagysliniai tyrimai; 6. Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; 7. Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai;	1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Akušeriniai tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Kraujagysliniai tyrimai; 6. Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; 7. Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 17 psl.

15.2	Automatinis PW kreivių matavimas	Aparatas turi automatinio PW kreivių matavimo funkciją	Aparatas turi automatinio PW kreivių matavimo funkciją [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
16.	Tyrimo ataskaitų spausdinimas išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu	Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu	Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
17.	Sistemos funkcionalumo praplėtimo ateityje galimybės	1. Tūriniai 4D tyrimai. 2. Papildoma, į stovą integruojama baterija, prailginanti darbo eigą iki 6 val. Arba lygiavertis. 3. EKG modulis.	1. Tūriniai 4D tyrimai. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 4 psl. 2. Papildoma, į stovą integruojama baterija, prailginanti darbo eigą iki 6 val. HM70 EVO catalog_v1.01.pdf – 5 psl. 3. EKG modulis. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 6 psl.
18.	Tyrimo eigos automatizavimo ir dokumentavimo protokolai, skirti palengvinti ir pagreitinti tyrimą, jų funkcijos	1. Tyrimo protokolo pakopų pasirinkimas, norimos pakopos pakartojimas arba praleidimas; 2. Galimybė kurti vartotojui savo protokolus.	1. Tyrimo protokolo pakopų pasirinkimas, norimos pakopos pakartojimas arba praleidimas; 2. Galimybė kurti vartotojui savo protokolus. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
19.	Komplektacija:		
19.1	Gaubtinis daviklis (vieno kristalo technologija)	1. Dažnio diapazonas: nuo 1,0 iki 7,0 MHz; 2. Vaizdavimo kampas 70°. 3. Elementų skaičius: 160 ± 5	1. Dažnio diapazonas: nuo 1,0 iki 7,0 MHz; 2. Vaizdavimo kampas 70°. 3. Elementų skaičius: 160 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 16 psl.
19.2	Vaginalinis daviklis	1. Dažnio diapazonas: nuo 4,0 iki 9,0 MHz; 2. Vaizdavimo kampas 148°. 3. Elementų skaičius: 128	1. Dažnio diapazonas: nuo 4,0 iki 9,0 MHz; 2. Vaizdavimo kampas 148°.

			3. Elementų skaičius: 128 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 16 psl.
19.3	Linijinis daviklis	1. Dažnio diapazonas: nuo 3,0 iki 16,0 MHz; 2. Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis $35 \geq$ mm; 3. Elementų skaičius: 190 ± 10	1. Dažnio diapazonas: nuo 3,0 iki 16,0 MHz; 2. Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis 38,4 mm; Elementų skaičius: 192 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 14psl.
19.4	Vidinis maitinimo akumulatorius	Užtikrinantis ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą 90 minučių	Užtikrinantis ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą 90 minučių [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 2 psl.
19.5	Mobilus stovas ultragarsiniam diagnostiniam aparatui	1. Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; 2. Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). 3. Aukščio reguliavimo eiga iki 20 cm.	1. Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; 2. Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). 3. Aukščio reguliavimo eiga iki 20 cm. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
20.	Garantijos laikotarpis	24 mėn.	24 mėn.
21.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (<i>prašome nurodyti konkrečią trukmę</i>) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>). <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos	7 metus, Deklaracija Servisas.pdf

		apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	
--	--	---	--

2 pirkimo dalis

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį
16.	Sistemos architektūra	Portatyvus (pritaikytas nešiojimui, sveriantis 5,0- 6.0 kg su baterija ultragarsinis diagnostinis aparatas, sukomplektuotas su mobiliu stovu	Portatyvus (pritaikytas nešiojimui, 6,0 kg su baterija ultragarsinis diagnostinis aparatas, sukomplektuotas su mobiliu stovu. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 1 psl.
17.	Daviklių jungtys	1 aktyvi jungtis aparate ir 3 aktyvios jungtis mobiliame aparato stove	1 aktyvi jungtis aparate ir 3 aktyvios jungtis mobiliame aparato stove [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 1 psl.
18.	Monitorius	3. 15 colių ekrano įstrižainės, LCD tipo 4. Rezoliucija: 1024x768	1.15 colių ekrano įstrižainės, LCD tipo [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 1 psl. 2. Rezoliucija: 1024x768 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
19.	Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas	Nuo 1 iki 18 MHz	Nuo 1 iki 18 MHz [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
20.	Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis	Iki 40 cm.	Iki 40 cm. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
21.	Maksimalus kadrų dažnis 2D režime	2000 ± 300 kadrai/s	2422 k/s [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
22.	Maksimalus kadrų dažnis Spalvoto doplerio režime	450 ± 30 kadrai/s	465 k/s [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
23.	Maksimali kadrų atminties talpa (angl. „cine memory“)	42000 ± 5000 kadrai	45000 kadrai [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
24.	Atliekami tyrimai	1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Akušeriniai tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Kraujagysliniai tyrimai; 6. Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; 7. Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai; 8. Pirmosios pagalbos tyrimai;	1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Akušeriniai tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Kraujagysliniai tyrimai; 6. Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; 7. Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos

			tyrimai; [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
25.	Darbo režimai:	1. 2D režimas; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris; 4. Nuolatinės bangos dopleris; 5. Galios dopleris; 6. Trapezoidinis vaizdavimas;	1. 2D režimas; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris; 4. Nuolatinės bangos dopleris; 5. Galios dopleris; 6. Trapezoidinis vaizdavimas; [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 4 psl.
26.	B režimo dinaminis diapazonas	$256 \geq \text{dB}$;	256 dB ; [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
27.	Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės	1. $512 \geq \text{GB}$ talpos vidinis SSD (angl. solid state drive) diskas; 2. USB jungtys.	1. 512GB talpos vidinis SSD (angl. solid state drive) diskas; 2. USB jungtys [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
28.	Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos:	1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento paieška ir duomenų peržiūra; 3. Tyrimo peržiūra.	1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento paieška ir duomenų peržiūra; 3. Tyrimo peržiūra [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 6 psl.
29.	Integruoto DICOM modulio palaikomos funkcijos	DICOM 3.0	DICOM 3.0 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 6 psl.
30.	Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas	Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją	Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
15.1	Klinikinės analizės matavimų ir skaičiavimų paketai su rezultatų saugojimu į tyrimo ataskaitą	1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Akušeriniai tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Kraujagysliniai tyrimai; 6. Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; 7. Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai; 8. Pirmosios pagalbos tyrimai;	1. Pilvo organų tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Akušeriniai tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Kraujagysliniai tyrimai; 6. Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; 7. Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu –

			17 psl.
15.2	Automatinis PW kreivių matavimas	Aparatas turi automatinio PW kreivių matavimo funkciją	Aparatas turi automatinio PW kreivių matavimo funkciją [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
16.	Tyrimo ataskaitų spausdinimas išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu	Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu	Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
17.	Sistemos funkcionalumo praplėtimo ateityje galimybės	1. Tūriniai 4D tyrimai. 2. Papildoma, į stovą integruojama baterija, prailginanti darbo eiga iki 6val. Arba lygiavertis. 3. EKG modulis.	4. Tūriniai 4D tyrimai. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 4 psl. 5. Papildoma, į stovą integruojama baterija, prailginanti darbo eiga iki 6 val. HM70 EVO catalog_v1.01.pdf – 5 psl. EKG modulis. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 6 psl.
18.	Tyrimo eigos automatizavimo ir dokumentavimo protokolai, skirti palengvinti ir pagreitinti tyrimą, jų funkcijos	1. Tyrimo protokolo pakopų pasirinkimas, norimos pakopos pakartojimas arba praleidimas; 2. Galimybė kurti vartotojui savo protokolus.	3. Tyrimo protokolo pakopų pasirinkimas, norimos pakopos pakartojimas arba praleidimas; Galimybė kurti vartotojui savo protokolus. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 5 psl.
19.	Komplektacija:		
19.1	Gaubtinis daviklis	1. Dažnio diapazonas: nuo 2,0 iki 8,0 MHz; 2. Vaizdavimo kampas 58°. 3. Elementų skaičius: 190 ± 5	4. Dažnio diapazonas: nuo 2,0 iki 8,0 MHz; 5. Vaizdavimo kampas 58°. 6. Elementų skaičius: 192 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 15 psl.
19.2	Kardiologinis daviklis (vieno kristalo technologija)	1. Dažnio diapazonas: nuo 1,0 iki 5,0 MHz; 2. Vaizdavimo kampas 90°. 3. Elementų skaičius: 75 ± 10	4. Dažnio diapazonas: nuo 1,0 iki 5,0 MHz; 5. Vaizdavimo kampas 90°. 6. Elementų skaičius: 80

			[Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 16 psl.
19.3	Linijinis daviklis	1. Dažnio diapazonas: nuo 3,0 iki 16,0 MHz; 2. Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis $35 \geq \text{mm}$. 3. Elementų skaičius: 190 ± 10	1. Dažnio diapazonas: nuo 3,0 iki 16,0 MHz; 2. Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis 38,4 mm; 3. Elementų skaičius: 192 [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 14psl.
19.4	Vidinis maitinimo akumuliatorius	Užtikrinantis ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą 90 minučių	Užtikrinantis ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą 90 minučių [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 2 psl.
19.5	Spausdintuvas	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
19.6	Mobilus stovas ultragarsiniam diagnostiniam aparatui	1. Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; 2. Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). 3. Aukščio reguliavimo eiga iki 20 cm.	1. Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; 2. Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). 3. Aukščio reguliavimo eiga iki 20 cm. [Data Sheet] HM70 EVO_konfidencialu – 3 psl.
20.	Garantijos laikotarpis	24 mėn.	24 mėn.
21.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (<i>prašome nurodyti konkrečią trukmę</i>) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>būtinai tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>). <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d.	7 metus, Deklaracija Servisas.pdf

		įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	
--	--	---	--

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL TARYBOS REGLAMENTE (ES) 2022/576 NUSTATYTŲ
SĄLYGŲ NEBUVIMO**

Aš, Direktorius Valerijus Sidorčuk,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruojau, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))
UAB „Medicinos įranga duomenys* dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576

(Tiekėjo pavadinimas)

nustatytų sąlygų yra tokie:

Eil. Nr.	Sąlygos	Įrašyti [Taip ar Ne]
1.	Tiekėjas yra Rusijos pilietis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje.	Ne
2.	Tiekėjas yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies 1 punkte nurodytam subjektui.	Ne
3.	Tiekėjas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantis šios lentelės 1 arba 2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu, be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės, su subrangovais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose.	Ne

**Tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis*

Direktorius
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)**

V. SIDORČUK V. Sidorčuk
(parašas)

Valerijus Sidorčuk
(vardas ir pavardė)

****Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę ši dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti Tiekėją.**