

VIENTARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
Pirkimo dalių **atskirų pozicijų mato vieneto kaina** gali būti išreikšta po kabelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kabelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 9 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos €, be PVM (6 stulpelis), gautą sumą suapvalinant iki dviejų skaičių po kabelio ir prie gautos kainos pridėdant PVM (jei taikoma). Teikiant pasiūlymus prašome nekeisti esamos perkamų priemonių numeracijos. Dalims, kurioms pasiūlymai neteikiami galite ištrinti.

4 stulpelyje "Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. " turi būti nurodyti siūlomų prekių parametrai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, ir nuoroda į pridėtą katalogą, neužtenka įrašyti "Atitinka", 5 stulpelyje turi būti nurodyta: 1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Siūlomos prekės kodas nurodytas pridėtame kataloge.

Pirkimo dalies Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis vieneriems metams, mato	Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl.	Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas	Mato vieneto kaina, € be PVM	Viso kiekio suma € be PVM (3*6)	PVM dydis	Bendra kaina Eur, su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Sigmoskopio vienkartiniai antgaliai Vienkartinis; Skaidrus; Pagamintas iš termoplastiko; Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 250 ± 5 mm. Skersmuo 20 ± 2 mm.	iki 500 vnt	Sigmoskopio vienkartiniai antgaliai Vienkartiniai; Skaidrus; Pagaminti iš termoplastiko; Individualiai supakuoti su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 250mm. Skersmuo 20mm.	Heine Optotechnik GmbH&Co.KG, Vokietija. Pr. kodas E-003.18.811	2,8800	1440,00	5%	1512,00
63	Proktoskopio vienkartiniai antgaliai Vienkartinis; Skaidrus; Pagamintas iš termoplastiko; Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 130 ± 5 mm Skersmuo 20 ± 2 mm	iki 100 vnt	Proktoskopio vienkartiniai antgaliai Vienkartinis; Skaidrus; Pagamintas iš termoplastiko; Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 130mm Skersmuo 20mm	Heine Optotechnik GmbH&Co.KG, Vokietija. Pr. kodas E-003.19.811	2,0400	204,00	5%	214,20
64	Anoskopio vienkartiniai antgaliai Vienkartinis; Skaidrus; Pagamintas iš termoplastiko; Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 80 ± 5 mm Skersmuo 20 ± 2 mm.	iki 50 vnt	Anoskopio vienkartiniai antgaliai Vienkartinis; Skaidrus; Pagamintas iš termoplastiko; Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 85mm Skersmuo 20mm.	Heine Optotechnik GmbH&Co.KG, Vokietija. Pr. kodas E-003.19.911	1,5080	75,40	5%	79,17

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS

- Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
- Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo katalogai ir/ar gamintojo parengti ir tiekėjo patvirtinti siūlomų prekių techniniai aprašai skaitmenine forma CVP IS, kuriuose būtų nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodant pasiūlyme katalogo ar aprašo numerį bei puslapį. Jei prekių katalogai (aprašymai) pateikiami originalo kalba, tai būtina pateikti ir jų vertimus į lietuvių kalbą (kopijas).
- Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
- Ligoninei pareikalavus tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami