

Medicinos prietaisų atsarginių dalių ir remonto paslaugų pirkimo specifikacija

10 dalis Gręžimo – frezavimo osciliuojančio pjovimo rankena

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės	Eksplotacijos vieta	Kaina, € be PVM
1.	Paskirtis (taikymas)	Kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo funkcijoms, atliekant chirurgines kaulų operacijas ir procedūras.	Operacinė korpuse Nr. 1 Liepojos 41 g. Klaipėda	
2.	Gręžimo-frezavimo, osciliuojančio pjovimo rankenos komplektacija:	1. Gręžimo-frezavimo, osciliuojančio pjovimo rankena – 1 vnt.	1.Gręžimo-frezavimo, osciliuojančio pjovimo rankena – 1 vnt. AR-400	5000,00
3.	Gręžimo-frezavimo, osciliuojančio pjovimo rankena	1. Modulinė; 2. Autoklavuojama, atspari dezinfekavimui; 3. Su galimybe naudoti įvairius antgalius, skirtus gręžimui, frezavimui, osciliuojančiam ir reciprokiniam pjovimui, Kiršnerio vielų įvedimui; 4. Su galimybe pasirinkti elektros maitinimo šaltinį: įkraunamą bateriją arba 230 V, 50/60 Hz elektros tinklą, naudojant papildomą bloką; 5. Gręžimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 950 aps/min.; 6. Frezavimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 200 aps/min; 7. Osciliuojančio pjovimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 13000 aps/min.; 8. Galingumas ne mažiau 220 W; 9. Su apsauga nuo atsitiktinio instrumento įjungimo;	1. Modulinė; 2. Autoklavuojama, atspari dezinfekavimui; 3. Su galimybe naudoti įvairius antgalius, skirtus gręžimui, frezavimui, osciliuojančiam ir reciprokiniam pjovimui, Kiršnerio vielų įvedimui; 4. Su galimybe pasirinkti elektros maitinimo šaltinį: įkraunamą bateriją arba 230 V, 50/60 Hz elektros tinklą, naudojant papildomą bloką; 5. Gręžimo greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki 950 aps/min.; 6. Frezavimo greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki 200 aps/min; 7. Osciliuojančio pjovimo greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki 13000 aps/min.; 8. Galingumas 220 W; 9. Su apsauga nuo atsitiktinio instrumento įjungimo;	

4.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinai. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	Kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato) kopija	
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 24 mėn. Garantiniame laikotarpyje jėgos instrumentų sistemos gedimo ir remonto metu suteikiamas pakaitinis instrumentas.	24 mėn. Garantiniame laikotarpyje jėgos instrumentų sistemos gedimo ir remonto metu suteikiamas pakaitinis instrumentas.	
6.	Kartu su jėgos instrumentų sistema pateikiama	Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.	Kartu su jėgos instrumentu pateikiama naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.	
7.	Prekių pristatymas ir vartotojų apmokymas	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas ir vartotojų apmokymas.	Į pasiūlymo kainą įskaičiuota prekių pristatymas ir vartotojų apmokymas	
8.	Suderinamumas su kita įranga	Modulinė rankena suderinama su ligoninėje turimais Arthrex priedais Inv. Nr.120575941	Modulinė rankena suderinama su ligoninėje turimais Arthrex priedais Inv. Nr.120575941	
		Viso be PVM		5000,00
		PVM 21 % tarifas, suma		1050,00
		Viso 10 dalies bendra suma eurais su PVM		6050,00